Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488713 - LPN Nº 51/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA XVII REGION SANITARIA ALTO PARAGUAY-MSPBS

Consulta 1 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Ajustarse al PBC. El presente llamado se adjudica bajo la modalidad de contrato abierto por montos mínimos y máximos, por lo que no se establecen cantidades de determinaciones. Las cantidades efectivamente adquiridas dependerán de las órdenes de compra que se emitan durante la vigencia del contrato, dentro del monto máximo adjudicado.		

Consulta 2 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la Convocante tenga a bien considerar la separación de los ítems que componen el Lote 4, atendiendo a la naturaleza diversa de los bienes requeridos dentro del mismo. Al respecto, el lote comprende productos de distinta naturaleza y finalidad, incluyendo reactivos para tipificación, pruebas rápidas, tubos y colorantes, los cuales corresponden a diferentes categorías de productos y pueden ser comercializados por proveedores especializados en determinados segmentos. La concentración de estos bienes en un único lote podría restringir la participación de potenciales oferentes que se encuentren en condiciones de proveer técnicamente alguno o varios de los grupos de productos solicitados, pero que no cuenten necesariamente con la totalidad de los bienes comprendidos en el lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Ajustarse al PBC. Los ítems de este lote con las especificaciones técnicas fueron evaluados, verificados y establecidos en función de las necesidades de los laboratorios de la Región. Desde el punto de vista operativo, técnico y de distancia, la agrupación de estos ítems en un único lote responde a criterios de eficiencia logística y aseguramiento en la provisión y continuidad en el suministro, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4, inciso c) de la Ley N.º 7021/2022		

Consulta 3 - Lote 1 – Especificaciones técnicas adicionales Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante flexibilizar el requisito de capacidad mínima de 50 posiciones para muestras, considerando que el equipo solicitado debe contar con una capacidad de procesamiento de 180 pruebas por hora. Desde el punto de vista técnico, la productividad del analizador no depende exclusivamente de la cantidad de muestras que pueda alojar simultáneamente, sino también de su velocidad de procesamiento y de la posibilidad de incorporar nuevas muestras durante la operación. En este sentido, solicitamos considerar la admisión de equipos con una capacidad de carga de muestras inferior a la establecida, siempre que cumplan con el rendimiento analítico requerido y permitan garantizar la continuidad operativa del laboratorio. Solicitamos la reformulación, de la siguiente manera: “Capacidad mínima de 30 posiciones de muestras”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 4 - Lote 3 – Cartucho analizador de sangre

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2026
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de equipos a ofertar y los servicios donde deberán ser instalados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 5 - LOTE 1, ITEM 2 AL 24 – EQUIPO

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
• Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar la velocidad o rendimiento mínimo requerido (expresado en determinaciones/hora o pruebas/hora) para el equipo autoanalizado de química clínica exigido en el Pliego de Bases y Condiciones. Dicha especificación permitirá presentar la propuesta técnica y económica óptima que mejor se adecue a la carga operativa del laboratorio, asegurando la calidad y continuidad del servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 6 - LOTE 4 – LOTE GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
• En resguardo de la libre competencia y la obtención de las condiciones más ventajosas para la institución, solicitamos la separación del lote 4 en lotes independientes, puesto que la inclusión conjunta de insumos con distintas cadenas de producción y distribución restringe la participación de empresas especializadas y limita a la institución a obtener ofertas de precios más competitivos para cada rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Ajustarse al PBC. Los ítems de este lote con las especificaciones técnicas fueron evaluados, verificados y establecidos en función de las necesidades de los laboratorios de la Región. Desde el punto de vista operativo, técnico y de distancia, la agrupación de estos ítems en un único lote responde a criterios de eficiencia logística y aseguramiento en la provisión y continuidad en el suministro, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4, inciso c) de la Ley N.º 7021/2022.		

Consulta 7 - LOTE 5 – LOTE GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
En resguardo de la libre competencia y la obtención de las condiciones más ventajosas para la institución, solicitamos la separación del lote 5 en lotes independientes, puesto que la inclusión conjunta de insumos con distintas cadenas de producción y distribución restringe la participación de empresas especializadas y limita a la institución a obtener ofertas de precios más competitivos para cada rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Ajustarse al PBC. Los ítems de este lote con las especificaciones técnicas fueron evaluados, verificados y establecidos en función de las necesidades de los laboratorios de la Región. Desde el punto de vista operativo, técnico y de distancia, la agrupación de estos ítems en un único lote responde a criterios de eficiencia logística y aseguramiento en la provisión y continuidad en el suministro, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4, inciso c) de la Ley N.º 7021/2022		

Consulta 8 - LOTE 6 – LOTE GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
• En resguardo de la libre competencia y la obtención de las condiciones más ventajosas para la institución, solicitamos la separación del lote 6 en lotes independientes, puesto que la inclusión conjunta de insumos con distintas cadenas de producción y distribución restringe la participación de empresas especializadas y limita a la institución a obtener ofertas de precios más competitivos para cada rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Ajustarse al PBC. Los ítems de este lote con las especificaciones técnicas fueron evaluados, verificados y establecidos en función de las necesidades de los laboratorios de la Región. Desde el punto de vista operativo, técnico y de distancia, la agrupación de estos ítems en un único lote responde a criterios de eficiencia logística y aseguramiento en la provisión y continuidad en el suministro, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4, inciso c) de la Ley N.º 7021/2022.		

Consulta 9 - LOTE 4, ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
• Con el objeto de favorecer la mayor concurrencia y garantizar la provisión de reactivos con elevados estándares de desempeño analítico, solicitamos a la convocante aclarar si para el ítem correspondiente a la detección de los cinco patógenos respiratorios (SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, Virus Sincitial Respiratorio y Adenovirus), se considerará admisible la presentación de las determinaciones mediante la combinación de un panel multiparámetro 4 en 1 junto con un test monovalente de adenovirus individual, siempre que ambas pruebas sean de la misma marca, utilicen la misma metodología de inmunocromatografía y cumplan de forma integral con la totalidad de los patógenos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 10 - Lote 1 – Contador Hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
En relación con la especificación que establece “volumen de muestra 10 µL como mínimo”, solicitamos aclarar si podrán aceptarse analizadores que requieran un volumen de muestra inferior a 10 µL, considerando que un menor volumen de aspiración permite realizar las determinaciones requeridas utilizando una menor cantidad de muestra, sin afectar el desempeño analítico ni la calidad de los resultados, representando además una ventaja especialmente en muestras de bajo volumen. En ese sentido, ¿podrían aceptar equipos con volumen de muestra de hasta 10 µL, manteniendo el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 11 - Lote 1 – Autoanalizador químico

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
En relación con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC para el equipo automatizado de química clínica, donde se solicita “50 posiciones o más para muestras”, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de aceptar analizadores que dispongan de 40 posiciones para muestras. Consideramos que una capacidad de 40 posiciones resulta adecuada para el procesamiento de muestras en laboratorios clínicos, especialmente cuando el analizador cuenta con un rendimiento que permite mantener un flujo de trabajo continuo y eficiente. Asimismo, la diferencia de 10 posiciones no implica necesariamente una disminución significativa de la productividad del equipo ni compromete su desempeño analítico. La flexibilización de este requerimiento permitiría la participación de una mayor variedad de analizadores disponibles en el mercado, promoviendo la concurrencia de oferentes sin afectar la finalidad ni las necesidades del servicio. Por lo expuesto, solicitamos amablemente a la Convocante aceptar analizadores con capacidad de 40 posiciones para muestras, siempre que cumplan con la velocidad de procesamiento y las demás especificaciones técnicas exigidas en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 12 - Lote 2 – Equipo para Hemostasia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
En relación con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC para el equipo automatizado de coagulación, donde se solicita “Método: monitorización electromagnética de la formación del coágulo, cromogénico, inmunoturbidimétrico, coagulométrico”, solicitamos amablemente a la Convocante aceptar analizadores que utilicen métodos ópticos o foto-ópticos para la detección del coágulo, siempre que permitan realizar las determinaciones solicitadas y cumplan con las demás especificaciones técnicas establecidas en el PBC, favoreciendo así una mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Favor verificar última versión del PBC		