

## Consultas Realizadas

# Licitación 493087 - CVE 27/26 ADQUISICIÓN URGENTE DE SISTEMA DE VÁLVULA TRANSCATÉTER (TAVI) PARA EL SR. LUIS ANTONIO MALLORQUIN VALLEJOS CON CI N° 264.639 - AMPARO JUDICIAL

### Consulta 1 - Item 1 Valvula cardiaca transcatter

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 05-10-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicita a la convocante analizar la posibilidad de cambiar lo solicitado a la válvula modelo autoexpandible ya que en el tamaño requerido podría tener una mejor hemodinámica. Al tener diseño supraanular permite una mayor área efectiva y menores gradientes. Además incorporan una nueva capa de estabilidad en el sistema de entrega lo que facilita a una implantación más controlada. Nro. 23                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 16-10-2026 |
| Se aclara que, si bien desde el punto de vista clínico tanto las prótesis aórticas transcáteter expandibles por balón como las autoexpandibles constituyen alternativas terapéuticas válidas, las especificaciones técnicas del presente llamado responden a los requerimientos establecidos para el caso clínico en cuestión, incluida la medida solicitada. En consecuencia, se mantienen las especificaciones técnicas originalmente establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, incluida la medida requerida, a fin de dar continuidad al procedimiento de contratación y garantizar la provisión del insumo conforme a las condiciones previstas en el presente llamado. |                    |            |