Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 493094 - CVE 31/26 ADQUISICIÓN URGENTE DE SISTEMA DE VÁLVULA TRANSCATÉTER (TAVI) PARA EL SR. VÍCTOR RAUL JARA TORRES CON C.I N° 477.645– AMPARO JUDICIAL

Consulta 1 - Item 1 Valvula cardiaca transcateter

Consulta	**Fecha de Consulta**	05-10-2026
Se solicita a la convocante analizar la posibilidad de cambiar lo solicitado a la válvula modelo autoexpandible ya que en el tamaño requerido podría tener una mejor hemodinámica. Al tener diseño supraanular permite una mayor área efectiva y menores gradientes .Además incorporan una nueva capa de estabilidad en el sistema de entrega lo que facilita a una implantación más controlada. Nro. 26		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	16-10-2026
Se aclara que, si bien desde el punto de vista clínico tanto las prótesis aórticas transcatéter expandibles por balón como las autoexpandibles constituyen alternativas terapéuticas válidas, las especificaciones técnicas del presente llamado responden a los requerimientos establecidos para el caso clínico en cuestión, incluida la medida solicitada. En consecuencia, se mantienen las especificaciones técnicas originalmente establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, incluida la medida requerida, a fin de dar continuidad al procedimiento de contratación y garantizar la provisión del insumo conforme a las condiciones previstas en el presente llamado.		