Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 488706 - LPN Nº 50/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA II REGION SANITARIA SAN PEDRO - MSPBS

## Consulta 1 - CANTIDADES POR DETERMINACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2026 |
|---|---|---|
| Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado.<br>Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio.<br>Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes. | | |

## Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-10-2026 |
|---|---|---|
| En relación con el apartado “Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica”, específicamente respecto de los requisitos establecidos para Insumos, solicitamos aclaración sobre el siguiente punto: Para aquellos lotes que comprendan insumos de laboratorio que, por su naturaleza y conforme a la normativa sanitaria vigente, no se encuentren sujetos a Registro Sanitario ante DINAVISA, solicitamos aclarar qué documentación deberá presentar el oferente para acreditar el cumplimiento del requisito de capacidad técnica. | | |

## Consulta 3 - Lote 18 – Test para sangre oculta

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-10-2026 |
|---|---|---|
| En relación con el Lote 18 – Test para sangre oculta, cuya especificación técnica establece una presentación de caja x 25 determinaciones como mínimo, solicitamos considerar una presentación de caja x 20 determinaciones como mínimo. La modificación propuesta no afecta las características técnicas ni el desempeño requerido del producto, sino únicamente la cantidad de determinaciones contenidas por presentación. | | |

## Consulta 4 - Lote 274 – Test para sangre oculta

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-10-2026 |
|---|---|---|
| En relación con el Lote 274 – Test para sangre oculta, observamos que en las especificaciones técnicas se establece una capacidad de 25 determinaciones por presentación; sin embargo, en la columna correspondiente a la presentación de entrega se indica “Caja x 20 como mínimo”. En ese sentido, solicitamos aclarar cuál de ambas condiciones deberá prevalecer para la presentación de la oferta | | |

## Consulta 5 - lote 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

En el LOTE 1 se incluyen los items 87 y 88, los cuales por su naturaleza técnica / rubro pertenecen a una categoría distinta al resto de los items que componen el Lote 1.
La inclusión de los mismos en un lote agrupado impide la participación de empresas especialistas en el rubro principal del Lote 1, limitando la concurrencia y encareciendo la oferta, en contra de lo dispuesto en el Art. 4° de la Ley 7021/22 (Principio de Libre Competencia, Igualdad y Economía).
Solicitamos: Excluir los items 87 y 88 del Lote 1.
Reubicarlos en un lote independiente o agruparlos conforme a su afinidad técnica. En su defecto, permitir la presentación de equipos de soporte hasta 3 determinaciones. Esto permitirá mayor participación de potenciales oferentes.

## Consulta 6 - Lote 262,378 – Test rápido Chagas

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

La solicitud de la convocante indica específicamente un test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM para la detección de la enfermedad de Chagas. En este sentido, queremos señalar que la determinación de IgM no constituye un requerimiento técnico respaldado por las principales guías clínicas internacionales para el diagnóstico de esta patología. En particular, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su documento técnico “Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas” (Washington, D.C.: OPS; 2019), establece expresamente que: “La detección de anticuerpos IgM no se recomienda como técnica diagnóstica de rutina, incluso en los casos sospechosos de infección aguda, debido a su baja sensibilidad y especificidad, así como por su reactividad cruzada con otras enfermedades infecciosas. Además, los anticuerpos IgM pueden persistir durante meses o años después de la infección, lo que impide diferenciar una infección reciente de una crónica.” Por lo que, solicitamos amablemente la modificación de la solicitud de la siguiente manera “Test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM o IgG para tamizaje”. Esta solicitud ya se ha modificado en otros llamados, como la LPN 155/2024 ID: 455249.

## Consulta 7 - 1. LOTE 1 – ÍTEMS 38 AL 40 – HEPATITIS B ANTI-CORE

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY – II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO

1. LOTE 1 – ÍTEMS 38 AL 40 – HEPATITIS B ANTI-CORE
Se solicita a la convocante aclarar los ítems 38, 39 y 40, considerando que aparentemente los tres corresponden a la determinación de Hepatitis B Anti-Core Total (Anti-HBc Total).
En particular, se solicita confirmar si existe alguna diferencia entre los siguientes ítems:
• Ítem 38: Anticore Total.
• Ítem 39: Reactivo Anti-Core Hepatitis B.
• Ítem 40: Reactivo para anticuerpo Core IgG + IgM-HB.
Agradeceríamos se aclare si se trata del mismo ensayo o si existen diferencias en cuanto a la determinación, metodología, presentación o características técnicas requeridas.

## Consulta 8 - Lote 260,376 – Item 1 – Test rápido HIV

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

Considerando la naturaleza de la prueba inmunocromatográfica, y teniendo en cuenta su finalidad como prueba de tamizaje y la variabilidad inherente al desempeño clínico de este tipo de ensayos, solicitamos se considere la posibilidad de establecer un requisito de sensibilidad clínicamente aceptable y respaldado por guías y criterios internacionales de ≥98%, en lugar de exigir un 100% de sensibilidad como condición obligatoria, de tal forma a permitir una mayor concurrencia de oferentes.

## Consulta 9 - Lote 370 – Contador hematológico

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| Se observa que la convocante solicita como requisito un volumen de aspiración de muestra de 10 µL. Sin embargo, solicitamos amablemente la reformulación de este requisito, dado que existen tecnologías con la capacidad de procesar volúmenes de aspiración menores a lo indicado, lo cual constituye una ventaja significativa en situaciones donde la cantidad de muestra disponible es reducida. En este sentido, solicitamos la reformulación del requisito de la siguiente manera: “Volumen de aspiración de muestra 10 µL como máximo”, teniendo en cuenta de que no existe un argumento técnico que justifique la exigencia de un volumen de aspiración mínimo. Esta solicitud ya se ha tenido en cuenta en otros llamados de la presente convocante, como la LPN 07/25 ID: 457334. | | |

## Consulta 10 - LOTE 1 – EQUIPO INTEGRADO DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY – II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO<br>Se solicita a la convocante admitir la posibilidad de utilizar un equipo de soporte para el área de Inmunología, en caso de que el equipo principal ofertado no cuente con la totalidad de las determinaciones requeridas, siempre que el equipo complementario permita realizar los ensayos solicitados y cumpla con las demás condiciones técnicas establecidas en el pliego. | | |

## Consulta 11 - LOTE 2 – ÍTEMS 1 AL 3 – EQUIPO DE ELISA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY – II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO<br>LOTE 2 – ÍTEMS 1 AL 3 – EQUIPO DE ELISA<br>En referencia a la especificación técnica:<br>“Sistema óptico de 4 canales, rueda de 8 filtros (340–750 nm), longitudes de onda de filtro personalizables disponibles”. Se solicita a la convocante considerar también la aceptación de equipos que cuenten con sistema óptico monocanal y 5 filtros fijos, no montados en rueda, con un rango de longitud de onda de 405 a 630 nm, siempre que el equipo permita realizar adecuadamente las funciones requeridas para los análisis por ELISA y cumpla con las demás especificaciones técnicas establecidas. | | |

## Consulta 12 - LOTE 83 – ÍTEMS 1 Y 2 – EQUIPO DE HEMOCULTIVO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY – II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO<br>Se solicita a la convocante aclarar las especificaciones técnicas requeridas para el equipo de hemocultivo, considerando que no se detallan suficientemente las características técnicas del equipo en el pliego. | | |

## Consulta 13 - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar y/o complementar las especificaciones técnicas correspondientes a los equipos solicitados para el Hospital General Santa Rosa del Aguaray – II Región Sanitaria San Pedro, a fin de contar con información suficiente para determinar el cumplimiento técnico de los equipos ofertados. | | |

## Consulta 14 - LOTE 252 – ÍTEM 1 – KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar las especificaciones técnicas del equipo de electrolitos y gasómetro al cual hace referencia el ítem, indicando las características, parámetros, metodología y demás requisitos técnicos que deberá cumplir el equipo ofertado. | | |

## Consulta 15 - LOTE 252 – ÍTEMS 3 AL 6 – EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMOSTASIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

Se solicita a la convocante aclarar las especificaciones técnicas correspondientes al equipo automatizado de hemostasia requerido para los ítems 3 al 6. Agradeceríamos se indiquen las características mínimas del equipo, incluyendo metodología de detección de coágulo, capacidad, rendimiento, parámetros y demás requisitos técnicos aplicables.

## Consulta 16 - LOTE 252 – EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

Se solicita a la convocante admitir la posibilidad de utilizar un equipo de soporte para el área de Inmunología, en caso de que el equipo principal ofertado no cuente con la totalidad de las determinaciones requeridas, siempre que dicho equipo complementario permita realizar los ensayos solicitados y cumpla con las demás condiciones técnicas establecidas.

## Consulta 17 - 9. LOTE 364 – ÍTEMS 4 AL 6 – EQUIPO DE HEMOSTASIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ

9. LOTE 364 – ÍTEMS 4 AL 6 – EQUIPO DE HEMOSTASIA
Se solicita a la convocante aclarar cuáles son las especificaciones técnicas requeridas para el equipo de hemostasia correspondiente a los ítems 4 al 6. Agradeceríamos se indiquen las características mínimas requeridas, incluyendo metodología, rendimiento, capacidad, parámetros a procesar y demás condiciones técnicas

## Consulta 18 - LOTE 364 – EQUIPO INTEGRADO DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

Se solicita a la convocante admitir la posibilidad de utilizar un equipo de soporte para el área de Inmunología, en caso de que el equipo principal ofertado no cuente con la totalidad de las determinaciones requeridas, siempre que el equipo complementario permita realizar los ensayos solicitados y cumpla con las demás condiciones técnicas establecidas.

## Consulta 19 - LOTE 367 – ÍTEMS 2 AL 5 – EQUIPO DE HEMOSTASIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

HOSPITAL DISTRITAL GENERAL AQUINO

LOTE 367 – ÍTEMS 2 AL 5 – EQUIPO DE HEMOSTASIA
Se solicita a la convocante aclarar cuáles son las especificaciones técnicas requeridas para el equipo de hemostasia correspondiente a los ítems 2 al 5. Agradeceríamos se indiquen la metodología, capacidad, rendimiento, parámetros y demás características técnicas mínimas exigidas.

## Consulta 20 - LOTE 370 – HEMOSTASIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|

Se solicita a la convocante aclarar el alcance del requerimiento referido a la “metodología electromagnética para la formación del coágulo o similar”. En particular, se solicita confirmar si la expresión “o similar” contempla la aceptación de otras metodologías de uso habitual en hemostasia para la detección de la formación del coágulo, como por ejemplo la metodología óptica, siempre que esta permita realizar las determinaciones requeridas y cumpla con las demás especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consulta 21 - LOTE 371 – HEMOGLOBINA GLICADA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2026 |
|---|---|---|
| Se solicita a la convocante aclarar las especificaciones técnicas del equipo de hemoglobina glicada (HbA1c) requerido para el lote 371, indicando las características mínimas que deberá cumplir el equipo ofertado, incluyendo metodología, rendimiento, capacidad, tipos de muestra, trazabilidad y demás requisitos técnicos aplicables. | | |