Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 493188 - SBEN N° 09/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA - AREA INTERIOR

## Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2026 |
|---|---|---|

Solicitamos a la Convocante incluir en el pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas de todo lo requerido, ya que se observa que las mismas están incompletas, y aclarar de igual forma, a qué lugar pertenece cada lote y las especificaciones de los mismos.

## Consulta 2 - Consulta sobre la correspondencia de lotes y establecimientos de salud

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2026 |
|---|---|---|

En relación con las especificaciones técnicas correspondientes a los equipos automatizados de identificación y sensibilidad antimicrobiana, solicitamos aclarar la correspondencia entre los lotes establecidos en el PBC y los establecimientos de salud destinatarios.

En la descripción de las especificaciones técnicas se hace referencia al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero; sin embargo, no resulta claro a qué lote corresponde dicho establecimiento, considerando que tanto el Lote 7 como el Lote 9 incluyen ítems relacionados con la identificación y sensibilidad antimicrobiana.

Por lo expuesto, solicitamos precisar a cuál de estos lotes corresponde el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y, asimismo, aclarar qué establecimientos de salud corresponden a cada uno de los demás lotes, a fin de contar con información clara que permita identificar correctamente los requerimientos y las condiciones de provisión correspondientes a cada establecimiento.

## Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2026 |
|---|---|---|

En el apartado Identificacion y sensibilidad antimicrobiana se observa que el documento repite gran parte de estas condiciones en distintas categorías de reactivos: identificación bacteriana, hongos, sensibilidad y grupos específicos como anaerobios y Neisseria/Haemophilus.
Consulta: Tarjetas específicas para anaerobios, Corynebacterium, Neisseria y Haemophilus
El PBC exige tarjetas con las agrupaciones “Anaerobios + Corynebacterium” y “Neisseria + Haemophilus”. Estas denominaciones coinciden con las tarjetas ANC y NH de VITEK 2.
Por lo expuesto, solicitamos considerar la posibilidad de aceptar metodologías complementarias de identificación, debidamente validadas por el fabricante, para aquellos grupos de microorganismos que no se encuentren disponibles en una tarjeta o reactivo específico dentro de la configuración comercial del sistema automatizado ofertado.
Esta consideración permitiría promover una mayor participación de oferentes y favorecer la competencia, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad de los resultados, especialmente teniendo en cuenta que algunos de estos microorganismos presentan una menor frecuencia de aislamiento en la rutina del laboratorio y que las distintas plataformas pueden contar con diferentes configuraciones de tarjetas y reactivos.

## Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2026 |
|---|---|---|

En relación con las especificaciones técnicas del ítem correspondiente al hemocultivo automatizado, en las que se establece una capacidad máxima de 240 frascos, solicitamos que se permita la provisión de dos o más equipos en comodato, cuya capacidad conjunta permita alcanzar o superar el mínimo requerido.

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2026 |
|---|---|---|

En el apartado cuestiones generales, aplicabilidad de los requisitos generales para equipos en comodato: solicitamos aclarar si las disposiciones referentes a calibradores, curvas de calibración, controles diarios de dos niveles y repeticiones de calibración se refieren a los equipos automatizados de microbiología.
Observamos que el texto incluye referencias específicas a determinaciones de química clínica, tales como calcio, fósforo y magnesio, así como a procedimientos de calibración y control analítico que podrían no corresponder a la metodología de funcionamiento de los sistemas automatizados de identificación y sensibilidad antimicrobiana.

En microbiología, los requisitos de control de calidad, verificación del funcionamiento y mantenimiento de los equipos dependen de la metodología utilizada, las características de los reactivos y las recomendaciones del fabricante. Por ejemplo, los sistemas de identificación y sensibilidad antimicrobiana pueden emplear paneles inoculados con suspensiones bacterianas, cuyos resultados se procesan e interpretan mediante procedimientos específicos, sin necesariamente requerir curvas de calibración por determinación ni calibraciones diarias de los analitos en los términos descritos en el apartado.

Por lo expuesto, solicitamos confirmar si estos requisitos serán exigidos también para los equipos automatizados de microbiología o si se establecerán condiciones específicas acordes con la metodología de cada sistema, respetando los procedimientos de control de calidad y mantenimiento recomendados por el fabricante.

## Consulta 6 - LOTES 7 y 9 (identificación y sensibilidad microbiana)

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

En relación con las especificaciones técnicas establecidas en las páginas 30 a 35 del Pliego de Bases y Condiciones, donde se requiere un equipo automatizado con capacidad mínima de 60 muestras para los lotes 7 y 9, solicitamos considerar la modificación de dicho requisito, permitiendo ofertar equipos con capacidad mínima de 50 muestras, atendiendo a las necesidades operativas de los servicios beneficiarios.
Alternativamente, solicitamos que se permita cumplir con la capacidad requerida mediante la provisión de más de un equipo en comodato, perteneciente al mismo sistema, cuya capacidad conjunta alcance el mínimo establecido.
Esta modificación permitiría una mayor participación de oferentes, sin comprometer la funcionalidad del sistema ni la adecuada prestación del servicio.

## Consulta 7 - LOTES 7 y 9

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

En relación con el requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección Especificaciones Técnicas (páginas 30 a 35), donde se solicita para los LOTES 7 y 9: “Equipo automatizado que permita identificar levaduras y organismos levaduriformes, Gram positivos (…), gram negativos (…), Anaerobios, N. gonorrhoeae, N. meningitidis y Haemophilus”.
Se solicita amablemente se acepte que la identificación de anaerobios, Neisseria y Haemophilus se realice con un sistema complementario del mismo fabricante, manual o semiautomatizado, distinto del equipo automatizado principal de identificación y sensibilidad, siempre que se provean todos los reactivos, controles e insumos necesarios. Para permitir la mayor participación de potenciales oferentes.

## Consulta 8 - LOTE 9, ÍTEMS 4, 5, 13 y 14

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

Solicitamos a la Convocante poder ofertar estos ítems con tarjetas, placas, paneles o kits de identificación de un sistema complementario del mismo fabricante, manual o semiautomatizado, o, como alternativa, se separen estos ítems en un lote aparte, de modo que no condicionen la adjudicación de las tarjetas de identificación y sensibilidad de uso rutinario. Para permitir la mayor participación de potenciales oferentes.

## Consulta 9 - LOTE 7, ÍTEM 5

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

“Kit de Reactivo para Identificación y Sensibilidad Microbiana – Sensibilidad para Hongos”, y en el LOTE 9, ÍTEM 7 (página 28), “Tarjeta de sensibilidad para hongos”.
Se solicita amablemente se acepte para la sensibilidad antifúngica una metodología alternativa validada (por ejemplo, microdilución en caldo comercial o gradiente de concentración), no necesariamente realizada en el mismo equipo automatizado, o, en su defecto, se separen estos ítems en un lote distinto. Para permitir la mayor participación de potenciales oferentes.

## Consulta 10 - LOTE 7, ÍTEMS 1 al 8 - y en el LOTE 9

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

En relación con el requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se solicita en el LOTE 7, ÍTEMS 1 al 8 (página 27), kits separados para identificación (Gram negativos, Gram positivos, hongos) y para sensibilidad (Gram positivos, hongos, Gram negativos ambulatorios, internados y multirresistentes), y en el LOTE 9 (página 28) tarjetas separadas de identificación y de sensibilidad.
Se solicita amablemente se confirme que se aceptan paneles combinados que realizan la identificación y la sensibilidad en un mismo panel, y se indique la forma de cotizarlos (por ejemplo, el panel combinado en el ítem de sensibilidad y el panel de solo identificación en el ítem de identificación) y de computarlos en las órdenes de compra. Para permitir la mayor participación de potenciales oferentes.

## Consulta 11 - LOTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 11 – INSUMOS Y EQUIPAMINETO

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2026 |
|---|---|---|

Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar el destino y la distribución de los lotes mencionados, dado que en la planilla de cotización del Pliego de Bases y Condiciones se repiten exactamente los mismos ítems y requerimientos de equipos automatizados en comodato para cada lote, mientras que en las especificaciones técnicas complementarias únicamente se cita al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero; en tal sentido, se solicita precisar si cada lote corresponde a un centro asistencial diferente, que en cuyo caso se requiere la nómina detallada de los establecimientos para dimensionar la logística y la provisión de equipos por sede o si la totalidad de los lotes e instrumentos serán consolidados únicamente en dicho hospital.