Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 493225 - SBEN N° 18/2026 - ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES PARA EL MSPYBS

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas – Ítem N.º 22 – Catéter para Embolectomía Fogarty N.º 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2026

Donde Dice Ítem N.º 22, correspondiente a Catéter Fogarty N.º 3 para embolectomía arterial, donde se solicita que sea de silicona, radiopaco, con punta redondeada, graduación y balón grande
Se solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de aceptar catéteres fabricados en poliuretano, con balón de látex o silicona.
Fundamentamos nuestra solicitud en que existen en el mercado catéteres para embolectomía arterial fabricados con diferentes materiales, diseñados para cumplir la misma finalidad médica, siempre que reúnan las condiciones de seguridad, biocompatibilidad y desempeño requeridas para el procedimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON ELABORADAS EN BASE AL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSPYBS, SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO.

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas – Ítem N.º 23 – Catéter para Embolectomía Fogarty N.º 5

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2026

Donde Dice Ítem N.º 23, correspondiente a Catéter Fogarty N.º 5 para embolectomía arterial, donde se solicita que sea de silicona, radiopaco, con punta redondeada, graduación y balón grande
Se solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de aceptar catéteres fabricados en poliuretano, con balón de látex o silicona.
Fundamentamos nuestra solicitud en que existen en el mercado catéteres para embolectomía arterial fabricados con diferentes materiales, diseñados para cumplir la misma finalidad médica, siempre que reúnan las condiciones de seguridad, biocompatibilidad y desempeño requeridas para el procedimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON ELABORADAS EN BASE AL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSPYBS, SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO.

Consulta 3 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
En la Especificación técnica dice: tubo de conexión a oxígeno a rosca. El MSPyBS ha descripto en una licitación anterior, tubo de conexión a oxigeno “sin rosca” (véase ID 474273, ítem 14). Por otro lado, varias marcas que se comercializan en nuestro mercado venden conexión sin rosca (a presión). Por lo expuesto, solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de resucitadores con: tubo de conexión a oxígeno a rosca o sin rosca (a presión).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 4 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
En la Especificación técnica dice: Bolsa de reanimación de 2000 ml. Cabe mencionar que el MSPyBS, en una licitación anterior, solicitó bolsa de reanimación en un rango de 1500-2000ml (véase ID 474273, ítem 13). Por lo expuesto, y con la finalidad de contar con una amplia lista de ofertas, solicitamos a la convocante modificar dicha especificación técnica a "Bolsa de reanimación entre 1500 ml a 2000 ml".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 5 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
En la página 33/58 del PBC, Detalle de los bienes y/o servicios dice: "presentación: ENVASE ESTÉRIL / presentación de entrega: Envase estéril individual.". Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el requisito de presentación “ENVASE ESTÉRIL” y permitir la presentación de “No Estéril”. Sustentamos este pedido en que los resucitadores manuales se proveen regularmente de esa manera, ya que por su naturaleza de uso en emergencias no requieren esterilización. Mantener la exigencia actual encarecerá el costo del producto y limitará innecesariamente las opciones competitivas en el mercado para el Ministerio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 6 - Item 13 Papel para electrocardiografía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
En atributos dice: Rollo. Sin embargo, en las especificaciones técnicas dice: en hojas predobladas en Z - 3 canales. Por lo expuesto, solicitamos al Convocante corregir esta discrepancia y modificar la especificación técnica de forma tal que quede redactada: Papel de registro para electrocardiograma 63mm x 30 mt. en rollo - 3 canales Cabe mencionar que el MSPyBS, en una licitación anterior, solicitó con la especificación técnica en rollo (véase ID 474273, ítem 3).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 7 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "Bolsa de reanimación 2000 mL.".
Solicitamos amablemente a la convocante permitir la presentación de ofertas con " Bolsa de reanimación 1500 mL o superior", en vista de que en el mercado la capacidad comercial estándar para adultos oscila entre 1500 mL y 2000 mL, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 8 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "tubo de conexión a oxígeno a rosca.".
Solicitamos amablemente a la convocante permitir la presentación de ofertas de resucitadores CON o SIN ROSCA.
Sustentamos este pedido en que la inclusión de sistemas de conexión universal por presión (SIN ROSCA) es ampliamente utilizada en el ámbito hospitalario, garantizando un acople rápido y seguro en situaciones de emergencia sin afectar la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 9 - Item 9 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

En la página 33/58 del PBC, Detalle de los bienes y/o servicios dice: "presentación: ENVASE ESTÉRIL / presentación de entrega: Envase estéril individual.".
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el requisito de presentación “ENVASE ESTÉRIL” y permitir la presentación de “No Estéril”.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 10 - Item 13 Papel para electrocardiografía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

En atributos dice: Rollo. Sin embargo, en las especificaciones técnicas dice: en hojas predobladas en Z - 3 canales.
Solicitamos al Convocante corregir las Especificaciones técnicas, de tal forma quede redactada así: Papel de registro para electrocardiograma 63mm x 30 mt. en rollo - 3 canales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 11 - Item 26

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Se solicita a la convocante aclarar si las cantidades solicitadas de parafina son en Kilogramos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 12 - ITEM 25 - CANULA PARA OXIGENACIÓN NASAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar la inclusión del PVC siliconado como material alternativo, a fin de ampliar la participación de oferentes y la competitividad del mercado nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON ELABORADAS EN BASE AL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSPYBS, SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO.		

Consulta 13 - ESPECIFICACION TECNICA - ITEM 2: HILO DE KIRSCHNER

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante que considere establecer un margen de tolerancia de ± 0,3 mm respecto al diámetro solicitado, a fin de permitir una mayor pluralidad de oferentes y ampliar las posibilidades de participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2026
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Se aclara que las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base al Listado de Tecnologías Sanitarias Vigente del MSPyBS, según necesidad de los Servicios		

Consulta 14 - Capacidad Técnica - Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
Solicitan: Certificación de la FDA de EEUU, CE Comunidad Europea, ISO 13485 Y Otros. Copia autenticada, Traducido al español Favor aclarar si lo que se requiere es presentar al menos uno de los certificados para dar por cumplido el requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2026
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que podrá presentarse una de las certificaciones mencionadas. Además al referirse a " Y Otros", podrán considerarse además de las ya mencionadas, las certificaciones de calidad emitidas por autoridades regulatorias de referencia, tales como INVIMA de Colombia, ANVISA de Brasil y ANMAT de Argentina, conforme a la naturaleza del dispositivo médico ofertado.		

Consulta 15 - ITEM 4 BOLSA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante agregar el material PVC SILICONADO para ampliar la competitividad del mercado paraguayo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2026
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Se aclara que las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base al Listado de Tecnologías Sanitarias Vigente del MSPyBS, según necesidad de los Servicios		

Consulta 16 - ITEM 5 - SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante agregar el material PVC siliconado para poder ampliar la competitividad del mercado paraguayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2026
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Se aclara que las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base al Listado de Tecnologías Sanitarias Vigente del MSPyBS, según necesidad de los Servicios		

Consulta 17 - ITEM 4 - BOLSA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante agregar la capacidad de 1000 cc como minimo, para ampliar la competitividad del mercado paraguayo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2026
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Se aclara que las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base al Listado de Tecnologías Sanitarias Vigente del MSPyBS, según necesidad de los Servicios		