

Consultas Realizadas

Licitación 493306 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL LABORATORIO DEL DPTO. DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Establece para la entrega el PBC: 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Favor considerar 90 días hábiles, con el fin de tener mas ofertas de equipos que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes (todos los ítems)

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Los seis ítems son equipos de laboratorio de fabricación extranjera que, en general, no se mantienen en stock local y requieren fabricación o configuración, embarque y despacho aduanero. ¿Se aceptaría ampliar el plazo de entrega a 60 (sesenta) días corridos contados desde la recepción de la orden de compra, o en su defecto a un plazo que la convocante considere razonable para equipos importados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Centro de inclusión de parafina, puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 y 3.10

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Considerando que la parafina histológica se trabaja habitualmente entre 56 y 65 °C, ¿se aceptarían equipos con temperatura máxima regulable de al menos 70 °C?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Ítem 4 — Equipo automatizado de tinción y montaje: precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
El precio referencial asignado al ítem 4 (Gs [PENDIENTE: monto del ítem 4 según el SICP]) resulta sumamente bajo en relación con lo solicitado, ya que el ítem comprende en realidad dos equipos en uno: un teñidor automático de portaobjetos y un montador automático de cubreobjetos (laminillas), integrados entre sí, más los racks, accesorios, sistema de extracción de vapores, instalación, capacitación y garantía con mantenimientos preventivos. ¿La convocante podría revisar y actualizar el precio referencial del ítem 4 en base a cotizaciones vigentes de sistemas integrados de tinción y montaje, a fin de que las ofertas que cumplan con la totalidad de las especificaciones no queden fuera del monto estimado? De hecho de acuerdo a las características técnicas solicitadas, el monto referencial de este ítem tampoco alcanzaría solo para un teñidor de laminas con las especificaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Ítem 5 — Citocentrifugadora, punto 3.3 (tarjeta de programa extraíble) y puntos 3.5, 4.2 y 4.3

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Se solicita suprimir la exigencia de "tarjeta de programa extraíble" del punto 3.3 y reemplazarla por: "Memoria interna programable para al menos 9 (nueve) programas configurables por el usuario (velocidad, tiempo y aceleración)". La tarjeta de programa extraíble es únicamente un medio físico de almacenamiento de parámetros y no incide en el desempeño analítico del equipo: la calidad del extendido citológico (recuperación celular, monocapa y morfología) depende de la velocidad, la aceleración, el tiempo de centrifugación y el diseño de las cámaras y filtros, no del soporte en que se guarda el programa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Ítem 6 Microscopio Trinocular

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Con respecto a las especificaciones que exigen textualmente un "Sistema óptico CCIS", objetivos "UC 2X" y división de luz "20/80", solicitamos amablemente a la convocante confirmar si se aceptará como equivalente sistema óptico Corregido al Infinito, con Corrección de Color y objetivos Plan-Acromáticos. Solicitamos esta apertura dado que los términos "CCIS" y los códigos de objetivos descritos corresponden a patentes de catálogo exclusivas de una única marca del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Remitirse a la Adenda. Si, aceptamos como equivalente sistema óptico Corregido al Infinito, con Corrección de Color y objetivo Plan-Acromáticos.		

Consulta 7 - Ítem 6 Microscopio Trinocular

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Con respecto a la exigencia de un "Objetivo Plan Acromático UC 2X", solicitamos a la convocante confirmar si se aceptará la eliminación de este lente o si se admitirá la configuración estándar de fábrica que inicia a partir del objetivo de 4X. En caso de mantenerse la obligatoriedad del lente de 2X, solicitamos se sirva aclarar qué función analítica o protocolo clínico especial requiere de este aumento específico. Fundamentamos que la microscopía de rutina se cubre plenamente con la combinación de 4X, 10X, 20X y 40X, y que exigir un objetivo de 2X cerrado restringe la libre competencia de marcas líderes que no lo incluyen en sus kits estándar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Remitirse a la Adenda. Si, aceptamos eliminación del lente.		

Consulta 8 - Ítem 6 Microscopio Trinocular

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
En relación con la especificación técnica que exige una "División de luz 20/80 mediante puerto trinocular estándar DIN/ISO", solicitamos a la convocante confirmar si se admitirán configuraciones de división de luz alternativas de alta eficiencia, tales como 50/50 o 0/100, Fundamentamos que la relación fija de 20/80 es una característica de ingeniería propia de un modelo específico, mientras que otras marcas de alta gama optimizan la transmisión lumínica hacia los oculares o hacia la cámara mediante relaciones alternativas que garantizan la misma o superior calidad en la captura digital y la observación del operador.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Remitirse a la Adenda. Se admitirá configuraciones de división de luz alternativa de alta eficiencia, tales como 50/50 o 0/100.		