Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 481549 - ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Consulta 1 - Ítem Nº 39 Hemoglobina Glicosilada

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026

Solicitan el reactivo con método micromatografico.
Consulta: ¿ Podemos ofertar con método RESINA de intercambio iónico ?
El motivo obedece a que el parámetro Hemoglobina Glicosilada por metodología MICROMATOGRAFICO de intercambio iónico fue retirado de producción debido a nuevos reglamentos con estándares de fabricación y control más estrictos para productos sanitarios de diagnóstico in vitro, IVDR. Para cumplir con estos estándares, se necesitan métodos de última generación o a la vanguardia, procedimientos avalados por la IFCC y otros organismos, entre otras. Por lo que algunos métodos quedaron obsoletos antes estas nuevas exigencias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026

Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 60 días calendario de haber retirado la Orden de Compra. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

Hacer lugar a la consulta, se extiende el plazo a 60 días calendario.

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026

Se solicita a la Convocante aclarar el porcentaje de la cantidad mínima que deberá ser suministrado en la primera entrega, a fin de permitir una adecuada planificación de la provisión, garantizar la disponibilidad oportuna de los productos y asegurar una correcta estimación de los costos logísticos y de almacenamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

SE VIZUALIZA LAS CANTIDADES MINIMAS EN EL SICP EN EL APARTADO DE Productos/Bienes/Servicios.

Consulta 4 - Ítem Nº 83 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿ Podemos ofertar Puntas con volumen de hasta 20 ul ? ¿Podemos ofertar SIN las siguientes características: Estériles, Libre ADNasa/ARNasas y pirógenos? La consulta obedece a que el PRECIO REFERENCIAL publicado es 10 veces más BAJO que el precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
- Podemos ofertar Puntas con volumen de hasta 20 ul? No - Podemos ofertar SIN las siguientes características: Estériles, Libre ADNasa/ARNasas y pirógenos: Si		

Consulta 5 - Ítem Nº 84 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar SIN las siguientes características: Estériles, Libre ADNasa/ARNasas y pirógenos? La consulta obedece a que el PRECIO REFERENCIAL publicado es 10 veces más BAJO que el precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Si.		

Consulta 6 - Ítem Nº 85 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar SIN las siguientes características: Estériles, Libre ADNasa/ARNasas y pirógenos? La consulta obedece a que el PRECIO REFERENCIAL publicado es 10 veces más BAJO que el precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Si.		

Consulta 7 - Ítem Nº 92 Solución de Limpieza

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar en una presentación de frasco x 100 ml como mínimo? La consulta obedece a que el PRECIO REFERENCIAL publicado corresponde a la presentación de frasco x 100 ml. y NO a frasco x 1.000 ml., y para que la convocante no se quede sin el reactivo solicitado como ya sucedió en otras ocasiones con vuestra institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 8 - Ítem Nº 93 Solución Lisis (Lisante)

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar en una presentación de Frasco x 1.000 ml como mínimo? La consulta obedece a que el PRECIO REFERENCIAL publicado corresponde SOLO a 1 frasco de 1.000 y NO caja 2x1.000 ml., y para que la convocante no se quede sin el reactivo solicitado como ya sucedió en otras ocasiones con vuestra institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 9 - Ítem Nº 98 Tubos con anticoagulante EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar tubos de 2 ml y/o 2,5 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 10 - Ítem Nº 103 Tubos sin anticoagulante seco

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar tubos de 4 ml y/o 5 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 11 - Ítem Nº 104 Tubos sin anticoagulante seco/gel

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar tubos de 4 ml y/o 5 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 12 - Ítem Nº 105 Tubos sin anticoagulante seco

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar tubos de 3 ml y/o 3,5 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 13 - Ítem Nº 100 Capilares con Heparina

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar en una presentación de Tubo x 100 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 14 - Ítem Nº 101 Capilares sin Heparina

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar en una presentación de Tubo x 100 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 15 - ítem Nº 63 Parafina

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar en una presentación de bloque x 5 kg? El cual resulta mucho más económico para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 16 - Título: Ítem 39 – Hemoglobina glicosilada

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
En relación al ítem 39, se solicita a la convocante admitir reactivos para la determinación de Hemoglobina Glicosilada por métodos inmunoturbidimétricos o enzimáticos con certificación NGSP/IFCC, además del método microcromatográfico. Los métodos certificados NGSP/IFCC presentan menor interferencia por variantes de hemoglobina y por temperatura, y mejor trazabilidad que la cromatografía en microcolumnas, y son los recomendados actualmente para el seguimiento glucémico. Asimismo, se solicita admitir presentaciones de distinto número de determinaciones por caja, ajustando la cantidad de cajas para cubrir las determinaciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 17 - Ítems 23, 32, 35, 86 y 89 – Química clínica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Para los ítems 23 (Calcio), 32 (Fosfatasa alcalina), 35 (Glucosa), 86 (Ácido úrico) y 89 (Triglicéridos), se solicita a la convocante admitir kits con el mismo principio metodológico (arsenazo III; cinético a 405 nm; enzimático GOD-PAP; uricasa-PAP; GPO-PAP) en presentaciones de distinto fraccionamiento o volumen por kit, siempre que el volumen total entregado sea igual o superior al requerido, ajustándose la cantidad de kits. Se hace notar que en el ítem 86 la descripción incluye una denominación comercial (“Liquicolor”), por lo que se solicita aclarar que se aceptan reactivos equivalentes de cualquier fabricante. Asimismo, se solicita aclarar cuál es la presentación requerida en el ítem 32, ya que el texto menciona dos presentaciones diferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

Ítem 23: Calcio: SÍ se admiten presentaciones con distinto fraccionamiento o volumen por kit para el ítem 23, siempre y cuando se mantenga el principio metodológico requerido y el volumen total entregado sea igual o mayor al solicitado en el PBC, ajustando proporcionalmente la cantidad de kits.
Ítem 32: fosfatasa alcalina: admitir distintas presentaciones comerciales, siempre que se garantice el rendimiento requerido y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Método cinético con longitud de onda de 400 a 420 nm y reacción creciente
Ítem 35: glucosa. Se admitirán kits comerciales en presentaciones de distinto fraccionamiento, rendimiento o volumen por envase, siempre que respeten estrictamente el principio metodológico solicitado en las Especificaciones Técnicas (Oxidación por glucosa oxidasa (GOD-POD) o punto final.)
Ítem 86: ácido úrico: Método enzimático colorimétrico (URICASA - PAP). se aceptarán reactivos equivalentes de cualquier fabricante que cumplan con la metodología exigida
Ítem 89: Triglicéridos se admitirán kits comerciales en presentaciones de distinto fraccionamiento, rendimiento o volumen por envase, siempre que se respete estrictamente el principio metodológico requerido (GPO-PAP) y que el volumen total entregado sea igual o superior al requerimiento mínimo total del Pliego de Bases y Condiciones, ajustándose proporcionalmente el número de kits a ser entregados.

Consulta 18 - Ítems 8, 11, 12, 14 y 54 – Medios de cultivo deshidratados

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Para los medios de cultivo deshidratados de los ítems 11 (Agar Sabouraud), 12 (Agar Citrato de Simmons), 14 (Agar TSI) y 54 (Medio SIM), se solicita a la convocante admitir frascos de contenido distinto al indicado (menor o mayor), entregando la cantidad equivalente en gramos por unidad solicitada. Los medios deshidratados se reconstituyen por peso y el fraccionamiento en envases más pequeños reduce la hidratación y el deterioro del polvo una vez abierto el frasco. Para el ítem 8, se solicita admitir medios de identificación que evidencien la descarboxilación de la lisina, incluyendo el Agar Lisina Hierro (LIA), de uso habitual en la identificación de enterobacterias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.

Consulta 19 - Título: Ítem 17 y 42 – Kits de coloración de Ziehl-Neelsen

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Considerando que la EETT del ítem 17 hace referencia a una marca determinada, se solicita a la convocante aclarar que se admitirán kits de coloración de Ziehl-Neelsen de cualquier fabricante con composición equivalente (fucsina fenicada, decolorante alcohol-ácido y azul de metileno) y presentación igual o superior a 3 x 100 ml, en atención a los principios de libre competencia e igualdad de la Ley N° 7021/2022. Asimismo, se solicita aclarar si el ítem 42 corresponde a un kit de tinción diferencial rápida (tipo Romanowsky) o a un kit de Ziehl-Neelsen, ya que el nombre del bien y la especificación técnica no coinciden.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
- Respecto a la primera consulta, hacer lugar a la solicitud, se ha realizado la ADENDA correspondiente. - Respecto a la segunda consulta, se aclara que se refiere a un kit de Ziehl-Neelsen.		

Consulta 20 - Ítem 28 – Solución limpiadora para contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Para el ítem 28, se solicita a la convocante admitir soluciones limpiadoras de sonda de composición equivalente a la especificada (tensoactivo, hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio dentro de los límites indicados) y presentación igual o superior a 50 ml, aptas para contadores hematológicos, sin restringirlas a una marca de analizador. Asimismo, se solicita indicar la marca y el modelo del contador hematológico en uso, para que los oferentes verifiquen la compatibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 21 - Ítem 41 – Kit de extracción de ácidos nucleicos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Para el ítem 41, se solicita a la convocante aclarar si la purificación simultánea de ADN y ARN es excluyente o si se admiten kits de extracción de ADN por columnas de sílice para muestras de sangre, suero, plasma y tejidos. Asimismo, se solicita admitir kits de 50 preparaciones, entregando la cantidad de kits equivalente a las preparaciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
- Respecto a la purificación simultánea de ADN y ARN, no es excluyente. - Respecto a "si se admiten kits de extracción por columna de sílice para muestras de sangre....." (sic), SÍ se admiten. - Respecto a la "admitir kits de 50 preparaciones, entregando la cantidad de kits equivalentes a las preparaciones requeridas" (sic), SÍ se admiten.		

Consulta 22 - Ítems 98 y 105 – Tubos de extracción al vacío

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Para los ítems 98 (tubo con EDTA) y 105 (tubo seco sin anticoagulante), se solicita a la convocante admitir tubos de extracción al vacío con volúmenes de llenado nominal entre 2 y 3 ml para EDTA y entre 4 y 6 ml para tubo seco, manteniendo la relación sangre/aditivo indicada por el fabricante. Son volúmenes de uso habitual y suficientes para hemograma y química en especies de laboratorio veterinario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 23 - Ítems 30, 47, 65, 76, 84 y 118 – Presentaciones de insumos y reactivos generales

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Para los ítems 30 (Eosina), 47 (Láminas portaobjeto), 65 (solución buffer pH 4,01), 76 (Placas de Petri descartables), 84 (Puntas de 1000 µl) y 118 (Algodón hidrófilo), se solicita a la convocante admitir presentaciones comerciales con distinta cantidad o volumen por envase, siempre que la cantidad total entregada por unidad solicitada sea igual o superior a la requerida (por ejemplo, 2 frascos de 500 ml por cada unidad de 1000 ml, o 2 cajas de 50 láminas por cada caja de 100). Esto no altera la calidad del bien y amplía la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 24 - Ítems 115 y 116 – Guantes de látex

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Para los ítems 115 y 116, se solicita a la convocante admitir también guantes de látex sin polvo, que reducen el riesgo de reacciones alérgicas y de contaminación de muestras y superficies, conforme a las recomendaciones actuales de bioseguridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 25 - Condiciones – Rotulado de productos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Respecto a la leyenda “Uso exclusivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA”, se solicita a la convocante admitir que se coloque mediante etiqueta autoadhesiva de seguridad (no removible sin destrucción) en el envase primario o secundario, ya que la mayoría de los reactivos y medios importados vienen rotulados de origen y no pueden reimprimirse sin afectar su registro y trazabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 26 - Condiciones – Vencimiento mínimo

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Se solicita a la convocante admitir, para reactivos cuya vida útil total de fabricación sea igual o menor a 18 meses, un vencimiento mínimo de 8 meses al momento de la entrega, acompañado de una carta de compromiso de canje por los productos que venzan antes de ser utilizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.		

Consulta 27 - Item 46 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de portaobjetos comunes de vidrio de 26 x 76 mm, en reemplazo de las dimensiones solicitadas de 25 x 75 mm, manteniendo la presentación en caja de 50 unidades. La diferencia dimensional de apenas 1 mm en cada lado no altera sustancialmente la finalidad del producto ni su uso habitual en la preparación y observación de muestras microscópicas. Esta ampliación permitiría una mayor concurrencia de oferentes, sin comprometer la funcionalidad del insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 28 - Item 47 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de láminas portaobjetos esmeriladas o rotuladas de 26 x 76 mm, en reemplazo de las dimensiones requeridas de 25 x 75 mm, manteniendo la presentación en caja de 100 unidades como mínimo. La diferencia dimensional de apenas 1 mm en cada lado no afecta sustancialmente la funcionalidad del producto ni su utilización habitual para la preparación, identificación y observación microscópica de muestras. Esta ampliación permitiría una mayor concurrencia de oferentes, sin comprometer la finalidad del insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 29 - Item 76 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Donde dice: Envasados en bolsas de calidad médica con cierre de tipo desplegable. Consulta: Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de bolsas con cierre tipo sellado hermético, en reemplazo del cierre de tipo desplegable solicitado, teniendo en cuenta que este sistema permite mantener el envase debidamente cerrado y proteger el producto frente a la contaminación externa, conservando condiciones adecuadas de almacenamiento y manipulación. Esta ampliación permitiría una mayor concurrencia de oferentes, sin comprometer la finalidad de uso del insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.		

Consulta 30 - Item 76 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Donde dice: Presentación: en caja de 200 unidades. Para la provisión
deberá realizarse en bolsas herméticamente cerradas de a
10 unidades cada una.
Consulta: Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de placas de Petri estériles y desechables, envasadas en bolsas con cierre hermético de 25 unidades cada una, con presentación en caja de 500 unidades. La provisión en cajas de 500 unidades permite disponer de una cantidad equivalente a 2,5 veces la presentación solicitada, por lo que se solicita admitir esta alternativa, favoreciendo una mayor concurrencia de oferentes sin comprometer la finalidad de uso del insumo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026

SE HA REALIZADO LA ADENDA CORRESPONDIENTE.

Consulta 31 - Ítem Nº 39 Hemoglobina Glicosilada

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2026

Volvemos a consultar para que la convocante no se quede sin el reactivo solicitado como ya sucedió en otras ocasiones con vuestra institución.
¿ Podemos ofertar con método resina de intercambio iónico ?
El motivo obedece a que el parámetro Hemoglobina Glicosilada por metodología de intercambio iónico fue retirado de producción debido a nuevos reglamentos con estándares de fabricación y control más estrictos para productos sanitarios de diagnóstico in vitro, IVDR. Para cumplir con estos estándares, se necesitan métodos de última generación o a la vanguardia, procedimientos avalados por la IFCC y otros organismos, entre otras. Por lo que algunos métodos quedaron obsoletos antes estas nuevas exigencias

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2026

La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.

Consulta 32 - ítem Nº 47 Lámina Portaobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2026

¿Podemos ofertar en presentación caja x 50 unidades como mínimo?
Esta solicitud obedece a que la presentación comercial de este insumo es caja x 50 unidades y NO caja x 100 unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2026

La Convocante agradece la consulta realizada y aclara que los oferentes deberán ajustarse a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el cual constituye el marco de referencia del presente procedimiento de contratación. En ese sentido, se solicita considerar lo establecido en dicho documento, a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de las reglas previstas para todos los potenciales oferentes.