Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 486033 - ADQUISICION DE VIALES PARA DQO PARA LABORATORIO DE EFLUENTES Y REACTIVOS PARA BIOTECNOLOGIA PLANTA PETROPAR M.J. TROCHE

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Favor aclarar donde si donde dice: "experiencia en ventas y provisión de productos químicos y venta de cloruro de amonio p.a., Hidróxido de amonio p.a., Clorhidrato de hidroxilamina, Ácido sulfúrico concentrado p.a., Acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) p.a., Hidróxido de sodio p.a. (Frascos de 500 gramos), Anaranjado de metilo, Negro eriocromo T, Fenolftaleína p.a, Alfanaftol, Buffer ph 10, Buffer ph 7 , Buffer ph 4, Cloruro de potasio 3 M, Nitrato de amonio, Nitrato de potasio, Sulfato de Magnesio anhidro, Cloruro de calcio anhidro granular, Myo-Inositol , Bencil Amino Purina (BAP), Viales para determinación de DQO, y materiales de laboratorio en general" Se refiere a que se debe demostrar la experiencia en venta en al meno uno de estos ítems o todos y cada uno de los mismos, ya que si se trata de lo ultimo sería una seria limitación a los proveedores especializados y limitaría la cantidad de oferentes que puedan participar de la licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.		

Consulta 2 - Ítems 8, 9 y 10 – Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Considerando que los ítems N.º 8, 9 y 10 corresponden a viales para determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO), destinados específicamente a su utilización con fotómetros identificados en las Especificaciones Técnicas, y teniendo en cuenta que la compatibilidad, trazabilidad y procedencia de dichos reactivos resultan fundamentales para garantizar resultados analíticos confiables y evitar productos de origen no autorizado, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la incorporación, dentro de los requisitos de capacidad técnica, de la siguiente documentación: “Para los ítems N.º 8, 9 y 10, el oferente deberá presentar autorización vigente emitida por el fabricante de los productos ofertados, o por su representante/distribuidor autorizado, que acredite al oferente para la comercialización y provisión de dichos productos en el territorio nacional.” La presente solicitud busca asegurar la trazabilidad y autenticidad de los reactivos suministrados, así como su correcta compatibilidad con los equipos indicados en las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026
Aceptamos incluir su recomendación. Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.		

Consulta 3 - Ítem 8 – Compatibilidad del producto solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026

En la descripción general del ítem N.º 8 se establece: “Viales de bajo rango (hasta 160 ppm) para equipo fotómetro Macherey Nagel”; sin embargo, en las Especificaciones Técnicas detalladas del mismo ítem se indica que los viales serán para “fotómetros de marca Lovibond MD 600 (hasta 150 ppm)”.
Solicitamos aclarar cuál es la marca/modelo de fotómetro y rango de medición efectivamente requerido para el ítem N.º 8, a efectos de identificar inequívocamente el producto compatible a ser ofertado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Contamos con las 2 marcas de equipos mencionado en el PBC: el fotómetro Macherey Nagel y el fotómetro de marca Lovibond MD 600

Consulta 4 - ITEM 5. BUFFER PH 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – certificaciones
Referente a la especificación de que cuente con certificación ISO 17034, consultamos a la Convocante si serán aceptadas soluciones buffer de pH con valor certificado de pH 4,01 ± 0,015 a 25 °C, trazables a NIST y elaboradas por fabricante con sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO 9001, considerando que la tolerancia ofrecida es superior a la requerida de ±0,02.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Solicitamos adecuarse a lo requerido en el PBC, es la más recomendable para este tipo de reactivo.

Consulta 5 - ITEM 7. BUFFER PH 10

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – certificaciones
Referente a la especificación de que cuente con certificación ISO 17034, consultamos a la Convocante si serán aceptadas soluciones buffer de pH con valor certificado de pH 10,01 ± 0,015 a 25 °C, trazables a NIST y elaboradas por fabricante con sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO 9001, considerando que la tolerancia ofrecida es superior a la requerida de ±0,02.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Solicitamos adecuarse a lo requerido en el PBC, es la más recomendable para este tipo de reactivo.

Consulta 6 - ITEM 6. BUFFER PH 7

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – certificaciones
Referente a la especificación de que cuente con certificación ISO 17034, consultamos a la Convocante si serán aceptadas soluciones buffer de pH con valor certificado de pH 7,00 ± 0,015 a 25 °C, trazables a NIST y elaboradas por fabricante con sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO 9001, considerando que la tolerancia ofrecida es superior a la requerida de ±0,02.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Solicitamos adecuarse a lo requerido en el PBC, es la más recomendable para este tipo de reactivo.

Consulta 7 - ITEM 9. VIALES DE BAJO RANGO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – Rango de medición.
Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas correspondientes al ítem 9, considerando que en la denominación del ítem se hace referencia a viales para DQO de rango bajo, mientras que en las especificaciones técnicas se indica un rango medio de 20 a 1.500 mg/L O_2.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.

Consulta 8 - ITEM 9. VIALES DE BAJO RANGO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – Rango de medición.
Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas correspondientes al ítem 9, considerando que en la denominación del ítem se hace referencia a viales para DQO de rango bajo, mientras que en las especificaciones técnicas se indica un rango medio de 20 a 1.500 mg/L O_2.
Agradeceremos confirmar el rango de medición requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.

Consulta 9 - ITEM 9. VIALES DE BAJO RANGO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 2. Especificaciones técnicas
Solicitamos a la Convocante aclarar si la descripción técnica consignada en el ítem 8 corresponde en realidad al ítem 9. Lo anterior, considerando que la denominación del ítem 9 hace referencia a viales para determinación de DQO de bajo rango, mientras que la especificación técnica incluida en dicho ítem establece un rango de medición de 20 a 1.500 mg/L O_2,

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.

Consulta 10 - ITEM 9. VIALES DE BAJO RANGO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 2. Especificaciones técnicas
Solicitamos a la Convocante aclarar si la descripción técnica consignada en el ítem 8 corresponde en realidad al ítem 9. Lo anterior, considerando que la denominación del ítem 9 hace referencia a viales para determinación de DQO de bajo rango, mientras que la especificación técnica incluida en dicho ítem establece un rango de medición de 20 a 1.500 mg/L O_2, correspondiente a viales de rango medio. Por otra parte, las especificaciones detalladas en el ítem 8 hacen referencia a los rangos de medición correspondientes a viales Lovibond para DQO de bajo rango.
Agradeceremos confirmar la correspondencia correcta entre la denominación, el rango de medición requerido y la descripción técnica de los ítems 8 y 9, a fin de presentar una oferta técnicamente ajustada a lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Se realizan modificaciones, favor remitirse a la versión 2 del PBC.

Consulta 11 - ITEM 9. VIALES DE BAJO RANGO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 3. Presentación
Referente a la presentación solicitada de 160 viales, consultamos si serán aceptados reactivos Lovibond para determinación de DQO en presentación comercial de 150 viales/determinaciones, considerando que dicha presentación corresponde al empaque estándar disponible para el producto.
Agradeceremos confirmar la aceptación de esta presentación, manteniéndose el parámetro y rango de medición requeridos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Si, aceptamos, teniendo en cuenta que la unidad de medida del llamado es por unidad.

Consulta 12 - ITEM 10. VIALES DE RANGO MEDIO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Pregunta 1 – Presentación
Referente a la presentación solicitada de 160 viales, consultamos si serán aceptados reactivos Lovibond para determinación de DQO en presentación comercial de 150 viales/determinaciones, considerando que dicha presentación corresponde al empaque estándar disponible para el producto.
Agradeceremos confirmar la aceptación de esta presentación, manteniéndose el parámetro y rango de medición requeridos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2026

Si, aceptamos, teniendo en cuenta que la unidad de medida del llamado es por unidad.