Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 210761 - Adquisición de balanzas para el INAN

## Consulta 1 - Item 1 - Balanza Pediátrica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Precisión de 10 gramos., solicitamos tengan a bien aceptar con Graduación: 05 gramos o mejor, la precisión que justamente por ser mecánica ofrece un máximo de fiabilidad. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptarán propuestas con graduación menor. No asi graduaciones por encima de 10 gramos. | | |

## Consulta 2 - Item 1 - Balanza Pediátrica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Platillo con adecuada estabilidad, de aproximadamente 550 mm. x 320mm., solicitamos tengan a bien aceptar con Plataforma en acero esmaltado de 550 x 305 mm o mejor. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptaran propuestas que incluyan platillos de acero esmaltado de medidas aproximadas a las solicitadas. | | |

## Consulta 3 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Precisión de 100 gramos., solicitamos tengan a bien aceptar con Graduación: 50 gramos o mejor, la precisión que justamente por ser mecánica ofrece un máximo de fiabilidad. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptarán propuestas con graduacione menor, no asi graduaciones por encima de los 100 gramos. | | |

## Consulta 4 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Debe incluir altímetro con graduación de 1<br>cm. Con capacidad de medición mínima entre 85 a 90 cm, solicitamos tengan a bien aceptar con capacidad de medición entre 60 a 90 cm o mejor. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptarán propuestas que refieran capacidad de medicion en limite inferior entre 60 a 90 centimetros. | | |

## Consulta 5 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Debe incluir la bandeja o plato para<br>pesaje., tenemos entendido que esta caracteristica es de la balanza pediatrica, solicitamos tengan a bien aclarar si esta caracteristica se refiere a la plataforma con dimensiones adecuadas y superficie antideslizante permite un seguro proceso de medición de peso, aún en pacientes con serio sobrepeso. con baja altura de su plataforma que facilitaria la subida a la pesapersonas. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se confirma la consulta, se refiere a la plataforma sobre la cual debe situarse el adulto para realizar la medición. | | |

## Consulta 6 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Balanza completa, aprox: 292 mm (ancho)<br>x 848 mm (altura) x 409 mm (profundidad)., solicitamos tengan a bien aceptar con medidas de 520 mm (ancho) x 1556 mm (alto) o mejor, esta peticion es que para que la convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aclara que las especificaciones técnicas del P.B.C. son minimas, dimensiones mayores por tanto seran aceptadas. | | |

## Consulta 7 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Plataforma: 292 mm (ancho) x 75 mm (altura) x 300 mm (profundidad) no menciona que sean medidas aproximadas como en otras parte de la especificaciones., solicitamos tengan a bien aceptar con Plataforma 350 mm (ancho) x 82 mm (altura) x 360 mm (profundidad) o mejor. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aclara que las especificaciones técnicas del P.B.C. son minimas, dimensiones mayores por tanto seran aceptadas. | | |

## Consulta 8 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Peso aproximado: 6 ? 15 kilogramos, creemos que este peso podria estar incorrecto debido a que las balanzas deben tener mayor peso y deben ser robustas para una establidad y durabilidad de la misma, para una vida util superior, solicitamos tengan a bien aceptar con Peso aproximado entre 15 y 25 kilogramos. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptarán propuestas de hasta 25 kilos. | | |

## Consulta 9 - Item 2 - Balanza Adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| En donde menciona: Peso aproximado: 6 ? 15 kilogramos, creemos que este peso podria estar incorrecto debido a que las balanzas deben tener mayor peso y deben ser robustas para una establidad y durabilidad de la misma, para una vida util superior, solicitamos tengan a bien aceptar con Peso aproximado entre 15 y 25 kilogramos. A fin de que la Convocante otorgue la oportunidad de participar a la mayor cantidad posible de oferentes como así también a poder contar con ofertas mas económicas y que cumplen acabadamente con las exigencias en cuanto a parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| Se aceptarán propuestas de hasta 25 kilos. | | |

## Consulta 10 - PLAZO DE ENTREGA DE LOS ITEM N°1, 2 Y 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA<br>Solicitamos tengan a bien extender el plazo de entrega a 90 días contados a partir de la emisión de las respectivas ordenes de compras, de manera asegurar la entrega en tiempo y forma, considerando que la mayoría de productos solicitados son importados del extranjero. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|
| El plazo de entrega no podrá ser extendido. | | |

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consulta 11 - SBE - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2011

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2011 |
|---|---|---|

Ref.: Licitación Por Concurso de Oferta Nº 09/2011
`` Adquisición de Balanzas para el INAN - Add Referéndum´´

Mediante esta solicitamos aclaraciones de los siguientes Ítems:

Ítem Nº 1 Balanza Pediátrica

¿ Podrá ofertarse con indicación Digital ?

Ítem Nº 2 Balanza Altímetro

¿ Podrá ofertarse con indicación Digital ?

Ítem Nº 3 Balanza Electrónica

¿ Necesitan con altímetro ?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-10-2011 |
|---|---|---|

Solo se aceptarán propuestas de balanzas mecanicas.