

Consultas Realizadas

Licitación 213967 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

Consulta 1 - SBE - Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/2011

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2011
<p>Ref.: Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 20/2011 `` Adquisición de Equipos Médicos ``</p> <p>Mediante esta solicitamos aclaraciones del siguiente Ítem:</p> <p>Ítem 10:</p> <p>Se solicita el Microscopio con Sistema de Iluminación mediante foco de Halógeno. ¿ Se puede ofertar para el microscopio con el Sistema de Iluminación con tecnología LED ? Nota: El Sistema de Iluminación LED posee una durabilidad 8 (ocho) veces mayor que la de un foco de halógeno. Esto significaría también, que no será necesario adquirir una lámpara de repuesto, ya que utilizando la Iluminación LED la vida útil de este Sistema de Iluminación es de mínimo 5 (cinco) años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2011
<p>Se requiere adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC "Microscopio con el sistema de iluminación mediante foco de halógeno, debido a que la cantidad de repuestos en el mercado con el sistema de iluminación de luz halógena hará que el equipo ante una eventualidad de falla del sistema de iluminación, se cambie fácilmente y a precio mucho menor, caso contrario con el sistema a LED</p>		