

Consultas Realizadas

Licitación 214773 - Reparación de Equipos Médicos

Consulta 1 - Consultas Técnicas y Administrativas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
<p>Consulta 1: En la página 20 ? 4. Cronograma de Entregas: Punto 4.4. En el caso de asistencia técnica y provisión de repuestos, la empresa adjudicada contará con 10 días corridos para la entrega de los mismos, contados desde la recepción de la O.S.</p> <p>Solicitamos: Por favor extender este plazo, especialmente para la provisión de repuestos a 30 (treinta) días corridos contados desde la recepción de la Orden de Servicio, debido a que este es el plazo para realizar la importación de los bienes.</p>		

Consulta 2 - Consultas Técnicas y Administrativas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
<p>Consulta 2: Observamos que en la proforma de Contrato en su página 29 dice: ?Lugar de Entrega: Bocas de expendio de la estación de servicio adjudicada.?</p> <p>Solicitamos: Por favor aclarar este punto, debido a que el Lugar de Entrega, tanto para Mantenimientos Preventivos, como asistencia técnica y entrega de repuestos es en el Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2011
<p>La entrega de los servicios se realizará en el Dpto. de mantenimiento (Ver Adenda 1 a ser publicada)</p>		

Consulta 3 - Consultas Técnicas y Administrativas

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
<p>Consulta 3: En la proforma de Contrato en su página 29 dice: ?13. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051).</p> <p>13.1. El proveedor adjudicado deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos por un periodo de tiempo de al menos 6 (seis) meses (A CONFIRMAR CON EL DPTO. DE MANTENIMIENTO) a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la prestación del servicio.?</p> <p>Solicitamos: Por favor, confirmar el periodo de tiempo que el Proveedor adjudicado debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, en el texto precedente menciona un periodo de 6 (seis) meses, pero luego dice: (A CONFIRMAR CON EL DPTO. DE MANTENIMIENTO)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2011
<p>El adjudicado deberá garantizar el mantenimiento realizado por un periodo de 6 seis meses.</p>		

Consulta 4 - Consultas Técnicas y Administrativas

Consulta	Fecha de Consulta
<p data-bbox="97 338 1556 499"> Consulta 4: Para los ítem 5, 6, 9 y 10 que hacen parte de este llamado, se requieren de piezas para la reparación de los mismos, debido a que se encuentran en condiciones Inoperativa por falta de repuestos. Por ende no podrán ser realizados los Mantenimientos Preventivos sin contar con los repuestos requeridos. Consultamos si se incluirán las piezas en esta Licitación? </p> <p data-bbox="97 539 879 824"> Los repuestos que requieren los Equipos son los siguientes: Para el ítem 5: Equipo de Rayos X Arco en C. SIREMOBIL COMPACT Código - Pieza Requerida - Cantidad 03779068 - Soporte completo - 02 03776841 - Palanca - 01 03780603 - Rep.Set Steering - 01 08158628 - Tuerca - 01 08158610 - Tornillo - 01 08158602 - Tornillo - 01 </p> <p data-bbox="97 864 940 1084"> Para el ítem 6: Equipo de Rayos X para abdomen y tórax SIREGRAPH CF Código - Pieza Requerida - Cantidad 03242893 - Cubierta de plástico - 01 03242869 - Cubierta de plástico CPL - 01 01161525 - Tubo de Rayos X OPTILIX 15/30/50C-100 - 01 05658864 - Placa Electrónica D220 - 01 07463677 - Cable D100-D2207 - 01 </p> <p data-bbox="97 1124 844 1408"> Para los ítem 9 y 10: Equipo de Rayos X móvil POLYMOBIL PLUS Código - Pieza Requerida - Cantidad 07566974 - Tablero D952 capacitor cargador - 02 10187770 - Cubierta - 02 01863620 - Portacables - 06 10272715 - Placa Electrónica D-916 CPU - 01 10272717 - Voltage Supply Board D927 - 01 10187820 - Tube Assembly CPL - 01 10130540 - Cable ?S27, including support? - 01 </p> <p data-bbox="97 1449 1556 1570"> OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Las piezas tienen es status ?REP? (RECAMBIO), lo que implica que las piezas dañadas deben ser devueltas a fábrica. La no devolución de las piezas dañadas a fábrica encarecería la Oferta en un 30%, por lo que solicitamos por favor que esta condición sea incluida en las Especificaciones técnicas y condiciones del Contrato. </p> <p data-bbox="97 1610 1517 1700"> Para los ítem 7 y 8, Equipos de Rayos X VERTIX UM y POLYMOBIL 10, no podemos garantizar la reparación de los mismos debido a que ya no se cuenta con disponibilidad de repuestos originales en Stock de fábrica. Por lo que no será posible realizar el Mantenimiento Preventivo a estos equipos. </p>	13-05-2011

Respuesta	Fecha de Respuesta
<p data-bbox="97 1794 1556 1865"> Dado el déficit presupuestario en el rubro del llamado, y ante la imposibilidad de incluir repuestos para la reparación y posterior mantenimiento, se eliminan del llamado los ítems 5, 6, 9 y 10. Ver adenda 1 próxima a ser publicada. </p>	18-05-2011

Consulta 5 - PUNTO 2 CONDICIONES DEL SERVICIO

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
Consultamos donde dice personal capacitado por el MSPBS. Cual es el documento que acredita al personal técnico que debemos incluir con la documentación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2011
Se refiere a la Constancia de Habilitación del Servicio Técnico expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		

Consulta 6 - PUNTO 2 CONDICIONES DEL SERVICIO

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
Consultamos donde dice personal capacitado y acreditado por el MSPBS. Cual es el documentos que acredita al personal técnico que debemos incluir con la documentación?		

Consulta 7 - PUNTO 3. GARANTIA DE PIEZAS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
Consultamos para mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos es necesario presentar la Garantía de Buen funcionamiento del equipo, siendo que no proveemos ningún repuesto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2011
Si, es necesaria la presentación de la Garantía.		

Consulta 8 - ANEXO IV CONTRATO -

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
Donde dice en el putno 9) Lugar de entregas: Boca de expendio de la estación de servicio adjudicado. A que se refiere?		

Consulta 9 - CONSULTA:

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2011
Es necesario realizar visitas para comprobar el buen funcionamiento del equipo específicamente al Ecógrafo TOSHIBA, para el mantenimiento preventivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2011
No es necesita realizar visita técnica a los equipos.		