

# Consultas Realizadas

# Licitación 225253 - LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre

### Consulta 1 - Aclaraciones Varias

	Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2011
1) ¿Que pasa si hubera unitem de uno de los lotes que no se oferta?			

Fecha de Respuesta

23-11-2011

Se debe ofertar el lote completo.

Respuesta

## Consulta 2 - Solicitud de Aclaración

Consulta Fecha de Consulta 21-11-2011

En el Lote 4, desde el Item 1 hasta el Item 11, solicita 01 (un) equipamiento en carácter de Comodato a ser instalado en el CNTS, para el procesamiento de tipificación en Técnica de Microplacas, tanto para la despensación (el equipamiento no debe de exceder en dimensiones de ancho, altura y largo de un Metro) de centrifugación como agitación, si la técnica así lo requiere para las siguientes determinaciones, A, B, AB, D, DVI y control D?

¿Se puede ofertar y/o Para Técnica en gel?. Con los Anti Sueros para trabajar en Tubos, con sus correspondientes equipamientos, pero no como piden solamente el Equipamiento para Microplacas?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-11-2011

se solicitan reactivos para técnica en tubo y microplaca tal como se especifica en el PBC.

#### Consulta 3 - Solicitud de Aclaración

Consulta Fecha de Consulta 21-11-2011

Lote 5 - Item 7 MICROPLACAS. En Item 7 del Lote 5 piden MICROPLACAS impregnada con reactivos de Fenotipaje RH (Anti C, Anti C, Anti e) y Kell por método de aglutinación, en Microplacas en 16 determinaciones o su equivalente. Pregunta:

¿Se puede ofertar y/o en tarjetas y no solamente en microplacas?. Pues las tarjetas con los equipos automatizados en Comodato, tanto para la dispensación como para todo el procesamiento son de tecnologías de ultima generación.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-11-2011

Las ofertas deberán ajustarse a lo solicitado en el PBC.

#### Consulta 4 - LOTE 1 ITEM 4

21-11-2011 Consulta Fecha de Consulta

Se podra ofertar bolsa de transferencia para sangre, plasticas vacias de 300 ml a 350 ml de capacidad.

Respuesta 23-11-2011 Fecha de Respuesta

Si, si cumple las demás especificaciones técnicas solicitadas

27/11/25 13:49 1/2



# Consulta 5 - Solicitud de Aclaración

Consulta Fecha de Consulta 21-11-2011

Pueden explicar que quiere decir "Deberán Adjudicarse (o debe ser adjudicado) como un solo item en el Lote 1, Lote 2, Lote 4 y en el Lote 5"

Pregunta:

¿Se adjudicarán por item en estos lotes o por lote completo?

RespuestaFecha de Respuesta23-11-2011Las ofertas deberán ser por lote completo.

27/11/25 13:49 2/2