

Consultas Realizadas

Licitación 235189 - SERVICIO DE ESTERILIZACION

Consulta 1 - Consulta Modo de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	
Consultamos como debe de ofertarse en la subasta? El Precio debera ofertarse por Bolsas de 100 Litros? o debera de Ofertarse por unidad de cada Material a Esterilizar? AL ver Monto minimo y maximo sen entiende que en la puja debera indefectiblemente ofertar por unidad ya sea de bolsas o unidad de materiales a esterilizar. Solicitamos se Oferten Por Bolsas de 100 litros.	26-07-2012	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
EL PRECIO DE OFERTA DEBERA SER POR BOLSAS DE 100 LITROS	06-08-2012	

Consulta 2 - Validación de proceso de Esterilización.

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitan la validación de proceso de esterilización por medio de Ampollas biologicas. Consultamos si seran aceptada como validación del proceso los testigos quimicos Eto. ya que de no ser asi conllevaria a un costo muy elevado la oferta y limitaria a futuros oferentes. El metodo de testigo quimico no afecta la calidad de esterilización la validación es seguro en un 100%.	26-07-2012	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
LO SOLICITADO ES PROCESO DE ESTERILIZACION POR MEDIO DE TESTIGOS QUIMICOS, LAS AMPOLLAS BIOLOGICAS SON PARA CONTROL INTERNO DE SU EMPRESA	06-08-2012	