

## **Consultas Realizadas**

## Licitación 239303 - LPN 3/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa de Fibrosis Quistica

Consulta 1 - L.P.N. Nº 03/12

ítem № 49: Favor aclarar cual tipo de corona es la deseada

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2012	
Mediante esta solicitamos las siguientes aclaraciones:			
Ítem Nº 33: Se solicita pipeta de 200 a 1.000 ul			
¿ Podemos ofertar pipeta de 100 a 1.000 ul ?			
ítem Nº 34: Se solicita pipeta de 1a 10 ul			
¿ Podemos ofertar pipeta de 0,5 a 10 ul ?			
ítem Nº 37: Se solicita pipeta de 50 a 300 ul			
¿ Podemos ofertar pipeta de 30 a 300 ul ?			
ítem Nº 39: Se solicita pipeta de 40 a 200 ul			
¿ Podemos ofertar pipeta de 30 a 300 ul ?			
ítem Nº 48: Favor aclarar cuál es el aspecto de una	punta sin corona		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-06-2012	
Item 33: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC			
Item 34: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC			
Item 37: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC			
Item 39: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC			
Item 48: Es de aspecto liso en el sector de ajuste a la pipeta			
Item 49: en el sector de ajuste de la punta a la pipeta debe tener una superficie externa corrugada o rugosa (corona)			

10/11/25 04:01 1/1