

Consultas Realizadas

Licitación 286420 - LPN 13-15 ADQ DE REAC Y DISP LAB CON EQ EN COMODATO P/ EL H. DE LUQUE, CLINICAS PERIFERICAS DE BOQUERON, 12 DE JUNIO, CAMPO VIA, NANAWA, E INGAVI DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - Equipo de Inmunologia

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2015
Favor aclarar si se puede ofertar un equipo de inmunologia no integrado al equipo de quimica clinica		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2015
Se aclara que, no se podrá ofertar, salvo para los ítems 67, 73, 79, 81 de Inmunología del Lote 6, podrán ofertar con equipos automatizados en comodato, independientes, no integrados, como se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - lote 7 item 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2015
Sensibilidad de Hongos , Se puede ofertar un equipo alternativo para el ítem en particular , o derivar como habilito para el efecto el hospital central del IPS , Esto para que pueda existir mas de un oferente valido para la licitación y que no este dirigido exclusivamente para la marca BIOMERIEUX		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2015
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - item 7 EETT equipo microbiologia

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2015
Dice, debe entregar el 70% de la rutina clinica en 7 horas identificación y sensibilidad , solicitamos que se deje sin efecto por que se contradice con la otra EETT que los resultados deben estar disponible desde las 2 hasta 24 horas de ser inoculadas. Ademas de volver a restringir a una sola marca la licitación BIOMERIUX		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2015
Donde el PBC dice: Debe entregar identificaciones precisas y validadas mayor o igual a 70 % de la rutina clínica, en 7 horas como máximo a partir de colonia aislada para Identificación y Antibiógrama, se refiere a que el equipo deberá dar informes preliminares considerando a que los estudios estarán dirigidos a pacientes: de consultorios ambulatorios, en donde el mayor porcentajes de las bacterias aisladas son de fácil aislamiento. Donde el PBC dice: Los resultados de identificación y sensibilidad deben estar disponibles a partir de las 2 horas hasta un máximo de 24 horas de haber sido inoculadas las tarjetas, se refiere a que el equipo deberá dar informes preliminares considerando a que los estudios están dirigidos a pacientes: internados en salas y en terapia.		

Consulta 4 - lote 7 EETT equipo de microbiología

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2015
en las EETT se entiende que el CLSI (Clinical y Laboratory Standards Institute) , se aceptan Equipos que no cumplen con los tiempos de incubacion de sensibilidad con dicha norma establece ???		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2015
Se aclara que, el (Clinical and Laboratory Standards Institute) CLSI. Establecen las Normas para la lectura e interpretación de las Pruebas de Sensibilidad a los antimicrobianos por Concentraciones Inhibitorias Mínimas (CIM), además de dar los puntos de corte de las pruebas según los mecanismos de resistencia que van cambiando según mecanismos y características de cada bacteria. Lo mencionado más arriba no contradice a este último ya que son para usos preliminares y de seguimiento al paciente.		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2015
Por un lado hace mencion al software a un equipo con metodologia manual, y en otra parte integrado automatizado con lector de barra para gram negativos, gram positivos, levaduras, al respecto se deberá proveer dos equipos con diferentes tecnologías? esta sera utilizada para back up?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
Se aclara que, se deberá proveer 1 (uno) Equipo Automatizado para Sensibilidad y Antibiograma según EETT del PBC, no se deberán ofertar dos diferentes tecnologías, no se requiere de Equipo Back up (el PBC no lo menciona) debido a que es responsabilidad del proveedor adjudicado que el Equipo Automatizo funcione los 365 días y para ello debe contar con Servicio Técnico calificado.		

Consulta 6 - Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2015
Este reactivo puede realizarse con analizadores independiente???		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 7 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2015
Hasta cuantos equipos pueden proveerse por lote??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 8 - EETT equipo de microbiología

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2015
La convocante conoce que al poner sensibilidad para hongos dentro de las determinaciones automatizadas del equipo de Microbiología en Paraguay y en el mundo entero existe una sola marca . La importancia de la sensibilidad para hongos nadie cuestiona , pero existen alternativas para que exista competencia y sus respectivas ventajas económicas para el IPS. una de ellas es otro equipo , derivación a un laboratorio de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 9 - CHAGAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2015
1- Chagas: la determinación de Chagas por quimioluminiscencia no es muy común, de hecho solo dos marcas a nivel mundial la incluyen en sus paneles (Abbott y Diazorin), ambas marcas las venden en su mayoría a bancos de sangre y no a laboratorios de análisis clínicos. Al Solicitar esta determinación eliminan a la mayoría de las empresas cotizantes, de hecho en las licitaciones anteriores de la institución nunca estuvo incluido este parámetro (ni en ninguna licitación del ministerio de salud de laboratorios similares), esta determinación solo se solicita en Bancos de Sangre. En muchos lugares este test se realiza por test rápidos ya que no necesita una alta sensibilidad para dar resultados confiables. Quisiéramos solicitar que esta determinación sea eliminada de los ítems, o si esto no es posible, que se pueda cotizar por ELISA o test rápidos fuera de los lotes de manera a que por un test no se elimine a las otras empresas cotizantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 10 - HEMOGLOBINA GLICADA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2015
Hemoglobina Glicada por el método directo: son pocas las empresas que cumplen con este test, y los precios son mucho mayor a las Glicadas que hoy en día se están utilizando sin un beneficio sustancial en la calidad del informe final. Solicitamos que se pueda cotizar la Hemoglobina Glicada HBA1c tradicional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. En todos los Lotes donde se pide Hemoglobina Glicada o Glicosilada (Sin pre-tratamiento).Con este método no se necesita un operador específico y se gana tiempo.		

Consulta 11 - EQUIPOS INTEGRADOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2015
El pedido de equipo integrado: los equipos integrados son muy buenos para laboratorios de gran flujo de pacientes, mayores a 700 diarios, en esta licitación no tiene sentido ya que por una parte solicita equipos integrados y por otro piden equipos de química de 300 test/hora. En la mayoría de los equipos integrados (solo son 5 marcas a nivel mundial) los equipos más pequeños son de 400 test/hora y en la mayoría de más de 800 test/hora con lo que aumentarían el costo final de oferta exponencialmente sin una necesidad real de este tipo de equipos. Solicitamos que se revea la postura de solicitar equipos integrados, ya que a más de aumentar notablemente los costos, deja a fuera a un gran número de empresas que no poseen equipos integrados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Los laboratorios solicitantes tienen la envergadura y reúnen las condiciones que justifican las ventajas que otorgan los equipos integrados, como ser el ahorro en espacio (integrando Bioquímica clínica con Inmunología), muebles requeridos (mesadas) y la dotación de RRHH (solo un operador por turno).		

Consulta 12 - EQUIPOS INTEGRADOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2015
El pedido de equipo integrado: los equipos integrados son muy buenos para laboratorios de gran flujo de pacientes, mayores a 700 diarios, en esta licitación no tiene sentido ya que por una parte solicita equipos integrados y por otro piden equipos de química de 300 test/hora. En la mayoría de los equipos integrados (solo son 5 marcas a nivel mundial) los equipos más pequeños son de 400 test/hora y en la mayoría de más de 800 test/hora con lo que aumentarían el costo final de oferta exponencialmente sin una necesidad real de este tipo de equipos. Solicitamos que se revea la postura de solicitar equipos integrados, ya que a más de aumentar notablemente los costos, deja a fuera a un gran número de empresas que no poseen equipos integrados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Los laboratorios solicitantes tienen la envergadura y reúnen las condiciones que justifican las ventajas que otorgan los equipos integrados, como ser el ahorro en espacio (integrando Bioquímica clínica con Inmunología), muebles requeridos (mesadas) y la dotación de RRHH (solo un operador por turno).		

Consulta 13 - Lote: 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
Se puede cotizar Equipos no Integrados por separados para Química e Inmunología, considerando que en algunos Lotes se autoriza a cotizar otros Equipos no Integrados por separados para otros TEST		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 4.		

Consulta 14 - Test de HIV, Hep B, CHAGAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
Se puede presentar Equipos por separados para la determinaciones de estos TEST en los diferentes LOTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 4.		

Consulta 15 - LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
En las Especificaciones Técnicas se autoriza a presentar Equipos separados para algunas determinaciones, se puede ofertar también para los ITEMS: 67, 68, 72, 74, 75, equipos automatizados independientes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 4.		

Consulta 16 - LOTE: 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
Se puede presentar Equipos no Integrados de Química e Inmunología, ya que la cantidad de determinaciones solicitadas no justifica equipos INTEGRADOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Los laboratorios solicitantes tienen la envergadura y reúnen las condiciones que justifican las ventajas que otorgan los equipos integrados, como ser el ahorro en espacio (integrando Bioquímica clínica con Inmunología), muebles requeridos (mesadas) y la dotación de RRHH (solo un operador por turno).		

Consulta 17 - Hep C, HIV y CHAGAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2015
Se puede presentar Equipos Automatizados por separados para estas Determinaciones en los LOTES donde se solicitan estas Determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2015
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda N° 4.		