

Consultas Realizadas

Licitación 295978 - ADQUISICION DE MALETIN INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA - SENACSA

Consulta 1 - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2015
favor indicar largo de la tijera quirúrgica curva que se solicita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2015	
Tamaño de las tijeras recta y curva: 14,5 cm de acero inoxidable			

Consulta 2 - item 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2015
favor indicar largo de la tijera quirúrgica recta que se solicita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2015
Tamaño de las tijeras recta y curva: 14,5 cm de acero inoxidable		

Consulta 3 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2015	
favor indicar largo de la pinza hemostática que se solicita y si debe ser recta o curva			

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2015
El tamaño de la pinza es de 14,5 cm y recta.		

13/11/25 01:14 1/1