

Consultas Realizadas

Licitación 296330 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2015
Plan de entregas: en las especificaciones técnicas indica un cronograma de entrega consensuado con el CENSSA y el PNS, sin embargo más abajo indica 100% de las cantidades adjudicadas "Dentro de los 15 días de haber firmado el contrato" Favor indicar cuál de los dos requisitos es el válido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2015
Se refiere al 100% de las cantidades adjudicadas por cada orden de compra emitida. Dentro de los 15 días de haber recibido la orden de compra.		

Consulta 2 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2015
menciona que la aguja debe ser siliconada y tribiselada, favor confirmar si está haciendo referencia a la norma ISO7864		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2015
Se aclara que no hace referencia a ninguna norma ISO en particular. Requerimos agujas que permitan la máxima facilidad de inserción durante la venopunción. Con una punta afilada superior que minimice el trauma y el dolor a la punción.		

Consulta 3 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2015
lote 1 ítem 1; 3 Bolsas de sangre. solicita con agujas siliconadas y tribiceladas, aclarar si se refiere a la norma ISO3826 para bolsas de sangre Lote 1 ítem 4 Equipo de transfusión: solicita con filtro 170micras, esta porosidad se refiere a una sola marca, a fin de permitir una mayor participación se solicita ampliar el rango a 200micras, porosidad que es utilizada por las más prestigiosas marcas, las cuales fabrican los dispositivos según la norma ISO1135-4:2004		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2015
-Lote 1 ítem 1; 3. No hace referencia a ninguna norma ISO en particular. Requerimos agujas que permitan la máxima facilidad de inserción durante la venopunción. Con una punta afilada superior que minimice el trauma y el dolor a la punción. -Lote 1 ítem 4. Equipo de transfusión, puede ser con filtro de 150 a 200 micras.		

Consulta 4 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2015
lote 1 item 1; 3 solicita las bolsas de sangre agujas con silicona y tribiselada. Favor confirmar si solicita bolsas con gaujas segun norma ISO7864		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2015
No hace referencia a ninguna norma ISO en particular. Requerimos Agujas que permitan la máxima facilidad de inserción durante la venopunción. Con una punta afilada superior que minimice el trauma y el dolor a la punción.		

Consulta 5 - LOTE 2 - BOLSA CUADRUPLE

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2015
ACLARAR SI LA BOLSA CUADRUPLE DEBE SER CON CPD+SAG-M, ATENDIENDO QUE EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE BOLSAS DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CPDA-1+ SAG-M.		
EL FILTRO SOLICITADO PARA ESTA BOLSA DEBE SER PARA GLOBULOS ROJOS O SANGRE ENTERA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2015
-La bolsa cuádruple debe ser con CPD+SAG-M. -El filtro solicitado para ésta bolsa debe ser para Glóbulos Rojos, en pre almacenamiento incorporado.		