

Consultas Realizadas

Licitación 297608 - ADQUISICION DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Consulta 1 - ITEM 1 TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA. PROCESADOR DE VIDEO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2015
En la descripción solicitan "Compatibilidad con videobroncoscopios y en lo posible con los ya existentes en el Htal del Cancer". Favor , aclarar si esto esta correcto ya que el llamado es para el Htal Regional de Luque donde no cuentan con ninguno de estos equipos.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2015
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 2 - ITEM 1 TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2015
Solicitamos si la frecuencia fundamental puede ser entre 330 khz a 420 khz.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2015
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita una frecuencia de 330 a 380 Khz, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.		

Consulta 3 - ITEM 1 TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA. ACCESORIOS A SER INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2015
Solicitamos que se aclara si las: 10 pinzas de biopsia para EDA y las 10 pinzas de biopsias para Colonoscopia deben ser DESECHABLES O REUTILIZABLES, ya que el valor entre ellas es bastante.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2015
ajustarse al PBC, se aclara que las especificaciones técnicas del PBC son mínimas, por lo que si se ofertan mayores prestaciones a las solicitadas también estarán cumpliendo con los requerimientos técnicos.		

Consulta 4 - Fuente de luz fria

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2015
1. ¿Se puede cotizar con lámparas LED, mejores a las de Xenón?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2015
ajustarse al PBC, se aclara que las especificaciones técnicas del PBC son mínimas, por lo que si se ofertan mayores prestaciones a las solicitadas también estarán cumpliendo con los requerimientos técnicos.		

Consulta 5 - Fuente de luz fria

Consulta	Fecha de Consulta	
2. Lámpara de emergencia halógena. Solicitamos que esta característica sea opcional, ya que una sola marca en el mercado lo puede cumplir y por lo tanto está direccionando el ítem a esa marca específica.	10-08-2015	

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que la Lámpara de emergencia halógena se solicita para que en casos de falla con la lámpara principal se tenga una fuente de luz auxiliar o de emergencia para salvar el momento durante el procedimiento quirúrgico, esta podrá ser incorporada al equipo u ofertada como accesorio.	03-09-2015	

Consulta 6 - Fuente de luz fria

Consulta	Fecha de Consulta	
3. ¿Se puede cotizar con medidas de 305x111x261mm y un peso aproximado de 5kg o mayor?. Cabe señalar que estos datos no hacen a la esencia del equipo que se quiere adquirir como tampoco son características que hagan al uso que se pretende dar a los mismos.	10-08-2015	

Consulta	Fecha de Consulta	
: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.	03-09-2015	

Consulta 7 - Videoendoscopio gastrointestinal

Consulta	Fecha de Consulta	
1. ¿ Se puede cotizar con profundidad de campo: de 2 a 100mm?	10-08-2015	

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.	03-09-2015	

Consulta 8 - Videoendoscopio gastrointestinal

Consulta	Fecha de Consulta	
2. ¿ Se puede cotizar con angulación: hacia arriba 210º, hacia abajo 100º, hacia la derecha 120º, hacia la izquierda 120º?	10-08-2015	

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita una angulación mínima, por lo que si se oferta una angulación mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.	03-09-2015	

Consulta 9 - Videoduodenoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
1. ¿Se puede cotizar con profundidad de campo: de 2 a 100mm?	10-08-2015	

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.	03-09-2015	

Consulta 10 - Videoduodenoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
2. ¿Se puede cotizar con campo de visión de 100º (5º retrógrado)?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC.		03-09-2015

Consulta 11 - Videoduodenoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
3. ¿Se puede cotizar con angulación: hacia arriba 120º? 4. ¿Se puede cotizar con diámetro exterior de la vaina de 12.6mm o mayor? 5. ¿ Se puede cotizar con una longitud útil del tubo de inserción de hasta 1.260mm?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC.		03-09-2015

Consulta 12 - Videoduodenoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos incluir como especificaciones técnicas la necesidad de que la uña de Albaran del videoduodenoscopio sea desarmable a los efectos de facilitar la limpieza y esterilización de la misma		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que las especificaciones técnicas del PBC son mínimas, por lo que si se ofertan mayores prestaciones a las solicitadas también estarán cumpliendo con los requerimientos técnicos.		03-09-2015

Consulta 13 - Videocolonoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
1. ¿Se puede cotizar con profundidad de campo: de 2 a 100mm?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.		03-09-2015

Consulta 14 - Videocolonoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
2. ¿Se puede cotizar con diámetro exterior de la vaina de 12.9mm?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.		03-09-2015

Consulta 15 - Videocolonoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
3. ¿ Se puede cotizar con una longitud total de 2.000mm o mayor?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.		03-09-2015

Consulta 16 - Videocolonoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	
4. ¿ Se puede cotizar con una longitud útil del tubo de inserción de hasta 1.600mm o mayor?		10-08-2015

Consulta	Fecha de Consulta	
ajustarse al PBC, se aclara que se solicita un rango mínimo, por lo que si se oferta un rango mayor también estará cumpliendo con lo solicitado.		03-09-2015