

Consultas Realizadas

Licitación 298684 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

Consulta 1 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	
	12-01-2016	

Para el Lote 2: Sistema de aféresis terapeútica celular: Piden de Flujo continuo, considerando que hoy dia solo una marca en Paraguay oferta esa tecnología, solicitamos la posibilidad de cotizar alternativamente la "Tecnología de flujo discontinuo" ya que esta tecnología tiene ademas la ventaja que mantiene la calidad de las plaquetas obtenidas ya que estas no se agregan. Ademas de este tipo de flujo ayuda a evitar la rotura de venas del donante. Resaltamos por esta tecnología se puede realizar cosecha de células madre para trasplante de medula ósea.

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-01-2016	

Flujo continuo se refiere a que al mismo tiempo que la sangre es extraída desde el paciente para ser procesada, parte de la misma es retornada; lo cual hace que la variación del volumen total sanguíneo cause un menor estrés sobre el sistema circulatorio del paciente, haciendo que la adaptación cardiovascular sea menos intensa disminuyendo de esta forma los riesgos de descompensación. Esta característica es de suma importancia, es decir para el tratamiento de pacientes y no de donantes (personas sanas).

Consulta 2 - LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3:

Consulta	Fecha de Consulta	
	12-01-2016	

Considerando que es una licitación de Adquisición de Equipos , se solicita la posibilidad de eliminar el suministro de los Kits solicitados en cada uno de los lotes? Ya que esto limitara la participación de oferentes.

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-01-2016	

El adquirir equipos y reactivos de la misma marca representa una ventaja ya que los parámetros ya vienen establecidos (programados) para esos reactivos, por lo tanto el fabricante de los reactivos garantiza que los mismos están validados para el equipo proveído por ellos.