

## Consultas Realizadas

### Licitación 303159 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA - AD REFERENDUM 2016

#### Consulta 1 - ítem Nº 5

| Consulta                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 26-02-2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ¿ Necesita el equipo con catalizador o sin catalizador ?                                                                                                                                               |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 03-03-2016 |
| En las especificaciones técnicas no se especifica la necesidad de contar con catalizador. La necesidad es la detallada en las especificaciones del llamado. Ajustarse a las especificaciones técnicas. |                    |            |

#### Consulta 2 - ITEM 11, EQUIPO CROMATOGRAFICO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 04-03-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ítem 11- No es posible que un único equipo realice todas normas ASTM que solicitan, por lo tanto se deben ofertar más de un equipo para éste ítem.</p> <p>¿Es posible discriminar de alguna manera los diferentes equipos que se van a ofrecer y ofertarlos cada uno con su precio, en vez de presentar un único precio para el ítem?. En la Adenda N°1 se incluyó la Norma ASTM D6277, la cual describe análisis espectroscópico por infrarrojo y no corresponde a un cromatógrafo gaseoso el cual está siendo solicitado. Además esa norma está incluida en el ítem 7 que efectivamente es un espectrómetro de infrarrojo.</p> <p>¿Es correcto que esta norma sea requerida en el ítem 11?</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 10-03-2016 |
| Verificar Adenda N° 2 por medio del cual modifica el ítem N° 11 excluyendo en las especificaciones técnicas la normas ASTM D6277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

#### Consulta 3 - ITEM 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 07-03-2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En las especificaciones piden que el equipo tenga una impresora incorporada. Esta especificacion limita a un equipo y a una marca en el mercado en especial, se podria ofertar el equipo con impresora separada lo cual tambien ayuda a la hora del mantenimiento y reemplazo del papel. De esta manera la convocante recibira mas ofertas para considerar |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 10-03-2016 |
| Las especificaciones técnicas establecidas en el ítem se ajustan a los requerimientos técnicos. Favor adecuarse al pliego de bases y condiciones.                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 4 - ITEM 1

| Consulta                                                                                                             | Fecha de Consulta | 07-03-2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se puede ofertar un pantalla de 9.8" pulgadas?<br>De esta manera la convocante recibira mas ofertas para considerar. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 10-03-2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas establecidas en el item se ajustan a los requerimientos técnicos. Favor adecuarse al pliego de bases y condiciones. |                    |            |

## Consulta 5 - ITEM 4

| Consulta                  | Fecha de Consulta | 07-03-2016 |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Este equipo seria manual? |                   |            |

| Respuesta                                                                              | Fecha de Respuesta | 10-03-2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas establecidas estan dadas para un equipo del tipo manual. |                    |            |

## Consulta 6 - ITEM 6

| Consulta                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 07-03-2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Normalmente es un equipo para ASTM D93 y otro para ASTM D56, por favor confirmar sobre este tema, ya que no se puede cumplir con las especificaciones |                   |            |

| Respuesta                                                                  | Fecha de Respuesta | 14-03-2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| El pedido corresponde a un equipo para la norma ASTM D 93, Perking Martens |                    |            |

## Consulta 7 - ITEMS 7 8 y 9

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 07-03-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Estos 3 items pueden ser condensados en un equipo y sus modulos, esto es extremadamente beneficioso para la convocante ya que recibirian mejores ofertas. Que posibilidades hay de reever estos items de manera que sea mas eficiente para la convocante. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 10-03-2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se requieren equipos independientes para los analisis de los productos a fin de evitar inconvenientes que puedan surgir. Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones |                    |            |