

Consultas Realizadas

Licitación 310521 - LPN SBE 59-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL DPTO. DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS HC

Consulta 1 - lote 1 especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-11-2016
En las especificaciones tecnicas indica: "Sin agregado de reactivo reveladores" Consulta: Se solicita considere la opcion que el equipo realice automaticamente el agregado de los reactivos reveladores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
Se aclara que se aceptara siempre que el equipo realice el agregado de los reveladores en forma automática. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - LOTE 2 ITEM 3 HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADOS C/INHIBIDOR DE ATB

Consulta	Fecha de Consulta	29-11-2016
Lote 2: Para el item 3 solicita "Hemocultivos automatizados c/inhibidor de ATB" Consulta: Se solicita considere que la inhibicion de antibioticos se realice por el Metodo Compatible con el Sistema de Nuestra representada, que es la Dilucion 1:9		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Lote 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-11-2016
En las especificaciones tecnicas indica " Sin agregado de reactivo reveladores" Consulta: se solicita considere la opcion que el equipo realice automaticamente el agregado de los reactivos reveladores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
Se aclara que se aceptara siempre que el equipo realice el agregado de los reveladores en forma automática. El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Lote 1 items 2; 7; 8

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2016
En relacion al lote 1, items 2; 7; 8 : Tomando en considracion que el uso del la tigeciclina ha ido descendiendo paulatinamente con los años, de modo que el numero de dosis diarias definidas por 1000 habitantes y dia, descendio de 0,8 a 0,6 . Lo cual indicaria una escasa incidencia en la rutina laboratorial. Solicitamos se admita que la rueba de tigeciclina requerida para el Panel de bacterias gram positivas sea mediante disco de antibiograma		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-12-2016
Se aclara que los equipos automatizados solicitados proveen informes de valores de Concentración inhibitoria mínima (CIM), por lo que se admitiría únicamente suplir con una metodología que emita los mismos resultados en CIM. (Método del Epsilon). El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		