

Consultas Realizadas

Licitación 311672 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL

Consulta 1 - ITEMS NRO. 19-20- Y 21 BOLSAS EVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2016
Que se entiende por "...de 3 cámaras" en las especificaciones técnicas de los items 19-20 Y 21 Bolsa EVA. Se refiere a 3 líneas de bajada? Se refiere a 3 capas? Se refiere a tres compartimientos? En este caso especificar la capacidad o volumen de cada uno de los compartimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2016
Remitirse a la Adenda N° 03/2016		

Consulta 2 - ITEM 19, 20 Y 21 BOLSA EVA DE 2000 ML, 1000 ML Y 500 ML

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2016
Referente a las 3 cámaras, la convocante se refiere a 3 líneas de bajada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2016
En los ítems 19 - 20 y 21 lo solicitado en las especificaciones técnicas para las Bolsas Eva de 2000 ml, 1000ml y 500ml se refiere a las Líneas de Bajada. Conforme a la Adenda N° 03/2016		

Consulta 3 - ITEM 19 Y 20 BOLSA EVA 2000 ML Y BOLSA EVA 1000 ML

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2016
Las Bolsas EVA deberán contar con tres líneas de bajadas incorporadas a la bolsa atendiendo que esto evita la manipulación y la posibilidad de contaminación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2016
Remitirse a la Adenda N° 03/2016		

Consulta 4 - ITEM 21 BOLSA EVA DE 500 ML

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2016
Se podrá ofertar Bolsa EVA de 500 ml con una línea de bajada, atendiendo que no existe en plaza Bolsa EVA de 500 ml con tres líneas de bajadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2016
Sí, se puede ofertar Bolsa EVA de 500 ml con una línea de bajada incorporada a la bolsa. Conforme a la Adenda N° 03/2016.		