

Consultas Realizadas

Licitación 321072 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS

Consulta 1 - ITEM 5 : ASA PARA POLIPECTOMIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2017
Se especifica que sean asas de polipectomía para canales de trabajo de 2.0 mm , se puede tambien ofertar para canales 2.8 mm ya que en su mayoría los endoscopios poseen este tipo de canal? Es decir ofertar para canales de trabajo de 2.0 a 2.8 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 2 - ITEM 9 ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE.

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2017
En las Especificaciones técnicas se detalla "de acero inoxidable" , se solicita saber si esto se refiere a la punta del pre corte ya que todo el catéter es de plástico(teflón) y la aguja seria de acero.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 3 - ITEM 18 CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION.

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2017
Solicitamos que se amplíen los rangos para mayor participación de oferentes si la dormia puede ser de 195 a 210 cm y para canales de trabajo de 3.7 a 4.2 mm .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 4 - ITEM 32 PINZA PARA LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2017
Solicitamos que se amplíen los rangos para mayor participación de oferentes en el largo de estas pinza y si puede ser de 160 a 180 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - ITEM 33 PINZA PARA LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO.

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2017
Solicitamos que se amplíen los rangos para mayor participación de oferentes en el largo de estas pinza y si puede ser de 160 a 180 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 6 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
donde dice: Clips para videlaparoscopia: Clip endoscópico de 15 a 16 cm. (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip). Cateter de 230 cm o más, para canales de trabajo 2,8 mm Solicitamos ampliar y poder cotizar Clips para videoendoscopia: Clip endoscópico de 9 mm. y apertura 135º (con mecanismo de apertura y cierre del clip). Cateter de 230 cm o más, para canales de trabajo 2,8 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 7 - Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
donde dice: ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambre guía biliar para enodscopia digestiva totalmente hidrofílica de 0,035", 260 cm de largo, CON PUNTA RECTA solicitamos ampliar y poder cotizar ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambre guía biliar para enodscopia digestiva totalmente hidrofílica de 0,035", 270 cm de largo, CON PUNTA RECTA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 8 - Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
Donde dice: ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambres guías biliares para endoscopia digestiva. Nº 0,035 / 480 Cm. De largo. Punta Recta y Radiopaca. Hidrofílica SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambres guías biliares para endoscopia digestiva Nº 0,035 / 450 Cm. De largo. Punta Recta y Radiopaca. Hidrofílica y Desechable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 9 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambres guías biliares para endoscopia digestiva Nº 0,035 / 480 Cm. De largo. Punta Angulada y Radiopaca.</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR ALAMBRE GUIA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Alambres guías biliares para endoscopia digestiva Nº 0,035 / 450 Cm. De largo. Punta Angulada y Radiopaca. Hidrofílica y Desechable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 10 - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El cateter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple Lúmen Mismo balón permite inflar 12-15-18-20 mm. De triple lúmen con inyección de contraste por la punta. Descartable</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El cateter de 6 a 7 Fr y 190 cm. Triple Lúmen Mismo balón permite inflar 15-18-20 mm. De triple lúmen con inyección de contraste por la punta. Descartable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 11 - ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El cateter de 6 a 7 Fr y 200 cm. Triple Lúmen Calibre de 6 a 7 Fr. 200 cm para usar con guía de 0,035". Mismo balón permite inflar 8,5-10-12-15mm. De triple lúmen con inyección de contraste por la punta. Descartable</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES: Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ múltiples tamaños. El cateter de 6 a 7 Fr y 190 cm. Triple Lúmen Calibre de 6 a 7 Fr. 190 cm para usar con guía de 0,035". Mismo balón permite inflar 8,5-11,5-15 mm. De triple lúmen con inyección de contraste por la punta. Descartable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 12 - ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE</p> <p>Canastilla de Dormia: Canastilla de Dormia tamaño mediano, extractor de cálculos biliaris Multifilar para extracción de cálculos en la vía biliar de al menos 4 hilos. Largo total de la sonda 200 cm (+ - 10%) Medidas de la canastilla : 25 mm + - 10% x 50 mm + - 10%. Elaborado acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA o al menos una de ellas</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR</p> <p>Canastilla de Dormia: Canastilla de Dormia tamaño mediano, extractor de cálculos biliaris Un solo hilo o multifilar para extracción de cálculos en la vía biliar de al menos 4 hilos. Largo total de la sonda 200 cm (+ - 10%) Medidas de la canastilla : 22 mm. Elaborado acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA o al menos una de ellas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 13 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE</p> <p>CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastilla rotatable para uso con litotriptor mecánico de uso endoscópico 195 cm de longitud, abertura de 30 mm para canales de trabajo de 3,7 mm para guía de 0,035". Descartable</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR ESPECIFICACION Y PODER COTIZAR</p> <p>CANASTILLA DE EXTRACCION: Canastilla rotatable para uso con litotriptor mecánico de uso endoscópico 195 cm de longitud, abertura de 30 mm para canales de trabajo de 3,7 mm para guía de 0,035". Descartable, con mango</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 14 - ITEM 19 Y ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE</p> <p>CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 1,5 x 3,5 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 7 French. 220cm</p> <p>SE SOLICITA AMPLIAR ESPECIFICACION Y PODER COTIZAR:</p> <p>CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 1,5 x 3,5 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 6-8 French. 190 cm</p> <p>FUSION: es un producto registrado de la marca Wilson Cook, por lo tanto debe ser cambiado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 15 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
DONDE DICE: CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 2 x 4 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 7 French. 220cm SE SOLICITA AMPLIAR Y PERMITIR OFERTAR CANASTILLA DE EXTRACCION : Canastillas (DE 2 x 4 cm con alambre multifilamento o monofilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 6-8 French. 190 cm FUSION: es un producto registrado de la marca Wilson Cook, por lo tanto debe ser cambiado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 16 - ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
DONDE DICE: CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 2,5 x 5 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 7 French. 220cm SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 2,5 x 5 cm (+ - 15%) con alambre multifilamento o monofilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 6-8 French. 190 cm FUSION: es un producto registrado de la marca Wilson Cook, por lo tanto debe ser cambiado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 17 - ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
DONDE DICE: CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 3 x 6 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 7 French. 220cm SE SOLICITA AMPLIAR Y PODER COTIZAR CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas (DE 3 x 6 cm con alambre multifilamento) P/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica Descartable. Y cateter de 7 French. 220cm FUSION: es un producto registrado de la marca Wilson Cook, por lo tanto debe ser cambiado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 18 - ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE: CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas para extracción de cálculos biliares o cuerpo extraño vía endoscópica Descartable. Para canales de trabajo 2,0 m y de 160 cm o más de largo</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR: CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION: Canastillas para extracción de cálculos biliares o cuerpo extraño vía endoscópica Descartable. Para canales de trabajo 2,0 m y de 160 cm o más de largo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 19 - ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE BALON PARA DILATACION BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 3 VIAS, balón de 8 mm Catéter de 180 cm o más Acepta guía de 0,035". Descartable, estéril</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y COTIZAR: BALON PARA DILATACION BILIAR: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 3 VIAS, balón de 8 mm Catéter de 180 cm o más Acepta guía de 0,035". Descartable, estéril</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE: Dren Biliar: Dren Biliar de 8,5 Fr. c/ aletas y manguito posicionador, sin orificios laterales De plástico Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR: Dren Biliar: Dren Biliar de 8,5 Fr. c/ aletas y manguito posicionador, con orificios laterales De plástico Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm</p> <p>Aclarar, cuáles medidas y cuantas de cada una, se recomienda solo las medidas 5,7,9 y 12 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 21 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE: Dren Biliar: Dren Biliar de 10 Fr. c/ aletas y manguito posicionador, sin orificios laterales De plástico Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR Dren Biliar: Dren Biliar de 10 Fr. c/ aletas y manguito posicionador, con orificios laterales De plástico Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11 y 12 cm</p> <p>Aclarar, cuáles medidas y cuantas de cada una, se recomienda solo las medidas 5,7,9 y 12 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		

Consulta 22 - ITEM 30

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2017
<p>DONDE DICE: PINZA PARA LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO: Pinza p/ biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 480 cm de largo. Vía endoscópica. Reutilizable</p> <p>SOLICITAMOS AMPLIAR Y PODER COTIZAR: PINZA PARA LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO: Pinza p/ biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 155cm de largo. Vía endoscópica. Reutilizable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-03-2017
Ajustarse a la Adenda N° 04.		