

Consultas Realizadas

Licitación 323028 - LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC

Consulta 1 - Lote 1 REACTIVO E INSUMOS PARA LA SECCION DE SEROLOGIA DEL SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2017
Favor aclarar si se puede ofertar un equipo automatizado de Elisa, con sistema monotest, con controles integrados en la misma tira el cual valida cada una de las muestras con capacidad de pipetear reactivos y controles sin capacidad de pipetear muestras sin cargas continuas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2017
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - LOTE 3: REACTIVOS E INSUMOS PARA PERFIL TROMBOFILICO DEL SERVICIO DE HEMATOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2017
Favor aclarar si se puede ofertar un equipo automatizado de Elisa, con sistema monotest, con controles integrados en la misma tira el cual valida cada una de las muestras con capacidad de pipetear reactivos y controles sin capacidad de pipetear muestras sin cargas continuas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2017
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Lote No. 5 Hemocultivos Automatizados

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2017
1- Solicitan: Provisión de cepas de referencia (microorganismos liofilizados) con certificación de origen, de la trazabilidad y autenticidad de las metodologías para el control de calidad del medio de cultivo agar sangre. Favor aclarar si se debe proveer el agar sangre y de ser así en que cantidad.		
2- En las Especificaciones Técnicas solicitan: equipos informáticos. Aclarar si los mismos deberán tener conexión al LIS y si se deberá ofertar con un Software de Gestión de Laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2017
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Lote No. 5 Hemocultivos Automatizados

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2017
<p>1- Solicitan: Provisión de cepas de referencia (microorganismos liofilizados) con certificación de origen, de la trazabilidad y autenticidad de las metodologías para el control de calidad del medio de cultivo agar sangre. Favor aclarar si se debe proveer el agar sangre y de ser así en que cantidad.</p> <p>2- En las Especificaciones Técnicas solicitan: equipos informáticos. Aclarar si los mismos deberán tener conexión al LIS y si se deberá ofertar con un Software de Gestión de Laboratorio.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2017
<p>1) Se solicita únicamente la provisión de cepas de referencia (microorganismos liofilizados), ajustarse a lo solicitado en el PBC</p> <p>2) En el lote 5 Hemocultivos Automatizados no se solicitan equipos informáticos, conexión al LIS ni Software de Gestión de Laboratorio. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		