

Consultas Realizadas

Licitación 326474 - LPN SBE 115-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILL ROM PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
<p>Donde dice:</p> <p>1-Los equipos que se encuentren en periodo de mantenimiento preventivo, no podrán ser retirados del Instituto, y la empresa contratista deberá notificar con 15 días de anticipación al Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos. con respecto a este punto es necesario aclarar que estos equipos tienen ya 10 años de antigüedad, por lo que los mantenimientos requeridos son mas rigurosos. Por esta razon, solicitamos que los equipos a ser revisados por nuestro personal deben realizarse cumpliendo los siguientes puntos:</p> <p>A - Para mantenimiento preventivo y/o correctivo, solicitamos que los equipos se encuentren en el departamento de electromedicina, a fin de realizar las verificaciones correspondientes sin poner en peligro a los pacientes.</p> <p>B - En el caso de no poseer lugar en el departamento de electromedicina, preparar los equipos a fin de que puedan ser retirados por la empresa</p> <p>C - Se recomienda disponer de camas extra a fin de realizar las rotaciones.</p> <p>2) Donde dice:Las asistencias deben realizarse de lunes a domingos, incluyendo feriados y al llamado, solicitamos modificar de la siguiente manera: Asistencia tecnica los días Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30, excluyendo feriados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Adenda N° 3.		

Consulta 2 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
<p>A-) CONSULTAMOS LA FORMA QUE SE DEBE COMPLETAR LA PLANILLA DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:</p> <p>1- LOS ITEMS 1 Y 2 CORRESPONDEN A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN ESTE CASO EL PRECIO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SON FIJOS Y LA CANTIDAD DE EVENTOS MAYOR QUE 1 (UNO), CONSULTAMOS LA FORMA DE LLENAR LOS ESPACIOS (MONTO MINIMO) -(MONTO MAXIMO) Y PRECIO TOTAL</p> <p>2-NO SE OBSERVA EN LA DESCRIPCION DEL BIEN LOS MODELOS DE LAS CAMAS A LOS QUE CORRESPONDEN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, ITEM 3 AL 67 CORRESPONDEN AL MODELO VERSACARE Y DEL ITEM 68 AL 109 CORRESPONDEN AL MODELO CAREASSIST FAVOR ESPECIFICAR PARA EVITAR CONFUCIONES EN EL FUTURO.</p> <p>3-EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PODEMOS ANTICIPAR LAS CANTIDADES DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS YA QUE EL CONTRADO SERA DE DOS AÑOS FAVOR ACLARAR COMO SE DEBEN LLENAR LOS ESPACIOS DE MONTO MINIMO, MONTO MAXIMO Y PRECIO TOTAL YA QUE LAS CANTIDADES FIJADAS EN LA PLANILLA DE PRECIOS ES 1(UNA).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Adenda N° 3.		

Consulta 3 - LISTA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
El listado original de camas excluye algunas camas que se encuentran en la institución, se solicita agregarlas a fin de dar un servicio a todas las camas en existencia. Se adjunta un listado con números de series según relevamiento. LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) NÚMEROS 98.99.100.101.102 NO CORRESPONDEN A CAMAS CAREASSIST POR LO TANTO SOLICITAMOS REEMPLAZAR POR LOS CORRECTOS QUE SON LOS VERSACARE ADJUNTO LISTADO DONDE ADEMÁS SE PODRÁ VERIFICAR LOS NÚMEROS DE SERIES Y PATRIMONIO DE LOS QUE NO SE OBSERVA EN LA LISTA DE EQUIPOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Adenda N° 3.		

Consulta 4 - CORRECCIÓN DEL LISTADO DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-12-2017
CORRECCIÓN DEL LISTADO DE EQUIPOS EN LOS ÍTEM 68 Y 70. ADJUNTO LA CORRECCIÓN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Adenda N° 3.		