

Consultas Realizadas

Licitación 327840 - LPN SBE 110-17 ADQUISICION DE STETS MEDICADOS DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN N° 14/17, PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - PARA LOS LOTES 1 al 48

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
SOLICITAN: STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN SEMI COMPLACIENTE CON PLATAFORMA DE CROMOCOBALTO O CROMOPLATINO; SI PODRIA OFERTARSE : STENT la Plataforma del stent: plataforma de Carbono C inerte y con STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN SEMI COMPLACIENTE STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN SEMI COMPLACIENTE CON PLATAFORMA PLATAFORMA DE CARBONO C . CON CERTIFICADO Calidad CE O FDA., utilizado en USA y EUROPA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Certificados de calidad

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
Solicitan Certificado de Calidad CE o FDA, si podrían ampliarse Certificado ISO 13485.- CERTIFICADO DE CALIDAD, de tal forma que permitan ampliar el número de oferentes CONSULTAMOS SI PODRIAN Solicitan Certificado de Calidad CE o FDA, si podrían ampliarse a Certificado Calidad ANVISA o ANMAT , para productos del MERCOSUR, de tal forma que permita ampliar el número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN SEMI COMPLACIENTE CON PLATAFORMA DE CROMOCOBALTO O CROMOPLATINO; POLIMEROS BIOREABSORBIBLE Y/O PE DE RECUBRIMIENTO CIRCUNFERENCIAL</p> <p>Solicitamos aclaratoria, Recubrimiento circunferencial, es lo mismo que recubrimiento abluminal, y a que a partir del lote 49 figura como abluminal, favor indicar a que se están refiriendo por el mismo recubrimiento</p> <p>TODOS LOS STENTS TIENEN RECUBRIMIENTO ADBLIMINAL.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>Se aclara que, existen dos tipos de distribución del fármaco del polímero que son el circunferencial y el abluminal, en la fabricación de los Stents de última generación, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 4 - Facturación

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>FACTURACION DICE: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Stents Medicados instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 2013 2014 2015 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50%Facturación:</p> <p>Solicitamos que puedan incluir a los años requeridos de las copias de contratos y/o facturas al año 2017 dentro de lo solicitado, siendo que es el último mes del año y podría considerarse como ventas o provisiones validas para tal llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 5 - Copias de contratos y/o facturación

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>DICE PBC</p> <p>Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Stents Medicados instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 2013 2014 2015 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50%</p> <p>OBSERVAMOS que el IPS desea comprar stents medicados , para uso hemodinamia, solicitamos si pueden incluirse la facturación de insumos utilizados en hemodinamia, como catéteres, guías, balones , stents , que permita aumentar el número de facturación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 6 - Lote 49 al 54 solicitan

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN NO COMPLACIENTE DE CON PLATAFORMA DE CROMOCOBALTO O CROMOPLATINO; CON POLIMEROS BIODEGRADABLE DE RECUBRIMIENTO ABLUMINAL</p> <p>SI SE PODRÍA OFERTAR STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE CON PLATAFORMA CARBONO C ; CON POLIMEROS BIODEGRADABLE DE RECUBRIMIENTO ABLUMINAL; CON CERTIFICADO CE; TECNOLOGIA ALEMANA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>Si se puede ofertar, teniendo en cuenta que tanto los balones no complacientes y los semicomplacientes utilizan altas presiones, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 7 - Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>CRONOGRAMA de ENTREGA DONDE SOLICITAN A 8 DIAS</p> <p>Consultamos si la misma podría ampliarse a 20 días como mínimo, motivo por el cual los productos estarían proviniendo del exterior como de USA, EUROPA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 8 - DICE PBC: ANEXO VII, PUNTO 9 DICE

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
<p>Documentos que avalen, que los productos ofertados son de uso habitual en el mercado, como mínimo 2(dos), copias de Facturas de ventas anteriores a Instituciones Pública o Privadas, provisión de lo ofertado si los hubiere en los últimos 3 años.</p> <p>Si podrían aclarar este punto teniendo en cuenta que en el mismo Anexo del punto: F) Cualquier otro documento adicional requerido, están solicitando contratos y/o facturación dentro de los últimos 5 años. A cuales de los puntos nos tendremos que basar a la hora de preparar los documentos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 9 - DICE PBC: SECCION VII ANEXOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
F) Cualquier otro documento adicional requerido Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Stents Medicados instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 - 2013 2014 2015 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% SOLICITAMOS QUE PUEDAN INCLUIR Y O AMPLIAR A INSUMOS MEDICOS PARA USO DE HEMODINAMIA, COMO CATETERES, GUIAS, BALONES, ENTRE OTROS EN LAS COPIAS DE CONTRATOS Y/O FACTURACIONES PARA QUE DE ESTA MANERA PERMITA AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MAS OFERENTES A ESTE LLAMADO PUBLICO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Datos para la carta de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2017
Favor aclarar quién es la Convocante? Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Facturación

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
F) Cualquier otro documento adicional requerido Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Stents Medicados instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 - 2013 2014 2015 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% SOLICITAMOS QUE PUEDAN CONSIDERAR PRESENTAR LAS COPIAS DE CONTRATOS Y/O FACTURAS PARA LOS AÑOS (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Facturación de años 2013 al 2017

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Stents Medicados instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 - 2013 2014 2015 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% Solicitamos puedan considerar las copias de contratos y/o facturas para los años desde: 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Consulta en referencia a la LPN SBE N° 110/17, Lote N° 28 al 47, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2017
<p>De acuerdo a la especificación técnica , en los lotes e ítems mencionando más arriba, describe que el stent debe estar montado sobre balón no complaciente de alta presión.</p> <p>Es por ello que consultamos:</p> <p>1- Hablar de semi complaciente y no complaciente en un stent medicado de última generación son términos equivalentes o existe alguna diferencia entre los mismo?</p> <p>2- Pueden ser utilizados stens mededicados montando sobre balones semi complaciente a altas presiones?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2017
<p>Se aclara que, 1- Hablar de balones semicomplacientes y no complacientes comparten la similitud de utilizar ambos altas presiones ATM para su expansión, 2- Por lo tanto pueden ser utilizados Stents medicados montados sobre balones semicomplacientes ya que los mismos soportan también altas presiones ATM.</p>		