Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 338439 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS

Consulta 1 - Item 1 Clavo Intramedular Fresado .

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
Donde Dice: Clavo intramedular Canulado fresado de FEMUR en titanio y/o Acero Inoxidable de 1500mm de radio y 9 a 13 mm de diametro de 300 hasta 480 mm aumentando de a 20mm con pernos de bloqueo de 5.0 mm de diametro y de 26-100mm de longitud +caja de Fresas de 8,5 a 15 mm y set instrumentales de Reduccion e Intrumentadora. Sistema de iniciacion o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilindrica. Se solicita a la convocante la posibilidad de cotizar clavos intramedular Canulado fresado de FEMUR en titanio y/o Acero Inoxidable de 1500mm de radio y 9 a 13 mm de diametro de 300 hasta 440 mm aumentando de a 20mm con pernos de bloqueo de 5.0 mm de diametro y de 26-76mm de longitud +caja de Fresas de 8,5 a 13 mm y set de instrumentales de Reduccion e Intrumentadora. Sistema de iniciacion o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilindrica. Tambien solicitamos que se aclare a que se refiere con: 1500 mm de radio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 2 - ITEM 5 Clavo Intramedular para tibia fresado

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
Donde Dice: Clavo Intramedular Canulado fresado para tibia en titanio y/o acero inoxidable con angulacion proximal no mayor a 11° y con diametros de 8 a 11 mm y longitud de 255 a 465 mm aumentando de a 15mm con pernos de bloqueo de 5mm de diametro y longitudes de 26 a 100 mm correspondientes + caja de fresas de 7 a 13 mm e instrumentales de reduccion + instrumentadora . Sistema de iniciacion o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilindrica. Se solicita a la convocante permitir cotizar clavos Intramedular Canulado fresado para tibia en titanio y/o acero inoxidable con angulacion proximal no mayor a 11° y con diametros de 8 a 11 mm y longitud de 260 a 400 mm aumentando de a 20 mm con pernos de bloqueo de 5mm de diametro y longitudes de 26 a 76 mm correspondientes + caja de fresas de 7.5 a 13 mm e instrumentales de reduccion + instrumentadora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 3 - Item N° 24

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
Solicitamos a la convocante aclarar si este ítem es el mismo material que solicitan en el ítem 52.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 4 - Item 29 y 31

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
En éste tipo de cirugías se necesitan equipos complementarios como shaver, radiofrecuencia, sierra, perforador, se solicita aclarar si el Hospital cuenta con éstos equipos o deben de enviarse para las cirugías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 5 - Item N° 41 Protesis parcial de cadera

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
En la descripción del ítem especifican prótesis parcial pero en las Especificaciones Tecnicas mencionan prótesis total. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a la Adenda N° 1		

Consulta 6 - Item N° 43 Protesis total cadera no cementada .

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
Para este Item solicitan cotilos entre 44 hasta 64 mm. Solicitamos a la convocante poder ofertar cotilos entre 43 y 63 mm considerando que la diferencia es solo de 1 mm. También consultamos si deben incluir los tornillos para la cúpula acetabular ya que solicitan prótesis no cementada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Remitirse a Adenda N° 1		

Consulta 7 - Para todos los Items

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2017
Consultamos a la convocante aclarar los siguientes puntos que competen a todos los items. - Favor especificar cómo se realizará la programación de cirugías, considerando que las órdenes de compra tienen que ser emitidas antes con el fin de que la empresa se resguarde documentalmente. Favor considerar un horario tope para la programación de un día hábil. - Las cajas de instrumentales deben entregarse estériles o la esterilización se realizará en el Hospital? - Favor especificar el procedimiento en caso de suspensión de cirugías y los gastos con lo que la empresa debe incurrir para volver a enviar la caja y la instrumentadora correspondientemente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-01-2018
Las cirugias seran programadas con 24 horas de Antelacion, y los costos de transporte y esterilizacion y todos los costos en que pueda incurrir el porveedor deberan estar incluidos en la oferta.		