

## Consultas Realizadas

# Licitación 357324 - Adquisición e instalación de equipos de laboratorio para Ciencias Basicas, para 35 Institutos de Formación Docente.

### Consulta 1 - Consultas Varias

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Consultas LPN Nº 357324		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Favor aclarar si la adjudicación se realizara por item, lotes o por el total.</li><li>2. Debido a nuestra ubicación geográfica y tamaño del pedido, solicitamos que el plazo de entrega se extienda a 120 días. Esto permitirá calcular transporte marítimo y dar tiempo suficiente a las fábricas para preparar las ordenes.</li><li>3. ITEM 8: Se solicitan 6 tamices de diferentes diámetros. Creemos que quizás exista un error ya que lo normal es pedir tamices del mismo diámetro, pero con mallas de distinta granulometría. Favor aclarar</li><li>4. ITEM 18: Teniendo en cuenta que se piden 3 tipos de tapones. Favor indicar las cantidades que debe tener cada paquete y el tamaño de los tapones o para que tipo de vidriería serán utilizados</li><li>5. ITEM 29: Favor aclarar si el equipo solicitado es una estufa o una termo balanza, en las especificaciones se menciona estufa, pero la descripción corresponde a una termo balanza, si se trata de este instrumento se solicita indicar la precisión requerida.</li><li>6. ITEM 43: En referencia a la tabla periódica, se solicita indicar las medidas de las mismas.</li><li>7. ITEM 47: Favor indicar la cantidad de objetivos requeridos y sus respectivos aumentos.</li><li>8. ITEM 48: Favor especificar si requieren magnificación con zoom continuo (Ejemplo de 7,5x a 45x) o con aumentos fijo y que aumentos solicitados (Ejemplo 20x y 40x,) También recomendamos solicitar luz incidente y ascendente.</li></ol> <p>Gracias y saludos cordiales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
<p>1-Sistema de Adjudicación: Por Total 2-Remitirse al PBC. 3-Los Tamices debe ser de diferentes mm de malla para método de separación heterogénea tamización 4-Tapones de homo, para unión de equipo de destilación, ver diámetro de boca de tubo refrigerante, mono horadados por lo menos 6 y sin horadar para tapar Erlen Meyer otros 6 5-Tiene que ser Estufa para determinación de humedad. 6- La medida es de 1m x 80 CM 7-Remitirse al PBC 8-Remitirse al PBC</p>		

## Consulta 2 - Consultas Varias

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Consultas LPN Nº 357324		
<p>1. Favor aclarar si la adjudicación se realizara por item, lotes o por el total.</p> <p>2. Debido a nuestra ubicación geográfica y tamaño del pedido, solicitamos que el plazo de entrega se extienda a 120 días. Esto permitirá calcular transporte marítimo y dar tiempo suficiente a las fábricas para preparar las ordenes.</p> <p>3. ITEM 8: Se solicitan 6 tamices de diferentes diámetros. Creemos que quizás exista un error ya que lo normal es pedir tamices del mismo diámetro, pero con mallas de distinta granulometría. Favor aclarar</p> <p>4. ITEM 18: Teniendo en cuenta que se piden 3 tipos de tapones. Favor indicar las cantidades que debe tener cada paquete y el tamaño de los tapones o para que tipo de vidriería serán utilizados</p> <p>5. ITEM 29: Favor aclarar si el equipo solicitado es una estufa o una termo balanza, en las especificaciones se menciona estufa, pero la descripción corresponde a una termo balanza, si se trata de este instrumento se solicita indicar la precisión requerida.</p> <p>6. ITEM 43: En referencia a la tabla periódica, se solicita indicar las medidas de las mismas.</p> <p>7. ITEM 47: Favor indicar la cantidad de objetivos requeridos y sus respectivos aumentos.</p> <p>8. ITEM 48: Favor especificar si requieren magnificación con zoom continuo (Ejemplo de 7,5x a 45x) o con aumentos fijo y que aumentos solicitados (Ejemplo 20x y 40x,) También recomendamos solicitar luz incidente y ascendente.</p> <p>Sin otro particular le saluda muy cordialmente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
<p>1-Sistema de Adjudicación: Por Total</p> <p>2-Remitirse al PBC.</p> <p>3-Los Tamices debe ser de diferentes mm de malla para método de separación heterogénea tamizacion</p> <p>4-Tapones de homo, para unión de equipo de destilación, ver diámetro de boca de tubo refrigerante, monoharadados por lo menos 6 y sin horadar para tapar Erlen Meyer otros 6</p> <p>5-Tiene que ser Estufa para determinación de humedad.</p> <p>6- La medida es de 1m x 80 CM</p> <p>7-Remitirse al PBC</p> <p>8-Remitirse al PBC</p>		

## Consulta 3 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
1. Favor aclarar si la adjudicación se realizara por item, lotes o por el total.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
Sistema de Adjudicación: Por Total		

## Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
Debido a nuestra ubicación geográfica y tamaño del pedido, solicitamos que el plazo de entrega se extienda a 120 días. Esto permitirá calcular transporte marítimo y dar tiempo suficiente a las fábricas para preparar las ordenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
Remitirse al PBC.		

## Consulta 5 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
ITEM 8: Se solicitan 6 tamices de diferentes diámetros. Creemos que quizás exista un error ya que lo normal es pedir tamices del mismo diámetro, pero con mallas de distinta granulometría. Favor aclarar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
Los Tamices debe ser de diferentes mm de malla para método de separación heterogénea tamización		

## Consulta 6 - Item 18

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
ITEM 18: Teniendo en cuenta que se piden 3 tipos de tapones. Favor indicar las cantidades que debe tener cada paquete y el tamaño de los tapones o para que tipo de vidriería serán utilizados		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
Remitirse al PBC		

## Consulta 7 - Item 29

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
ITEM 29: Favor aclarar si el equipo solicitado es una estufa o una termo balanza, en las especificaciones se menciona estufa, pero la descripción corresponde a una termo balanza, si se trata de este instrumento se solicita indicar la precisión requerida		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
Tiene que ser Estufa para determinación de humedad.		

## Consulta 8 - Item 43

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
ITEM 43: En referencia a la tabla periódica, se solicita indicar las medidas de las mismas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
Remitirse al PBC		

## Consulta 9 - Item 47

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
ITEM 47: Favor indicar la cantidad de objetivos requeridos y sus respectivos aumentos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
REMITASE AL PBC.		

## Consulta 10 - Item 48

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	10-11-2020
Favor especificar si requieren magnificación con zoom continuo (Ejemplo de 7,5x a 45x) o con aumentos fijo y que aumentos solicitados (Ejemplo 20x y 40x,) También recomendamos solicitar luz incidente y ascendente.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	16-11-2020
REMITASE AL PBC		