

Consultas Realizadas

Licitación 363031 - LPN SBE 36-19 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS

Consulta 1 - en caso de consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2019
es valida certificado de origen de uno de los socios o tiene que ser de los miembros del consorcio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
Se aclara que es suficiente con que uno de los miembros presente la documentación correspondiente.		

Consulta 2 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2019
el plazo de entrega del 50% se puede consideran ampliar el plazo de 60 a 90 dias de recepcionada la orden por la cantidad a proveer y el proceso de fabricacion y/o importacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Se puede sustituir el material MDF por MDP?

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación a los ítems que requieren tapas superiores, inferiores, puertas, laterales, fondos y estantes se consulta si se puede aceptar también materiales en 100% MDP, de esta manera, la convocante tendrá la posibilidad de obtener mejores materiales, debido a que el MDP resiste mejor los derrames de líquidos y soporta mejor las tareas de desmontajes y reparaciones en casos de ser necesarias por el uso que se les dé a los bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Consulta con relación al color de los muebles

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación a los ítems en los cuales se indica que los colores serán a determinar, se solicita que se especifique ya antes de la presentación de ofertas los colores que serán requeridos, de manera a facilitar la preparación de ofertas y cotización de las mismas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°1 Armario Bajo

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°1 Armario Bajo, se consulta: a.- ¿Se podría requerir también la tapa superior en material 100% MDP? De esta manera, la convocante tendrá la posibilidad de obtener mejores materiales, debido a que el MDP resiste mejor los derrames de líquidos y soporta mejor las tareas de desmontaje en caso de requerir reparaciones. b.- Se solicita establecer un rango de 20mm a 50mm de espesor de la tapa superior c.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. d.- En relación con la tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante, podría requerirse también en material 100% MDP? De esta manera se podrán ofrecer productos de mejor calidad para la Convocante. e.- En cuanto a las dimensiones: se solicita establecer los siguientes márgenes: Ancho de 80 a 100 cm; altura: de 70 a 80 cm y profundidad: de 40 a 50 cm. f.- Se solicita definir el color del producto requerido a los efectos de prever con suficiente tiempo de antelación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°3 Armario con puertas con estantes

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°3 Armario con puertas con estantes internos (alto cerrado), se consulta: a.- ¿Se podría requerir también la tapa superior en material 100% MDP? b.- ¿Se podría establecer un rango de 25mm a 40mm de espesor con acabado en BP para la tapa superior? c.- Se podría establecer un rango de 15 mm a 40mm de espesor con acabado en BP para la tapa inferior? d.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. e.- En cuanto a las dimensiones: se solicita establecer los siguientes márgenes: Ancho de 80 a 100 cm. f.- En cuanto al espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior, se solicita que se requiera un margen entre 35cm y 40 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°15 Escritorio Tipo Ejecutivo (Gerencial)

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°15 Escritorio Tipo Ejecutivo (Gerencial), se consulta: a.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. b.- Se solicita establecer un margen de espesor con bordes rectos entre 25mm y 50mm. c.- En cuanto al complemento, se solicita establecer los siguientes márgenes en cuanto a las dimensiones: largo: 80 a 100cm; altura: 60 a 70cm y ancho: 50 a 80 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°1, Estante alto

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°16 Estante alto, se consulta: a.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. b.- Se consulta si se puede requerir un margen de 9 a 12 compartimientos, con 2 o más cajones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el Item 1 corresponde a ARMARIO BAJO		

Consulta 10 - especificaciones técnicas, con relación al ítem N°29 Silla tipo banco de espera

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°29 Silla tipo banco de espera (Tanden de 5 asientos), se consulta: Si se pueden incorporar refuerzos de apoya brazos y patas en algunos de los asientos intermedios, con la finalidad de reforzar la estructura de lo solicitado, debido a que el peso de 5 personas sentadas al mismo tiempo, podría causar fallas en el producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°40 Escritorio tipo L para secretaria

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°40 Escritorio tipo L para secretaria, se consulta: a.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. b.- En relación con las dimensiones del módulo con función de escritorio, se solicita establecer un margen de +/- 5 cm y un rango de espesor de 25 a 40 mm. c.- En relación con el módulo lateral con función de armario bajo, se solicita establecer un margen de +/- 5 cm en sus dimensiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - especificaciones técnicas, con relación al ítem N°58 Escritorio tipo L para secretaria

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2019
En la SECCIÓN III. Requisitos de los bienes y /o servicios requeridos; punto 2. Especificaciones técnicas, con relación al ítem N°58 Escritorio tipo L para secretaria, se consulta: a.- En cuanto a los tapacantos de PVC (ABS cantonera), se solicita establecer un margen de 1mm a 2mm. b.- Con relación al espesor, se solicita establecer un rango de 25 a 40 mm. c.-En cuanto a la base, se solicita aceptar bases con MDP con espesor de 52mm mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Ítem 2: ARMARIO TIPO VITRINA

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
Ítem 2: ARMARIO TIPO VITRINA Sub Ítem 3.7 - Con tres estantes regulables de metal. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: Con dos o tres estantes regulables o fijos de metal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Ítem 8: CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
Ítem 8: CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES) Sub Ítem 3.4 - Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero. Solicitamos respetuosamente eliminar la parte donde dice: con eje móvil de giro de 360°. Para dar posibilidad a la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Ítem 20: MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
Ítem 20: MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL) Sub Ítem 3.2 Donde dice: y cantonera de PVC de 2 mm (ABS cantonera). Solicitamos al Convocante la posibilidad de que esta parte sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Ítem 21: CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MAYO)

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
Ítem 21: CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MAYO) Sub Ítem 3.3 Donde dice: Tablero fabricado en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm. de espesor, sin intersticios, costura ni remaches. Solicitamos al Convocante la posibilidad de cotizar: Tablero o bandeja fabricado de acero inoxidable de 0.8 mm. de espesor, sin intersticios, costura ni remaches.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Ítem 42: CAMILLA DE TRASLADO PARA MORGUE

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
Ítem 42: CAMILLA DE TRASLADO PARA MORGUE Sub Ítem 3.1 Camilla para traslado con estructura y base de acero inoxidable tubular con electro soldado, sin tornillos ni roblones. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: Base de acero inoxidable tubular O cuadrada con electro soldado, sin tornillos ni roblones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - capital operativo

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
en relacion al capital operativo solicitado se puede reconsiderar dicho pedido porque limita la cantidad de oferentes y por ende mejores precios para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - en relacion a los fabricantes

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
es valida la presentacion de registros de marca en proceso o solo valido el registro de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
la convocante puede considerar solicitar muestras para un mejor control del cumplimiento de las especificaciones tecnicas de los bienes ofertados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - relacion fecha de documentos y formularios de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
cual es la fecha a ser aplicada en la oferta fisica la fecha de inicio de competencia o la fecha de la apertura fisica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en la IAO 23.2 de la Sección I Datos de la Subasta.		

Consulta 22 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
PLAN DE ENTREGAS Considerando que el volumen de suministro de mobiliario es bastante importante, respetuosamente solicitamos que el Plazo de Entrega sea de por lo menos 90 a 120 días calendarios a partir de la recepción de la ORDEN DE ENTREGA del 50 %.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 15.1

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 15.1 dice: Pago de Anticipo y Garantía: NO APLICA.- Solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar un Anticipo de por lo menos el 20% del total del monto adjudicado, y por ende que el plazo de entrega de los equipos sea computado a partir del cobro de dicho Anticipo, lo solicitado es considerado de gran importancia para poder proveer lo solicitado en tiempo y forma.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 27

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 27 En una parte de esta cláusula CGC 27 dice: ... Será pasible de una multa equivalente al Cero Coma Un por ciento (0,1%) del valor del Bien y/o Servicio en demora, por cada día de atraso. Solicitamos respetuosamente que la multa de los equipos sea por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días, es decir, que diga será pasible de una multa equivalente al Cero coma un por Ciento (0,1%) del valor del bien y/o Servicio en demora, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 días.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - experiencia ratios y capital operativo

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
cual es el mecanismo de aplicacion para consorcios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación / Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación para Oferentes Consorciados Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 26 - plazp de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
considerar ampliar a 90 dias plazo de entrega del 50% de los bienes adjudicados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
en caso de ser solicitada cual es el mecanismo de presentacion de los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - lugar de entrega de bienes adjudicados

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
especificar lugar de entrega de los bienes para un calculo correcto de los precios a ofertar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección III - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos - Punto 3 Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 29 - SECCIÓN VII ANEXOS - ANEXO Nº I - F) Cualquier otro documento adicional requerido Numeral 1)

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
<p>SECCIÓN VII ANEXOS - ANEXO Nº I - F) Cualquier otro documento adicional requerido Numeral 1) dice: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Muebles y Enseres a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014-2015-2016-2017-2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.</p> <p>Solicitamos respetuosamente al convocante que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del valor de la oferta, es decir, que diga: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Muebles y Enseres a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014-2015-2016-2017-2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del valor de su oferta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
El Oferente debe Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - autorizacion en caso de consorcios

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
en caso de consorcios si una de las partes es fabricante distribuidor o representante necesita autorizacion el consorcio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
Se aclara que es suficiente con que uno de los miembros presente la documentación en el caso Autorización del fabricante		

Consulta 31 - relacion cert origen para consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
----------	-------------------	------------

en caso de un consorcio entre un distribuidor y un fabricante, siendo el fabricante el que cuenta con el Certificado de origen nacional, es aplicable el beneficio del 20% al consorcio (siendo que el distribuidor no tiene el certificado) solo lo tiene uno de los integrantes del consorcio

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
-----------	--------------------	------------

Se aclara que la Acreditación de Origen Nacional es por producto. Por tanto si el producto ofertado cuenta con el Certificado de Origen Nacional, será aplicado el Margen de Preferencia. Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 1560 del Ministerio de Industria y Comercio.

Consulta 32 - verifiacion de muestras si es origen nacional o importado

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
----------	-------------------	------------

Consulta el tema de producción nacional como se verifica que los productos no sean importados habida cuenta de que no piden muestras?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se verificará con los catálogos que deberán presentar

Consulta 33 - balance general 2018

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2019
----------	-------------------	------------

considerar solicitar balance de 2018 ya que a la fecha prevista para inicio de carga ya vence el plazo de presentacion de balances respectivos para una mejor evaluacion del capital operativo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2019
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5