

Consultas Realizadas

Licitación 367161 - ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL - MSP Y BS

Consulta 1 - Ítem N° 2: Pinza sacabocado ósea

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
Donde dice: Pinza Sacabocados tipo Kerrison, desmontable de una sola pieza, con mango de silicona.		
Se solicita a la convocante aceptar pinzas sacabocados tipo Kerrison de una sola pieza con mango en acero quirúrgico ya que este material es más resistente a los procesos de esterilización y le otorgan una mayor durabilidad al instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2020
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Ítem N° 3 Pinza sacabocado ósea

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
Donde dice: Pinza Sacabocados tipo Kerrison, desmontable de una sola pieza, con mango de silicona.		
Se solicita a la convocante aceptar pinzas sacabocados tipo Kerrison de una sola pieza con mango en acero quirúrgico ya que este material es más resistente a los procesos de esterilización y le otorgan una mayor durabilidad al instrumental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2020
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Ítem N° 13: Separador neurológico

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
Donde dice: Separador tipo CLOWARD de 15cm (+ - 2cm)		
Consulta: Solicitamos ampliar el rango de longitud a 25 cm +/- 5cm. Con esta medida es posible tener una mayor visualización del lecho quirúrgico y no afecta en lo absoluto el procedimiento para el que fue diseñado el instrumental. En caso de no ampliar el rango se estaría limitando la competencia de varios competidores del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2020
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Ítem N° 19: Pinza para cauterio bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
Donde dice: pinza para coagulación bipolar, no adherentes, forma de bayoneta, 22 cm de longitud, punta de 0,3 mm.		
Consulta: Solicitamos a la convocante incluir un rango de tolerancia de +/- 1 mm. Ello no afecta la funcionalidad de la pinza y habría una mayor participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-06-2020
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		