

## Consultas Realizadas

# Licitación 367577 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGON Y CAMIONETAS

### Consulta 1 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Punto 15. CARDIODESFIBRILADOR AUTOMATICO.CARACTERISTICAS TECNICAS.:Desfibrilador Automático Donde dice Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico)Reutilizables. Solicitamos permita ofertar DEA con conexión a traves de parches adulto y pediatrico reutilizables. Donde dice Parches: Únicos para pacientes adultos y pediatricos, descartable con vida útil mínima de 5 años. Cantidad 5 (cinco) unidades, sugerimos solicitar parches adulto y pediatrico por separado descartable con vida útil mínima de 2 años. Cantidad: Cinco, solicitamos permitan ofertar dos parches desechables para uso en pacientes adulto/pediatrico. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables. Se aceptarán Parches con vida útil mínima de 2 años. Modificado en la Adenda N° 2. |                    |            |

### Consulta 2 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Punto 16. Oxímetro de Pulso Portatil<br>Oxímetro de Pulso Donde dice pantalla dual color LEd, solicitamos permita ofertar Oxímetros de Pulso con pantalla monocromática.Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública. |                   |            |

| Respuesta                                                                                             | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Modificado en la Adenda N° 2. |                    |            |

### Consulta 3 - Item 1 Ambulancia Convencional Especificaciones tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 15.Cardiodesfibrilador Automático:Comunicaciones: Conexion WIFI Solicitamos a la convocante dejar el sistema WIFI como opcional, debido a que esto puede representar un peligro para el equipo considerando los hackeos, interferencias con otros aparatos que puedan tener ese tipo de tecnología, baja o mala calidad en la señal. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aceptarán equipos con Comunicación por Conexión WIFI (opcional) o transferencias a memoria USB. Modificado en la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 4 - Item 2 CAMIONETA CERRADA TIPU FURGON

| Consulta                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 20-07-2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| CONSIDERANDO QUE EL VEHICULO SERA DESTINADO PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR TRASERO COMO MINIMO DE 36000BTU CON COMANDO INDEPENDIENTE. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se acepta la sugerencia. Se solicita agregar en el punto 7. ACCESORIOS 7.13 Evaporador trasero como mínimo de 36000BTU con comando independiente. Modificado en la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 5 - ITEM N°1 Punto 15 CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 22-07-2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM N°1</p> <p>Punto 15 CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO</p> <p>Donde dice: Monitorización de ECG: Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico) Reutilizables</p> <p>Solicitamos a la convocante se pueda ofertar Monitorización de ECG: Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico) desechables ya que los parches de los DEA son todos desechables.</p> <p>Donde dice: Pantalla táctil tipo LCD de alta resolución, solicitamos a la Convocante que este punto sea opcional</p> <p>Donde dice: Desfibrilador: Forma de onda Bifásica Rectilinea solicitamos a la Convocante ofertar Desfibrilador: Forma de onda Bifásica Rectilinea o Forma de onda bifásica Exponencial Truncada teniendo en cuenta que ambos tipos de entrega de energía son recomendados y no hay una evidencia científica clara de que un tipo de onda prevalezca por encima de la otra, lo importante es que el tipo de energía sea bifásica.</p> <p>Donde dice energía 50,70,85 julios (pediatrico); preconfigurado y 120, 150,200 julios (adultos), solicitamos a la Convocante ofertar: Energía Pediatrico: 45 a 50 Julios y Adultos 185 a 200 Julios</p> <p>Donde dice: Tiempo de carga: menos de 10 segundos utilizando baterías nuevas completamente cargadas, solicitamos diga Tiempo de carga: menos de 12 segundos</p> <p>Donde dice capacidad de configuración: El usuario deberá poder ajustar manualmente la configuración DEA según el protocolo o instrucción medica deseada, solicitamos que este punto sea opcional</p> <p>Normas de Diseño mínimas requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2 solicitamos diga Normas de Diseños requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, al menos 2 de ellas.</p> <p>Donde dice: Parches únicos para pacientes adultos y pediátricos, descartable con vida útil mínima 5 años, solicitamos a la Convocante se reemplace por Parches únicos para pacientes adultos y pediátricos, descartable con vida útil mínima 2 años, de manera a dar mayor participación a los oferentes</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables. Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Se aceptarán Forma de onda Bifásica Rectilinea o Forma de onda bifásica Exponencial Truncada. Se aceptarán equipos con entrega de Energía Pediatrico: 45 a 50 Julios y Adultos 185 a 200 Julios o mejor. Se aceptarán equipos con tiempo de carga menor a 12 segundos o mejor. Solicitamos excluir el mencionado punto. Normas de Diseños requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, al menos 2 de ellas.</p> <p>Se deberán cotizar equipos con conexión con el paciente a través de parches únicos (adulto y Pediátrico) descartables. Se aceptarán Parches con vida útil mínima de 2 años.</p> <p>Modificados en la Adenda N° 2</p> |                    |            |

## Consulta 6 - Punto 16. OXIMETRO DE PULSO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 22-07-2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Punto 16. OXIMETRO DE PULSO</p> <p>Donde dice pantalla dual color LED. Muestra SpO2, Barra de Pulso y Pletismograma, solicitamos permita ofertar equipos con pantalla monocromática de manera a dar mayor participación a los oferentes.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 24-07-2019 |
| <p>Se aceptarán Oxímetros de pulso con pantalla monocromática o color LED. Modificado en la Adenda N° 2</p>                                                                                                                                     |                    |            |