

Consultas Realizadas

Licitación 372151 - ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA NEUROCIRUGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL-MSPYBS

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación por KIT en el ITEM N° 1: KIT DE INSTRUMENTALES PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2020
<p>Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de adjudicación de KITS a ITEMS, debido a que solicitan gran cantidad de materiales que solamente UN PROVEEDOR podría reunir y cumplir con lo solicitado. Este tipo de adjudicaciones dejan fuera de competencia al resto de los potenciales oferentes que tiene el mercado paraguayo y dirige la Licitación a una empresa, en completa violación de los Principios Generales de la Ley 2051/03, decretos reglamentarios y la doctrina en la materia, en la que se establece que “La contratación pública permitirá que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública”. (Art. 4, inc. b, Ley 2051/03). Por esa razón solicitamos a la convocante establecer la forma de adjudicación por ÍTEMS, debido a que los productos que conforman los lotes solicitados no dependen entre sí para su funcionalidad. Son productos independientes que pueden ser ofertados de manera independiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
<p>SI BIEN LOS EQUIPAMIENTOS SOLICITADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI, LOS MISMOS DEBEN SER MILIMETRICAMENTE ACOPLABLES Y DE ESO DEPENDE SU FUNCIONALIDAD; RAZON POR LA CUAL SE SOLICITA EN FORMA DE KITS Y NO DE ITEMS. AJUSTARSE AL PBC</p>		

Consulta 2 - Item N° 1 - KIT DE INSTRUMENTALES PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2020
<p>Donde dice: Óptica de visión foroblicua panorámica 0 °, 4 mm de diámetro exterior, longitud 18 cm, Autoclavable. Cantidad 1(uno)</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante ampliar el rango de longitud a 18cm +/- 2 cm, y así permitir el acceso de más oferentes al presente llamado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 3 - Ítem N° 1: KIT DE INSTRUMENTALES PARA ENDOSCOPIA

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2020
<p>Donde dice: "Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de juegos de instrumentos variables, perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona, para almacenamiento en un nivel, (1 fondo de colocación), dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 525 x 240 x 70 mm, debe incluir: Clavo de fijación, envase de 12 unidades; Pisador en silicona, envase de 12 unidades; Herramienta Cantidad 1 (uno)"</p> <p>Se consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar Recipiente de Plástico o ALUMINIO, CON CUBETA NO FENESTRADA Y TAPA FENESTRADA CON SISTEMA DE FILTRO REUTILIZABLE DE 5000 CICLOS, para esterilización y almacenamiento de instrumentales, con esterilla de silicona para almacenamiento en un nivel (1 fondo de colocación), dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 525 x 240 x 70 +/- 8 cm y SOPORTE PARA INSTRUMENTALES. Cantidad 1</p> <p>En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 4 - Ítem N° 1 Kit de Instrumentales para endoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Solicitan: Electrodo de coagulación, unipolar, flexible, diámetro 1 mm, longitud útil 40 a 45 cm. Cantidad 1 (uno) ¿Se podría cotizar longitud útil 40 a 53cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 5 - Ítem N° 1 Kit de Instrumentales para endoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Tijeras, abertura unilateral, semirrígidas, 1,3 mm de diámetro, longitud útil 28 a 32 cm.. ¿Se podría cotizar longitud útil de 28 a 35cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 6 - ítem 1 Kit de instrumentales para endoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Catéter de aspiración, flexible, 1,7 mm de diámetro, longitud útil 40 a 45 cm..Cantidad 1(uno). ¿Se podría cotizar de 1.5 a 1.7mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 7 - Ítem N° 1 Kit de Instrumentales para endoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Catéter de aspiración, flexible, 1,7 mm de diámetro, longitud útil 40 a 45 cm..Cantidad 1(uno). ¿Se podría cotizar de 1.5 a 1.7mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 8 - Ítem N° 1 Kit de Instrumentales para endoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Pinzas de agarre, abertura bilateral, flexibles, 2,5 mm de diámetro, longitud útil 38 a 42 cm. De acero quirúrgico autoclavable. Cantidad 1(uno). ¿Se podría cotizar de 2.3 a 2.5mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12		

Consulta 9 - Inclusión de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Solicitamos considerar la posibilidad de incluir un anticipo financiero, teniendo en cuenta el alto costo de los equipos a ser adquiridos. Caso que se incluya dicho anticipo, solicitamos que el plazo de entrega corra desde el cobro del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 10 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
----------	-------------------	------------

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico
 Muchas de las características técnicas descriptas para este Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico, son específicas del modelo: OPMI PENTERO 800, marca Carl Zeiss Meditec AG.

Por tal motivo solicitamos las siguientes flexibilizaciones a dichas características técnicas; con la finalidad de permitir la presentación de mas de un oferente:

CONSULTA: En el subitem dice: "Distancia focal continuamente ajustable entre 250 (o menor) y 500 mm (o mayor)". Solicitamos a la convocante modificar el rango a: "Distancia focal continuamente ajustable entre 250mm (o menor) y 450 mm (o mayor).

Este rango de variación permitirá obtener mayor cantidad de oferente sin afectar la funcionalidad del equipo.

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico
 En el subitem dice: "Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado electrónicamente". ¿La convocante podría permitir la oferta de microscopio con "Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado manual o electrónicamente"?

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico
 En el subitem dice: Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de dos canales simultáneos. ¿La convocante podría permitir la cotización de microscopio con "Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de un canal o más"?

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

En el subitem dice: Indicador del tiempo de uso restante de las lámparas. Rogamos a la convocante incorporar el siguiente término: "o indicar tiempo de uso de las lámparas?"

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

Solicitamos las siguientes modificaciones en el subitem dice: Movimiento en los tres ejes con velocidad variable. Vertical +/- 225° (o más). Lateral +/- 40° (o más). Anterior-Posterior +120° / -30° (o más)? Estas modificaciones mínimas no afectarán el rendimiento óptimo del equipo y permitirán la participación de un mayor número de oferentes.

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

En el subitem dice: Monitor táctil de alta definición (HD) de 22 pulgadas o mayor. Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de "21 pulgadas o mayor".

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

En el subitem dice: "Cámara para video de alta definición (HD) de 3-chips, integrada en el interior del microscopio sin cables exteriores". La convocante podría permitir la oferta de microscopio con "Cámara para video de alta definición (HD) de 3-chips, integrada en el interior y/o cámara de Alta Definición adecuada al microscopio, cumpliendo así las de igual manera las funciones solicitadas"

SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

En el subitem dice: "Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares". ¿La convocante podría permitir la oferta de microscopio con "Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares o en la pantalla del monitor"?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 12 Y A LA ADENDA N° 15 LA DISTANCIA FOCAL ES UNA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DEL EQUIPO PUES CORRESPONDE CON EL ESPACIO LIBRE ENTRE EL CAMPO QUIRÚRGICO Y EL MICROSCOPIO. EN ESTE ESPACIO SE DEBEN PODER REALIZAR LOS DISTINTOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, ALGUNOS DE LOS CUALES REQUIEREN EL USO DE INSTRUMENTALES VOLUMINOSOS. REDUCIR ESTE RANGO AFECTA SUSTANCIAL Y NEGATIVAMENTE LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO.		

Consulta 11 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ CONSULTA: En el subitem dice: Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 30mm a 150mm, desde una distancia de 40cm. Debido a la gran cantidad de fabricante de Frontoluz. Solicitamos a la convocante permitir la cotización con Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 30mm (o menor) a 80 mm (o mayor), desde una distancia de 40cm +/- 5 cms.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 15		

Consulta 12 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ En el subitem dice: Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor, nivel medio de 20.000lux o mayor y nivel bajo de 10.000 lux o mayor. Estas características se refieren a un modelo específico de Fotóforo frontal LED KS70 de la marca Storz. Solicitamos a la convocante permitir cotización con Iluminación de 60.000 lux o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 15 AL DECIR 30.000 LUX O MAYOR, SIGNIFICA QUE PUEDE SER 60.000 LUX O MAYOR.		

Consulta 13 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 3 FRONTOLUZ En el subitem dice: Autonomía de la batería de 17 horas o mayor. Entendemos de qué se trataría de un error la cantidad de horas solicitadas. Solicitamos a la convocante aclarar y permitir la cotización de con Autonomía de la batería de 1,7 horas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
REMITIRSE A LA ADENDA N° 15		

Consulta 14 - Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 13.Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.- Solicitamos al Convocante solicitar de la siguiente manera: Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S o Constancia de solicitud de Renovación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 15 - Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 13

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 13. Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos al Convocante solicitar de la siguiente manera: Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos o constancia de estar en trámite de renovación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 16 - Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 13

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Sección VII – Anexos. F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 13. Habilidad Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.- Solicitamos al Convocante solicitar de la siguiente manera: Habilidad Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S o Constancia de solicitud de Renovación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 17 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Plan de Entregas dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante que el plan de entregas quede de la siguiente manera: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 75 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 18 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
Plan de Entregas dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante que el plan de entregas quede de la siguiente manera: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 75 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 19 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico Muchas de las características técnicas descriptas para este ítem, son específicas del modelo: KINEVO 900 de ZEISS, marca Carl Zeiss Meditec AG. Por tal motivo solicitamos las siguientes flexibilizaciones a dichas características técnicas; con la finalidad de permitir la presentación de mas de un oferente:</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Distancia focal continuamente ajustable entre 200 (o menor) y 625 mm (o mayor)". Solicitamos a la convocante modificar el rango a: "Distancia focal continuamente ajustable entre 250mm (o menor) y 450 mm (o mayor)". Este rango de variación permitirá obtener mayor cantidad de oferente sin afectar la funcionalidad del equipo."</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Tubo binocular inclinable con angulación variable de 180°". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con : "Tubo binocular inclinable con angulación variable de 180° (o mayor)".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Oculares de campo amplio: 10X o 12,5X". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con : "Oculares de campo amplio: 10X o 12,5X o 16X".</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
<p>REMITIRSE A LA ADENDA 15, REMITIRSE A LA ADENDA 19 Y AJUSTARSE AL PBC</p>		

Consulta 20 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico Muchas de las características técnicas descriptas para este ítem, son específicas marca con un único representante en nuestro país. Por tal motivo solicitamos las siguientes flexibilizaciones a dichas características técnicas; con la finalidad de permitir la presentación de más de un oferente:</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Con tubo binocular inclinable con angulación variable de 180º y oculares de 10X o 12,5X". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Con tubo binocular principal, inclinable con angulación variable de 180º (o mayor) y oculares de 10X o 12,5X o 16X".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Movimiento robotizado XY". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Movimiento robotizado o manual del XY".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Cámara para video de alta definición (HD) de 3-chips, integrada en el interior del microscopio sin cables exteriores o adecuada al microscopio (accesorio original del fabricante del microscopio no compatibles, no genéricos)". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Cámara para video de alta definición (HD) de 3-chips, integrada o incorporada al microscopio o adecuada al microscopio (accesorio original del fabricante del microscopio no compatibles, no genéricos)".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
REMITIRSE A LA ADENDA 19		

Consulta 21 - Sección VII

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>En una parte de la Sección VII dice: "Copia autenticada del Listado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos y/o Certificado de Registro de Dispositivos Médicos". Respetuosamente solicitamos al Convocante solicitar esta documentación de la siguiente forma: "Copia autenticada del Listado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos y/o Certificado de Registro de Dispositivos Médicos o Constancia de que se encuentra en trámite emitida por la DNVS".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
REMITIRSE A LA ADENDA 19		

Consulta 22 - SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico Muchas de las características técnicas descriptas para este ítem, son específicas marca con un único representante en nuestro país. Por tal motivo solicitamos las siguientes flexibilizaciones a dichas características técnicas; con la finalidad de permitir la presentación de más de un oferente:</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Interfase para navegadores quirúrgicos". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Interfase o adaptador para navegadores quirúrgicos".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Interfase para micro manipuladores de sondas de láser". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Interfase o adaptador para láser".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Conectividad inalámbrica para transmisión de datos". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Conectividad inalámbrica o alámbrica para transmisión de datos".</p> <p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 5 Microscopio quirúrgico CONSULTA: En una parte de las Especificaciones Técnicas solicitadas dice: "Capacidad de diagnóstico de servicio vía internet". Solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas con: "Capacidad de diagnóstico de servicio vía internet (opcional)".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
REMITIRSE A LA ADENDA 19 Y AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 23 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>Plan de Entregas dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante que el plan de entregas quede de la siguiente manera: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los 90 (NOVENTA) días corridos, posteriores a la fechas de recepción de la Orden de Compras por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2020
AJUSTARSE AL PBC		