

## Consultas Realizadas

# Licitación 373449 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE HEMOCENTRO Y UMT DEL HOSPITAL DE CLINICAS ? AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020

### Consulta 1 - SECCIÓN: SUMINISTROS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 2 - ÍTEM N° 8

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2020
<p>Se solicita a la Convocante realizar el desglose del ítem N° 8 del Lote 2, considerando que este ítem (Bolsa triple para extracción) no guarda relación directa y exclusiva con los demás ítems que conforman el lote (Reactivos para enfermedades Infecciosas).</p> <p>De persistir estas condiciones, las mismas restringirán la posibilidad de ofertar, condicionando al oferente a contar indefectiblemente con todos los ítems, no relacionados directa y exclusivamente, que han sido solicitados en el lote 2, afectando los principios básicos de igualdad y libre competencia establecidas para las Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2020
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

### Consulta 2 - LOTE 4 ITEM: 2 TARJETA PARA TIPIFICACION. PAGINA: 12

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2020
<p>CONSULTA: Se podrá cotizar una Tarjeta con columna de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) con identificación del antígeno DVI (DVIneg) y prueba sérica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos, que incluya equipo en comodato automatizado y dos semiautomatizados, ya que la identificación del antígeno DVI (DVIneg), se encuentra en un pocillo totalmente independiente, por lo que se podría obviar para el resultado final.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2020
<p>Las tarjetas para tipificación de PACIENTES deben incluir el grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) SIN identificación del antígeno DVI (DVI negativo) y prueba sérica o inversa A1, B. La tarjeta debe tener obligatoriamente un pocillo que no detecte el antígeno DVI (DVI negativo), excluyente, pudiendo tener un pocillo que detecte el antígeno DVI (DVI positivo), estos pocillos deben ser independientes y no afectar el costo de la tarjeta.</p>		

### Consulta 3 - LOTE 4 ITEM: 3 TARJETAS NEWBORN PÁGINA: 13

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2020
<p>CONSULTA: Se podrá cotizar una tarjeta con columnas de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación con prueba inversa para uso en recién nacidos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Con equipo en comodato incluido. Ya que la identificación de la prueba inversa se encuentra en pocillos totalmente independiente no estará alterando el resultado final del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2020
<p>La prueba inversa no es necesaria realizar en recién nacidos por no tener ningún valor clínico y las tarjetas Newborn no deben incluir la prueba inversa si eso supone un costo mayor innecesario para la tarjeta.</p>		

**Consulta 4 - LOTE 4 ITEM: 11 TARJETA CON AHG, C3d POLIESPECIFICA.  
PAGINA: 13**

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2020
CONSULTA: Se podría separar este ítem 11 del lote 4? Ya que así como se encuentran la especificación del reactivo, podría ofertar un solo oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2020
Todas las tarjetas para determinaciones que inmunohematología en gel deben estar incluidas en el mismo lote para la practicidad en las operaciones de los usuarios, de lo contrario deberían ser equipos diferentes, que podría conllevar a errores en las determinaciones, además del gran espacio que ocuparía.		

**Consulta 5 - LOTE 1 ITEM: 1, ANTI A MONOCLONAL 2 ANTI B MONOCLONAL, 3 ANTI D MONOCLONAL**

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2020
CONSULTA: Se está solicitando para el LOTE 1 ambos equipos? Un equipo automatizado y un equipo semiautomatizado para uso en tarjetas? Ya que en este lote solo están solicitando reactivos líquidos en frascos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-01-2020
Para el lote 1 no se están solicitando equipos automatizados ni semiautomatizados, sí se solicitan los demás insumos: *4 Pipetas automáticas graduables de 10-50 ul. *4 Pipetas automáticas graduables de 100-1000ul. * Puntas para pipetas automáticas (tips) blancas, amarillas y azules, ajustables a las pipetas automáticas según las determinaciones a realizar. * Tubos con anticoagulante EDTA de 2.5 a 5 ml. * Tubos con anticoagulante EDTA de 1ml. * Placa blanca para tipificación. * Palillos mezcladores para tipificación en lámina. *Tubos de plástico y vidrio cortos (o de hemólisis) para procesamiento de muestras. * Diluyentes. * Agua destilada en cantidad necesaria.  Tal como figura en el Pliego de Bases y Condiciones.		