

Consultas Realizadas

Licitación 375361 - ADQUISICION DE CAMILLAS HIDRAULICAS PARA EL NUEVO PABELLON DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA

Consulta 1 - SECCION VII - ANEXO I - DOCUMENTOS ADICIONALES A LA OFERTA

CONSULTA	Fecha de Consulta	02-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

Dice:

Declaración jurada del oferente de poseer una experiencia en el suministro de bienes similares, mayor o igual a 3 (tres) años.

Consulta:

Se podría considerar, dar participación a empresas que cumplen con el siguiente criterio

"Declaración jurada del oferente de poseer una experiencia en el suministro de bienes similares, mayor o igual a 2 (dos) años."

De modo a dar mayor participación a oferentes

RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 01.

Consulta 2 - SECCION VII - ANEXO I - DOCUMENTOS ADICIONALES A LA OFERTA

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-03-2020
Donde dice: "Certificado de Cumplimiento contractual en adjudicaciones de contratos de bienes similares, mayor o igual a 3 (tres) años."		
Solicitamos amablemente a la convocante, considerar la siguiente condición. "Certificado de Cumplimiento contractual en adjudicaciones de contratos de bienes similares, mayor o igual a 2 (dos) años."		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse a la Adenda N° 01.		

Consulta 3 - Plan de entregas

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
<p>En el PBC se establece que el plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 (treinta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.</p> <p>Se consulta a la Convocante si se puede ampliar dicho período de entrega, teniendo en cuenta la pandemia actual por la que se atraviesa a nivel mundial, lo cual retarda bastante en todos los procesos de importación ya que los controles de envío y recepción sufren cambios drásticos.</p>		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - Punto 3.2 Plataforma del colchón y las barandas laterales de longitud 3/4

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
Se solicita a la Convocante aclarar si la longitud de las barandas laterales debe de ser 3/4 de la longitud total de la camilla?		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse a la Adenda N ° 01.		

Consulta 5 - Punto 4.4 Con topes alrededor de la plataforma del colchón

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
Se consulta a la Convocante, si los topes descritos en el ítem mencionado, corresponden a los que se encuentran en las ruedas ubicadas en cada vértice. Favor aclarar dicho punto para un mejor entendimiento.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse a la Adenda N ° 01.		

Consulta 6 - Punto 6.1 Barandas

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
Se consulta a la Convocante, si los 3/4 de longitud solicitada en el ítem mencionado, se refiere a 3/4 de la longitud total del producto ofertado. Favor aclarar		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse a la Adenda N ° 01.		

Consulta 7 - Punto 11.3 Altura regulable

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
Se solicita a la Convocante que la altura máxima de la camilla sea a partir de 920mm de altura máxima o mas. Esta solicitud propiciará que exista libre competencia y mayor oportunidad de presentación de oferentes.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
Ajustarse a la Adenda N ° 01.		

Consulta 8 - Punto 11.7 Soporte de botella de oxigeno

CONSULTA	Fecha de Consulta	10-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

Un soporte para la botella de oxigeno localizado en la cabecera.

Se solicita a la Convocante que el soporte de la botella de oxigeno pueda estar localizada en la cabecera o en la base de la camilla, debido a que la intención es de que se cumpla con la finalidad, en este caso la de dar soporte a un material que ayudará al paciente a tener estabilidad respiratoria. Esto se pide de manera a que dicho ítem no esté dirigido específicamente a una marca, se tenga en cuenta el principio de igualdad y libre competencia.

RESPUESTA	Fecha de Respuesta	12-03-2020
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N ° 01.

Consulta 9 - Plan de entrega

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-05-2020
En el PBC se establece que el plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 (treinta) días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Respetuosamente solicitamos al Convocante ampliar dicho período de entrega a 60 (sesenta) días corridos, atendiendo la situación actual por el Covid-19 por la que se atraviesa a nivel mundial, lo cual retarda en su mayoría los procesos de importación.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	18-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 10		

Consulta 10 - Punto 11.3 Altura regulable

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-05-2020
Altura regulable con mecanismo hidráulico, mediante pedal: 700 mm mínima, o menos - 990 mm altura máxima, o mas Solicitamos al Convocante permita la cotización de: altura máxima de la camilla de 920mm de altura máxima o mas. Esta solicitud dará mayor posibilidad de oferentes.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	18-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 08		

Consulta 11 - Documentos de la oferta. Cualquier otro documento adicional requerido.

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-05-2020
Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos o Certificación de estar en trámite de renovación.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	18-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 10		

Consulta 12 - Punto 11.7 Soporte para botella de oxigeno

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-05-2020
Un soporte para la botella de oxigeno localizado en la cabecera. Solicitamos la Convocante permita la cotización de: Un soporte para la botella de oxígeno localizado en la cabecera o en la base de la camilla. Esto dará mayor posibilidad de oferentes.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	18-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 08		

Consulta 13 - Documentos de la oferta. Cualquier otro documento adicional requerido.

CONSULTA	Fecha de Consulta	06-05-2020
Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos al Convocante permita: Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos o Certificación de estar en trámite de renovación.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	18-05-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 10		