

Consultas Realizadas

Licitación 375971 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIII REGION SANITARIA MISIONES-MSPYBS

Consulta 1 - Consulta N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Tratándose de una Licitación Plurianual, nos gustaría nos informe en cuantos meses contado a partir de la firma del contrato se extenderán las entregas de los bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
La estimación del consumo de los bienes solicitados es de 15 (quince) meses. Se recuerda igualmente, que la vigencia del contrato estipula lo siguiente: "Hasta el cumplimiento total de las obligaciones"		

Consulta 2 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 3, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 3 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 3, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 4 - Lote 19

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Punto 1: El lote 19 ítem 1 esta repetido en el pliego. Favor corregir la numeración de los lotes. Punto 2: Referente al Lote 19-1, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 5 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 8, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 6 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 8, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 7 - Lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 12, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 8 - Lote 21

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 21, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 9 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 8, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 10 - Lote 16

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 16, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 11 - Lote 24

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 24, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 12 - Lote 27

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2020
Referente al Lote 27, solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR que resulta mas conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 13 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2020
Lote 1 Item 1: Reactivos compatibles con equipo instalado en Hospital Regional San Juan Bautista (Misiones) - MINDRAY BC-5150. Solicitamos respetuosamente a la Convocante admitir otro tipo de reactivos y equipos para este ítem ya que el mismo UNICAMENTE podrá ser cotizado por el Representante de la Marca MINDRAY en el país, cerrando de esta manera el LOTE 1 para una empresa especifica, en contravención a lo establecido en el Art. 4° de la Ley de Contrataciones Publicas. En todo caso deberían separar este ítem y hacerlo en otro lote nuevo a modo de no limitar la participación de empresas que poseen opciones para ofertar los otros items del Lote mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-		

Consulta 14 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2020
Lote 6		
Item 1: Reactivos compatibles con equipo instalado en Hospital Distrital San Ignacio - Misiones (MINDRAY BC-5150).		
Item 2 al 25: EQUIPOS DE QUÍMICA: Hospital Distrital San Ignacio (Misiones) MINDRAY BS-380.		
EQUIPO PARA ELECTROLITOS: Hospital Distrital San Ignacio (Misiones) marca DIESTRO.		
Item 26 al 28: REACTIVOS COMPATIBLES PARA EQUIPO INTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO (MISIONES) - marca SOLEA 4.		
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar otros tipos de reactivos y equipos que no estén dirigidos a estas marcas mencionadas mas arriba, dando oportunidad a otros oferentes de ofertar soluciones de igual o mejor calidad a lo solicitado. Es así que se esta direccionando hacia una empresa especifica que representa estas marcas mencionadas en el territorio nacional. Procedimiento en total contravención a lo establecido en la de Contrataciones Publicas. Por tanto solicitamos readecuar estos items y lotes mencionados a modo de contar con un mayor numero de oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 15 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2020
Lote 15:		
Item 1: REACTIVOS PARA HEMOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO DE 3 PARTES INSTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL DE AYOLAS (MISIONES) - MINDRAY BC-3000		
Item 2 al 25: REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPO INSTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL DE AYOLAS - MISIONES.		
a) EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA: MINDRAY BS200.		
b) EQUIPO PARA ELECTROLITOS: DIESTRO.		
Item 26 al 27: REACTIVOS COMPATIBLES PARA EQUIPO INTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL DE AYOLAS (MISIONES) - SOLEA 4		
Solicitamos respetuosamente a la Convocante adecuar estos items a modo de no limitar la participacion de empresas que cuentan con soluciones de igual o mejor calidad a lo solicitado, tal como se observa este lote solo podra ser ofertado por la empresa que representa estas marcas en el territorio nacional, es por ello que solicitamos que se readecue las especificaciones tecnicas sin direccionar el procedimiento hacia una marca especifica y que otras empresas puedan ofertar sus soluciones, haciendo alusion a lo establecido en el Art. 4° de la Ley de Contrataciones Publicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2020
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-		

Consulta 16 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta
	08-06-2020
<p>Lote 11</p> <p>Item 1: REACTIVOS PARA HEMOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO DE 3 PARTES INSTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (MISIONES) - MINDRAY BC-3000</p> <p>Item 2 al 25: REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPO INSTALADO EN HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES.</p> <p>a) EQUIPO PARA QUÍMICA CLÍNICA: marca MINDRAY BS-380</p> <p>B) EQUIPO PARA ELECTROLITOS: marca DIESTRO</p> <p>Item 26 al 27: REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPO INSTALADO marca SOLEA 4 EN HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA (MISIONES)</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la Convocante adecuar y modificar estos items ya que los mismos se encuentran direccionadas a las marcas mencionadas mas arriba, que únicamente un sola empresa podrá oferta, representante de las mismas, en contravención a los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Publicas, limitando a las empresas que cuentan con soluciones de igual o mejor calidad a lo solicitada en las especificaciones técnicas.-</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	06-07-2020
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-	

Consulta 17 - LOTE1

Consulta	Fecha de Consulta
	10-06-2020
<p>Lote 1-Item 1: KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLOGICO: Solicitan reactivos compatibles con equipo Marca: MINDARY BC-5150. Favor aclarar si se refiere a la Marca: MINDRAY.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	06-07-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA 03.-	

Consulta 18 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta
	10-06-2020
<p>En relacion a los vencimientos mínimos solicitados para la entregas de los reactivos e insumos: se podría considerar reducir a 6(seis) meses de los reactivos y 9 (nueve) meses los insumos.?</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	06-07-2020
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-	