

Consultas Realizadas

Licitación 378576 - ADQUISICIÓN DE DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Consulta 1 - Experiencia requerida - Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

CONSULTA	Fecha de Consulta	09-09-2020
2. Demostrar la experiencia en la provisión de equipos desfibriladores externos automáticos, con contratos ejecutados y/o facturas y/o recepciones finales, SOLICITAMOS : puedan presentarse facturas también de Cardio defibriladores, Electrocardiógrafos y Monitores cardíacos que pertenecen a la misma familia de productos.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 01.		

Consulta 2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO DESFIBRILADOR

CONSULTA	Fecha de Consulta	09-09-2020
Rango de medición de la impedancia del paciente: 0 300 ohmios como mínimo. SOLICITAMOS se acepte de 0 200 Ohms. Capacidad de batería: ≥ 200 Descargas. SOLICITAMOS se acepte hasta 120 descargas.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en la Carta de Invitación.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
Donde dice, "RANGO DE MEDICIÓN DE LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE DE 0 300 OHMIOS COMO MÍNIMO", solicitamos amablemente a la convocante, aceptar también equipos con "RANGO DE MEDICIÓN DE LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE DE 25 A 175 OHMIONS" a fin de permitir mayor participación de proveedores y no cerrarse a la oferta de un solo proveedor.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas detalladas en la Carta de Invitación.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
Donde dice, "CAPACIDAD DE BATERÍA: ≥ 200 Descargas", solicitamos amablemente a la convocante que permita la oferta de dispositivos con "CAPACIDAD DE BATERÍA: ≥ 100 DESCARGAS" para permitir de ese modo, mayor participación de proveedores y no cerrarse a una sola propuesta.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas detalladas en la Carta de Invitación.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
Donde dice, "Registro de datos y almacenamiento: datos de ECG y RCP", solicitamos amablemente a la convocante que permita la oferta de dispositivos con "Registro de datos y almacenamiento: datos de ECG y evento en memoria SD" para así permitir mayor participación de oferentes y no cerrarse a una sola propuesta.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas detalladas en la Carta de Invitación.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
Donde dice, "Registro de datos y almacenamiento: datos de ECG y RCP", solicitamos amablemente a la convocante considerar equipos sin registro de datos debido a que dicha funcionalidad corresponde a dispositivos que podrían exceder el precio referencial estimado para éste producto.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas detalladas en la Carta de Invitación.		

Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
Solicitamos amablemente a la convocante, AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 45 DÍAS a partir de la firma del contrato. Esto considerando que el producto solicitado incluye una batería, significando esto un trámite más largo en el proceso de embarque aéreo, que de por sí ya se encuentra bastante complicado en situación de pandemia declarada por la OMS.		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
Favor ajustarse a lo establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 8 - Capacidad Técnica

CONSULTA	Fecha de Consulta	14-09-2020
<p>"Solicitamos amablemente a la convocante, que se deba presentar junto con la oferta, copia de la AUTORIZACIÓN de Apertura y Funcionamiento como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS. Esto a fin de garantizar la capacidad técnica de la empresa oferente en relación a este tipo de dispositivos."</p>		
RESPUESTA	Fecha de Respuesta	14-09-2020
<p>Favor ajustarse a lo establecido en la Carta de Invitación.</p>		