

Consultas Realizadas

Licitación 379772 - Adquisición de Equipos de Laboratorio para DIGECIPOA.-

Consulta 1 - Item N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Favor aclara si el equipo solicitado necesitan portátil ó de mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
DEBERÁ DE SER PORTÁTIL. VER ADENDA N°1		

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Para el item nro 1 - Phmetro, solicitamos se extienda el plazo de entrega a por lo menos 45 días desde la recepción de la orden de compra o firma del contrato. Este pedido se debe a que los equipos solicitados por la convocante se deberan adquirir del exterior, y el proceso de flete internacional y nacionalización de productos (despacho) se ve afectado, sufriendo atrasos por la situación actual del covid-19 que afecta al mundo. Aceptando este aumento en plazo de entrega podran participar mayor cantidad de potenciales oferentes, dando libertad de competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
IA CONVOCANTE EXTIENDE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 30 DÍAS, DEBIDO A LA URGENCIA DE CONTAR CON EL BIEN .VER ADENDA N°1		

Consulta 3 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Consultamos si podran ser aceptados como experiencia equipos de laboratorio en general?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL .VER ADENDA N° 1		

Consulta 4 - Documentación para demostrar experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Somos una empresa que vende productos y equipos de laboratorio. Consultamos a la convocante si para demostrar experiencia seran aceptadas facturas de equipos de laboratorio con su correspondiente nota de remisión?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL .VER ADENDA N° 1		

Consulta 5 - Plazo de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Favor aumentar el plazo de entrega de los bienes a 45 días al menos para dar mayor posibilidad de ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
IA CONVOCANTE EXTIENDE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 30 DÍAS, DEBIDO A LA URGENCIA DE CONTAR CON EL BIEN .VER ADENDA N°1		

Consulta 6 - Item 1-Phmetro

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Favor considerar equipos con grado de protección IP65, resistente a agentes y polvo quimicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
SERÁN CONSIDERADOS EQUIPOS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65 COMO MÍNIMO. VER ADENDA N° 1.		

Consulta 7 - EETT Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2020
Estimados convocante, favor considerar para el PHmetro del item 1 equipos con las siguientes características:		

1. Rango de mV de +/- 1800mV
2. Precisión de mV de +/- 0.1mV
3. Precisión de temperatura de +/- 0.3 °C
4. Grado de protección IP65

Las características que están pidiendo en la sección de especificaciones técnicas de la carta de invitación solo las cumplen un único equipo de un solo fabricante con representante en Paraguay. Por lo que pedimos que se abran los requerimientos solicitados dando posibilidad de ofertar otras marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
El grado de Protección IP 65 podemos considerar, sin embargo, los rangos y precisión de temperaturas son las utilizadas actualmente, y no es posible una modificación de las mismas. VER ADENDA N°1		

Consulta 8 - Consulta sobre precisión

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Se solicita amablemente a la convocante rever las especificaciones técnicas del ítem 1, correspondiente a PH-METRO, específicamente en lo relacionado a la precisión requerida de 0.01mV. Informamos la precisión requerida no existe en el mercado. Solicitamos requerir precisión de 1mV		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2020
PH METRO, la precisión requerida será de 1mV . VER ADENDA N°2		

Consulta 9 - Baterías PHMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Con referencia al ítem 1. Se solicita a la convocante la aceptación de equipos que dispongan baterías recargables. No solamente 4 pilas AA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2020
Se requerirá Batería 4AA o baterías recargables de 200 horas continuas. VER ADENDA N°2		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2020
Se puede ofertar conservadora con las mismas características, pero sin porta candado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2020
El porta candado del contenedor será opcional. VER ADENDA N°2		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2020
ítem 1. phmetro . Solicitamos sean aceptados equipos con batería 150 horas continuas de duración con indicador de batería baja apagado automático después de 10min de inactividad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2020
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONSIDERANDO EL CRITERIO DE LOS TÉCNICOS DEL ÁREA SOLICITANTE.		

Consulta 13 - Ítem N° 3 - Termómetro infrarrojo

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
Se puede ofertar un termómetro dual, infrarrojo y con sonda de penetración metálica de 106 mm de largo x 3 mm de diámetro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2020
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONSIDERANDO EL CRITERIO DE LOS TÉCNICOS DEL ÁREA SOLICITANTE.		