

Consultas Realizadas

Licitación 380298 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio de Vallemi

Consulta 1 - la Licitación 380298 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio de Vallemi

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2020
Quisiera favor realizar la siguiente consulta: - En la seccion III, Especificaciones tecnicas, Lote 1, Item numero 2 Mantenimiento Preventivo, se describe al final "Numero de Intervenciones: 2". Solicitamos aclarar eso, puesto que en la lista de precios solamente se incluyo 1 unidad de cada servicio. Plan de Entrega: El primer servicio a los 30 días calendario a la firma del contrato. Solicitamos que el primer servicio sea 30 días calendario a la emisión de la Orden de Compra. Saludos cordiales,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2020
Se han realizado las modificaciones pertinentes. Remitirse a la ADENDA N° 6 a publicarse en el SICP.-		