

Consultas Realizadas

Licitación 382293 - ADQUISICION DE EQUIPOMIENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA RCA.CHINA-TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-MSPYBS

Consulta 1 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2020
8. Experiencia Requerida Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes similares en EQUIPOS MÉDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, SOLICITAMOS tengan a bien incluir " bienes similares en EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO" debido a que los ítems 5-17-32-36-37-40 no son considerados por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como equipos médicos, ya que los mismos no se registran. Adjuntamos nota referida al ítem 32 de la Dirección de Vigilancia Sanitaria en la cual informa dicha situación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21/2021		

Consulta 2 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2020
9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: 1. Copias de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción de EQUIPOS MÉDICOS expedidas por Instituciones Públicas o Privadas de los últimos 05 (cinco) años SOLICITAMOS agregar Equipos de laboratorio. 2. Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. SOLICITAMOS omitir este requisito para los ítems 5-17-32-36-37-40 pues no son considerados por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como equipos médicos, ya que los mismos no se registran 3. Constancia de Habilitación de Servicio Técnico de dispositivos médicos, emitido por la DNVS. SOLICITAMOS omitir este requisito por las mismas razones que el ítem anterior (2)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021		

Consulta 3 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2020
9. Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: - Habilitación emitida por la DNVS para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos. - Habilitación emitida por la DNVS para Servicio Técnico de Dispositivos Médicos. -Poseer experiencia en provisión de bienes y/o servicios similares (equipos médicos. SOLICITAMOS al respecto no incluir las Habilitaciones solicitadas para los items 5-17-32-36-37-40 pues no son considerados por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como equipos médicos, ya que los mismos no se registran. Asimismo incluir en Poseer experiencia en provisión de bienes y/o servicios similares (equipos médicos, equipos de laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021		

Consulta 4 - Numeros de items no coinciden

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2020
Favor, verificar los números de los ítems de precios referenciales publicados en el portal de la DNCP, no coinciden con los publicados en las EETT adjuntas al PBC. Ejemplo: el "equipo ecógrafo Doppler color portátil" figura en las EETT adjuntas al PBC como el item N° 40, mientras que en PBC y en la parte de precios referenciales figura como item N° 39.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021		

Consulta 5 - Item N° 19 - Equipo electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2020
Item N° 19 "Electrocardiografo", solicitan: Tamaño diagonal de 8" o más. Solicitamos cordialmente a la convocante realizar la modificación a: Tamaño diagonal de 7" o más. Ya que como están solicitando, solamente una marca podría ofertar el item en cuestión, de esta manera estaría evitando futuras protestas y obtendrían variedad de ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 6 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde pide altura de la mesa de 80 cm o más, solicitamos reducir la altura a 70 cm o más, con esto se facilitará el proceso de ubicación de los pacientes en la mesa de estudios, considerando que una altura mayor requiere del uso de escaleras u otro tipo de accesorio para subir al paciente, lo cual se dificulta aun más cuando se trata de pacientes con dificultad de movimiento. Este cambio solicitado no influirá en la calidad de las imágenes obtenidas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 7 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde solicitan tiempo mínimo de exposición de 1ms o menor a 10 seg o mayor solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de tiempo máximo de exposición de 10 seg. o mayor considerando que equipos móviles o portátiles carecen de indicadores de tiempo de disparo y que el mismo es una consecuencia del valor de mAs elegido y la corriente máxima que dependerá de los kV seteados, es decir el tiempo de exposición es un valor que no es ajustado por el técnico radiólogo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 8 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde solicitan tiempo de carga de baterías de 2 horas o menor solicitamos a la convocante permitir cotizar detectores con baterías que requieren un tiempo de carga de 3 horas o menor, considerando que solicitan la provisión de 3 baterías por lo que quedarse fuera de servicio por falta de batería es muy difícil, además no es muy recomendado desde el punto de vista de vida útil de las baterías el sistema de carga rápida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 9 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde solicitan pantalla de 17" embebida para manejo kV/mA/mAs y pre visualización de la imagen, solicitamos eliminar el requerimiento de manejo de mA, considerando que el la mayoría de los equipos portátiles/móviles el valor de mA no es ajustable por el técnico radiólogo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 10 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde solicitan Monitor TFT o LCD de 19" o mayor con resolución de 1280 x 1024 como mínimo, solicitamos permitan cotizar monitores TF, LCE o LED de 19" o mayor con resolución de 1280x024 como mínimo, considerando que la tecnología LED actualmente es la dominante en el mercado de monitores.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 11 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde piden Frecuencia del generador de 100 kHz o mejor, solicitamos permitir cotizar equipos con frecuencia del generador de 50 kHz o mayor, pues esta característica es una característica de diseño de cada fabricante que no afecta a la calidad de los rayos x generados y por ende no tiene efecto en la calidad de la imagen ni en la dosis entregada al paciente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 12 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde piden tamaño del pixel de 139 o mejor, solicitamos permitan cotizar detectores con tamaño de pixel de 140 μm o menor, considerando que el aumento en una micra en el tamaño del pixel del detector no afectará a la calidad de la imagen, y que con esto se permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes, no excluyendo caprichosamente con valores que hacen pensar que han sido puestos expresamente para excluir a ciertas marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 13 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde hacen el requerimiento de tiempo de operación de cada batería de 4 horas o mayor, solicitamos modificar este parámetro especificando la cantidad de radiografías que podrían tomarse con una carga de batería plena, pues en stand by el consumo de las baterías es mínimo con respecto al momento de la adquisición y transmisión de la imagen a la estación de adquisición. Recomendamos una redacción de la siguiente manera. Tiempo de operación de la batería que garantice la adquisición de por lo menos 100 radiografías sin necesidad de recarga. Consideramos que este es un valor mas que suficiente para un proceso de toma de radiografías en una sala.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 14 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde solicitan cable de alimentación de al menos 5m solicitamos a la convocante que permitan cotizar equipos con cable de alimentación de 4 metros o mayor, teniendo en cuenta que de acuerdo a las características de los equipos solicitados, estos operan a batería por lo que el cable de alimentación sería requerido solamente durante la carga de las baterías por lo cual no se requerirán cables de una extensión mayor, además, cables largos resultan en enredos y complicaciones a la hora de guardar el cable para el traslado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 15 - Item 27 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
Donde piden Dos puntos focales de 0,6m mm / 1,2 mm solicitamos a la convocante permitir ofertar tubos de rayos x con puntos focales de 0,7 mm y 1,3 mm o menor teniendo en cuenta que este pequeño aumento no tendrá incidencia significativa en la calidad de imágenes y con esto se permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes garantizando así la libre competencia, no limitando la participación a ciertas marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 16 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
<p>Donde piden potencia del generador de 55kW, solicitamos a la convocante permitir cotizar generadores con potencia de salida de 50kW, esta reducción de la potencia máxima de salida no afectará la obtención de las imágenes radiográficas en pacientes obesos o de gran tamaño y teniendo en cuenta que varios fabricantes tienen equipos de 50 kW y 80kw, el requerimiento de 55 kW obligará a cotizar un equipo de mayor potencia lo cual encarecerá innecesariamente la oferta. Es de considerar que la población paraguaya es de talla mediana a grande, a diferencia de la población anglosajona que es grande a extra-grande para quienes se diseñan equipos de mayor potencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 17 - Equipo de rayos x fijo

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
<p>Donde dice Consola de adquisición con microprocesador de doble núcleo compatible con Intel con arquitectura de bus PCI, min. 2 GHz, 2 GB de RAM, unidad S-ATA, USB 2.0 y tarjetas de interfaz para el detector /sistema de rayo x. Solicitamos a la convocante a que soliciten PC compatible con el software de adquisición a ser instalado, ya que las especificaciones de las PC varían continuamente con el avance de la tecnología y ciertos requerimientos pueden ser obsoletos o difíciles de conseguir por falta de disponibilidad a la hora de realizar la entrega del equipo ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 18 - Garantia item 9 mesa de cirugia

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>Las especificaciones tecnicas indican: Garantía de provision de repuestos durante 5 años</p> <p>Favor aclarar si esto se refiere a disponer de provision de repuestos en el mercado durante un periodo de 5 años, de otro modo se entiende que debemos realizar provisiones de repuestos sin costos durante 5 años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 19 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
<p>1. DETALLAN EN : Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas : "Equilibrador automático de blancos con función de grabación". Solicitamos que este punto sea en caso que el equipo lo requiera o OPCIONAL. Tener en cuenta que esto es una característica de una Torre de VIDEOLAPAROSCOPIA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 20 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas :		
Lente Zoom Parfocal integrado. Solicitamos que este punto sea en caso que el equipo lo requiera o OPCIONAL. Tener en cuenta que esto es una característica de una Torre de VIDEOLAPAROSCOPIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 21 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas :		
Teclado QWERTY para el registro de datos del paciente con caracteres en español. Solicitamos que se obvie la palabra QWERTY y sea español y o ingles. Por lo que solicitamos que el punto sea : Teclado para el registro de datos del paciente con caracteres en español y/o ingles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 22 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas :		
Filtro digital y control de contraste. Solicitamos ampliar los rangos y que sea una característica endoscópica por lo que sugerimos que el punto sea: Filtro digital y control de contraste o con Cromoendoscopia electrónica .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 23 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas :		
Solicitamos que este punto sea opcional o retirado de las EETT ya que este accesorio corresponde a una TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA.		
Cabezal de cámara		
De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel por chip o mayor resolución, lente interna con zoom óptico para focal		
Cabezal sumergible		
Botones programables para funciones en el cabezal: al menos 2 (dos)		
Lente Zoom Parfoca integrado con focos de al mnos 25mm s 50mm		
Cable de conexión para periféricos		
Cabezal esterilizable por oxido etileno, formaldeido o plasma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 24 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Fuente de luz LED. : Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 3mm, longitud entre. 250 y 350cm. Solicitamos que este punto sea opcional o retirado de las EETT ya que este accesorio corresponde a una TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 25 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Monitor : Monitor de grado médico LCD de 26 pulgadas como mínimo. Solicitamos ampliar los rangos y que dicho punto pase a ser: Monitor de grado médico LCD de 21 pulgadas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 26 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Sets de Instrumentales. Set de Video colonoscopia. Imagen tipo H. Solicitamos ampliar los rangos y que dicho punto sea : Imagen tipo H o imagen amplia circular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 27 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Sets de Instrumentales. Set de Video colonoscopia. Profundidad de campo: de 2mm (o menor) a 100mm (o mayor). Solicitamos ampliar los rangos y que dicho punto sea : Profundidad de campo: de 3mm (o menor) a 100mm (o mayor).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 28 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Sets de Instrumentales. Set de Video colonoscopia. Longitud total del tubo de inserción: de 2000mm o mayor. Solicitamos ampliar los rangos y que dicho punto sea : Longitud total del tubo de inserción: de 1990mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 29 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
1. DETALLAN EN : Sets de Instrumentales. Set de Video colonoscopia. Posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción mediante un anillo de ajuste. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que estarían limitando a una sola marca y no es una característica muy usada en los colonoscopios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 30 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Sets de Instrumentales. Set de Video colonoscopia. Instrumentales Diametro exterior de la vaina entre 12mm a 13mm Longitud útil entre 1300 a 1700mm Diametro del canal de trabajo de 3,7 a 4mm Acodamiento: Arriba 180° (+/-10°) y Abajo 180° (+/-10°) Acodamiento: Izquierda 160° (+/-10°) y Derecha 160° (+/-10°) Campo visual de 140° o mayor Profundidad de campo entre 4 o menor a 100mm o mayor Favor retirar dichas EETT ya que se repiten con lo citado mas arriba y contradicen en algunos casos las EETT . Esta repetido y con diferentes rangos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 31 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Set de Videogastroscopio. Aumento 8x para diagnóstico óptimo como mínimo. Solicitamos que este punto amplien los rangos y sea : Aumento 2x para diagnóstico óptimo como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 32 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
DETALLAN EN : Set de Videogastroscopio . Profundidad de campo entre 2 o menor a 100mm o mayor. Solicitamos que este punto amplien los rangos y sea : Profundidad de campo entre 4 o menor a 100mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 33 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2020
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES		
No se menciona si la definicion del equipo debe ser en SD, HD o FULL HD, por favor aclarar este punto ya que la diferencia de precios es muy grande y tambien la tecnología y la calidad de la imagen, todos los fabricnates hoy poseen equipo en Ful HD 1080P		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 34 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD, Consultamos amablemente a la convocante, y a su vez solicitamos agregar otros accesorios necesarios para los procedimientos de endoscopia terapeutica, como ser, CLIPS REPOSICIONABLES de un solo uso, Inyectores, ligadura para varices esofagicas, asas para polipectomia, asas con red, balones dilatadores multietapas, pinzas para cuerpo extraño, etc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 35 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
ITEM 13: Consultamos a la convocante, y a su vez recomendamos a la misma, incluir un insuflador de CO2 para uso en endoscopia, compatible con el equipo ofertado y un irrigador auxiliar de agua para uso con canales de irrigación auxiliar de los endoscopios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 36 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO: Consultamos amablemente a la convocante, si el equipo ofertado, deberá tener tecnología de cromoendoscopia digital, para una correcta observación de los vasos capilares de la mucosa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 37 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO: Consultamos amablemente a la convocante, si el equipo ofertado, debera tener canal de irrigación auxiliar, para un correcto lavado de la mucosa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 38 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO: Consultamos amablemente, a la convocante, si el equipo ofertado debe ser con tecnología de conector de un solo paso y sin tapon de hermeticidad, para un correcto y seguro lavado y reprocesamiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 39 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO. DICE: Profundidad de campo entre 2 mm o menor a 100 mm o mayor, solicitamos a la convocante, ampliar el rango permitiendo ofertar equipos con "profundidad de campo de 3 mm o menor a 100 mm o mayor" la variación solicitada es insignificante y no afecta en absoluto el buen funcionamiento del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 40 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO: ACODAMIENTO: Abajo 100° +/- 10°, solicitamos a la convocante ampliar el rango, permitiendo ofertar equipos con ACODAMIENTO: Abajo: 100° +/- 20°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 41 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO, dice: diámetro del canal de trabajo 2.7 a 3 mm, solicitamos a la convocante, amablemente nos permita ofertar equipos con "diámetro de canal de trabajo de 2.7 a 3.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 42 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO - INSTRUMENTALES, Dice: Diámetro exterior de la vaina, entre 9.2 y 9.5 mm, solicitamos ampliar el rango, permitiendo ofertar equipos con diámetro entre 9.2 y 9.8 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 43 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO, Dice: Aumento de 8X para un diagnóstico óptimo, como mínimo, solicitamos a la convocante amablemente, aclarar este punto y si se refiere a la magnificación óptica, o al zoom electrónico de los endoscopios, en caso de que se refiera el zoom electrónico solicitamos se puedan ofertar equipos con aumento de 2X o mayor para un diagnóstico óptimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 44 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOGASTROSCOPIO, dice "VideogastroscoPIO de alta resolución", solicitamos a la convocante cambiar lo solicitado a "VideogastroscoPIO de alta definición"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 45 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOCOLONOSCOPIO, consultamos a la convocante, amablemente, si el equipo ofertado debe ser con conector de un solo paso, sin tapón de hermeticidad, para un correcto y seguro lavado y desinfección		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 46 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOCOLONOSCOPIA, consultamos amablemente a la convocante, si el equipo ofertado, debe poseer canal de irrigación auxiliar para un correcto lavado de la mucosa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 47 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Unidad Electroquirurgica, solicitamos a la convocante, considerar en base a la naturaleza del llamado, que el equipos posea Modo o software especial para endoscopia, asi como el modulo par gas argón y al menos 5 sondas de argón desechable, esto es algo básico y necesario considerando la naturaleza del llamado, que es endoscopia digestiva, tambien solicitamos ampliar el rango de las potencias solicitadas, ya que estamos hablando de ARGON PLASMA, y que la unidad electroquirurgica, al menos posea pantalla Touch para selección de parametros y control de nivel del cilindro del gas argón, y que deba incluir todos los elementos necesarios para uso con gas argón		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 48 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Unidad electroquirurgica, se solicita un equipo con frecuencia de 350 KHz o mayor, solicita amblemente a la convocante, poder ofertar equipos con 330 KHz o mayor, esto no afecta ni varia en absoluto la calidad y el buen funcionamiento del equipo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 49 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Instrumentales, se repite algunas EETT solicitadas anteriormente en el SET DE VIDEOCOLONOSCOPIO, creemos que es solo un error de tipeo, favor aclarar este punto y cuales realmente son los instrumentales solicitados, o bien eliminar este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 50 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Set de Videocolonoscopio, se solicita posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción, mediante un anillo de ajuste, esta EETT corresponde a una sola marca del mercado, eliminando a otros posibles oferentes con equipos de alta calidad, solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el rango permitiendo ofertar " Posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción, mediante un anillo de ajuste o tecnología que permita variar al rigidez del tubo en al menos 3 puntos", para un mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 51 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SET DE VIDEOCOLONOSCOPIA, se solicita, canal de trabajo de 3.7 a 3.8 mm, solicitamos a la convocante, amablemente ampliar el rango, permitiendo ofertar equipos con canal de trabajo de 3.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 52 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Set de Videocolonoscopia, se solicita tubo de inserción, con diámetro exterior de 11 a 12,8 mm, solicitamos amablemente a la convocante, ampliar el rango, permitiendo ofertar equipos con tubo de inserción y extremo distal de 11 a 13 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 53 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el SET DE COLONOSCOPIA se solicita: Profundidad de campo de 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor), solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar equipos con Profundidad de campo de 3 mm o menor a 100 mm o mayor, la diferencia es ínfima y no afecta en absoluto en la buena calidad y funcionamiento del equipamiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 54 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
EN el carro para transporte se solicita, paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta, en los mas de 10 años que llevo trabajando este rubro, no conozco ninguna marca ni fabricante que fabriquen carros con puertas y gavetas para equipos de Videoendoscopia digestiva, estas carateristicas, son habituales en equipos de videolaparoscopia y no es aplicable en videoendoscopia digestiva, ya que los tubos deben quedar colgados, solicitamos a la convocante eliminar esta EETT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 55 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Monitor de grado médico LCD de 26 pulgadas como mínimo, solicitamos amablemente a la convocante, considere ofertas con "Monitor de grado médico LCD o LED de 26 pulgadas como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 56 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la fuente de Luz LED, se solicita, Cable de Luz de Fibra óptica, diámetro mayor a 3 mm, longitud entre 250 y 350 cm, solicitamos a la convocante amablemente, eliminar este requisito, ya que esto corresponde a VIDEOLAPAROSCOPIA, por lo tanto no corresponde a lo solicitado en la naturaleza de este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 57 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Fuente de Luz LED, solicitamos a la convocante que permita ofertar con fuente de luz led o Xenon de 100 Watts, en caso de ser xenon incluir al menos 5 lámparas de repuesto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 58 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Fuente de Luz LED Regulación de color de 6000 K o más.... solicitamos a la convocante amablemente, permitir ofertar, "Fuentes de Luz LED 6000 K" +/- 10%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 59 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas, por favor aclarar si el mismo debe poseer la tecnología de cromoendoscopia electrónica digital, una tecnología que todos los fabricantes tienen en sus equipos, desde el año 2010 y que es básico y fundamental en las endoscopias de rutina día a día		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 60 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CABEZAL DE CAMARA y todas las EETT que corresponden a este punto, solicitamos a la convocante amablemente, eliminar este requerimiento o bien considerarlo opcional, ya que el mismo, es un item unico y exclusivamente de videolaparoscopia, por lo tanto no corresponde a lo solicitado y esta fuera de la naturaleza del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 61 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas, aclarar si el equipo debe o no poseer al menos un puerto USB para captura de imágenes y grabación de videos, y si no posee esta capacidad puede ser a través de un grabador de video grado médico externo en calidad de alta definición		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 62 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas, solicitamos a la convocante incluir en las EETT el ítem del IRIS, algo fundamental y básico en la endoscopia y que todos los oferentes de alta gama poseen en sus equipos, y que sea "IRIS: Automático"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 63 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas, se solicita filtro digital y control de contraste, solicitamos amablemente a la convocante, aclarar si este punto se refiere a los filtros para realizar cromoendoscopia electrónica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 64 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas, se solicita teclado QWERTY para el registro de datos del paciente, con caracteres en español, el teclado QWERTY ya no existe hace muchos años por ningún fabricante de equipos de endoscopia, solicitamos amablemente a la convocante, modificar a "Teclado para el registro de datos de paciente" para que sean incluidos todos los posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 65 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la unidad de procesamiento de imágenes, se solicita, Lente zoom parfocal integrado, solicitamos a la convocante omitir esta EETT o bien que sea opcional, ya que por la naturaleza del llamado, esta especificación no corresponde, el lente zoom parfocal integrado, es una característica técnica de los cabezales de cámara de video laparoscopia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 66 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la unidad de procesamiento de imágenes, se solicitan Salidas de señal compuesta, RGB, DV y S VIDEO. Deberá proveer todos los tipos de cables por cada tipo de salida para su conexión, por favor, solicitamos a la convocante actualizar estas EETT, ya que estas son salidas analógicas de equipos de generaciones muy anteriores y discontinuadas, en la actualidad se utilizan salidas de video digitales, recomendamos que se solicite "Salida de señal de video RGB, DVI, SDI, USB, al menos 2 de ellos"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 67 - ITEM 13 del PBC - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la unida de Procesamiento de imágenes endoscópicas, se solicitan Teclas de función programables para función de cámara y accesorios periféricos, solicitamos por favor omitir este punto, ya que esto corresponde a cabezal de cámara para video laparoscopia y no para equipos de endoscopia flexible, esta fuera de las EETT de la naturaleza del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 68 - 9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
DICE: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente consularizado y legalizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado, inscrita en el registro público de comercio. SOLICITAMOS amablemente a la convocante, que permita poder presentar una copia simple de la Carta poder otorgada por el fabricante, no obstante y en caso de ser adjudicado, se deberá presentar dicho documentos, consularizado y leagalizado o apostillado e inscrita en el registro público de comercio, esto debido a que por la pandemia, los trámites de legalización y apostillado, así como el registro publico, se ven muy afectados y el proceso es lento, tenemos cartas hace como 3 o 4 meses en el registro Público, que aun no fueron inscritas así mismo en algunos casos, el consularizado también demora el mismo tiempo y aun no estan legalizados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 69 - Ítem 4 Resectoscopio con Histeroscopio Fino

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Fuente de luz LED de alto rendimiento. Temperatura de color de 6400K ¿Se podría cotizar temperatura de color entre 5.700 y 6.400K?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 70 - Ítem 4 Resectoscopio con Histeroscopio Fino

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Sistema de almacenamiento de datos, por tarjeta SD y puertos USB. ¿Se podría cotizar con sistema de almacenamiento por tarjeta SD y/o puertos USB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 71 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días desde la recepción efectiva de la orden de compra por parte del proveedor, considerando la complejidad del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021		

Consulta 72 - Ítem 4 Resectoscopio con Histeroscopio Fino

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
1x Cabezal de cámara de 1 Chip, sumergible, esterilizable por gas. Con objetivo zoom parfocal integrado F= 25-50mm (2x), 2 teclas de cabezal programables. ¿Se podría con zoom f= 16-50mm, 2 teclas de cabezal programables como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 73 - Ítem 9 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total ¿Se podría cotizar con desplazamiento longitudinal de al menos 300mm o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 74 - Ítem 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Set de Videocolonoscopia Longitud útil de inserción: 1680mm o mayor ¿Se podría cotizar de 1600mm o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 75 - Ítem 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Set de Videocolonoscopia Posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción mediante un anillo de ajuste Solicitamos considerar como opcional este requisito, ya que una sola marca con presencia en el mercado lo cumple		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 76 - Ítem 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Salidas de señal compuesta RGB, DV y S-Video. ¿Se podría cotizar con salida compuesta RGB, DV y S-Video y/o Salidas DV-I, SDI, según la tecnología del fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 77 - Ítem 21

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 21 se solicita un equipo portátil sin embargo en la descripción se menciona "equipos modulares de alta resolución "Solicitamos a la convocante aclarar el tipo de equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 78 - Ítem 21. Equipo Eco cardiógrafo Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 180 GB", considerando que dicha característica no es fundamental para el normal funcionamiento del equipo y varía en cada modelo y fabricante de equipos, por lo que no afectará el buen desempeño del mismo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 79 - Ítem 21. Equipo Eco cardiógrafo Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el punto donde dice "Elastografía", solicitamos amablemente a la convocante eliminar dicha característica o hacerla opcional ya que no es relevante para los equipos de Ecocardiografía, puesto que no se utiliza en estudios cardiológicos adultos ni pediátricos, elevando innecesariamente el costo del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 80 - Ítem 21. Equipo Eco cardiógrafo Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el punto donde dice "Función 4D. Magnificación de imágenes" solicitamos amablemente a la convocante si este punto se refiere a la "Función de Magnificación de imágenes, "		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 81 - Ítem 21. Equipo Eco cardiógrafo Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el punto "Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 6.8MHz" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si debemos cotizar un transductor del tipo sectorial para aplicaciones cardiológicas de modo que sea posible ofertar "Transductor sectorial con ancho de banda de 1,5 a 4,0MHz. Cantidad mínima: 01(una) unidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
Ajustarse al PBC. Se aclara; que no corresponde ofertar traductor sectorial con ancho de banda de 1.5 a 4.0 MHz, debiendo ofertar con las especificaciones lo solicitado en el PBC, pues si baja la intensidad no se obtendrá la definición de imagen deseada.		

Consulta 82 - Item 39. Ecógrafo portátil color

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice "Unidad de almacenamiento por medio de 8 puertos USB o mayor", solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar "Unidad de almacenamiento por medio de 4 puertos USB incorporados al sistema principal o mayor", debido a que dicha característica puede variar entre los fabricantes y no afecta la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 83 - Item 39. Ecógrafo portátil color

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice "Transductor lineal de 5.0 MHz o menor de 16.0 MHz o mayor", solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con "Transductor lineal de 4.0 MHz o menor de 11.0 MHz o mayor", por considerar que éste nos brindará un mayor margen de trabajo para las aplicaciones solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 84 - CONSULTA 1: - AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 9.1 apartado 7 menciona lo siguiente: "...7. Autorización del Fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente consularizado y legalizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio (sic)" Ahora bien, en relación con el requerimiento expuesto, quisiéramos solicitar a la Convocante se sirva en modificar el citado requerimiento, solicitando como requisito de participación la Carta Poder legalizada o apostillada y que el requisito de inscripción en el Registro Público de Comercio quede supeditado a la Firma del Contrato, esto debido al tiempo que demora la tramitación de la inscripción ante el Registro Público de Comercio y a la erogación que la misma implica

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 85 - CONSULTA 2: PLAN DE ENTREGAS:

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

El pliego de Bases y Condiciones en su Punto 2 hace referencia al PLAN DE ENTREGA el cual estipula: "...El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra: según el procedimiento descrito a continuación". En relación con el citado requerimiento se solicita a la Convocante considere en modificar el plazo de entrega, considerando la coyuntura actual por la que se atraviesa a nivel global por la presente pandemia del COVID - 19, que tiene como consecuencia una planificación de fabricación distinta en atención a las muy altas demandas de equipos Médicos de esta índole y atrasos en los fletes internacionales que como resultado generan dilaciones en las importaciones, por lo que se solicita a la Convocante analice la posibilidad de modificar la misma, estableciéndose un plazo de 90 (noventa) días a partir de la recepción efectiva de la orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 86 - Item 9 – Mesa de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el punto donde se pide: "Superficie radio transparente, de fibra de carbono." Se pide a la convocante tener en cuenta que las superficies radiotransparentes no necesariamente son de fibra de carbono. Además, la fibra de carbono eleva mucho más el costo de adquisición del equipo, por lo que sugerimos que este punto quede de la siguiente manera: "Superficie radiotransparente" Lo cual asegura un espacio suficiente para la utilización del arco en C durante procedimientos quirúrgicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 87 - CONSULTA 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el punto donde se pide: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total." Se pide a la convocante que considere a las mesas las cuales normalmente tienen desplazamiento longitudinal de 30cm en total. Se solicita modificar este punto, con el fin de permitir mayor cantidad de participantes a: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm en total." Lo cual asegura un espacio suficiente para la utilización del arco en C durante procedimientos quirúrgicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 88 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
• En las Especificaciones Técnicas solicitan "Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales". Solicitamos amablemente modificar este punto por "Construcción compacta con sistema modular o preconfigurado para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales". Existen distintos tipos de fabricante con distintas tecnologías, varios de ellos con equipos de excelente calidad y prestaciones los cuales son del tipo preconfigurado. Solicitamos esta modificación de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 89 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Monitor Modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Monitor Modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo”. La cantidad de parámetros solicitados son los básicos en cualquier monitor Multiparamétrico, por lo que una pantalla de 12 pulgadas es suficiente para poder desplegar todos estos parámetros. Una diferencia de 3 pulgadas no implica una mejor funcionalidad del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 90 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Modo curva fija 3.125, 6.25 y 12.5 mm/s”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Modo curva fija 6.25 y 12.5 mm/s”. Ya que estos valores se ajustan más a las actuales tecnologías del mercado. Esta modificación permitirá un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 91 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">• En las Especificaciones Técnicas solicitan “ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de 12 derivaciones”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de 7 derivaciones”. Es poco probable la utilización de 12 derivadas de ECG en pacientes internados, ya que esto implica aumentar la cantidad de cables conectados al mismo, por lo general se utilizan solo 5 cables para medir hasta 7 derivadas. También vemos que en la lista de accesorios solo se solicitan cables de 3 derivaciones de ECG con los que solo se podrían tener hasta 5 derivadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 92 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones”. Es poco probable la utilización de 12 derivadas de ECG en pacientes internados, ya que esto implica aumentar la cantidad de cables conectados al mismo, por lo general se utilizan solo 5 cables para medir hasta 7 derivadas. También vemos que en la lista de accesorios solo se solicitan cables de 3 derivaciones de ECG con los que solo se podrían tener hasta 5 derivadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 93 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan “Tiempo de inflado aproximadamente 5 segundos”. Solicitamos amablemente modificar este punto por OPCIONAL. Ya que el tiempo de inflado de los brazales para presión no invasiva depende en gran parte de condiciones externas al equipo como ser movimientos del paciente, Pacientes con arritmias cardíacas, etc. Por ello que algunas marcas no especifican el tiempo de inflado sino que el tiempo estimado de medición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 94 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan “Función de STAT o punción venosa”. Solicitamos amablemente modificar este punto por OPCIONAL de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 95 - Item 7 – Monitor multiparametrico con todos sus accesorios para Pediatría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan “Tecnología que permite la medición en condiciones de baja perfusión y movimiento”. Solicitamos amablemente modificar este punto por OPCIONAL de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 96 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan “Pantalla Color LCD de 15 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o más”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Pantalla Color LCD de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o más”. La cantidad de parámetros solicitados son los básicos en cualquier monitor Multiparamétrico, por lo que una pantalla de 12 pulgadas es suficiente para poder desplegar todos estos parámetros. Una diferencia de 3 pulgadas no implica una mejor funcionalidad del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 97 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Detección de marcapasos, pruebas de interferencia electroquirúrgica”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Detección de marcapasos”. de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 98 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Repetición del modo automático”. de manera a permitir un mayor número de oferentes ya que cada marca y modelo cuenta con un intervalo de repetición automático para las mediciones de presión no invasiva diferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 99 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Doble protección de seguridad de sobrepresión”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Protección de seguridad de sobrepresión”. de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 100 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Ancho de impresión: 50mm”. Solicitamos amablemente modificar este punto por “Ancho de impresión acorde a la impresora del equipo”. de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función. Este punto no incide en la complejidad ni funcionalidad del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 101 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

• En las Especificaciones Técnicas solicitan “Lector de tarjeta SD”. Solicitamos amablemente modificar este punto por OPCIONAL de manera a permitir un mayor número de oferentes de marcas de excelente calidad y funcionalidad los cuales no cuentan con esta función. Este punto no incide en la complejidad ni funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 102 - Item 3 Resectoscopio urológico adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se consulta a la Convocante si se podría revisar el precio referencial de dicho ítem, ya que es muy bajo y la fluctuante del precio del dolar hace que no esté coordinado con la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 103 - Item Mesa riñonera de acero inoxidable

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice plazo de entrega 30 días a partir de la recepción de la orden de compra.		
Se solicita a la Convocante ampliar dicho plazo a un mínimo de días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 104 - Item Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Movimientos elevación desde 81cm o menos a 104 cm o mas (electrica)		
Solicitamos a la Convocante que el rango de elevación sea +/- 5cm en ambas medidas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 105 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Movimientos Inclínación lateral +/- 20° o mas.		
Se solicita a la Convocante que el rango mínimo para la inclinación lateral sea a partir de +/-15° o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 106 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Movimientos Trendelemburg directo e inverso -30° o menor a +30° o mayor.		
Solicitamos a la Convocante que el rango mínimo requerido sea a partir de -25° o menor a + 25° o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 107 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Longitud del tablero de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante reducir el requerimiento de longitud de longitud de la mesa en 220cm o más, debido a que dicho valor es el rango manejado por la mayoría de los proveedores y corresponde a un parámetro meramente constructivo de cada fabricante, siendo 235cm un valor excesivamente elevado y que disminuiría considerablemente la participación de una gran cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 108 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Altura de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir alturas de mesa de 72cm o menor. Exigir alturas muy elevadas en torno a los 80cm o más solo resultaría en un gran impedimento a la hora de realizar estudios a pacientes ancianos o con problemas de movilidad, debido a la dificultad que representa la altura al momento de subir y posicionar adecuadamente a los pacientes para los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 109 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Longitud del tablero de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir alturas de mesa de 72cm o menor. Exigir alturas muy elevadas en torno a los 80cm o más solo resultaría en un gran impedimento a la hora de realizar estudios a pacientes ancianos o con problemas de movilidad, debido a la dificultad que representa la altura al momento de subir y posicionar adecuadamente a los pacientes para los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 110 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Soporte de peso de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita elevar el valor de soporte de la mesa a al menos 250kg o más. Esto permitiría primeramente asegurar que el servicio pueda ser brindado a todo tipo de pacientes, inclusive a aquellos muy robustos o que presenten un gran grado de obesidad. Por otro lado, es recomendable solicitar valores elevados de soporte de mesa de manera a asegurar la calidad del equipo a ser proveído, siendo 200kg un valor propio de equipos correspondientes a modelos desactualizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 111 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Movimiento longitudinal del tablero de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante modificar el valor de movimiento longitudinal a ± 42 cm o más. El pedido obedece a que primeramente un rango tan elevado como el solicitado solo limitaría a la mayor cantidad de oferentes, donde rangos de ± 42 cm o más son los manejados por la mayoría de los oferentes en la actualidad. Por otro lado, la cobertura del paciente se da por la combinación tanto de movimientos de la mesa como del tubo, siendo los movimientos longitudinales y transversales parámetros constructivos de los fabricantes y asociados a la tecnología propia de cada marca para brindar cobertura completa en los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 112 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Movimiento transversal del tablero de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante elevar el requerimiento de movimiento transversal de la mesa a un valor de al menos ± 12 cm o más, de manera a brindar un mayor rango de cobertura del paciente en combinación a los movimientos del tubo. Por otro lado, actualmente es recomendable solicitar valores de movimiento transversal de al menos ± 12 cm de manera a asegurar la calidad del equipo a ser proveído, siendo valores inferiores al mencionado los presentados por equipos correspondientes a modelos desactualizados y que no presentarían el performance adecuado para el servicio de imágenes del Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 113 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Movimiento transversal del tablero de la mesa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante elevar el requerimiento de movimiento transversal de la mesa a un valor de al menos ± 12 cm o más, de manera a brindar un mayor rango de cobertura del paciente en combinación a los movimientos del tubo. Por otro lado, actualmente es recomendable solicitar valores de movimiento transversal de al menos ± 12 cm de manera a asegurar la calidad del equipo a ser proveído, siendo valores inferiores al mencionado los presentados por equipos correspondientes a modelos desactualizados y que no presentarían el performance adecuado para el servicio de imágenes del Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 114 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Grilla.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita modificar el presente punto a rejilla compatible con el detector. El pedido obedece a que la relación presentadas por las rejillas es una característica constructiva propia de cada fabricante y está fuertemente asociada con la tecnología de procesamiento del mismo equipo, así como con el detector del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 115 - Plazo de Entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 24 - 2. Plan de Entregas (Bienes) - CRONOGRAMA DE ENTREGAS el siguiente texto: "El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra; según el procedimiento descrito a continuación.." Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores preestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 116 - Reajuste de Precios - Formula

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 33 10. Reajuste - Para Bienes Importados el siguiente texto: "...El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: $V1 = P * ((Cmc/Co) - 1)$.. Solicitamos a la Convocante aclarar la variación necesaria entre, tipo de cambio del mercado abierto comprador Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura y el tipo de cambio del mercado abierto comprador Guaraní/Dólar Americano del día de la Apertura de Ofertas para que sea aplicable la cláusula de reajuste.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 117 - Item 36 Del PBC / 37 de Especificaciones CENTRIFUGA REFRIGERADA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita amablemente a los convocantes definir el tipo de los usos que se le dará al equipo y los tipos de tubos que se utilizará en el mismo, esta solicitud se debe a que en las especificaciones se describen dos medidas distintas primeramente se indica "Cabezales para tubos de 15ml" y luego "incluir 4 cabezales de 10 tubos de 6cc" o especificar que requieren de ambos cabezales/rotores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 118 - ESPECIFICACIONES DEL ITEM 49 PBC SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL ITEM 49 DEL PBC "SILLA DE RUEDAS PLEGABLE" EN EL ANEXO PLANILLA DE ESPECIFICACIONES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 119 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Rango de KV.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante elevar el nivel de kV a al menos 150kV o mayor, de forma a obtener mejores niveles de penetración, definición y delimitación de estructuras pequeñas o de difícil visibilidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 120 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Generador.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado que el generador de RX del equipo se encuentre integrado a la mesa del paciente, de forma a ahorrar en espacio físico, así como en costos de operación del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 121 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Generador.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado que el generador de RX del equipo se encuentre integrado a la mesa del paciente, de forma a ahorrar en espacio físico, así como en costos de operación del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 122 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Control del generador totalmente integrado en el control del sistema.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante aclarar a qué se refieren con esta característica

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 123 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Capacidad calórica del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante solicitar que el ánodo del tubo del equipo presente una capacidad calórica de al menos 320KHU, de modo a brindar de un correcto performance y la posibilidad de uso continuo del tubo sin riesgo de sobrecalentamiento o avería del mismo (valores bajos de capacidad calórica del ánodo corresponden a equipos desactualizados y de poca performance). Además, es sumamente recomendable que en conjunto a la capacidad calórica del ánodo del tubo, se solicite una capacidad calórica de la carcasa del tubo de al menos 1250KHU o mayor. La combinación de un valor elevado de ánodo y un valor elevado de carcasa asegura que el tubo pueda estar operativo en todo momento sin riesgo de sobrecalentamiento, factor sumamente crucial para un servicio de imágenes como el presentado por el Hospital.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 124 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Desplazamiento horizontal de la columna del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
De manera a asegurar una mayor cobertura del paciente sin necesidad de reposicionamiento sucesivo del mismo, se sugiere elevar el rango de desplazamiento horizontal de la columna a al menos 220cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 125 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Desplazamiento vertical del soporte del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita disminuir el rango solicitado a 145cm o más. Rangos de 150cm o mayor solo limitaría enormemente la participación de una gran cantidad de oferentes y no se traduce en una mejor performance del equipo o una mejor calidad de imagen, donde valores de 145cm o superior son los presentados por los últimos equipos de la mayor cantidad de oferentes del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 126 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Max. voltaje de exposición.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Debido a que, por cuestiones de mayor nivel de penetración y mayor definición de imagen, se sugiere que el equipo sea capaz de alcanzar niveles de al menos 150KV, se sugiere solicitar que el máximo nivel de exposición sea de 150KV, estando en concordancia con la sugerencia de rango de KV presentada anteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 127 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Tipo de detector.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir el uso de detectores inalámbricos. En un servicio para el Hospital Nacional, donde el flujo de trabajo diario debe estar sumamente optimizado, es sumamente necesario contar con herramientas que permitan dicha tarea. El detector inalámbrico presenta una serie bastante amplia de ventajas en cuanto a versatilidad en cuanto al transporte y sobre todo durabilidad a largo plazo, siendo ideal para un servicio diario sumamente demandante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 128 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Cantidad de bits de digitalización en detector.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se sugiere a la convocante solicitar al menos 16bits de digitalización, de forma a brindar una mayor escala de grises en las imágenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 129 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Matriz de detector.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita amablemente a la convocante permitir valores de Matriz del detector de 3000 x 3000 o mejor. El pedido se fundamenta en que valores más elevados de matriz posibilitan la obtención de imágenes con mayor resolución, permitiendo una visualización óptima de las diversas estructuras del cuerpo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 130 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Cable del detector.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir detectores sin cables (inalámbricos). En un servicio para el Hospital Nacional, donde el flujo de trabajo diario debe estar sumamente optimizado, es sumamente necesario contar con herramientas que permitan dicha tarea. El detector inalámbrico presenta una serie bastante amplia de ventajas en cuanto a versatilidad en cuanto al transporte y sobre todo durabilidad a largo plazo, siendo ideal para un servicio diario sumamente demandante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 131 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Características técnicas de la consola de adquisición.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante eliminar el presente punto. La configuración de hardware de la consola de adquisición es una característica propia de cada fabricante y está acorde a la tecnología utilizada en su sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 132 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Monitor de la consola de adquisición.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
De manera a ofrecer una visibilidad más amplia de las imágenes, así como observar las imágenes con una mejor resolución, se sugiere a la convocante solicitar equipo con monitor TFT o mejor de 21,5" o mayor con matriz de 1920x1080 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 133 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – DICOM MPPS.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se sugiere a la convocante solicitar que la licencia MPPS sea obligatoria, esto permitiría enviar información de dosis y estadísticas de exámenes al sistema de administración del hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 134 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>"Punto Nro. 11 Visita al sitio de Ejecución de Contrato", Página Número 06, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica que las visitas al sitio "NO APLICAN"</p> <p>Se solicita a la Convocante considerar que para el caso del Ítem Nro 25 "Equipos de Rayos X Fijo" la sala en donde estará instalado el Equipo debe cumplir condiciones mínimas para su instalación. Por lo cual, será necesario contar con la información del sitio pensando para su instalación, verificar las condiciones de la obra, si estas se encuentran acorde a lo necesario.</p> <p>Al mismo tiempo, solicitamos sea aclarado en el Pliego de Bases y Condiciones si la Contratante deberá incluir los costos referentes a las Adecuaciones Edilicias, específicamente para la instalación del Equipo de Rayos X Fijo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 135 - Período de Validez de la Garantía de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>"Punto Nro. 24 Período de Validez de la Garantía de los Bienes", Página Número 10, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: GARANTÍA DEL BIEN ADQUIRIDO (Equipos) El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso. El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay. La garantía permanecerá vigente durante 24 meses posteriores al Acta de Recepción del bien."</p> <p>Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración si la garantía debe incluir los repuestos consumibles, considerando que estos casos no son tomados como "defectos de fábrica", si no que la sustitución se refiere a los casos de desgaste y o consumo de dichas piezas, como ejemplo el Tubo de Rayos X, solicitamos aclarar el punto a fin de incluir dentro de los costos que se deben contemplar, mencionando además que incluyendo estos puntos aumentaría el precio del Equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 136 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Movimientos Angulación vertical de la sección piernas de -90° a + 20° Se solicita a la Convocante que dicha angulación vaya a partir de -90° a + 15°</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 137 - Plazo de Reposición de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>"Punto Nro. 26 Plazo de Reposición de Bienes", Página Número 11, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito."</p> <p>Solicitamos a la Convocante considerar el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 138 - Equipo de Rayos X Fijo Digital - DICOM Worklist.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Se sugiere a la convocante solicitar que la licencia Worklist sea obligatoria, esto permitiría recibir la información del paciente proveniente del sistema de administración del hospital (HIS) o del sistema de agendamiento del mismo (RIS).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 139 - Item 9 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Accesorios
Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 140 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – DICOM Query/Retrieve.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante solicitar que la licencia Query/Retrieve sea obligatoria, de manera a intercambiar imágenes con el PACS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 141 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Bucky mural.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante disminuir el rango solicitado a 145cm o más o solicitar una altura mínima de 35cm o menor y una altura máxima de 170cm o mayor. Rangos de 150cm o mayor solo limitaría enormemente la participación de una gran cantidad de oferentes y no se traduce en una mejor performance del equipo o mayor cobertura en estudios de tórax, donde valores de 145cm o superior son los presentados por los últimos equipos de la mayor cantidad de oferentes del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 142 - Lugar de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

“Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM). La recepción del Bien será en el horario de 07:00 a 15:00 horas”

Solicitamos a la Convocante considerar que los Equipos ofertados son de gran magnitud y entregarlos en el sitio indicado complicaría bastante la logística y verificación, además de aumentar costos muy significativos en la oferta, considerando el doble traslado, por lo cual sugerimos sea considerada la verificación en el Depósito de la Contratada o en el sitio final de destino, para poder realizar la revisión con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social designadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 143 - Equipo de Rayos X Fijo Digital – Manuales técnicos.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir solo los manuales de usuario y datos técnicos del equipo. El pedido obedece a que los manuales de instalación (despiece) del equipo son considerados como información propia y confidencial del fabricante, donde el despiece necesario siempre que ocurra algún evento en específico podría ser realizado por personal técnico de la empresa proveedora durante el periodo de garantía del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 144 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Movimientos Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total. Se solicita a la Convocante que el desplazamiento de la tabla sea de al menos 35cm o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 145 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Brazo porta-tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se sugiere a la convocante elevar la altura del brazo porta-tubo a al menos 205cm, de manera a brindar de mayor versatilidad en el posicionamiento de las diversas proyecciones a ser capturadas en las imágenes con el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 146 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice : Accesorios Soporte para rx en toda la extensión de la mesa. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento se adecue a la tecnología al fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 147 - Plan de Entrega (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>“Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Luego de la recepción provisoria, el administrador del contrato notificará al proveedor designando los lugares del destino, según las necesidades del MSPBS, en un plazo no mayor a 15 días (quince) corridos de haber recepcionado dicha notificación, el oferente deberá trasladar e instalar los equipos adjudicados (sin costo para el MSPBS).</p> <p>Solicitamos a la Convocante aclarar si los sitios designados (para lo cual se emitirá el listado dentro de los 15 días), se encontrarán previamente preparados para realizar las instalaciones y puesta en marcha del Equipo, considerando que, para cumplir dicha condición, especialmente el caso del ítem (Equipo de Rayos X, Fijo) se debe tener la sala en condiciones, en cuanto a espacios físicos, protección radiológica, refrigeración de la sala y la mueblería necesaria). Realizamos la aclaración considerando que no se podrá proceder a la entrega si estas condiciones no están previamente cumplidas en cada sitio donde se prevé realizar la entrega de los Equipamientos, que por ende afectarán los plazos de ejecución y así también será perjudicial para la Facturación total del Proyecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 148 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Accesorios Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 149 - Equipo de Rayos X Portátil Digital - Tipo de disparador.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Se solicita a la convocante aclarar que el disparador solicitado es con cables o inalámbrico. Se sugiere solicitar un disparador con cable, de forma a obtener una disponibilidad completa del interruptor de exposición, sin tener que depender de factores como batería del disparador o nivel de conectividad.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 150 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos durante el periodo de garantía sin costo para el hospital.</p> <p>Se solicita a la Convocante la corrección del ítem ya que el mantenimiento preventivo no requiere de provisión de repuestos, solo en el caso de errores de fabrica.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 151 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Cable de alimentación.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante exigir equipos con cable de alimentación desde 3.5m o mayor. Dicha longitud representa una cantidad más que suficiente para cualquier tipo de sala además de permitir una participación adecuada de oferentes. Longitudes de cable superiores a los 4m solo limitan la participación de una cantidad inmensa de competidores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 152 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Plazo de entrega 60 días		
Se solicita a la Convocante ampliar a 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 153 - Item 10 Mesa de mayo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Plazo de entrega 30 días a partir de la recepción de la orden de compra		
Se solicita a la Convocante ampliar a un mínimo de 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 154 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la Convocante que se agregue Año de fabricación de los equipos ofertados, que no sean mayores a 10 años, esto de manera a ofrecerles equipos de alta gama e innovación actualizada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 155 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Salida de señal compuesta RGB, DV y SVideo.		
Se solicita a la Convocante incluir salidas de señal SDI-DVI (señales HD)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 156 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Lente zoom parfocal integrado. Se solicita a la Convocante dar mayor referencia sobre dicho ítem ya que esto se refiere al cabezal de cámara de una torre de videolaparoscopia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 157 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Teclado QWERTY para el registro de datos del paciente con caracteres en español- Se solicita a la Convocante que el teclado sea de caracteres español o ingles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 158 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Cabezal de camara Lente zoom parfocal integrado con focos de al menos 25mm a 50mm. Solicitamos a la Convocante que la distancia focal sea de al menos 15mm a 31mm o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 159 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Cabezal de cámara Cable de conexión para periféricos. Se solicita a la Convocante mayores datos sobre este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 160 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Fuente de luz LED Solicitamos a la Convocante que la fuente de luz sea XENON o LED		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 161 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Fuente del Luz LED Luz fria con tecnología LED. Se solicita a la Convocante que se pueda ofertar con tecnología XENON de 300W		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 162 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Carro de transporte Paneles divisores, para los equipos, 2 puertas con llave y 1 gabeta. Solicitamos a la Convocante que sea opcional ya que dicha característica esta muy dirigida a una marca en especifico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 163 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Set de video colonoscopia Imagen tipo H. Se solicita a la Convocante mejorar el tipo de imagen a HD (alta definición)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 164 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Instrumentales En la sección de instrumentales se solicitan varios requerimiento, los cuales se encuentran en forma repetida en la parte superior de dicho item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 165 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Set de videogastroscoPIO Aumento 8x para un diagnostico óptimo como mínimo. Se solicita a la Convocante que el aumento sea de 2x para un diagnostico como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 166 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Accesorios Pinza para biopsia con mandibulas ovaladas o y púa, longitud útil 180cm como mínimo. Se solicita a la Convocante ampliar el rango, que la pinza sea a partir de una longitud de 155 cm como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 167 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopía digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Accesorios Pinza para biopsia con mandibula ovalada, longitud útil 180cm como mínimo. Se solicita a la Convocante ampliar el rango de utilización de la pinza, que sea a partir de 155cm como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 168 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice Set de videogastrocopia Video gastrocopia de alta resolución. Solicitamos a la convocante cambiar a videogastroscopio de alta definición		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 169 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice : Accesorios El oferente deberá proveer todos los recipientes necesarios para realizar la limpieza dek equipo. Así tambien de los accesorios y productos de desinfección en el periodo que dure la garantía. Solicitamos a la Convocante, que para cumplir este ítem, se debe de tener un conocimiento estimativo de la cantidad de endoscopías realizadas en el mes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 170 - Item 13 Equipo Torre de Endoscopia digestiva de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Otros requerimientos Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos durante el periodo de garantía sin costo para el hospital. Se solicita a la Convocante que el mantenimiento preventivo no incluye la provisión de accesorios, a no ser que el equipo venga con errores de fabrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 171 - Item 21 Equipo Electribisturí

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Favor de ver el precio referencia, es muy bajo, teniendo en cuenta la fluactuación del dolar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 172 - ítem 36 Lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Características
 Ajuste vertical mínimo de 80cm. Se solicita a la Convocante que el ajuste vertical mínimo sea a partir de 60cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 173 - ítem 36 Lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Lampara, tiempo de vida util 30.000 horas
 Se solicita a la Convocante agregar la descripción como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 174 - ítem 36 Lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 ° kelvin.
 Solicitamos a la Convocante que el rango sea a partir de 3800 a 6000° kelvin

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 175 - Ítem 47 Camilla de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Se consulta a la Convocante si el precio referencial de dicho ítem es correctyo, ya que la características solicitadas son de un equipo de alta gama

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 176 - Ítem 47 Camilla de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: posiciones, trendelemburg de 20° como mínimo,
 Se solicita a la Convocante que dicho ítem pueda ser ofertado a partir de 18° como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 177 - Item 47 Camilla de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Plazo de entrega: 60 días a partir de la recepción de orden de compra. Se solicita ala Convocante que sea 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 178 - Item 48 Camilla de inspección ginecologica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Plazo de entrega 60 días a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos que sea de 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 179 - Item 49 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Dimensiones mínimas Altura 1 metro incluyendo ruedas, ancho 0.60 metros. Profundidad 0.49m Se solicita a la Convocante que la altura sea de +/- 10cm, ancho +/- 5 cm y profundidad +/- 5cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 180 - Item 49 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice Plazo de entrega 60 días Se solicita a la Convocante sea de 90 días a partir de la recepcion de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 181 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Frecuencia del generador.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante no exigir valores de frecuencia del generador específicos y colocar solo Generador de Alta Frecuencia. El pedido se sustenta en que la frecuencia del generador corresponde a una característica propia y asociada a la tecnología de cada fabricante y no determina la calidad o performance del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 182 - Elaboración del Acta Definitiva

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>“Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: En ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota de Recepción correspondiente en la Dependencia receptora, el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del MSPBS.</p> <p>Solicitamos a la Convocante establecer el período máximo de 1 día hábil para la firma de dichos documentos, considerando que, en experiencias anteriores, este proceso demora bastante, y también definir los cargos firmantes para el Acta de Recepción Definitiva, a fin de establecer responsables y que no existan confusiones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.</p>		

Consulta 183 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Nivel de corriente.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Se solicita a la convocante exigir que la corriente máxima sea de 350mA o mayor. El pedido obedece a que dicho valor de corriente nos permite realizar todos los tipos de estudios que sean necesarios sin afectar ninguna manera a la calidad de imagen o los tiempos de exposición. Solicitar valores de mA mayores a 350mA solo limitaría grandemente la participación de oferentes sin garantizar que la calidad de los equipos presentados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.</p>		

Consulta 184 - Personal responsable para firma de documentos de recepción de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>“Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes”</p> <p>En experiencias anteriores, hemos notado que no todas las dependencias cuentan con Fiscalizadores, solicitamos por favor definir un cargo más como reemplazo en caso de que el hospital no cuente con esta figura.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.</p>		

Consulta 185 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Cantidad de puntos focales del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Se solicita a la convocante disminuir el rango solicitado a 145cm o más o solicitar una altura mínima de 35cm o menor y una altura máxima de 170cm o mayor. Rangos de 150cm o mayor solo limitaría enormemente la participación de una gran cantidad de oferentes y no se traduce en una mejor performance del equipo o mayor cobertura en estudios de tórax, donde valores de 145cm o superior son los presentados por los últimos equipos de la mayor cantidad de oferentes del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
<p>Ajustarse al PBC. Se aclara que la consulta no corresponde a valores de puntos focales que se referencia de 0.6 mm/1.2mm.</p>		

Consulta 186 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Cantidad de puntos focales del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con punto focal único de 0,8mm o menor. Está bien demostrado que los equipos de RX portátiles con foco único son capaces de presentar rendimientos iguales o incluso mejores a los equipos de doble punto focal. Solicitar equipos con doble punto focal solo limitaría la participación de oferentes, dejando de lado equipos que presentan excelentes prestaciones y calidades de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 187 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Nivel de KV del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se sugiere a la convocante elevar el nivel de kV a al menos 130kV o mayor, de forma a obtener mejores niveles de penetración, definición y delimitación de estructuras pequeñas o de difícil visibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 188 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Capacidad calórica del tubo.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante permitir equipos que presenten capacidades calóricas de ánodo desde 120KHU. Es bien sabido que, para equipos móviles, valores desde los 120KHU acompañados con una buena capacidad calórica de carcasa del tubo, presentan rendimientos iguales e inclusive superiores a aquellos equipos con capacidades de tubo más altas, siendo inclusive más eficientes en términos de calidad de imagen, dosis aplicada al paciente y eficiencia energética.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 189 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Tiempos de exposición.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Se solicita a la convocante permitir tiempos máximos de exposición de 3,5s o menor. Esto de manera a exponer al paciente el menor tiempo posible a radiación en casos de exposiciones que requieran de tiempos elevados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 190 - Personal responsable para firma de Informe Técnico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>“Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Informe Técnico donde se constata la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de uso, debidamente firmados por los técnicos de la empresa, usuarios y responsables de la institución”</p> <p>Solicitamos amablemente se pueda especificar los cargos que serán responsables de la firma del informe técnico, a fin de que quede sentado en el Pliego de Bases y Condiciones, los responsables por parte de cada Hospital.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 191 - Equipo de Rayos X Portátil Digital – Rango mAs.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Se solicita a la convocante exigir que la corriente máxima sea de 350mAs o mayor. El pedido obedece a que dicho valor de corriente nos permite realizar todos los tipos de estudios que sean necesarios sin afectar ninguna manera a la calidad de imagen o los tiempos de exposición. Solicitar valores de mA mayores a 350mAs solo limitaría grandemente la participación de oferentes sin garantizar la calidad de los equipos presentados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 192 - Garantía de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>“Plan de Entrega (Bienes) – Garantía de los Equipos”, Página Número 24, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.</p> <p>Solicitamos a la Convocante excluir el punto mencionando, ya que resulta imposible poder contemplar dicha situación, considerando que para contar con un Equipo de reemplazo, debe existir una sala con las mismas condiciones (espacio físico, sistema de refrigeración, protecciones radiológicas, adecuaciones edilicias), y así también los plazos de entrega de los mismos no podrían ajustarse a lo requerido, considerando los tiempos de fabricación, fletes, instalaciones y puesta en marcha, y no dejando mencionar además el gran impacto que tendría incluir estos costos en el llamado, duplicando hasta triplicando los precios. Sugerimos a la convocante mantener la cláusula de tiempo máximo para reemplazo de repuestos, en donde la Contratante debe cumplir dicho plazo para la reparación del Equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 193 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>CONSULTA: Se consulta si el equipo debe estar proyectado para mediciones de SPO2 en condiciones de baja perfusión y movimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 194 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe medir Índice de Perfusión, para indicar si la extremidad donde se quiere medir está bien perfundida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21		

Consulta 195 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe medir el Índice de variabilidad pletismográfica, parámetro que sirve para determinar si el paciente es respondedor a una terapia de carga de líquidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21		

Consulta 196 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar equipos con batería interna con duración de 24hs o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 197 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Consulta En las especificaciones se especificó la precisión de la SPO2, recomendamos 2% como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21		

Consulta 198 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Consulta Se consulta si se puede cotizar equipos con rango de medición de la frecuencia de pulso de 25bpm a 240bpm o mayor rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 199 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Se consulta si se puede cotizar equipos con almacenamiento de datos por 96hs o mayor tiempo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 200 - Item 1 Equipo de saturación con medición de oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Nuestro sensor sirve para todo tipo de pacientes, se consulta si en vez de cotizar 9 sensores para 3 tipos de pacientes diferentes, se puede cotizar 3 sensores para cualquier tipo de paciente (adulto, pediátrico y neonato)

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 201 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad Técnica Punto 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si el documento en realidad solicitado sería la AUTORIZACION DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO como TALLER DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 202 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Con relación al plazo de entrega establecido en 30 días solicitamos ampliar a 60 o 90 días considerando la cantidad de equipos solicitados en cada ítem y el traslado de los mismos para su instalación.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 203 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el punto 3 se solicita la "CONSTANCIA de habilitación de Servicio Técnico de Dispositivos Medicos, emitido por la DNVS" Mientras que el ente regulador DNVS no emite tal documento.
 Podría la convocante aclarar a que documento se refiere ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 204 - requisitos capacidad Técnica Punto 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
La convocante solicita CONSTANCIA de habilitación de Servicio Técnico de Dispositivos Medicos, emitido por la DNVS, podría la convocante aclarar si el documento solicitado en este punto seria la AUTORIZACION DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO COMO TALLER DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS.... Expedida por la DNVS??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 205 - LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
SOLICITAMOS NOS INDIQUE ESPECIFICAMENTE LOS LUGARES DE INSTALACION DE LOS DISTINTOS ITEMS SOLICITADOS, DE MANERA A COSTEAR CORRECTAMENTE LOS GASTOS REFERENTE A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 206 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días corridos teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2020.		

Consulta 207 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Nuestra servocuna es ATOM de origen japonés, se consulta si se puede ofertar servocuna con movimiento de Trendelenburg mecánico continuo con angulación de $\pm 13^\circ$ o mejor. Esto debido a que la normativa japonesa no permite colocar motores eléctricos en el lecho de un neonato para evitar el estrés provocado por el ruido del motor. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 208 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer reloj para realización del test de Apgar, con configuraciones de 1,3,5 y 10 minutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 209 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer un temporizador para procedimiento de RCP (metrónomo para RCP) para neonatos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 210 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si la servocuna debe permitir el acceso por la parte posterior del equipo para acceder a la cabeza del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 211 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si la apertura de paneles laterales debe poseer sistema de amortiguación que evita que estos se golpeen contra la estructura y así evitar daños; así como la generación de ruido que puede alterar al neonato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 212 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con medidas de 610mm (ancho) x 1.060mm (largo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 213 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar colchón con grosor de 2,5cm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 214 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA El modo de precalentamiento se usa para precalentar el colchón de la servocuna antes de recibir un paciente, es un proceso que dura como mínimo 15 minutos y debe ser automático. Luego, no todos los fabricantes poseen modo de precalentamiento automático después del encendido, este requerimiento dirige las especificaciones. Se solicita que el equipo posea modo de precalentamiento automático pero que su inicio no sea automático al encender el sistema o pueda ser accionado por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 215 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si el elemento calefactor debe emitir radiaciones de infrarrojo lejano, radiación que se absorbe fácil y uniformemente a través de la piel y calienta el núcleo del cuerpo a través de la circulación sanguínea.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 216 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener ruedas giratorias dobles permiten mover el equipo con mayor facilidad y estabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 217 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Creemos que existe un error en la alarma de Temperatura de aire. No existe control por temperatura de aire en una servocuna, favor eliminar este requerimiento o considerarlo opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 218 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA La Norma IEC60601-2-21 Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacido, establece claramente que la alarma el desvío de temperatura de piel del punto seleccionado será de máximo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, por lo que solicitar $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ es más exigente que la Norma IEC 60601-2-21 y dirige las especificaciones a un fabricante. Solicitamos que la alarma de temperatura cutánea sea de: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ o menor del punto seleccionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 219 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

CONSULTA Se consulta si el cronómetro digital debe estar incorporado en el panel de control de la servocuna.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 220 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con intensidades de 30 a 40 μ W/cm²/nm o mejor rango.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 221 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar área de superficie efectiva de 30x20cm o mayor superficie.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 222 - Sitios de Instalación y/o Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Sitios de Instalación y/o Entrega: Solicitamos a la Convocante definir sitios de instalación, así como los responsables con quien emprender las comunicaciones y consultas referentes a los espacios físicos, así también solicitamos sea aclarado en el Pliego de Bases y Condiciones:

Responsable de las Adecuaciones Edilicias: en quién recaerá la responsabilidad de preparar el sitio (ya sea con necesidad de nueva construcción o un sitio designado) en referencia a los espacios físicos, refrigeración de la sala, colocación de protección de radiológica, provisión de mueblería, refacciones de colocación de pisos, paredes, base de hormigón, etc).

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 223 - Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

CONSULTA Favor aclarar si la luminoterapia no debe ninguna fuente de ruido interno, como piezas móviles, como ventiladores que provoquen estrés sonoro al neonato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 224 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros deben ser reutilizables, de silicona, con cable de 4 metros o mayor. Con dimensiones de 30x7cm y con conector duplo universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 225 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 226 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 227 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 228 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 229 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con modos para endoscopia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 230 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer modos específicos para corte y coagulación monopolar par urología y corte y coagulación bipolar para urología.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 231 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 232 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Favor especificar la longitud de la pinza bipolar recta. Existen de: 160mm, 195mm, 220mm, 300mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 233 - Item 21 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Favor especificar la longitud de la pinza bipolar bayoneta. Existen de: 160mm, 195mm, 220mm, 300mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 234 - ítem 22 Equipo Ecocardiógrafo Portátil: Capacitación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
ítem 22 Equipo Ecocardiógrafo Portátil:		
En el Punto que dice Otro Requerimiento: "Capacitación técnica para el usuario y técnico". Se solicita al convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar dicho entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es mas que suficiente un entrenamiento de 24 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que se pueden realizar con el sistema de ecografías. Adicionalmente se pide que se establezca como requisito una plataforma de educación virtual donde el usuario pueda tener una educación continua durante el tiempo que tenga validez la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 235 - ítem 26 Equipo de Rayos X Fijo Digital: Curso de Capacitación a Usuarios del Equipo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
ítem 26 Equipo de Rayos X Fijo Digital:		
En el Punto que dice Otro Requerimiento: "La empresa proveedora deberá dar un curso de capacitación a los usuarios del equipo". Se solicita al convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar dicho entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente un entrenamiento de 32 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que se pueden realizar con el sistema de Rayos X. Adicionalmente se requiere que se establezca como requisito una plataforma de educación virtual donde el usuario pueda tener una educación continua durante el tiempo que tenga validez la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 236 - ítem 27 Equipo de Rayos X Digital Portátil: Capacitación Técnica al usuario y técnico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
ítem 27 Equipo de Rayos X Digital Portátil:		
En el Punto que dice Otro Requerimiento: "Capacitación técnica para el usuario y técnico", Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar dicho entrenamiento, proponemos que para cumplir con dicho punto es más que suficiente un entrenamiento de 8 horas y de esta manera cubrir con los procedimientos que se pueden realizar con el sistema Portátil de Rayos X. Adicionalmente se pide que se establezca como requisito una plataforma de educación virtual donde el usuario pueda tener una educación continua durante el tiempo que tenga validez la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 237 - ítem 40 Equipo Ecografo Doppler Color Portátil: Capacitación en el uso del equipo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>ítem 40 Equipo Ecografo Doppler Color Portátil:</p> <p>En el Punto que dice Datos Generales: "Capacitación en el uso del equipo de 16 horas". Se solicita al convocante aumentar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, por tanto, se sugiere que para cubrir con todos los procedimientos que se pueden realizar con el sistema de ecografías contar con un entrenamiento mínimo de 24 horas, con el objetivo de garantizar el aprendizaje de los usuarios. Adicionalmente se pide que se sume como requisito primordial una plataforma de educación virtual donde el usuario pueda tener una educación continua durante el tiempo que tenga validez la garantía.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.</p>		

Consulta 238 - Solicitud de pago de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Solicitud de pago de Anticipo</p> <p>Página 31 del PBC indica: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: NO APLICA.</p> <p>Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
<p>Ajustarse al PBC</p>		

Consulta 239 - Reajuste de Precios - Procedimiento

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Reajuste:</p> <p>Página 33 del PBC El precio del contrato estará sujeto a reajustes.</p> <p>Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente.</p> <p>Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
<p>Ajustarse al PBC</p>		

Consulta 240 - Tasa de interés por Mora:

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Tasa de interés por Mora:		
Página 33 del PBC En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.		
Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de la tasa de interés por cada día de atraso sea de 0.01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de atraso en la entrega de los bienes, donde indica que la multa será de 0,01% (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
Ajustarse al PBC		

Consulta 241 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Solamente el 85% de las dimensiones de la cámara de un equipo de plasma VH202 se utiliza realmente. Es decir, para un equipo de 60Litros se utilizarían realmente 51 Litros ya que la carga no puede tocar las paredes de la cámara. Por el precio referencial se podría cotizar un equipo de 100Litros como mínimo. Considerando el precio referencial se solicita cambiar las dimensiones de la cámara a un equipo de 100litros o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 242 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Favor aclarar si la cámara del equipo debe ser fabricada en acero inoxidable AISI316 o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 243 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Favor aclarar si el plasma debe ser producido en la cámara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 244 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Favor aclarar si la cámara del equipo debe ser fabricada en acero inoxidable AISI316 o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 245 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Creemos que existe un error, en las especificaciones se solicita un equipo de 60litros, pero se piden carros de carga externos y carros de carga internos. Debido al pequeño tamaño de la cámara, no son necesarios: el carro de carga interno y el carro de carga externo. Si se debería solicitar dos niveles de rieles internos para las cestas, recomendamos solicitar como mínimo 2 cestas con capacidad de carga de 5kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 246 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si el panel de control debe ser del tipo touchscreen para facilitar la interface con el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 247 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA En las especificaciones no se solicitaron testigos biológicos ni test de desafío de ciclo PCD. Se recomienda un testigo biológico por carga y un test PCD semanal. Favor verificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 248 - Item 27 Equipo de plasma para esterilizacion. Capacidad mínima 100L

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Favor aclarar si la bomba de vacío debe ser del tipo rotativa, sellada en aceite de dos etapas y montada en aisladores anti vibración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 249 - Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos por favor aclarar el número de ítem para la Bomba de Infusión a Jeringa ya que en el PBC se describe como ítem 41 pero en la planilla de EETT se describe como ítem 42.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 250 - Ítem N° 41 - Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Especificadores Técnicas

Sugerimos incluir lo siguiente:

“Modalidad TCI (Infusión Controlada por Objetivo) habilitada”. Esto considerando que una de las aplicaciones principales de las bombas a jeringa es TIVA (Anestesia Total Intravenosa) con TCI; técnica muy utilizada actualmente por los Médicos Anestesiólogos, la que facilita el proceso de inducción, mantenimiento y recuperación de la anestesia por medio del cálculo automático de dosis y monitoreo sencillo de la infusión de drogas anestésicas (Propofol y remifentanilo).

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 251 - Ítem N° 41 - Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Especificadores Técnicas

Sugerimos incluir lo siguiente:

“El equipo deberá poseer la capacidad de soportar librería de drogas de por lo menos 600 medicamentos con la configuración de valores límites de dosis específicos de acuerdo con el tipo de droga.” Esta característica permite optimizar y disminuir errores en la configuración y dosificación de la terapia de infusión, cualidad importante para los equipos que funcionan en servicios donde se requiere una alta precisión como son los servicios de anestesia, pediatría, neonatología, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 252 - Ítem N° 41 - Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Línea de extensión o prolongador estéril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1)</p> <p>“50 sets que incluyen jeringas compatibles, líneas y extensión de línea”</p> <p>Consulta: Solicitamos aclarar si la cantidad requerida es de 50 líneas de extensión por el total de los equipos o por cada equipo. Asimismo, sugerimos incluir en la solicitud las jeringas, aclarando el tamaño de las mismas; esto a modo de completar el set de infusión, ya que solo con la extensión es insuficiente para el funcionamiento de la bomba a jeringa. Solicitamos aclarar el tamaño de las jeringas a modo de igualar las condiciones de la oferta para todos los competidores y evitar ambigüedades. Sugerimos solicitar jeringas de 20ml.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 253 - Ítem N° 41 - Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora).</p> <p>Consulta: Sugerimos cambiar este parámetro a “Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.01 ml/hora hasta 300 ml/hora)”, considerando que están solicitando un amplio intervalo y es de suma importancia la precisión y resolución para el flujo de infusión, lo cual es un parámetro vital en toda terapia de infusión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 254 - Ítem N° 41 - Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>Donde dice: Plazo de Entrega: 30 (treinta) días a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Consulta: Solicitamos por favor a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días considerando la alta demanda a nivel mundial para estos equipos debido a la pandemia del COVID 19, lo que prolonga considerablemente los tiempos de entrega de dichos equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 255 - Consulta 1, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan Brazo porta- tubo con movimiento telescopio, solicitamos poder cotizar además de esto, movimientos articulados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 256 - Consulta 2, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar Consola no integrada con detector con capacidad de almacenamiento de imágenes y post procesado en Estación fija tipo PC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 257 - Consulta 3, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar equipo con corriente de 400 mA o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 258 - Consulta 4, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar dos puntos focales de 0,8 mm o menor y 1,2 o mayor y capacidad de 107 KHU o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 259 - Consulta 5, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar equipo con rango de 50 mAs o menor y 400 mAs o mayor y estación remota.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 260 - Consulta 6, Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar Equipo con estación remota y 3000 imágenes de almacenamiento o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 261 - Consulta 1, Ítem 27 Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar equipo con longitud de mesa de 210 cm o más, 65 cm de altura o más, grilla de relación de Pb de 78 lp/cm o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 262 - Consulta 2, Ítem 27 Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar equipo con Generador de 50 kW o más, 630 mAs o más, 50Khz o mejor y 150 Khu como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 263 - Consulta 4, Ítem 27 Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos poder cotizar equipo de tubo con desplazamiento vertical de 130 cm o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 264 - Consulta 3, Ítem 27 Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos detector de silicio amorfo o Cesio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 265 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacidad Técnica. Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos en esta sección del PBC: • Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 266 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en esta sección del PBC: 1- Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. 2- Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 267 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 18 de esta sección del PBC: Donde dice: Habilitación emitida por la DNVS para Servicio Técnico de Dispositivos Médicos. Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 268 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 18 esta sección del PBC: Donde dice: Habilitación emitida por la DNVS para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos. Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 269 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacidad Técnica Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos en esta sección del PBC: • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 270 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos amablemente que la convocante extienda el plazo de entrega a al menos 45 o 60 días, ya que la situación actual de la pandemia enlentece los proceso de entrega, ya que las fabricas se encuentran con sobredemanda y saturados con pedidos, además, los plazos tan cortos obligan a los distribuidores importar los bienes por vía aérea, lo que representa un enorme sobre costo que luego son transferidos al precio final, y lo que afectaría a la institución. Hay que hacer hincapié que esta simple modificación permitirá que se puedan presentar la mayor cantidad de oferentes, sin que ninguna empresa tenga algun tipo de ventaja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 271 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice "Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos algunas de ellas"		
<p>Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con normas de calidad del MERCOSUR para permitir mayor participación, no tiene sentido que no habiliten a empresas del MERCOSUR que para su fabricación no precisan de estas normas de calidad, Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF, otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad. Las certificaciones FDA/CE/MERCOSUR demuestran el cumplimiento de altos estándares de calidad en los procesos de producción, sin reconocer ni desconocer ventaja adicional, ya que su fin es el testimonio efectivo y fehaciente que los patrones modelos y esquemas de la calidad son desarrollados por quienes están certificados con dicha documentación. No caben dudas entonces que la Dirección de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como autoridad competente en la materia objeto de estudio, ha sentado postura sobre la equivalencia entre los certificados emitidos por la FDA o CE y los provenientes de países miembros del MERCOSUR, así como también ha hecho hincapié en la validez de dichas documentaciones para acreditar la calidad de los procesos de producción de los bienes certificados. Por lo tanto a nuestro parecer las certificaciones emitidas por las instituciones del MERCOSUR, otorgan idénticos niveles de garantía que las solicitadas inicialmente en el PBC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 272 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice "Medidas dentro de los siguiente rangos"		
Solicitamos amablemente a la convocante especificar las medidas de Ancho y Largo se refieren a las dimensiones de la Cuna?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 273 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice " Antihongo, antimicrobial, multicapa" Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar colchón con material biocompatible para dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 274 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice "Baja emisión controlada de rayos infrarrojos y rayos ultravioletas" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si esta especificaciones serian para los equipos de luminoterapias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 275 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice " Alarma temperatura aire +/- 1° C del punto seleccionado" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto ya que esta alarma es solamente de las incubadoras y que las servocunas no cuentan a no ser que se están refiriendo a la temperatura de control.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 276 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice "Temperatura cutánea + 0,2° C del punto seleccionado" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se refiere a la precisión del indicador digital de la temperatura de piel del paciente y control de piel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 277 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el Item 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice " Accesorios Cronometro digital" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se refiere al reloj de APGAR?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 278 - ITEM 25 SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 25 Equipo Servocuna con Luminoterapia donde dice " Luminoterapia Cabezal con brazo ajustable para Servocuna Solicitamos amablemente a la convocante permitir cotizar luminoterapia de pie que funcionan perfectamente al equipo y no está limitado al uso con el equipo de Servocuna, si no poder trasladar a cunas convencionales o a las incubadoras en caso de necesidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 279 - ITEM 19 SCANER PORTATIL PARA VENAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 19 Equipo Scanner portátil para venas donde dice "Pantalla de LCD, ventana de iluminación de venas, lentes, teclado." Solicitamos amablemente a la convocante permitir cotizar equipo sin pantalla ya que no es necesaria por tener proyección directa sobre la piel

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 280 - ITEM 19 SCANER PORTATIL PARA VENAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 19 Equipo Scanner portátil para venas Solicitamos amablemente a la convocante poder incrementar los precios referenciales por no ajustarse a los precios del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 177/2020.-

Consulta 281 - ITEM 15 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 15 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice "Equipo generador de alto flujo y CPAP, funcional para generar oxigenación del alto flujo con cánula nasal y para CPAP con mascarilla adecuada según el tamaño de paciente. Con oxigenación desde el 21% hasta el 100%. Viendo todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza compañía para distribuir sus circuitos Solicitamos amablemente a la convocante que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos que cuentan la terapia intensiva (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto encarece lo solicitado por la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 282 - ITEM 15 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 15 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice "Dispositivo con capacidad de suministrar terapia de Alto Flujo y CPAP." Solicitamos amablemente a la convocante que los equipos sean netamente de alto flujo ya que los equipos que cuentan la terapia intensiva (ventiladores) del MSPyBS, todos cuentan con la opción de Ventilacion no Invasiva (cpap), y esto encarece lo solicitado por la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 283 - ITEM 15 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 15 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice "Velocidad de flujo ajustable hasta 140 litros/minuto (CPAP), y alto flujo nasal hasta 70 litros/minuto" Solicitamos amablemente a la convocante que el flujo sea hasta 60 litros porque no se tiene literatura donde se utilice el caudal de 70 litros minutos. o que el MSP demuestre alguna literatura donde alcance los 70 litros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 284 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA En las especificaciones se solicita cialitica de techo con una cúpula principal y dos cúpulas satélites. Cabe mencionar que para instalar tres cúpulas el área de la sala no puede ser pequeña. Favor verificar y confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 285 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA No todos los fabricantes utilizan 60 leds para sus cúpulas, lo importante es que los fabricantes cumplan con la Norma IEC 60601.2.41. solicitamos considerar este ítem opcional, porque no tiene sentido y dirige las especificaciones a un solo fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 286 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Consideramos que una vida útil de 30.000hs es muy poca, actualmente se supera ampliamente esa cantidad de horas. Se solicita que se solicite una vida útil de los leds de 50.000hs o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 287 - Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar mesa con longitud de 220cm o mayor, ya que las dimensiones estándares de las mesas de los sistemas de rayos X fijos son de 210 cm x 75 cm, además la reducción de 15cm en la longitud de la mesa no afecta el funcionamiento del equipo, no tampoco repercute en los estudios que se puedan realizar. Por otro lado, no se justifica una mesa cuya longitud sea mayor a 220 cm ya que no hay pacientes con alturas extremas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 288 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA No todos los fabricantes poseen el diámetro de campo de luz ajustable de 190 a 280mm. Se solicita poder cotizar un rango de 200mm a 250mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 289 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA En las especificaciones no se solicita el Índice de Rendimiento R9 correspondiente al rojo, muy importante para uso en scialiticas. Se recomienda R9=90 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 290 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Favor aclarar si la cialitica debe ser compatible con flujo laminar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 291 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si la cúpulas deben tener iluminación ambiental las para cirugías laparoscópicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 292 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si la cialitica debe contar con panel de control del tipo touchscreen color, empotrado en la pared de la sala.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 293 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si la cialitica debe tener control digital de la iluminación de las cúpulas, controladas desde el panel de control.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 294 - Item 35 lampara cialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
CONSULTA Se consulta si la cialitica debe tener indicador de la carga de la baterías en el panel de control		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 295 - ITEM 15 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 15 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice Velocidad de alto flujo ajustable para uso Perioperatorio hasta 80 litros/minuto. Solicitamos amablemente a la convocante que el flujo sea hasta 60 litros porque no se tiene literatura donde se utilice el caudal de 70 litros minutos. o que el MSP demuestre alguna literatura donde alcance los 70 litros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 296 - ITEM 15 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 15 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice: Permite CPAP de Capucha o Casco (Helmet CPAP). Sensor de oxígeno paramagnético de larga duración. Solicitamos amablemente a la convocante cotizar equipo netamente para alto flujo o en caso de necesitar equipo de CPAP que sea un llamado exclusivo para equipo de CPAP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 297 - ITEM 16 EQUIPO ALTO FLUJO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 16 Equipo Alto Flujo Adulto donde dice Kit circuito de alto flujo, con cánula nasal Aquanase. Consulta: Viendo todas las especificaciones técnicas y vemos que es copia fiel de las especificaciones técnicas de equipo de Armstrong AquaNase por lo tanto es dirigido a una sola empresa también vimos que solicitan canula nasal Aquanase que es la marca que utiliza compañía para distribuir sus circuitos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 298 - ITEM 31 CINTA ERGOMETRICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 31 CINTA ERGONOMETRICA donde dice: Pantalla donde se visualice Calorías quemadas, solicitamos amablemente a la convocante poder reemplazar calorías quemadas por MET, energía o potencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 299 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Que soporte un peso de 240 kg como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante poder aumentar como peso minimo 250 kg

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.

Consulta 300 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice "Largo: 180 cm o menos" Solicitamos amablemente a la convocante Modificar a 190cm o mayor. Hay un error en la redacción. Se recomienda que la long mínima sea de 190cm y no 180 para que sae lo suficientemente cómoda para pacientes de altura media o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.

Consulta 301 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice" Ancho: 50 cm o más. Solicitamos amablemente a la convocante Modificar por 65 o mas, para garantizar la comodidad del paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 302 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Longitud total 200 cm o menos, solicitamos amablemente a la convocante modificar 215 x 85cm o inferior, con base en las dimensiones del paciente recomendadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 303 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Barandales laterales colapsables, plegables o abatibles, solicitamos amablemente a la convocante incluir "con barra superior en acero inoxidable o aluminio". De esta forma se evita el riesgo de daños por golpes u oxidación

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 304 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Ruedas antiestáticas o conductivas de 15 cm de diámetro como mínimo, solicitamos amablemente a la convocante Modificar a 20cm de diámetro y Recomendamos incluir" con placa antihilos" para evitar daños por bloqueo de sus rodamientos durante su vida útil.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 305 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática, solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar con trendelenburg minimo de 18°. Este angulo es suficiente para las terapias que lo utilizan y reduce el riesgo de caídas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021

Consulta 306 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar con trendelenburg minimo de 15°

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 307 - ITEM 47 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 Camilla Transporte donde dice Colchón de 6 cm de espesor como mínimo Solicitamos amablemente a la convocante Modificar a 28cm de espesor", para dar mayor confort al paciente

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21.

Consulta 308 - ITEM 48 CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 48 CAMILLA DE INSPECCIÓN GINECOLÓGICA Solicitamos amablemente a la convocante especificar si requieren con movimientos eléctricos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 309 - ITEM 48 CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 48 CAMILLA DE INSPECCIÓN GINECOLÓGICA donde dice Estructura tubular de acero con acabado cromo o satinada con pintura electrostática, solicitamos amablemente a la convocante incluir: con barandas de seguridad fabricadas en ABS o polímero similiar. Para garantizar la seguridad del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 310 - ITEM 48 CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 48 CAMILLA DE INSPECCIÓN GINECOLÓGICA donde dice Trendelenburg y Trendelenburg inverso Solicitamos amablemente a la convocante indicar rango de movimiento. Sugerimos "+/-15°" Sugerimos incluir: Espaldar entre 0 - 75° accionado por movimiento eléctrico o neumático. Sugerimos incluir: con altura graduable entre 60-90cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 311 - ITEM 49 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 49 CARRO DE PARO donde dice Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono, solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar Acero esmaltado con pintura epoxi al horno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 312 - ITEM 49 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En el ítem 49 CARRO DE PARO donde dice Capa protectora en PS polietileno termo formado, solicitamos amablemente a la convocante Cambiar "Capa" por "Franja", o poner Opcional, mas abajo ya incluye: "paragolpes de goma envolviendo todo el carro"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 313 - ITEM 49 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 49 CARRO DE PARO donde dice Conexión para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipos Schuko como mínimo, con soporte para cable, Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar cable de 3 metros y 2 tomas schocko como minimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 314 - ITEM 49 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 49 CARRO DE PARO donde dice Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie Solicitamos amablemente a la convocante Corregir 10" a 10cm (4"), o superior: Ruedas de 10" (25,4cm) son muy grandes para este equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 315 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Equipos modulares de alta resolución que se utilizan con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica invasiva y no invasiva para estudios generales en pacientes adultos/pediátrico.

Y a la vez solicitan: Ecoografo portatil con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporada)

Según se puede verificar con todo el cconjunto de especificaciones, están solicitando un ecoografo portátil. Por favor aclarar a que se refieren con modulares, ya que por lo general son llamados modulares, los equipos cuyo hardware completo esta integrado a una base rodante, cuyo peso sería de 60 kg o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 316 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Peso: hasta 8 kg (incluyendo pantalla y batería interna)

Considerando que solicitan un equipo portátil, sugerimos que el peso del mismo no sobrepase los 5.5 kg de manera a facilitar el traslado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 317 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solitan: Pantalla: Monitor color TFT de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente.
Sugerimos soliciten que el Monitor de 15" sensible al tacto Full-HD resolución de al menos 1920x1080.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 318 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan:
Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB. Memoria de cine de al menos 500 cuadros.
Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor. Dos puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables.

Sugerimos soliciten: Al menos Memoria de cine de 500MB o de al menos 100,000 cuadros, considerando que en procedimientos cardiológicos es necesario el análisis de una gran cantidad de cuadros, para observar las patologías. Rango dinámico mayor a 400dB, de manera a incrementar la capacidad de procesamiento, lo que permitirá obtener imágenes de mejor calidad. 4 conectores activos para conexión de transductores, fácilmente intercambiables, de manera a evitar la manipulación de las sondas y preservar su vida útil.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Se aclara que el equipo en cuestión es de característica portátil.

Consulta 319 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar mesa con freno total que impida los movimientos eléctricos de la mesa si no está accionado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 320 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si el panel de control de movimientos de la mesa pueda estar ubicado en la columna o en la base de la mesa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 321 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar mesa quirúrgica con elevación eléctrica de 600mm a 950mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 322 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Modulo para adquisición de señales de ECG integrado en el equipo.
Sugerimos soliciten adicionalmente Señal fisiológica respiratoria derivada internamente a partir del ECG y Entrada analógica auxiliar de señal fisiológica generada por monitor externo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 323 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar mesa quirúrgica con movimiento eléctrico de Trendelenburg de $\pm 25^\circ$.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 324 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar mesa quirúrgica con movimiento eléctrico de inclinación lateral de $\pm 15^\circ$.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 325 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: 1024 o más canales de procesamiento multiplexados.
De manera a obtener equipos de capacidades superiores y tecnología de vanguardia, sugerimos soliciten, Beamformer digital con más de 950.000 canales de procesamiento efectivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 326 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Elastografía
Considerando que las aplicaciones a las que esta enfocado este pedido son cardiológicas, sugerimos eliminar este requerimiento de manera a no incrementar innecesariamente los costos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 327 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Imagen trapezoidal
Sugerimos modificar este requerimiento por: Ampliación campo visual cercano trapezoidal tanto en sondas lineales como en sondas sectoriales para abarcar segmentos apicales durante análisis Strain

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 328 - Item 9 Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar mesa quirúrgica con movimiento de angulación manual de piernas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 329 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan:Función 4D.
Considerando que solicitan un equipo para aplicaciones cardiológicas, y no están solicitando el transductor volumétrico correspondiente,
Sugerimos modificar este requerimiento por:
Crecimiento a futuro a 4D con las siguientes funcionalidades:
Visualización de imágenes 4D con anteojos estereoscópicos en el mismo monitor del equipo
Adquisición volumen 4D transesofágico completo sin usar conexión a ECG
Modo triplanar tiempo real con doppler tisular color en la sonda transesofágica 4D
Modo 4D Doppler Color con técnicas de sombreado e iluminación para percepción definida de chorro regurgitante central sin ser oscurecido por flujo periférico
Capacidad de mostrar hasta 12 planos diferentes en vivo a partir del 4D
Tasa volumen 4D mayor a 500 vol/seg.
Obtención imágenes 2D libres con un caliper en el volumen 4D (Laser Lines o similar)
Navegación 4D en cualquier dirección y grosor a partir de 2 clicks en la imagen
Obtención automática de vistas predefinidas en 4D
Software cuantificación automática de ventrículo izquierdo en 4D con curva de volumen
Análisis automático 4D del tracto salida Ventrículo Izquierdo que obtenga dimensiones mínimas, medias y máximas para selección de dispositivos tipo TAVI

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 330 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitan: Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 6.8 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Considerando las características Solicitadas, sugerimos modificar este requerimiento por Transductor convexo con ancho de banda de 1.5 a 5.0 MHz, ya que este rango de frecuencia es suficiente para la realización de evaluaciones cardiologicas fetales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 331 - Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos amablemente que la convocante modifique el parámetro de altura de la mesa, a por los menos 75cm o mayor, teniendo en cuenta que entre mas alta es la mesa, mas difícil es que el paciente pueda subirse. Además, los pacientes tendrán que utilizar escaleras para poder subir sobre la mesa lo que podría ocasionar accidentes al momento de realizarse los estudios. Por otro lado, la reducción de este parámetro no afecta la calidad de la adquisición imagen o la cantidad de estudios que puede realizarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 332 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Considerando que solicitan un transductor neonatal, solicitamos permitan cotizar Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array pediátrico con ancho de banda de 2 a 7 MHz. De manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 333 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo. Considerando que solicitan un transductor pediátrico, solicitamos permitan cotizar Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array neonatal con ancho de banda de 4.5 a 12 MHz. De manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 334 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Según las herramientas solicitadas, están precisando un equipo para aplicaciones cardiologicas pediátricas, considerando que el rango de pacientes pediatricos comprende desde los 0 hasta los 18 años sugerimos soliciten además Solicitan: Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array matricial con ancho de banda de al menos 1.5 a 4.6 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 335 - ITEM 22 Equipo ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Considerando que solicitan un equipo para aplicaciones cardiologicas y pediátricas, Sugerimos incorporen a la solicitud las siguientes aplicaciones: Z-Scores pediátricos Cálculos e identificación automática por Inteligencia Artificial Doppler de las 4 válvulas Análisis de Ventrículo Izquierdo de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de FE del VI en el mismo proceso Análisis de Ventrículo Derecho de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de TAPSE Análisis de Aurícula Izquierda de Strain Longitudinal 2CH y 4CH.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 336 - Item 1 - Equipo de Saturación con Medición de Oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En las especificaciones técnicas correspondientes a este ítem solicitan: Control de luz de fondo y función automática de apagado para ahorro de energía, considerando que no todas las marcas cuentan con esta funcionalidad, solicitamos sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 337 - Item 1 - Equipo de Saturación con Medición de Oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde piden: Pulso: 25 a 250 BMP o mejor, solicitamos se puedan cotizar equipos con pulso: 30 a 300 bmp.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 338 - Item 1 - Equipo de Saturación con Medición de Oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Capacidad de almacenamiento de información: de al menos 270 horas de SpO2 o mejor, como se trata de un equipo pequeño para uso ambulatorio es mejor para la convocante si solicitan tabla de tendencias de 500 juegos, SpO2 y FP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 339 - Item 1 - Equipo de Saturación con Medición de Oximetría

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Capacidad de transferir datos a una PC, mediante software incluido, para revisión e impresión de eventos, solicitamos que esta especificación sea opcional debido a que el equipo es de uso ambulatorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 340 - Item 2 - Retinoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Rotación de franja de 360°, solicitamos se puedan cotizar retinoscopios con rotación de franja de 190°, debido a que esto es suficiente y la rotación de 360° no tiene utilidad práctica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 341 - Item 7 - Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Considerando que la tecnología modular monoparamétrica es obsoleta, solicitamos se puedan cotizar monitores preconfigurados con función de: ECG/Respiración, Presión no invasiva, Saturación de Oxígeno, Temperatura, Pulso, pero que posteriormente se le puedan agregar módulos para ampliar las mediciones sin necesidad de realizar cambios en el software, es decir del tipo plug and play.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 342 - Item 7 - Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En la velocidad de barrido en modo curva fija los valores solicitados son: 3.125, 6.25 y 12,5 mm/s, solicitamos se puedan cotizar equipos con velocidad de barrido de 12,5, 25 y 50 mm/s.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 343 - Item 7 - Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En donde solicitan Monitoreo 0.5 a 30 Hz, solicitamos se puedan cotizar monitores con monitoreo de 0,67 a 40 Hz, considerando que la diferencia no afecta a la performance, ni al desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 344 - Item 7 - Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Considerando que el rango de medición de respiración normal no podría llegar a ser 0, solicitamos se puedan cotizar equipos con rango de respiración de 3 a 150 Resp/min. o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 345 - Item 11 - Máquina de anestesia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En las especificaciones técnicas solicitan que el monitor deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia, no todos los fabricantes de máquinas de anestesia fabrican sus monitores, por lo que este punto es tendencioso y limita la libre participación de oferentes con marcas de máquina de anestesia y monitor distintas pero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 346 - Item 11 - Máquina de anestesia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan: Conexión entre la máquina de anestesia y el monitor de signos vitales para almacenamiento de información, visualización y exportación de información a futuro con sistemas HIS de la Institución, solicitamos que esta exposición sea considerada opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 347 - Item 11 - Máquina de anestesia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la especificación técnica que dice Monitorización de Anestesia Profunda por medio de ondas de EEG. (Entropía), como en diversos monitores las tecnologías son distintas pero llegando al mismo resultado, solicitamos que se solicite de la siguiente manera: Monitorización de Anestesia Profunda por medio de ondas de EEG. (BIS o Entropía).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 348 - Item 11 - Máquina de anestesia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la especificación donde solicitan: Batería de 3 (tres) horas de duración como mínimo, peso máximo de 6 kilos para poder realizar transporte intra hospitalario, para traslado de pacientes graves, con capacidad máxima de monitorización hemodinámica completa, solicitamos se puedan ofertar equipos con batería de de 2,5 horas de duración y con un peso de 8 kg para garantizar la continuidad de la monitorización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 349 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde piden: Análisis de la variación de la frecuencia cardiaca con gráfico de tortas y tendencia, solicitamos que el gráfico de tortas sea considerado opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 350 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan: Ancho de banda: Diagnóstico 0.05 a 150 Hz y Monitor 0.5 a 40Hz, solicitamos se puedan ofertar monitores con ancho de banda diagnóstico de 0.05 a 100 Hz y Monitor de 0.67 a 40 Hz y la velocidad de barrido: 12.5, 25 y 50 mm/s.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 351 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En las especificación que solicita: Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica. Solicitamos que esta especificación sea eliminada debido a que corresponde a un monitor de la marca Edan, limitando la igualdad de oportunidades para los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 352 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Considerando que el rango de medición de respiración normal no podría llegar a ser 0, solicitamos se puedan cotizar equipos con rango de respiración de 3 a 150 Resp/min. o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 353 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la medición de presión no invasiva, solicitan: Repetición del modo automático 1-10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos, solicitamos se puedan ofertar monitores con otros valores de repetición de medición de la PNI, siempre y cuando cuente con este método de medición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 354 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la medición de la presión no invasiva, solicitan Rango de medición de presión: 0 a 300mmHg. Las normas de seguridad no admiten que la medición de presión sea por encima de 270 mmHg por el riesgo de vida del paciente, por tal motivo solicitamos se acepten equipos con rango de medición de presión de 10 a 270 mmHg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 355 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En la medición de la presión no invasiva, donde solicitan: Prueba de fuga y calibración de presión automática, solicitamos se modifique a alarma que indique fuga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 356 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde se pide: Doble protección de seguridad sobrepresión, solicitamos este punto sea eliminado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 357 - Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante abra las especificaciones técnicas del generador ya que la potencia de 55kW con los rangos de 40-140kV solo cumple una marca, de manera de evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas solicitamos que se pueda ofertar equipos cuyos generadores tengan potencia de 50kW o mayor con rangos de 40 kV o menos a 140 kV o mas y con rango 10mA o menos a 630 mA o mas., esto evitará el direccionamiento de las EETT y permitirá una competencia leal. Además, la modificaciones de estos parámetros no afectará el funcionamiento de equipo y tampoco la calidad de los estudios, ni la cantidad de los mismos

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 358 - Ítem 27

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que modifique el rango de tiempo de exposición a 1 ms o menos hasta 6 s o mas, teniendo en cuenta que la mayoría de los exámenes o estudios radiográficos necesitan menos de 100 ms y solo en algunos casos especiales se supera 1 s. Por lo tanto la solicitud de 10 s como limite superior tiene el único propósito de dar una ventaja a alguna marca o empresa, de modo a evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas, solicitamos que el tiempo de exposición sea de 1ms o menos a 6s o mas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 359 - Ítem 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En la medición de temperatura el rango de medición de: 0 a 50 °C es muy amplio, considerando que la temperatura 0 no es compatible con la vida, solicitamos se puedan cotizar equipos con medición de la temperatura de 25 a 45 °C

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 360 - Ítem 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Ancho de impresión: 50mm, sugerimos que este valor pueda variar en + 10 mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 361 - Item 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En donde piden: Interfaz: 2 puertos USB, Lector de tarjeta SD, solicitamos se puedan ofertar monitores con 1 puerto USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 362 - Item 20 - Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos 2 de ellas: Solicitamos se permita cotizar equipos que cuenten con una de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 363 - Item 20 - Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan Pantalla de Tamaño diagonal de 8" o más, solicitamos permitan ofertar electrocardiógrafos con tamaño de pantalla de 7" o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 364 - Item 20 - Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia, considerando que no existen 100 rótulos de arritmias, sugerimos se cambie a software interpretativo con más de 500 interpretaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 365 - Item 20 - Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan impresora Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser, solicitamos que la capacidad de conexión a una impresora externa sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 366 - Item 20 – Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde piden: Papel de 80mm x 20mm de ancho, solicitamos sea cambiado a papel térmico en rollo de tamaño adecuado a la impresora del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 367 - Item 20 – Equipo electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos del paciente, este teclado podrá ser reemplazado por teclado virtual directamente en la pantalla táctil?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 368 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde solicitan: Monitor desfibrilador ECG, DEA. Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP), solicitamos que el accesorios para resucitacion cardiopulmonar sea considerado opcional debido a que el defibrilador se utilizará en un ambiente hospitalario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 369 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En donde dice: Pantalla color 8.4", solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla de 6,5" o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 370 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Función RCP, por favor aclarar si está función se refiere a la ayuda de voz en el modo DEA que guía la usuario en la RCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 371 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Pantalla LCD a colores de 8.4" o mayor, solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla de 6,5" o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.

Consulta 372 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes, solicitamos se acepten equipos con Memoria para almacenar 50 resúmenes de eventos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 373 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde piden: Indicadores LED del estado de la batería y cuando el equipo esté cargando, en el panel frontal del equipo, solicitamos se puedan cotizar equipos con indicadores en pantalla del estado de la batería.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 374 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Con respecto a la especificación: "Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 1 Joules. Límite superior: 360 Joules" nos permitimos señalar que el límite superior para el modo bifásico no puede superar los 200 Joules, ya que la tecnología de onda bifásica envía la energía en dos vías y 360 Joules de energía bifásica pondría en riesgo la vida del paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 375 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En donde dice: Capacidad de autosecuencia de carga: para transportar energías preconfiguradas por el usuario para el 1er, 2do y 3er choques, sin necesidad de alteración manual del selector, solicitamos se elimine esta especificación puesto que en el modo DEA, el desfibrilador realizará una descarga automática sólo si el paciente lo requiere.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. Se aclara; la opción DEA, sería de uso opcional, siendo el cardiodesfibrilador de uso principal, e imprescindible la necesidad de recarga manual del selector.

Consulta 376 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: RCP Para la resucitación cardiopulmonar, consultamos si esto se refiere a la ayuda de voz para las maniobras de RCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 377 - Item 23 – Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Con respecto a la duración de la batería solicitada, sugerimos se reemplace por lo siguiente: 2,5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 de forma continua y PNI cada 15 minutos) seguido de 20 cargas/descargas al nivel máximo de energía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 378 - Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos a la convocante que modifique el rango de mA a 0,6 mA o menos a 400 mA o mas, ya que esta modificación no representa una alteración en el funcionamiento del equipo, y no afecta la calidad y la cantidad de estudios que se puedan realizar. Además, es modificación permitirá que se presente la mayor cantidad de oferentes posibles y evitara que las especificaciones técnicas estén direccionadas para solo ciertas marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 379 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
* Solicitan: "Longitud de la superficie de la mesa de 235cm o más" Solicitamos permitan cotizar equipos con Longitud de la superficie de la mesa de 215cm, de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 380 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
* Solicitan: "Ancho de la superficie de la mesa de 75cm o más" De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Ancho de la superficie de la mesa de al menos 90cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 381 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

* Solicitan: "Altura de la mesa de 80cm o más"
 Sugerimos soliciten Altura de la mesa de 72.5 cm o menos, lo que facilitara que incluso pacientes de baja estatura o en sillas de rueda puedan subir sin dificultad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 382 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

* Solicitan: "Peso 200kg o más"
 De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Capacidad de realizar estudios a pacientes de al menos 295 kg.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 383 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

* Solicitan: Movimiento longitudinal de ± 46 cm o mayor
 De manera a permitir una mayor participación de oferentes. Sugerimos soliciten Movimiento longitudinal de al menos ± 40.5 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 384 - Item 24 – Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Monitor desfibrilador ECG, DEA. Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP), solicitamos que el accesorios para resucitacion cardiopulmonar sea considerado opcional debido a que el defibrilador se utilizará en un ambiente hospitalario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.

Consulta 385 - Item 24 – Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

En donde dice: Pantalla color 8.4", solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla de 6,5" o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 386 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Función RCP, por favor aclarar si esta función se refiere a la ayuda de voz en el modo DEA que guía al usuario en la RCP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 387 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Pantalla LCD a colores de 8.4" o mayor, solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla de 6,5" o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 388 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

* Solicitan: Distancia foco-detector de 115cm o mas
Solicitamos permitan cotizar equipos con: Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 389 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes, solicitamos se acepten equipos con Memoria para almacenar 50 resúmenes de eventos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 390 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde piden: Indicadores LED del estado de la batería y cuando el equipo esté cargando, en el panel frontal del equipo, solicitamos se puedan cotizar equipos con indicadores en pantalla del estado de la batería.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 391 - Item 24 – Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Con respecto a la especificación: "Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 1 Joules. Límite superior: 360 Joules" nos permitimos señalar que el límite superior para el modo bifásico no puede superar los 200 Joules, ya que la tecnología de onda bifásica envía la energía en dos vías y 360 Joules de energía bifásica pondría en riesgo la vida del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 392 - Item 18 - Detector de Vena Infrarrojo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Solicitamos amablemente a la convocante que modifique los precios referenciales es los visualizadores de venas, teniendo en cuenta que ya existe precedente de este tipos de equipos y se pueden tomar como referencias, se puede observar la licitación con ID 357993 - "LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL", en dicha licitación se puede ver que el precio referencial para estos equipos son de 124.000.000 gs., aprox. Aparentemente no se tuvo en cuenta la licitación con ID 357993 para el análisis y fijación de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2021
Adecuarse al SICP, atendiendo el Dictamen DOC N° 177/2020 - Dictamen de precio publicado		

Consulta 393 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
* Solicitan: Movimiento transversal de ± 10 cm o mas Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 394 - Item 24 – Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
En donde dice: Capacidad de autosecuencia de carga: para transportar energías preconfiguradas por el usuario para el 1er, 2do y 3er choques, sin necesidad de alteración manual del selector, solicitamos se elimine esta especificación puesto que en el modo DEA, el desfibrilador realizará una descarga automática sólo si el paciente lo requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.		

Consulta 395 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
* Solicitan: Columna de tubo con desplazamiento horizontal de 138 cm o mejor Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 180cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 396 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Donde dice: RCP Para la resucitación cardiopulmonar, consultamos si esto se refiere a la ayuda de voz para las maniobras de RCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 397 - Item 24 - Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Con respecto a la duración de la batería solicitada, sugerimos se reemplace por lo siguiente: 2,5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 de forma continua y PNI cada 15 minutos) seguido de 20 cargas/descargas al nivel máximo de energía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 398 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
*Solicitan: Columna de tubo con desplazamiento vertical de 150 cm o mejor Sugerimos soliciten Rango de recorrido vertical de 152 cm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 399 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Rotación del tubo en torno al eje vertical ± 90 de $\pm 120^\circ$ o mayor Sugerimos soliciten Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 135^\circ$ o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 400 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Potencia del generador de 55kW o mayor Sugerimos soliciten Potencia del generador de al menos 65kW		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 401 - Item 18 - Detector de Vena Infrarrojo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitamos que la convocante aclare si los equipos deben contar sistemas de manos libres para que pueda ser utilizado por una sola persona, además, sugerimos que los equipos permitan la captura de imágenes para fines de documentación y que las imágenes capturadas puedan ser almacenados en el equipo y se pueda exportar o transferir las imágenes a través de un puerto USB. También solicitamos aclaración de la distancia focal (distancia dispositivo-paciente), así como, también si la misma debe contar con algun modo para neonatos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 21		

Consulta 402 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
*Solicitan: Rango de KV de 40KV o menos a 133KV o más Sugerimos soliciten Rango de KV de al menos 40KV o menos a 150KV o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 403 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Rango de mAs de 1 mAs o menos a 800mAs o más Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 404 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Frecuencia del generador de 100kHz o mayor Sugerimos soliciten Frecuencia del generador de al menos 240 kHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 405 - ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitamos que el rango de KV de 40KV o menos a 140KV o más, ya que permitirá la mayor cantidad de oferentes y no limitara la participación a ciertas marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 406 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Capacidad calórica del ánodo de 230kHU como mínimo Sugerimos soliciten Capacidad calórica del ánodo de al menos 400 kHU		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 407 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: colimador con control manual, luminoso y con Rotación de $\pm 45^\circ$ o mejor Sugerimos soliciten Rotación del colimador de $\pm 180^\circ$ o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 408 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL * Solicitan: Matriz del detector de 3052 x 2540 o superior Solicitamos permitan cotizar equipos con Matriz del detector de 2304 x 2800 o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 409 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: Tamaño de píxel de 139 micras o mejor Solicitamos permitan cotizar equipos con Tamaño de píxel de 150 micras o menor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 410 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
* Solicitan: conversión en señal digital de por lo menos 14 bits. Sugerimos soliciten: conversión en señal digital de por lo menos 16 bits.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 411 - ÍTEM N° 26 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

*Solicitan Conectividad DICOM con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve, DICOM MPPS, DICOM Worklist
 Solicitamos excluir la opción de DICOM MPPS, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 412 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: "Ajuste vertical mínimo de 80cm."
 Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste vertical de 90 cm \pm 2 cm, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 413 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Ítem 36 Lampara scialitica de techo
 Solicitan: "Cabezal con superficie externa lisa."
 Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 414 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: "Fuente de luz:"
 Sugerimos solicitar adicionalmente que el equipo cuente con una fuente de luz ambiental, que facilitará los procedimientos endoscópicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 415 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: "LED blanco de al menos 60 leds."
 Favor especificar si Esta cantidad se refiere a la Cantidad total de focos LED del conjunto Cabezal principal + satélites?, sugerimos soliciten al menos 60 LEDS por cabezal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 416 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: "Tiempo de vida útil de 30.000 horas." Sugerimos soliciten un tiempo de vida útil de al menos 50000 horas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 417 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: "Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin." Esto se refiere a un equipo con Rango de Temperatura de color variable? De ser así: Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color con rango ajustable de 3500 a 5000 Kelvin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 418 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: "Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo." Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 %, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 419 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: "Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o menor a 280 mm o mayor." Sugerimos modificar este requerimiento Por: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, considerando que solicitan una lámpara con Temperatura de Color variable, lo que trabaja a longitudes de onda variables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 420 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: "Profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque." Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de al menos 110 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 421 - Ítem 36 Lampara scialitica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: "Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 3 horas."
 Sugerimos solicitar una duración de la batería a carga completa de al menos 5 horas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 422 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Control de ganancia ajuste de la curva TGC por medio de seis controles independientes. Rango dinámico del sistema mayor a 200 dB.

Sugerimos soliciten al menos: Control de ganancia ajuste de la curva TGC por medio de ocho controles independientes. Rango dinámico del sistema mayor a 260 dB.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

PUNTO 1: AJUSTARSE AL PBC.
 PUNTO 2: ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 423 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Modos Bidimensional con modo M simultáneo.
 Doppler pulsado. Doppler Continuo.
 Power Doppler. Doppler Color
 Imágenes armónicas.
 Modo Virtual o Trapezoidal.
 Duplex y Triplex.

De manera a no incrementar innecesariamente los costos y considerando que no es solicitado el transductor cardiológico, sugerimos modificar el requerimiento Doppler continuo, y sustituirlo por Capacidad de incorporar a futuro Doppler continuo y 4D en tiempo real

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 424 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitan: Con monitor plano touch panel a color de 15 pulgadas o mayor.
 Sugerimos modificar este requerimiento por Monitor de mínimo 15.6" con resolución de 1920x1080 o mayor, de manera a permitir una mayor participación de oferentes,

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 425 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Con 85000 canales de procesamiento digital o mayor Sugerimos soliciten al menos Sistema beamforming digital de más de 223.000 canales, con rango dinámico de al menos 260 dB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 426 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL Solicitan:		
Solicitan: Capacidad de 3 puertos activos para conectar simultáneamente transductores Considerando es un equipo portátil, solicitamos modificar este requerimiento por: 1 Un puerto activo para conexión de transductores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 427 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Almacenamiento interno con capacidad de al menos 180 GB Sugerimos soliciten: Archivo digital de imágenes en disco duro de ESTADO SOLIDO de 256GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 428 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Unidad de almacenamiento por medio de 8 puertos uSB o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Al menos 4 puertos USB formando parte original del equipo (no se aceptan expansores externos)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 429 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Profundidad de imagen de 30 cms o mayor. Sugerimos soliciten al menos 33 cms de profundidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 430 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Con capacidad de manejar frecuencias de 16 MHz o mayor Sugerimos soliciten Con capacidad de manejar frecuencias de 18 MHz o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 431 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Software de imagen compuesta con múltiples ángulos de dirección o líneas de vista o mayor Sugerimos soliciten: Modo B con angulación múltiple de haz de ultrasonido (Spatial Compounding), de al menos 9 ángulos simultáneos,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 432 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Software de Speckle reduction con tres niveles seleccionables por el usuario o mayor Sugerimos soliciten: Modo B con eliminación de Speckle de al menos 8 niveles diferentes en tiempo real, y aplicable a una imagen de archivo (SRI, Xres, o similar),		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 433 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Peso 7.5 kgs o menor Considerando que el equipo debe ser transportado sugerimos soliciten: Peso IGUAL O MENOR a 5 kg incluyendo las baterías		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 434 - ITEM 40 ECOGAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Transductor convexo de 1.4 Mhz a 4.0 MHz, con selección por el usuario de al menos 3 frecuencias de armónicas o mayor, para aplicaciones de abdomen, cardiología, obstetricia y medicina de emergencia. Sugerimos soliciten: Transductor convexo de 2.0 Mhz a 5.0 MHz, con selección por el usuario de al menos 3 frecuencias de armónicas o mayor, para aplicaciones de abdomen, obstetricia, ginecología, pediatria, medicina de emergencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 435 - ITEM 40 ECOGRAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Solicitan: Transductor lineal de 5.0 Mhz o menor a 16.0 MHz, para aplicaciones de partes pequeñas, musculo esquelético y vascular. Solicitamos permitan cotizar Transductor lineal de 4.0 Mhz o menor a 13.0 MHz, para aplicaciones de partes pequeñas, musculo esquelético y vascular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 436 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Donde dice Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo solicitamos permita ofertar Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 5 a 12 MHz. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 437 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 39 EQUIPO ECOGRAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Donde dice: Unidad de almacenamiento por medio de 8 puertos USB o mayor, Solicitamos diga Unidad de almacenamiento por medio de 4 puertos USB o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 438 - ITEM 22 CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Donde dice RCP para la resucitación cardiopulmonar , solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 439 - ITEM 23 CARDIODESFIBRILADOR ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Donde dice RCP para la resucitación cardiopulmonar , solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 440 - ITEM 30 CINTA ERGOMÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos aclarar si la Cinta Ergométrica debe incluir software de análisis de prueba de esfuerzo

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 441 - ITEM 30 CINTA ERGOMÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si es necesario que la caminadora sea controlada por software

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 442 - ITEM 30 CINTA ERGOMÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Programable en cuanto a tipo de entrenamiento solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 443 - ITEM 30 CINTA ERGOMÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: Pantalla donde se visualice velocidad, tiempo de ejercicio, distancia recorrida, calorías quemadas, puldación cardiaca, inclinación de la cinta sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 444 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos durante el periodo de garantía sin costo para el hospital. Se solicita a la Convocante la corrección del ítem ya que el mantenimiento preventivo no requiere de provisión de repuestos, solo en el caso de errores y/o falla de fabrica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 445 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

Plazo de entrega: Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 90 días desde la recepción efectiva de la orden de compra por parte del proveedor, considerando la complejidad del llamado, se presta a confusión ya que en la EETT fija un plazo de entrega para cada ítem y en pliego se refiere a un plazo distinto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 446 - Ítem 9: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

1- Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Se sugiere ampliar el rango desde 400 cm o mas.
 2- Movimientos Angulación vertical de la sección espalda de -10° o menos a + 65° o mas Se solicita a la Convocante que dicha angulación vaya a partir de -45°o menos a +65° o mayor.
 3- Movimientos Angulación vertical de la sección piernas de -90° a + 20° Se solicita a la Convocante que dicha angulación vaya a partir de -90° a 20° o mayor.
 4- Accesorios Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

1- ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.
 2- AJUSTARSE AL PBC.
 3- ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.
 4- AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 447 - Ítem 21: Equipo Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

1- Cantidad: para 70 cirugías o mas. Se refiere a la cantidad de lápices desechables con control de corte y coagulación.
 2- Placa con cable. Cantidad 3 unidades. Se refiere a placas neutras reutilizable de silicona.
 3- Se consulta no se solicitan placas neutras descartables?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 448 - Ítem 36 : Lámpara Cialitica de Techo.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

1- Diámetro de 60cm o mayor?, se refiere a la lámpara principal.
 2- Temperatura de color en rango de 4200 a 6000 grados kelvin. Sugerimos ampliar el rango desde 3800 a 6000 grados kelvin. Para permitir la mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 449 - Ítem 36 : Lámpara Cialitica de Techo.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
1- Diámetro de campo de Luz ajustable de 190 o menor a 280mm o mayor. Se siguiere ampliar el rango 200 o menor a 280 o mayor. 2- Profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque. Se sugiere ampliar el rango desde 70 cm o mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 450 - Ítem 9: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
1- Movimientos Angulación vertical de la sección piernas de -90° a + 20° Se solicita a la Convocante que dicha angulación vaya a partir de -90° a 20° o mayor. 2- Accesorios Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
1- ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021. 2- AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 451 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes similares en EQUIPOS MÉDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2.017-2.018-2.019. Solicitamos respetuosamente a la Convocante incluir el año 2020, tal como lo han hechos varias entidades del estado, a fin de promover una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 452 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
El pliego solicita Normas de Calidad Internacionales FDA / CE / JIS / ISO 13485, según requerimiento de Especificaciones Técnicas. Favor aclarar si es suficiente contar con al menos 1 de estas certificaciones o se debe contar con todas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 453 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
La Torre no contiene Bomba de Agua. Solicitamos saber si esta debe ser incluida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 454 - Item 20 - ECG

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Consultamos amablemente, que puedan ser aceptados Electrocardiógrafos con pantalla no táctil, atendiendo a que la mencionada funcionalidad no compromete al funcionamiento ni a la calidad de los estudios a realizar con el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 455 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
En el Set de Videogastroscopio no se detallan las cantidades. Solicitamos saber si es una unidad o mas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 456 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
La Torre no contiene Bomba de CO2. Solicitamos saber si esta debe ser incluida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 457 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
En el Set de videocolonoscopia no se detallan las cantidades. Solicitamos saber si es una unidad o mas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 458 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
1. DETALLAN EN : Fuente de luz LED Luz fría con tecnología LED Temperatura de color de 6000k o más Solicitamos ampliar los rangos y que esta sea: Fuente de luz LED o XENON DE 300W Luz fría con tecnología LED o XENON Temperatura de color de 6000k o más en caso de ofertar LED , en caso de ofertar XENON con 500 horas de uso y lampara de emergencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 459 - EETT Item 20 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
Consultamos amablemente, puedan ser aceptados equipos con la pantalla 100% táctil y sin teclado qwerty, atendiendo a que todas las funcionalidades del equipo pueden ser comandadas y ordenadas desde la pantalla táctil, así como la escritura de los nombres de los pacientes y toda escritura que se requiera realizar, sin la necesidad de un teclado qwerty. Esto permitirá mayor participación de oferentes en el proceso de selección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.		

Consulta 460 - Item 9 - Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
En el item 9 del punto donde solicitan "Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas"; Solicitamos muy amablemente Incluir también Normas de calidad del MERCOSUR así como Anvisa o algunas de ellas, para dar mayor participación a los oferentes y teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud en sus distintas Instituciones Sanitarias ya cuenta con equipos de este tipo de Normas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 461 - Item 9 - Mesa quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
En el punto donde dice Largo de la mesa: 210 + 10 cm solicitamos la convocante no limitar este item y dejar solo en más o menos de 210 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 462 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 22 en el punto donde dice "Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas"; Recomendamos a la competencia Solicitar al menos Dos certificados de calidad para tener un equipo de alta complejidad garantizada por normas internacionales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 463 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 22 en el punto donde dice "capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB. Memoria CINE de al menos 500 cuadros. Rango dinámico de al menos 280 dB o mejor, (dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables" Solicitamos muy amablemente a la convocante no limitar características exclusivas de general eléctrica y permita a oferentes a cotizar equipos de 160dB en rango dinámico, y los puertos de conexión que pueda ser a partir de uno y opcional en el carro de transporte, a manera de permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 464 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 22 en el punto donde solicitan "Al menos tres puertos USB."; Solicitamos muy amablemente a la convocante permitir cotizar de 2 puertos o más de esta forma se abrirá mas las especificaciones y no limitara a un solo participante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 465 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 22 de Ecocardio del punto donde dice " Elastografia"; Solicitamos muy amablemente eliminar este punto debido a que no aporta funcionalidad alguna para este tipo de configuración cardiaca aparte de encarecer el equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 466 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En item 22 en los modos donde solicitan" Modo B+Color+CW/PW/Harmónica."; Solicitamos a la competencia que este modo lo deje en opcional ya que es exclusivo de General Electric. O bien lo aclare ya que más arriba ya solicitan modo triplex en tiempo real.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 467 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el item 22 de ecocardio del punto donde dice, Imagen trapezoidal; Solicitamos eliminar o poner como opcional este item, debido que solo se utiliza con transductores lineales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 468 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el item 22 del Ecocardiografo en El punto donde Dice; Función 4 D Magnificación de imágenes pueda quedar en Opcional de permitir 4D y 3D con transductores transefagico de esta manera posibilitara a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 469 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el Item 22 de equipo Ecocardio en el punto donde dice "Transductor Convexo con ancho de banda de 2 a 6,8 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo" Solicitamos muy amablemente a la convocante eliminar este transductor ya que se solicita solo configuración cardiaca. y este transductor es para aplicaciones abdominales, o en reemplazarlo por transductor sectorial de 2 a 4 MHz para aplicaciones cardiacas en adultos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 470 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el item 22 de ecocardio en el punto donde dice" Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array pediátrico con ancho de banda de 2 a 9 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo, Solicitamos a la convocante poder cambiar el rango de frecuencia debido a que este rango es exclusivo de General Electric y pueda que da de 3,5 a 8 MHz, permitiendo así la libre competitividad entre marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 471 - Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 27 de Esterilizador Plasma en el punto donde dice tamaño de cámara solicitamos a la convocante que este ítem pueda quedar de la siguiente manera "Tamaño de la cámara de 60 litros o mayor" De esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes y no limitara solo a un oferente. que sería Tuttnauer.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 21/2021.

Consulta 472 - Item 28

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 28 donde se solicita Equipo de Oxido Etileno; recomendamos a la convocante poder cambiar esta clase de equipo desfazado y solicitar Esterilizador con Formaldehido por la siguientes razones de ventajas que obtendría al solicitar el equipo de formaldehido; Disponibilidad de dos ciclos (3 y 5 horas) para el

- Amplia compatibilidad con materiales
- Sencilla operatividad y monitorización.
- Fácil instalación.

En cambio el tipo de esterilizador de Oxido etileno; Requiere aireación.

- Cámara de pequeño volumen.
- Toxicidad del OE.
- Requiere control de residuos en los materiales.
- Necesidad de catalizador que regule las emisiones y convierta al
- No se reduce mucho el tiempo de procesado y aireación con respecto a los autoclaves con OE mezcla.
- Almacenamiento de los cartuchos en una cabina de líquidos inflamables. Y por su alto grado de toxicidad recomendamos cambiar el ítem por equipo con Formaldehido a baja temperatura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N°21/2021.

Consulta 473 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

En las especificaciones del detector solicitan "Detector inalámbrico" y en el punto final "Longitud del cable de 7 m o más" Solicitamos a la convocante aclarar si se debe cotizar un detector plano inalámbrico o con cable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-

Consulta 474 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del Bucky mural solicitan "Imágenes digitales DR", favor aclarar si requieren un detector independiente para el bucky mural, y sus especificaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-

Consulta 475 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Favor aclarar si se debe cotizar un equipo de rayos x con un detector o dos detectores, y si los mismos deberán ser inalámbricos o con conexión con cable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 476 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Solicitan “Que el generador se encuentre integrado a la mesa del paciente”. Solicitamos eliminar este requerimiento, considerando que los equipos con generador integrado a la mesa tienen generalmente prestaciones de desplazamiento de columna y tubo limitados, y son de menor potencia que lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 477 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En las especificaciones técnicas de la mesa de rayos x fijo, solicitan “Pese 250 Kg o más” solicitamos aclarar a que se refiere el peso solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 478 - ITEM N° 25 – EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En las especificaciones técnicas de la mesa solicitan Peso de 250 Kg. o más, solicitamos permitir cotizar equipos con mesas de rayos que soporten pacientes de hasta 200 kg o más, considerando que la población paraguaya es de talla normal a grande y no de grande a extra grande como sería en los países anglosajones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 479 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde piden Dos puntos focales de 0,6m mm / 1,2 mm solicitamos a la convocante permitir ofertar tubos de rayos x con puntos focales de 0,7 mm y 1,3 mm o menor teniendo en cuenta que este pequeño aumento no tendrá incidencia significativa en la calidad de imágenes y con esto se permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes garantizando así la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 480 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan "Brazo porta-tubo con movimiento telescópico o contrabalanceado o movimientos articulados, con altura máxima de foco de por lo menos 205cm. Rotación del tubo o soporte del tubo de +90° y -90° o mayor" . Solicitamos permitan cotizar equipos cuya altura máxima del foco sea de 202cm o mayor, considerando que esta pequeña reducción de la altura de foco no afectará al desempeño del equipo y permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 481 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan tiempo máximo de exposición de 3,5 seg. Solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de tiempo máximo de exposición considerando que equipos móviles o portátiles carecen de indicadores de tiempo de disparo y que el mismo es una consecuencia del valor de mAs elegido y la corriente máxima que dependerá de los kV seleccionados, es decir el tiempo de exposición es un valor que no es ajustado por el técnico radiólogo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 482 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan tiempo máximo de exposición de 3,5 seg. Solicitamos a la convocante eliminar ya que al carecer de indicador de tiempo de disparo en el equipo, este será un parámetro difícil verificar y generalmente no es especificado por los fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 483 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan tiempo de carga de baterías de 2 horas o menor solicitamos a la convocante permitir cotizar detectores con baterías que requieren un tiempo de carga de 3 horas o menor, considerando que solicitan la provisión de 3 baterías por lo que quedarse fuera de servicio por falta de batería es muy difícil y con esto estarían permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 484 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el Comando donde solicitan "Rango mAs de 0,1 a 500 mAs, Solicitamos amablemente a la convocante reducir este rango a 320 mAs, pues en equipos rodantes como el solicitado, este valor tan elevado lo volvería pesado y difícil de manejar, además hay que considerar que con el valor de 320 mAs se cubren todos los requerimientos de la practica diarias en los servicios de urgencia e internación, que serán los destinos del equipo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 485 - Item 26 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el Generador donde solicitan "Potencia: 50Kw", Solicitamos amablemente a la convocante reducir este valor a 32 Kw, considerando que el valor solicitado corresponde a equipos fijos, y que este trasladado a equipos rodantes los vuelve pesados y difícil de manejar, además hay que considerar que con el valor de 32 Kw se cubren todos los requerimientos de la práctica diarias en los servicios de urgencia e internación, que serán los destinos del equipo solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 486 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el apartado "Mesa" se solicita una longitud "de 210 cm o mayor", se sugiere ampliarlo a 220 cm o superior, de manera a garantizar movimientos y reposicionamiento del paciente sin ningún tipo de restricciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 487 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el apartado "Mesa" se solicita un peso máximo de 250kg. Se recomienda elevar el parámetro a por lo menos 280 kg, ya que en ocasiones se reciben pacientes obesos y, sumando el peso de los técnicos, que en oportunidades deben apoyarse en la mesa.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 488 - Ítem N° 48 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Solicitamos excluir la necesidad de contar con Certificados de Calidad para este ítem, considerando que existen fabricaciones nacionales del mismo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 489 - Ítem N° 46 Camilla de Transporte

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: 1- Ancho: 62cm o más 2- Longitud total: 210cm o menos 3- Trendelemburg de 12° como mínimo. 4- Sección espalda o fowler que cubra el rabgo de 0 - 65° como mínimo 5- Altura máxima: 88cm o más 6- Altura mínima: 70cm o menos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EE.TT, de la ADENDA N° 21, a los puntos 1,2,3,4,5 y para el punto 6, considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 490 - Ítem N° 35 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: 1- Normas de calidad específica: FDA, CE, JIS o Normas del Mercosur, al menos alguna de ellas. 2- LED blanco de al menos 50 leds. Cada cabezal 3- Temperatura de color en el rango de 4000 a 6000 grados Kelvin?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 491 - Ítem N° 23 Equipo Cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico Límite superior: 200 Joules o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 492 - Ítem N° 22 Equipo Cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico Límite superior: 200 Joules o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 493 - Ítem N° 20 Equipo Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: Pinza bipolar recta de 190 a 220mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 494 - Ítem N° 14 Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: 1- Deberá contar con manija o ranura para transporte integrada al monitor 2- Frecuencia de pulso de 25 a 300lpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 495 - Ítem N° 9 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: 1- Normas de calidad específica: FDA, CE, JIS o Normas del Mercosur, al menos alguna de ellas. 2- Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 35cm en total (+/-1cm)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 496 - Ítem N° 7 Monitor Multiparamétrico Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar: 1- Ancho de banda: Monitoreo: 0.5 a 40Hz Diagnóstico: 0.05 a 150Hz 2- Batería recargable con duración de 2 horas de uso continuo como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 497 - Ítem 4 Resectoscopio con histeroscopia fino

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
¿Se podría cotizar 1x Cabezal de cámara de 1 chip, sumergible, esterilizable por gas. Con objetivo zoom parfocal integrado f= 16 - 50mm (2x) o distancia focal f= 19mm, 2 teclas de cabezal programables, como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 498 - Item 21 / Eco cardiógrafo EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar si se solicita un equipo portátil como se pide en el título o uno modular huella pequeña como pide la descripción, cabe destacar que el precio de referencia estaría en el rango de equipos modulares los cuales entregan una mejor calidad de imagen que los portátiles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el equipo requerido es un ECOCARDIOGRAFO MODULAR.-

Consulta 499 - Item 21 / Eco cardiógrafo EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar el punto "Pantalla: Monitor color TFT de al menos 15 pulgadas medida diagonalmente" a "Monitor color touch LED de alta resolución de al menos 15 pulgadas medida diagonalmente " esto debido a que las pantallas LED permiten una mejor visualización de la imagen obtenida

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-

Consulta 500 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

En el apartado de generador se solicita un rango de KV de 50 o mayor a 150KV o mayor, sin embargo, es casi un estándar del mercado que los equipos ofrezcan un rango de KV que va desde 40kV a 150 kV. Solicitamos modificar lo requerido a "Rango de KV de 50 o menor a 150KV o mayor"

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-

Consulta 501 - Item 21 / Eco cardiógrafo EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 320 GB", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Capacidad de almacenamiento en unidades de estado solido (SSD) de al menos 180 GB", considerando que dicha característica no es fundamental para el normal funcionamiento del equipo y varía en cada modelo y fabricante de equipos, por lo que no afectará el buen desempeño del mismo. Además las SSD son de una tecnología superior a HDD

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-

Consulta 502 - 7. CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta
	20-07-2021
<p>El PBC establece: "Capacidad Financiera Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 2017-2018-2019. Contribuyente de IRACIS. Últimos años (2017-2018-2019)</p> <p>a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos 3 años</p> <p>b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años</p> <p>c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo"</p> <p>Solicitamos la aclaración con respecto a los años sobre las cuales se analizaran la capacidad financiera. Sugerimos que los años sean 2018-2019-2020.y modificar nombre de la obligación tributaria a IRE. Quedando la redacción por lo tanto de la siguiente manera</p> <p>7. Capacidad Financiera Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 2018-2019-2020. Contribuyente de IRE. Últimos años (2018-2019-2020)</p> <p>a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos 3 años</p> <p>b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años</p> <p>c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-	

Consulta 503 - Item 21 / Eco cardiógrafo EETTS

Consulta	Fecha de Consulta
	20-07-2021
<p>Solicitamos a la convocante cambiar donde dice "Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array neonatal con ancho de banda de 4 a 12MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo" a "Transductor para aplicaciones cardiológicas phased array adultos con ancho de banda de 1 - 4.4MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo" esto debido a que el transductor pediátrico solicitado en el punto anterior también puede utilizarse para pacientes neonatales y no se esta solicitando transductor para adultos</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-	

Consulta 504 - Ítem 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita una potencia de 50kW para el generador. Se sugiere elevar el valor a al menos 55kW para obtener equipos de mayores capacidades y prestaciones, atendiendo al alto volumen de pacientes y diversidad de estudios realizados en el Hospital Nacional de Itauguá.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-

Consulta 505 - Ítem 39 / Ecógrafo general EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice "Rango dinámico del sistema mayor a 260dB" Solicitamos a la convocante dejar este punto en "Rango dinámico del sistema mayor a 200dB" como lo estaba antes de la adenda ya que que dicha característica no es fundamental para el normal funcionamiento del equipo y varía en cada modelo y fabricante de equipos, por lo que no afectará el buen desempeño del mismo y no eleva la calidad de equipos, este cambio solamente sirve para restringir la cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-

Consulta 506 - 9. Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

9.1. Solicitamos a la Convocante actualizar y adicionar los siguientes documentos exigidos en esta sección del PBC: 1- Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. 2- Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-

Consulta 507 - Ítem 39 / Ecógrafo general EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice "Transductor lineal de 5.0 MHz o menor de 16.0 MHz o mayor", solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con "Transductor lineal de 3.5 MHz o menor de 13.0 MHz o mayor, con profundidad máxima de 10cm", por considerar que éste nos brindará un mayor margen de trabajo para las aplicaciones solicitadas y considerando que una mayor frecuencia no significa mayor profundidad de imagen.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-

Consulta 508 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el apartado "Tubo de Rayos X" donde se solicita "colimador manual", se sugiere modificar el parámetro a "colimador automático". Esto permitiría dar mayor agilidad y precisión en los procesos, maximizando la eficiencia en el servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 509 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Se solicita un detector de tamaño de 35.3 cm x 42.4 cm. Se recomienda solicitar un tamaño de 42 cm x 42 cm, presente en la mayoría de las casas comerciales del mercado, de manera a tener mayor campo de exploración disponible para la realización de estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 510 - 9. Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos en esta sección del PBC: • Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 511 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En cuanto a los parámetros de resolución del detector, se sugiere solicitar una matriz de 3050 x 3050 y un tamaño de píxel máximo de 140 micras, a fin de garantizar una buena calidad de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 512 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Se solicita un cable de 7 metros para el detector. Sugerimos eliminar la especificación ya que se requiere un detector inalámbrico, por lo que determinar una longitud de cable no resulta coherente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 513 - Item 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Con respecto al bucky mural, en el rango de movimiento vertical se solicita 150 cm o mayor. Se solicita se pueda modificar a 145 cm o mayor, ya que este último es un valor estándar de varios equipos del mercado. La modificación solicitada es mínima, y no afectará al flujo de trabajo dentro del servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 514 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: GENERADOR Y TUBO Donde se solicita 50kW o superior, se sugiere reducir el valor a al menos 35kW, ya que con este valor se pueden alcanzar entregas de corriente suficientes para los procedimientos habitualmente realizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 515 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: GENERADOR Y TUBO Se solicitan 2 focos de 0.6mm y 1.2mm para el equipo. Se consulta la viabilidad de presentar equipos de un solo foco de 0.8 mm, ya que se considera viable desarrollar procedimientos con esta configuración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 516 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: GENERADOR Y TUBO Se solicita 300 kHU como capacidad calórica del ánodo. Se consulta si fuere viable presentar un equipo de 122 kHU, ya que, para los estudios habitualmente realizados, este valor es suficiente para las prestaciones del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 517 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: COMANDOS Se solicita un área activa del detector de 35 cm x 43 cm. Se sugiere asignar valores de 34 cm x 42 cm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 518 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: COMANDOS Se solicita un valor de 140 micras o menor. Se sugiere asignar un valor de 150 micras o menor, ya que en la mayoría de los equipos del mercado se encuentran en este rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 519 - ITEM N°26 – Equipos de Rayos X Digital Portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
APARTADO: OTROS ACCESORIOS Se solicita sistema de frenado eléctrico. Se sugiere asignar el valor "sistema de frenado eléctrico o mecánico". De esta manera el equipo podría moverse en caso de quedar sin energía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 520 - Ítem 39 / Ecógrafo general EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Solicitamos a la convocante en donde piden "Transductores electrónicos multifrecuencia o banda ancha", agregar "Transductor Endocavitario, con rango de Frecuencias: 4MHz a 9 MHz. Campo de visión de al menos 131 °. Profundidad: 140mm . Cantidad: al menos 1(uno) por equipo", ya que este transductor es necesario para los exámenes de ginecología y obstetricia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 521 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan Certificado de Calidad Internacional, FDA, CE o JIS, solicitamos se aclare suficientemente que los mismos deberán estar vigentes al momento de apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar las EETT, de la ADENDA N° 26.-		

Consulta 522 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan Movimiento de trendelemburg directo e inverso, solicitamos permitan un movimiento manual con por lo menos 5 posiciones, de manera a dar mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 523 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
donde se solicita: "visualización de parámetros y luego agrega, visualización en pantalla de temperatura prefijada" Favor a que tipo de pantalla refiere la especificación en cuanto a medida y tipo". No resulta clara la especificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se mantienen los términos establecidos en la ADENDA 21.		

Consulta 524 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Recomendamos la Función madre canguro, entre las especificaciones del equipo, muy utilizado por los profesionales médicos y disponibles en varias marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOVANTE: Se mantienen los términos establecidos en la ADENDA 21.		

Consulta 525 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Recomendamos incluir como especificación tecnica que el equipo cuente con RELOJ DE APGAR, muy utilizado por los profesionales médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el Reloj de APGAR incorporado.		

Consulta 526 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan "Ajuste de altura electrico" solicitamos considerando el precio referencial muy bajo para este item, que la misma sea OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 527 - ITEM 24 - EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan: báscula integrada o interconstruida, donde refiere "despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante". Favor aclarar a que refiere específicamente la especificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que la balanza debe ser integrada a la servocuna y perita una calibración periódica.		

Consulta 528 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En Adenda 21 se detalla en el punto 3. VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO: 3.2 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica o similar, según tecnología del fabricante. Solicitamos a la convocante ampliar las opciones para poder ofertar mejores tecnologías y que este sea : 3.2 CCD o CMOS de alta resolución y con cromoscopia electrónica o similar, según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 529 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En adenda 21 se detalla en el punto 4. VIDEOCOLONOSCOPIO : 4.2 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica o similar, según tecnología del fabricante. Solicitamos a la convocante ampliar las opciones para poder ofertar mejores tecnologías y que este sea : 4.2 CCD o CMOS de alta resolución y con cromoscopia electrónica o similar, según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 530 - ITEM 13 EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En adenda 21 se detalla en el punto 11 VIDEODUODENOSCOPIO . 11.3 Campo de Visión : 100° o mayor (visión LATERAL) . Solicitamos a la convocante ampliar las opciones para poder ofertar mejores tecnologías y que este sea : 11.3 Campo de Visión : 98° o mayor (visión LATERAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 531 - Item 9 - Mesa de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el punto donde se pide: "Superficie radio transparente, de fibra de carbono." Se pide a la convocante tener en cuenta que las superficies radiotransparentes no necesariamente deben ser de fibra de carbono. Además, que la superficie sea de fibra de carbono eleva mucho más el costo de adquisición del equipo y se deberá elevar el precio referencial para poder adquirir una mesa con estas características, por lo que sugerimos que este punto quede de la siguiente manera: "Superficie radiotransparente"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 532 - Item 9 - Mesa de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el punto donde se pide: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 35 cm en total." Se pide a la convocante que considere a las mesas las cuales normalmente tienen desplazamiento longitudinal de 30cm en total. Se solicita modificar este punto, con el fin de permitir mayor cantidad de participantes, a: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm en total." Lo cual asegura un espacio suficiente para la utilización del arco en C durante procedimientos quirúrgicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 533 - Item 9 - Mesa de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el punto donde dice: "Carro porta accesorios (: unidad" Se pide a la convocante especificar la cantidad exacta de este accesorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 534 - Item 7 - Monitor multiparametrico Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan "Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales". Solicitamos modificar este punto por "Construcción con sistema modular o preconfigurado". De manera a permitir un mayor número de oferentes debido a que dependiendo de la tecnología de los fabricantes existen equipos preconfigurados que cumplen con todos los parámetros solicitados para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 535 - Item 7 - Monitor multiparametrico Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none">En las Especificaciones Técnicas solicitan "Monitor Modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo". Solicitamos modificar este punto por "Monitor Modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo". Ya que una diferencia de 3 pulgadas no implica una mejor funcionalidad del equipo, además tanto el hospital como otros hospitales referentes del Sistema de Salud cuentan con equipos de 12" pulgadas que son capaces de monitorizar y mostrar todos los parámetros solicitados para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 536 - Item 7 – Monitor multiparametrico Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones”. Existe una contradicción con un punto anterior donde solicitan “ECG, que permita el despliegue de al menos dos curvas a elegir de 7 derivaciones” por lo cual solicitamos que modifiquen el punto en cuestión a “Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones”. De manera a permitir un mayor número de oferentes. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 537 - Item 11 – Máquina de Anestesia de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Rangos de Medición de CO2: de 0 a 76 cmHg o mejor”. Solicitamos modificar este punto por “Rangos de Medición de CO2: de 0 a 102 mmHg o mejor”. De manera a permitir un mayor número de oferentes a que la unidad de medida estándar para el CO2 es mmHg, kPa o Vol. %, además el rango límite sugerido va acorde a las mediciones disponibles en los equipos de alta complejidad. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 538 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Pantalla Color LCD de 15 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o más”. Solicitamos modificar este punto por “Pantalla Color LCD de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o más”. Ya que una diferencia de 3 pulgadas no implica una mejor funcionalidad del equipo, además tanto el hospital como otros hospitales referentes del Sistema de Salud cuentan con equipos de 12” pulgadas que son capaces de monitorizar y mostrar todos los parámetros solicitados para este ítem. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 539 - Item 14 – Monitor multiparamétrico para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Posibilidad de análisis de hasta 8 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica”. Solicitamos modificar este punto por “Posibilidad de análisis de hasta 7 derivaciones”. Ya que en un punto anterior de este mismo ítem solicitan “Visualización simultánea de 7 formas de onda de ECG”, por lo cual existe una incongruencia en ambos puntos solicitados. La modificación sugerida se ajusta a las tecnologías disponibles en el mercado y con las cuales el hospital ya cuenta. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 540 - Item 35 – Lámpara Cialitica de Techo

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Batería interna con indicador de la carga y autonomía con carga del 100%, de al menos 3 horas”. Solicitamos modificar este punto por “Batería con autonomía con carga del 100%, de al menos 3 horas”. De manera a poder cotizar equipos de excelente prestaciones y calidad con baterías externas de manera a cumplir con la cantidad de horas solicitadas. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 541 - Item 35 – Lámpara Cialitica de Techo

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “Con indicador de la carga de las aterías en el panel de control”. Solicitamos modificar este punto por Opcional. De manera a poder cotizar equipos de excelente prestaciones y calidad con baterías externas de manera a cumplir con las demás especificaciones solicitadas. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la respuesta de la consulta N° 540 de la ADENDA N° 26.		

Consulta 542 - Item 41 – Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<ul style="list-style-type: none"> En las Especificaciones Técnicas solicitan “El equipo deberá poseer la capacidad de soportar librería de drogas de por lo menos 600 medicamentos con la configuración de valores límites de dosis específicas de acuerdo con el tipo de droga”. Solicitamos modificar este punto por “El equipo deberá poseer la capacidad de soportar librería de drogas de por lo menos 100 medicamentos o más”. De manera a dar lugar a un mayor número de oferentes, siendo este punto la única limitante para la participación. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 543 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Las EETT solicitadas en este ITEM, están direccionadas a la marca FUJINON, representada en PARAGUAY por la empresa SALUMAX S.A., están descriptas para el modelo de procesador EPX 3500, con Endoscopios de la serie 600, las características solicitadas corresponden a la fuente de luz modelo XL-4450, todos los componentes de este sistema de endoscopia, tanto el procesador, la fuente de luz y los endoscopios, corresponden a la marca Fujinon con sus modelos citados más arriba, modelos ya viejos, con más de 10 años en el mercado, incluso en muchos países ya están discontinuados, por lo tanto ya en poco tiempo no tendrá siquiera respuestas disponible, por favor modificar las EETT de todo el sistema, para tecnologías actualizadas, y no dirigidas a una sola marca y empresa, como último mencionar que en el ITEM 13, en el punto 7 "Electrobisturí bipolar" se menciona incluso el modelo del equipo, dice: "SEG 100+", que es un modelo de la marca DELTRONIX, que también es representado en Paraguay por la empresa SALUMAX, por lo tanto:</p> <p>SOLICITAMOS: Amablemente a la convocante, abrir las EETT, a todos los potenciales oferentes y no dirigir la convocatoria a la firma SALUMAX, evitando así posibles protestas innecesarias contra el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 544 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Punto 1.9 FUNCION MAGNIFICACION ELECTRONICA		
CONSULTA: Se puede considerar esto, como un punto opcional, ya que la magnificación electrónica no es usada en endoscopia, en endoscopia si es utilizado la magnificación óptica, pero esto depende de un conjunto de factores, y debe ser en conjunto con otros equipos compatibles, además solo dirige las EETT al procesador modelo EPX 3500 de fujinon, representado en Paraguay por Salumax		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 545 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 2.2 LAMPARA DE EMERGENCIA PUEDE SER DE ENTRE 35 a 75 WATTS HALOGENA, PARA EL CASO DE OFERTAR XENON.		
CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CON TECNOLOGIA LED de 5 WATTS, QUE ES EQUIVALENTE Y SUPERIOR A 75 WATTS HALOGENA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 546 - item

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el item 3 Videogastroscopio adulto, se solicitan 2 videogastroscopios adultos, sin embargo el precio de referencia es muy bajo, se podría considerar, ofertar un solo equipo (1 gastroscopio adulto en vez de 2 solicitados) tal como estaba en el PBC original y que fue modificado en la adenda N° 21, de modo a poder ofertar endoscopios con mayor tecnología, y no equipos obsoletos como los solicitados, como ejemplo se solicita procesador HD, pero solo endoscopios con definición estándar y equipos viejos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 547 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el item 3 Videogastroscopio adulto, se solicitan 2 videogastroscopios adultos, sin embargo el precio de referencia es muy bajo, se podría considerar, ofertar un solo equipo (1 gastroscopio adulto en vez de 2 solicitados) tal como estaba en el PBC original y que fue modificado en la adenda N° 21, de modo a poder ofertar endoscopios con mayor tecnología, y no equipos obsoletos como los solicitados, como ejemplo se solicita procesador HD, pero solo endoscopios con definición estándar y equipos viejos, se debería solicitar endoscopios con tecnología HD como mínimo, ya que el título del ITEM es "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD" y no coincide con las EETT solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 548 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 3.2 CCD de alta resolución y con CROMOENDOSCOPIA ELECTRONICA O SIMILAR, según tecnología del fabricante CONSULTA: EL título del ITEM dice: "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD" sin embargo se solicita un equipo con CCD de alta resolución, esto contradice totalmente el título del item, convirtiendo esto en un videogastroscopio de baja complejidad y que no es "ALTA DEFINICION", se SOLICITA MODIFICAR A CCD o CMOS de alta definición con cromoendoscopia electrónica u óptica o similar, para que sea un equipo de alta complejidad, como se solicita en el título del llamado y así dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 549 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 4.2 CCD de alta resolución y con CROMOENDOSCOPIA ELECTRONICA O SIMILAR, según tecnología del fabricante CONSULTA: EL título del ITEM dice: "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD" sin embargo se solicita un equipo con CCD de alta resolución, esto contradice totalmente el título del item, convirtiendo esto en un videocolonoscopio de baja complejidad y que no es "ALTA DEFINICION", se SOLICITA MODIFICAR A CCD o CMOS de alta definición con cromoendoscopia electrónica u óptica o similar, para que sea un equipo de alta complejidad, como se solicita en el título del llamado y así dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 550 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 4.4 Profundidad de campo de 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor) CONSULTA: Se pueden ofertar equipos con profundidad de campo de 4 mm (o menor) a 100 mm (o mayor) permitiendo así una mayor cantidad de posibles oferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 551 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: 4.5 TUBO DE INSERCIÓN Y EXTREMO DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR ENTRE 12 a 13 mm CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar, con TUBO DE INSERCIÓN Y EXTREMO DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR ENTRE 11,6 mm A 13,2 mm. Permitiendo así la participación a otros posibles oferentes y no dirigiendo las EETT a una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.-		

Consulta 552 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
PUNTO 3: VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO, ¿Debe tener canal de irrigación auxiliar? NO se observa en las EETT solicitadas, y esto es algo básico para los sistemas de Endoscopia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 553 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
PUNTO 4: VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO, ¿Debe tener canal de irrigación auxiliar? No se observan en las EETT solicitadas, y esto es algo básico para los sistemas de Endoscopia, para le correcto procedimiento endoscópico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 554 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 4.8 LONGITUD TOTAL DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 1.900 y 2.005 mm, SOLICITAMOS amablemente a la convocante, poder ofertar con LONGITUD TOTAL DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 1850 y 2010 mm, de modo a ampliar los rangos y de esta manera dar mayor participación a posibles oferentes, y no dirigiendo las EETT a una sola marca y equipo del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 555 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Punto 7 Electrobisturi Bipolar, modelo ofertado SEG 100+ CONSULTA: Esto evidencia que la convocante dirige las EETT hacia una empresa, dejando fuera a cualquier otro posible oferente, ya que el electrobisturi, modelo SEG 100+, es de la marca DELTRONIX, que es representada en Paraguay por la firma SALUMAX S.A, la misma empresa que representa la marca FUJINON, esto va en contra de todos los principios de igualdad y libre competencia que pregona la ley de contrataciones públicas, solicitamos modificar las EETT y ampliar los rangos, de modo a dar mayor participación a posibles oferentes, y no dirigir las EETT a una sola marca y empresa, así evitar posibles protestas contra el PBC totalmente innecesarias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 556 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: Punto 7.11 Potencia máxima de coagulación monopolar 60 Watts o mayor</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente a la convocante, que la potencia mínima solicitada de coagulación monopolar sea de al menos 100 Watts, todos lo fabricantes de electrobisturi para Endoscopia fabrican cpn potencia de al menos 100 watts en coagulación monopolar, ya que si es de menor potencia, hay instrumentales que no pueden ser utilizados o técnicas que no pueden ser utilizadas por los médicos, tener en cuenta que se solicita un equipo de ALTA COMPLEJIDAD, como dice el título del llamado, esta característica, solo beneficia al generador de la marca DELTRONIX, modelo SEG 100+, representado por SALUMAX en Paraguay, que no es un generador ideal para uso en endoscopia, pero las EETT están dirigidas a esa marca y modelo. Por favor, modificar y ampliar las EETT solicitadas, a equipos diseñados y fabricados para uso en Endoscopia Digestiva de Alta Complejidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 557 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: Punto 7 Electro bisturi Ofertado Modelo SEG 100+</p> <p>CONSULTA: AL convocante está adquiriendo un sistema de endoscopia o una torre de endoscopia de "ALTA COMPLEJIDAD" como dice el título del llamado, sin embargo no se observan en las EETT, características básicas para electrobisturi de alta complejidad para uso en Endoscopia</p> <p>CONSULTAS: El electrobisturi ¿Debe tener un software especial para Papilotomia? Debería incluir ya que están solicitando un duodenoscopio para hacer papilotomia. El electrobisturi ¿Debe tener un software especial para Polipectomia? Debería incluir ya que están solicitando un videocolonoscopio para hacer polipectomias. El electrobisturi ¿Debe tener compatibilidad con gas argón? Debería incluir ya que el uso de gas argón es muy recomendado y utilizado en endoscopia para detener y coagular sangrados superficiales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 558 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: Punto 7 Electro bisturi Ofertado Modelo SEG 100+</p> <p>CONSULTA: ¿El equipo deberá tener un carro porta electrobisturi - original del fabricante? Ya que no se observa donde deberá ir montado el electrobisturi</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 559 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Punto 7 Electrobisturi Ofertado Modelo SEG 100+ CONSULTA: ¿Se puede ofertar otro modelo que no sea SEG 100+? O la convocante pretende realizar una compra directa y dirigida a la marca DELTRONIX, representada por SALUMAX?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 560 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Adenda 21, Punto 12 - INSUMOS PARA INCLUIR PARA CPRE CONSULTAS: Las características técnicas solicitadas, desde el punto 12.1 hasta el punto 12.14. son descripciones técnicas de los accesorios de la marca Wilson Cook, que es representada en PARAGUAY por un empresa, dirigiendo las EETT de los insumos para CPRE, para esa marca y empresa, por lo tanto: SOLICITAMOS a la convocante, Eliminar los insumos solicitados, o bien modificar y abrir las EETT para que otras marcas también puedan participar y ofertar sus productos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 561 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: 11.10 Angulación hacia la derecha 110° o mayor CONSULTA: Se solicita, amablemente a la convocante, ampliar el rango y poder ofertar equipos con angulación hacia la derecha de 105° o mayor, esto no interfiere en absoluto en las prestaciones técnicas del equipo y permitirá una mayor cantidad de posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 562 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde dice: "Incluir adaptador para sistema de cal descartable de 1 kilo", solicitamos que esta característica de la marca Drager, modelo Primus, sea opcional, ya que solo lo cuenta esa marca con único distribuidor Casa Boller		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 563 - Item 15- Maquina Generador de Alto Flujo- Adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan Generador de alto flujo y Cpap, funcional para generar oxigenación de alto flujo con canula nasal y para CPAP con mascarilla adecuadas según el tamaño de paciente , con oxigenación desde el 21% hasta el 100%; Solicitamos que el equipo sea opcional la opción de CPAP, esta opción se debe a que los equipos que están solicitan solo una sola empresa puede cumplir con dicha solicitud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 564 - Item 15- Maquina Generador de Alto Flujo- Adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan dispositivo con capacidad de suministrar terapia de Alto Flujo y Cpap Solicitamos que el equipo sea opcional la opción de CPAP, esta solicitud se debe a que los equipos que están solicitando, solo una sola empresa puede cumplir con dicha solicitud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 565 - Item 15- Maquina Generador de Alto Flujo- Adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan Velocidad de Flujo ajustable hasta 140 litros/minuto(CPAP) y Alta flujo nasal hasta 60 litros / minutos; Solicitamos que el equipo sea opcional la opción de CPAP, esta opción se debe a que los equipos que están solicitando solo una sola empresa puede cumplir con dicha solicitud y contradice lo que la ley de Contrataciones estable libre competencia e igualdad de oportunidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 566 - ITEM 25 EQUIPO DE SERVOCUNA COM LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan Medidas dentro de los siguientes rangos Largo 60-90 cms Solicitamos cotizar con rangos de largo de 98cm de esta forma se podría dar mayor participación a los oferentes y también tener mayor utilidad dentro de la cuna. Donde solicitan Antihongo, antimicrobial, multicapa.; Solicitamos que esta especificaciones técnicas sea opcional para dar mayor participación a oferentes de la región del mercosur		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 567 - ITEM 25 EQUIPO DE SERVOCUNA COM LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Donde solicitan Antihongo, antimicrobial, multicapa. Solicitamos que esta especificaciones técnicas sea opcional para dar mayor participación a oferentes de la región del mercosur Los precios referenciales de la Servocuna de 42.800.000gs es muy inferior a lo solicitado, ya que están solicitando con luminoterapia y elevación eléctrica, por lo tanto solicitamos elevar el precio referencial aproximadamente en 90.000.000gs</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 177/2020.		

Consulta 568 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Donde dice: "Cánister de sistema que permita realizar cambio de cal sin necesidad de detención de la ventilación" solicitamos que ésta característica del modelo Primus, de la marca Drager sea opcional, ya que para realizar ése procedimiento ese equipo deberá contar con el sistema de cal descartable que propiamente lo piden en el punto anterior. Consultamos si no es mejor opción que hagan una compra directa para Casa Boller.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 569 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Donde dice: " control de frecuencia respiratoria: 3 rpm o menor...", consultamos si existe la posibilidad de poder cotizar otra marca que no sea la de Drager, modelo Primus, estableciendo así una frecuencia mínima de 4 rpm o menor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 570 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Donde dice: "control de relación I:E, 5:1 a 1:99" consultamos si existe la posibilidad de poder cotizar otra marca que no sea la de Drager, modelo Primus, estableciendo así una relación I:E de al menos 4:1 a 1:10</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 571 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Donde dice: "Capnografo integrado al equipo" Consultamos si existe la posibilidad de poder cotizar otra marca que no sea la de Drager, modelo Primus, estableciendo así que la canografía se pueda realizar también en el monitor multiparamétrico integrado al equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 572 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde dice: "pantalla del monitor de 10 pulgadas", consultamos si se puede ofertar con monitor multiparamétrico que sea al menos de pantalla táctil, ya que brindaría mejor manejo para los médicos, ya que se solicita un equipo de "ALTA COMPLEJIDAD"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 573 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "Pantalla del monitor de 10 pulgadas", Debido a que se solicita un equipo "MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD", Solicitamos amablemente a la convocante, que en nombre del título del ITEM, el monitor sea minimamente con pantalla táctil, y de ser posible al menos de 12 o 15 pulgadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 574 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "Capnografo integrado al equipo" Consultamos si la capnografía puede ser realizada en el monitor multiparamétrico que se encuentra integrado a la Máquina de Anestesia, que es de la misma marca del equipo ofertado, ya que así como se encuentrab las EETT solicitadas están totalmente dirigidas a la marca Drager, modelo Primus, representada por Casa Boller		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 575 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "control de Relación I:E, 5:1 a 1:99". Consulta, se podria cotizar otra marca que no sea Drager, modelo Primus, ya que las EETT van dirigida unicamente a esa marca, se podrá ofertar con una relación I:E de al menos 4:1 a 1:10		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 576 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "Control de frecuencia respiratoria: 3 rpm o menor", Consultamos amablemente a la convocante si se podrían ampliar los rangos y modificar las EETT, solicitando una frecuencia mínima de 4 rpm o menor y si existe la posibilidad de poder cotizar otra marca que no sea la de Drager, modelo Primus, ya que todas las EETT van dirigida a esa marca y modelo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 577 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "Cánister de sistema que permita realizar cambio de cal sin necesidad de detención de la ventilación" solicitamos que ésta característica sea opcional, ya que el modelo Primus, de la marca Drager, es el único que puede realizar ése procedimiento, y para eso el equipo debe contar con el sistema de cal descartable que propiamente lo piden en el punto anterior. Consultamos si no es mejor opción que hagan una compra directa para Casa Boller, si es que la convocante desea adquirir dicha marca y modelo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 578 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Dice: "Incluir adaptador para sistema de cal descartable de 1 kilo", Solicitamos amablemente a la convocante, que esta característica de la marca Drager, modelo Primus, sea opcional, ya que solo lo cuenta esa marca con único distribuidor que es Casa Boller		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 579 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: 12 - INSUMOS PARA INCLUIR PARA CPRE CONSULTA: Como todas las EETT y todo lo solicitado en el ITEM 13 "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD", también en el punto 12 - INSUMOS PARA INCLUIR PARA CPRE, es todos los sub items de este punto, una vez más están dirigidos a la marca Willson Cook, representada también en Paraguay por la firma SALUMAX,. Solicitamos amablemente a la convocante "ABRIR" las EETT del punto 12 - INSUMOS PARA CPRE, desde el punto 12.1 hasta el punto 12.14, ya que todas las descripciones, de todos los sub item, de este punto que componen el item, tienen la descripción y características de los insumos para CPRE de la marca WILSON COOK, no permitiendo participar a otras marcas y oferentes, con productos similares e incluso de mayor calidad y mejores características, solicitamos que nuestra consulta sea aceptada, para no tener que recurrir a una posible portesta contra el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 580 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: 12 - INSUMOS PARA INCLUIR PARA CPRE CONSULTA: Como todas las EETT y todo lo solicitado en el ITEM 13 "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD", también en el punto 12 - INSUMOS PARA INCLUIR PARA CPRE, es todos los sub items de este punto, una vez más están dirigidos a la marca Wilson Cook, representada también en Paraguay por la firma SALUMAX,. Solicitamos amablemente a la convocante "ABRIR" las EETT del punto 12 - INSUMOS PARA CPRE, desde el punto 12.1 hasta el punto 12.14, ya que todas las descripciones, de todos los sub item, de este punto que componen el item, tienen la descripción y características de los insumos para CPRE de la marca WILSON COOK, no permitiendo participar a otras marcas y oferentes, con productos similares e incluso de mayor calidad y mejores características, solicitamos que nuestra consulta sea aceptada, para no tener que recurrir a una posible portesta contra el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 581 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: 11.10 Angulación hacia la derecha 110º o mayor CONSULTA: Se solicita ampliar el rango y permitir ofertas de equipos del equipo ya que eso depende de la tecnología del fabricante, además permitirá mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 582 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: Punto 7 Electrobisturi Ofertado Modelo SEG 100+ CONSULTA: ¿El equipo deberá tener un carro porta electrobisturi , que sea original y del mismo fabricante? Ya que no se observa donde deberá ir montado el electrobisturi y al ser de alta complejidad va montado en un carro</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 583 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Punto 7 Electrobisturi Ofertado Modelo SEG 100+ CONSULTA: AL convocante está adquiriendo un sistema de endoscopia o una torre de endoscopia de "ALTA COMPLEJIDAD" como dice el título del llamado, sin embargo no se observan en las EETT, características básicas para electrobisturi de alta complejidad para uso en Endoscopia CONSULTAS: El electrobisturi ¿Debe tener un software especial para Papilotomia? Se debería incluir ya que están solicitando un duodenoscopia para hacer papilotomia. El electrobisturi ¿Debe tener un software especial para Polipectomia? Debería incluir ya que están solicitando un videocolonoscopia para hacer polipectomias. El electrobisturi ¿Debe tener compatibilidad con gas argón? Debería incluir ya que el uso de gas argón es muy recomendado y utilizado en endoscopia para detener y coagular sangrados superficiales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 584 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: PUNTO 7.10 Potencia máxima de corte monopolar: 100 Watts o mayor, CONSULTA: Se recomienda que la potencia mínima solicitada sea de 250 Watts en corte monopolar, o mayor ya que si se oferta con una potencia de solo 100 Watts de corte monopolar, hay varios instrumentales que no pueden ser utilizados en endoscopia, que necesitan una mayor potencia, pedimos amablemente aumentar la potencia mínima solicitada, de modo a que se adquiera un electrobisturi acorde a la "Alta Complejidad" del equipo solicitado, todos los fabricantes tiene generadores específicamente para endoscopia, con una potencia de al menos 250 Watts, el electrobisturi SEG 100+ de DELTRONIX, marca y modelo a la cuál va dirigido estás EETT no es un equipo ideal, ni fabricado para su uso en Endoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 585 - ITEM 13 - EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
DICE: Punto 7.4 Frecuencia de onda 350 Khz o mayor CONSULTA: Se puede ofertar equipos con Frecuencia de onda de 330 Khz o mayor, esto depende unicamente de la tecnología del fabricante, y no interfiere en la funcionalidad de los equipos, ya que un electrobisturi puede funcionar encima de los 200 Khz, para producir el efecto térmico de la electricidad en el tejido del cuerpo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 586 - ADENDA N° 21

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>DICE: Documentación que indique que dispondrán repuestos por la vida útil del equipo mínimo (10 años)</p> <p>Consulta: Este punto es importante aclarar, como deberá ser la documentación a presentar, se recomienda un documento emitido por el fabricante, y apostillado o consularizado en el país de origen, esto para evitar producción de documentos no auténticos o declaración jurada de contenido irreal, ya que el único que pueda certificar la disponibilidad de repuestos por un largo periodo es el fabricante. Dicho esto, tener en cuenta, que las EETT solicitadas en el ÍTEM 13 "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD", son para equipos muy viejos, que tienen más de 10 o 15 años en el mercado, por lo que pronto serán discontinuados, o bien, muchas marcas ya discontinuaron equipos con las características solicitadas, las fabricas solo garantizan 5 años de partes, una vez discontinuado un modelo, se deberían modificar y actualizar las EETT del ÍTEM 13 "EQUIPO TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA COMPLEJIDAD" a EETT de modelos actuales, con características fabricadas en la actualidad, y con los últimos modelos lanzados al mercado, y no con características viejas y obsoletas, de modo a que se puedan asegurar la provisión de 10 años de repuestos, que es el tiempo estimado de vida útil de los equipos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 587 - 2 Plan de Entrega (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>"Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Informe Técnico donde se constata la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de uso, debidamente firmados por los técnicos de la empresa, usuarios y responsables de la institución"</p> <p>Solicitamos amablemente se pueda especificar los cargos que serán responsables de la firma del informe técnico, a fin de que quede sentado en el Pliego de Bases y Condiciones, los responsables por parte de cada Hospital.</p> <p>La importancia de lo solicitado obedece a que dicho informe técnico es crucial para la determinación del cumplimiento satisfactorio del contrato, lo cual es importante para el interés de los adjudicados, la Convocante y el interés público en general.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el Centro Médico Nacional cuenta con fiscalizador, para la suscripción del documento requerido.</p>		

Consulta 588 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Pag: N° 03 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES DE LA ADENDA N° 21 se indica: Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes"</p> <p>En experiencias anteriores, hemos notado que no todas las dependencias cuentan con Fiscalizadores, solicitamos por favor definir un cargo más como reemplazo en caso de que el hospital no cuente con esta figura</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el Centro Médico Nacional cuenta con fiscalizador, para la suscripción del documento requerido.</p>		

Consulta 589 - Adecuaciones Edilicias

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Se consulta a la Convocante quién/ quienes serán el /los responsable/s de las Adecuaciones Edilicias necesarias para el montaje e instalación del ítem 25, es decir la responsabilidad de preparar el sitio (ya sea con necesidad de nueva construcción o un sitio designado) en referencia a los espacios físicos, climatización de la sala, colocación de protección de radiológica, provisión de mueblería, refacciones de colocación de pisos, paredes, base de hormigón, etc). La importancia de lo consultado obedece a que los posibles proveedores puedan tener las garantías necesarias respecto a estas adecuaciones que podrían afectar el funcionamiento del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que la adecuación estará a cargo del Centro Médico - Hospital Nacional.</p>		

Consulta 590 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Luego de la recepción provisoria, el administrador del contrato notificará al proveedor designando los lugares del destino, según las necesidades del MSPBS, en un plazo no mayor a 15 días (quince) corridos de haber recepcionado dicha notificación, el oferente deberá trasladar e instalar los equipos adjudicados (sin costo para el MSPBS).</p> <p>Se solicita aclarar si los sitios designados (para lo cual se emitirá el listado dentro de los 15 días), se encontrarán previamente preparados para realizar las instalaciones y puesta en marcha del Equipo, considerando que, para cumplir dicha condición, especialmente el caso del ítem (Equipo de Rayos X, Fijo) se debe tener la sala en condiciones, en cuanto a espacios físicos, protección radiológica, refrigeración de la sala y la mueblería necesaria).</p> <p>La importancia de la aclaración solicitada obedece a que no se podrá proceder a la entrega si estas condiciones no están previamente cumplidas en cada sitio donde se prevé realizar la entrega de los Equipamientos, que por ende afectarán los plazos de ejecución y el costo total.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el sitio designado es el del Centro Médico - Hospital Nacional</p>		

Consulta 591 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Página Número 3, en la Adenda Número 21 se indica: En el caso del ítem (Equipo de Rayos X, Fijo) el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, cuenta con el sitio acondicionado para la recepción e instalación del equipo, el proveedor queda por notificado una vez adjudicado."</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar el tipo de adecuaciones o trabajos a que hace referencia el acondicionamiento que será realizado por el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional especificando el tipo de la climatización de la sala, colocación de protección de radiológica, provisión de mueblería, refacciones de colocación de pisos, paredes, base de hormigón, etc.</p> <p>La importancia de lo solicitado obedece a que el equipo requiere de adecuaciones especiales para su funcionamiento óptimo y seguro por lo que los posibles oferentes deben tener la información exacta respecto a las mencionadas adecuaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que la adecuación estará a cargo del Centro Médico - Hospital Nacional.</p>		

Consulta 592 - 11. Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Página Número 06, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica que las visitas al sitio "NO APLICAN" .</p> <p>Se solicita a la convocante incluir la realización de una visita de verificación a la sala destinada para la instalación de los equipos de los ítems N° 21, 25,26 y 39. La importancia de los solicitado radica en que el posible proveedor debe certificar que las dimensiones y condiciones de la sala permitan la correcta instalación y utilización del equipo sin restricciones de movimiento de modo a que no se afecte sus funcionalidades y por ende se afecte interés público.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 593 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>Página Número 3, en la Adenda Número 21 se indica: Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM). La recepción del Bien será en el horario de 07:00 a 15:00 horas"</p> <p>Se sugiere a la Convocante establecer que la entrega sea directamente en el Depósito del Hospital Nacional de Itauguá o en el sitio final de destino, para poder realizar la revisión con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social designadas.</p> <p>Lo solicitado obedece a que los ítems 25 y 26 constan de varios componentes de gran tamaño y realizar un doble traslado podría ocasionar daños innecesarios por la desestiba y manejo de las cargas, además de aumentar costos muy significativos en la oferta.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 594 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Manómetro interconstruidos para tomas de pared y cilindros, con lector digital en pantalla" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con manómetro analógico de cilindros y así dar participación a potenciales oferentes, entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: "Indicadores o manómetro electrónico interconstruido de presión para suministro de toma mural y manómetro analógico de cilindros".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 595 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Incluir Adaptador para sistema de Cal descartable de 1 kilo" solicitamos que esta característica sea opcional, ya que depende exclusivamente de cada fabricante el uso de adaptadores y limitaría la participación de aquellos equipos que no requieren de adaptadores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 596 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Soporte para bolsa de reinalación, con brazo flexible, regulable en altura" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con brazos que puedan rotar sobre su eje de apoyo, pues funcionalmente es mejor para el anestesista poder rotar y posicionar la bolsa según su apoyo con el paciente. Por este motivo recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: "Soporte para bolsa de reinalación regulable en altura o que pueda rotar sobre su eje de apoyo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 597 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Control para ajuste de Volumen: 5 o menor a 1400 ml o mayor" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde un control de volumen de 10 ml, de lo contrario estaría limitando la participación de oferentes, quedando el ítem de la siguiente manera "Control para ajuste de Volumen: 10 o menor a 1500 ml o mayor".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 598 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Relación I:E, 5:1 a 1:99" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el rango de 4:1 o mayor a 1:10 o mayor" considerando que lo solicitado por la convocante se ajusta a la característica de un solo fabricante que es DRAGUER y no da apertura a la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 599 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Control de PEEP: 0 a 20 cmH2O" solicitamos amablemente a la convocante mejorar la descripción del ítem ya que la tendencia a nivel mundial en cuanto a ventilación mecánica no estable mas el 0 cmH2O de PEEP de manera activa, mas bien lo deja en estado fisiológico, iniciando el control activo del PEEP al ventilador de 2 a 4 cmH2O. Esto en base al comportamiento anatómico y fisiológico real del pulmón. Por lo expuesto solicitamos a la convocante mejorar la especificación y así asegurar la seguridad del paciente de la siguiente manera: Control de PEEP: OFF, 3 a 25 cmH2O o mayor".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 600 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Trigger: 0,3 l/min o menor a 15 l/min o mayor" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde 0.5 l/min para dar mayor participación a oferentes y aumentar el valor final de trigger a por lo menos 20 l/min ya que este valor es muy utilizado como umbral en pacientes obesos, entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: "Trigger: 0,5 l/min o menor a 20 l/min o mayor".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 601 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Flujo inspiratorio: 150 LPM o mejor" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 100 LPM como mínimo, dando así mayor participación de oferentes ya que el valor usual de ajuste del flujo es de 50 a 60 LPM como máximo en pacientes adultos y prácticamente un hecho que jamás se alcanzaría un flujo tan alto como lo es el solicitado y mucho menos en pacientes pediátricos y neonatos. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: "Flujo inspiratorio: 100 LPM. Como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 602 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Con salida para dosificación de oxígeno de emergencia independiente del suministro eléctrico equipada con flujómetro ajustable entre 0 y 12 l/min o mejor y con arrastre de agente anestésico", solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con flujómetro ajustable entre 0 y 10 l/m o mejor, y así dar participación de potenciales oferentes y no se cierre únicamente a las características del fabricante DRAGUER, donde claramente junto con otros ítems solicitados se observa el total direccionamiento del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 603 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde dice "Software para optimización del flujo de gas fresco (Economizador), incluyendo resumen del consumo de paciente y dosificación de gases suministrados al paciente." solicitamos amablemente a la convocante que esta solicitud se a OPCIONAL pues es una característica exclusiva del fabricante DRAGUER y limita totalmente la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 604 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Concentración alveolar mínima (CAM), con identificación automática del agente anestésico, así como de mezclas de agentes anestésicos, presentando el dominante. El sistema de medición deberá ser del tipo paramagnético descartándose por completo equipos que utilicen celda galvánica" solicitamos amablemente a la convocante que la identificación automática sea opcional y permita cotizar equipos con identificación manual. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente forma: "Concentración alveolar mínima (CAM). El sistema de medición deberá ser del tipo paramagnético descartándose por completo equipos que utilicen celda galvánica".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 605 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Rangos de medición: O2: entre 0 y 100%, CO2: de 0 a 76 cmHg, Halotano: de 0 a 8,5%, Isoflurano: de 0 a 8,5%, Enflurano: de 0 a 10%, Sevoflurano: de 0 a 10%, Desflurano. De 0 a 20%. N2O: de 0 a 100%, CAM: de a 9,9", solicitamos a la convocante aclarar la unidad de medida, ya que en gases anestésicos este parámetro se encuentra expresado en %Vol, y el rango usual del CO2 es de 0 a 13. Por lo expresado sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: "Rangos de medición: O2: entre 0 y 100% Vol, CO2: de 0 a 13%Vol, Halotano: de 0 a 8,5% Vol, Isoflurano: de 0 a 8,5% Vol, Enflurano: de 0 a 10% Vol, Sevoflurano: de 0 a 10% Vol, Desflurano. De 0 a 20% Vol. N2O: de 0 a 100%v, CAM: de a 9,9".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 606 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Capacidad de tanque de 300 ml o mayor, hermético y que no requiera ser vaciado durante el transporte" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar tanque con capacidad de 250 mL y así dar participación a potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: "Capacidad de tanque de 250 mL, hermético y que no requiera ser vaciado durante el transporte".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 607 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Alarma acústica por interrupción del suministro eléctrico" solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación de este ítem detallando que al menos se tenga 3 formas de indicar la falla de suministro eléctrico. Considerando que funcionalmente los anestesiólogos suelen silenciar las alarmas sonoras del equipo ya que además debe estar atento al monitor y otros dispositivos, es preferible contar con más de dos formas de alertar al usuario. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: "Alarma acústica por interrupción del suministro eléctrico, mínimamente indicado de 3 maneras".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 608 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "Indicador de batería baja" solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación de este ítem detallando que al menos se tenga 3 formas de indicar la falla de batería baja. Considerando que funcionalmente los anestesiólogos suelen silenciar las alarmas sonoras del equipo ya que además debe estar atento al monitor y otros dispositivos, es preferible contar con más de dos formas de alertar al usuario. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: "Alarma acústica por batería baja, mínimamente indicado de 3 maneras".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 609 - ITEM 11 - MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En donde dice "El monitor deberá ser de la misma marca que la maquina de anestesia", solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar monitores fabricados para uso en anestesia y que no necesariamente sea de la misma marca de la maquina de anestesia. Esto debido a que por un lado limita innecesariamente la participación de oferentes y además porque las funcionalidades de ambos dispositivos no se encuentran relacionadas entre si.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 610 - ITEM 25 - RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En el ítem donde dice "Rango de kV de 50 kV o mayor a 150 kV o más", solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor rango de 40 kV considerando que hay varios estudios que son realizados con técnicas de 40 kV, como ser en pacientes pequeños o miembros inferiores, además de esta manera se garantiza el uso del equipo en técnicas de baja dosis dando mayor protección al paciente. Lo solicitado en este ítem por la convocante busca solamente direccionar el parámetro para el cumplimiento de un solo fabricante limitando innecesariamente la participación de potenciales oferentes con mejores prestaciones. Por lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: "Rango de kV de 40 kV o mayor a 150 kV o mayor".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 611 - ITEM 25 - RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
<p>En el ítem donde dice "Que el generador se encuentre integrado a la mesa del paciente" solicitamos amablemente a la convocante solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que esta característica depende de cada fabricante y así se daría participación a potenciales oferentes, y desde el punto de vista del usuario garantiza la seguridad del paciente ante posibles accidentes tales como derrame de fluidos o líquidos (sangre, contraste, líquidos de limpieza, etc) que se pueden presentar sobre la mesa y caer sobre el generador provocando daños en el equipo, y por sobre todo ante algún desperfecto tales como fugas eléctricas donde sería posible una explosión o riesgo de electrocución del paciente. Por lo expuesto esta más que justificado que esta característica debe ser opcional y no limitar la participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 612 - ITEM 25 – RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el ítem donde dice “Longitud del cable de 7 m o más” solicitamos amablemente a la convocante mejorar la solicitud y que el detector cotizado por todos los oferentes sea del tipo Wireless, considerando que la utilización de detectores con cable es susceptible a daños y desgastes provocados por la manipulación y esto provocaría paradas innecesarias del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 613 - ITEM 25 EQUIPO DE SERVOCUNA COM LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el ítem donde dice “Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 170cm o mayor” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 170 cm o mayor, y así dar participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: lo consultado no corresponde al ítem mencionado.		

Consulta 614 - Item 1 – Equipo de saturación con medición de saturometría

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan: Batería interna recargable de al menos 36 horas de duración, Considerando que estos equipos se utilizan de manera continua, prácticamente sin apagado, solicitamos se puedan cotizar equipos con batería interna recargable de 12 horas de duración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 615 - Item 1 – Equipo de saturación con medición de saturometría

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Con respecto a la capacidad de almacenamiento: Al ser un equipo a utilizarse con varios pacientes de manera simultánea, solicitamos se puedan cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de 500 juegos de medición de SpO2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 616 - Item 1 – Equipo de saturación con medición de saturometría

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el rango de medición de pulso solicitamos se puedan ofertar equipos con rango de medición de 30 a 300 lpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 617 - Item 7 – Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Funciones de los módulos: ECG/Respiración, presión no invasiva, presión invasiva, saturación de oxígeno, temperatura, pulso – Considerando que la tecnología de módulos monoparámetros es actualmente obsoleta, solicitamos se puedan cotizar monitores preconfigurados con los parámetros solicitados y con espacio o rack para ampliar los parámetros mediante módulos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 618 - Item 7 – Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Solicitamos se puedan cotizar monitores con ancho de banda: Monitoreo 0.67 a 40 Hz, diagnóstico: 0,05 a 100 Hz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 619 - Item 7 – Monitor multiparamétrico pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En cuanto al rango de respiración solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de respiración de 3 a 150 rpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 620 - ITEM 11 – MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan que el monitor sea de la misma marca que el sistema de anestesia solicitamos se puedan cotizar marcas compatibles que cuenten con las características solicitadas y que cuenten con los mismos certificados de calidad		
-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 621 - ITEM 11 – MAQUINA DE ANESTESIA ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Con respecto al peso de 6 kg para uso en transporte, solicitamos que sea considerado opcional ya que agregando los módulos de BIS y NMT con sus cables de conexión sobrepasaría el peso deseado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 622 - Item 14 . Monitor multiparamétrico de signos vitales para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan ancho de banda, solicitamos se puedan cotizar monitores con ancho de banda de Monitoreo 0.67 a 40 Hz, diagnóstico: 0,05 a 100 Hz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 623 - Item 14 . Monitor multiparamétrico de signos vitales para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En la medición de la presión no invasiva solicitan en el rango de 0 a 270 mmHg, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de medición de 10 a 270 mmHg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 624 - Item 14 . Monitor multiparamétrico de signos vitales para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde dice: Posibilidad de análisis de hasta 8 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica, solicitamos que este punto sea considerado opcional debido a que es una especificación de una marca en particular		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 625 - Item 14 . Monitor multiparamétrico de signos vitales para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
De manera a dar participación a un mayor número de oferentes con equipos que se cuenten en stock solicitamos que la impresora sea considerada opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 626 - Item 14 . Monitor multiparamétrico de signos vitales para pacientes adultos

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En donde solicitan: Interfaz: tarjeta SD, solicitamos que este punto sea considerado opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 627 - Item 22 – Equipo cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan accesorio para RCP, solicitamos que este sea considerado opcional siempre y cuando el equipo cuente con ayuda en línea para el modo DEA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 628 - Item 22 – Equipo cardiodesfibrilador pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el punto donde solicitan CD de instalación de software, se permitirán SW descargados online con sus respectivas licencias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 629 - Item 23 – Equipo cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Donde solicitan accesorio para RCP, solicitamos que este sea considerado opcional siempre y cuando el equipo cuente con ayuda en línea para el modo DEA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 630 - Item 23 – Equipo cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
En el punto donde solicitan CD de instalación de software, se permitirán SW descargados online con sus respectivas licencias?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 631 - Item 23 – Equipo cardiodesfibrilador adulto

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2021
Manuales de usuario y técnicos,Solicitamos se puedan entregar manuales de uso en español y manual técnico en inglés, considerando que por lo general los manuales técnicos solo están disponibles en ingles y la traducción por un traductor público matriculado sería muy difícil por los gráficos que estos contienen		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 632 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice “Brazo porta-tubo con movimiento telescópico o contrabalanceado o movimientos articulados, con altura máxima de foco de por lo menos 205 cm...” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con altura máxima de foco de al menos 200 cm y así dar participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 633 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice “Potencia: 50 kW o más” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de 30 kW o más, considerando el rango de operación de otros ítems como el rango de kV solicitado en donde con un equipo de potencia de 30 kW se logra alcanzar sin inconvenientes un resultado optimo de las imágenes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 634 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice “Dos puntos focales de 0.6 mm / 1.2 mm” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mejores opciones de puntos focales, ajustando lo solicitado de la siguiente manera: “Dos puntos focales de 0.6 mm o mayor / 1.2 mm o mayor”, y así dar participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 635 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice “Tiempo de previsualización de 5 s o menor “ solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de previsualización de al menos 6 seg y así dar participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 636 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En donde dice “Capacidad Calorica de 300 KHU” solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calorífica de 100 KHU, y así dar participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 637 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En donde dice “Rango de mAs de 0.1 a 500 mAs” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 a 300 mAs o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 638 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En donde dice “DQE de 50% o mayor” solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con DQE de al menos 33% y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 639 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En donde dice “Posibilidad de visualización de la imagen capturada en el equipo de 5 s o menor” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de visualización de 7 seg y así dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 640 - ITEM 26 – EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En donde dice “Potencia: 50 kW o más” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de 30 kW o más, considerando el rango de operación de otros ítems como el rango de kV solicitado en donde con un equipo de potencia de 30 kW se logra alcanzar sin inconvenientes un resultado optimo de las imágenes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 641 - 8 Experiencia Requerida Adenda 21

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>DICE: Presentar copias de contratos ejecutados de provisión de bienes "EQUIPOS MEDICOS Y/O DE LABORATORIO", y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Poseer experiencia en provisión de bienes y/o servicios de Equipos Médicos y/o de laboratorios, demostrables con Notas, Constancias, certificados y/o Actas de Recepción Final de Bienes y/o servicios, donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedido por Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años</p> <p>CONSULTA: Solicitamos amablemente, a la convocante, considerar cumplir este requisito, de la siguiente manera: Presentar copias de contratos ejecutados de provisión de bienes "EQUIPOS MEDICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O DE LABORATORIO", y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.</p> <p>Poseer experiencia en provisión de bienes y/o servicios de Equipos Médicos, Dispositivos Médicos y/o de laboratorios, demostrables con Notas, Constancias, Certificados y/o Actas de Recepción Final de Bienes y/o servicios, donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedido por Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. DINAVISA la entidad reguladora de los equipamientos médicos, clasifica a todos los equipos Médicos en General como "DISPOSITIVOS MEDICOS" diferenciándose en CLASE I, II, III y IV</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 642 - Plazos de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En los Plazos de Entrega del Esterilizador a Plasma de Gas solicitamos a la convocante pueda considerar que estamos aun en Pandemia y los plazos de entrega se puede extender a 90 días a partir de la recepción de la orden de compra		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se mantienen los términos establecidos en la ADENDA 21.		

Consulta 643 - Plazos de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Plazos de Entrega del Autoclave a Vapor; solicitamos a la convocante pueda considerar que estamos aún en Pandemia y los plazos de entrega se puede extender a 80 días a partir de la recepción de la orden de compra		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se mantienen los términos establecidos en la ADENDA 21.		

Consulta 644 - ítem 9 de Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Donde dice Normas de Calidad específicas FDA, CE, JIS o al menos alguna de ellas; Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con normas de calidad del MERCOSUR para permitir mayor participación, no tiene sentido que no habiliten a empresas del MERCOSUR que para su fabricación no precisan de estas normas de calidad, Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF, otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad. Las certificaciones FDA/CE/MERCOSUR demuestran el cumplimiento de altos estándares de calidad en los procesos de producción, sin reconocer ni desconocer ventaja adicional, ya que su fin es el testimonio efectivo y fehaciente que los patrones modelos y esquemas de la calidad son desarrollados por quienes están certificados con dicha documentación. No caben dudas entonces que la Dirección de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como autoridad competente en la materia objeto de estudio, ha sentado postura sobre la equivalencia entre los certificados emitidos por la FDA o CE y las provenientes de países miembros del MERCOSUR, así como también ha hecho hincapié en la validez de dichas documentaciones para acreditar la calidad de los procesos de producción de los bienes certificados. Por lo tanto a nuestro parecer las certificaciones emitidas por las instituciones del MERCOSUR, otorgan idénticos niveles de garantía que las solicitadas inicialmente en el PBC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 645 - Item 21 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Donde solicitan dos puertos activos como mínimo, Solicitamos a la convocante que un puerto activo sea suficiente por ser equipo portátil solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 646 - Item 21 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En Modos solicitamos a la convocante aclarar que el modo triplex solicitado cualquiera sea su combinación sea considerado como valedera B+Color+CW o B+COLOR+PW o B+COLOR+Harmonica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que el modo triplex solicitado cualquiera sea su combinación sea considerado como valedera B+Color+CW o B+COLOR+PW o B+COLOR+Harmonica.		

Consulta 647 - Item 21 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Sugerimos a la convocante solicitar el Transductor sectorial de 1 a 5 MHZ y no así el Convexo de aplicaciones generales por ser especificaciones de un equipo cardiológico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 648 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
SOLICITAMOS a la convocante que se pueda ofertar el equipos de rayos X con SID de 202 cm o mayor, esta permitirá que se puedan ofertar equipos con mayores prestaciones. Además, permitirá una mayor participación de oferentes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que reducir el SID no afectará la calidad de la imagen obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 649 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Potencia: 50 kW o más. SOLICITAMOS que el parámetro de potencia sea modificado a 40 kW o mas, ya que la modificación no afecta la calidad de la imagen obtenida y también permitirá la mayor cantidad posible oferentes, con lo que dotará a la institución la posibilidad de obtener equipos de alta performance con precios económicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 650 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Corriente de 350 mA o más. SOLICITAMOS a la convocante que modifique este parámetro a 450 mA o más, ya que la corriente debe estar en concordancia con la potencia y los kV solicitados, además, influye en la calidad de la imagen obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 651 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
SOLICITAMOS amablemente que la convocante aclare si el generador de alta frecuencia debe ser de 40kHz o mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 652 - ITEM Nº 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Tiempo máximo de exposición 3,5s.
SOLICITAMOS que la convocante describa el parámetro en un rango o intervalo de tiempo, sugerimos que la misma sea de 0.001s o menos a 6 s o mas, ya que esos son parámetros estandarizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA Nº 26.

Consulta 653 - ITEM Nº 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Dos puntos focales de 0,6 mm. / 1,2 mm.
SOLICITAMOS amablemente que dicho parámetro sea descrito en un rango de modo que se pueda ofertar equipos con distintos valores a lo solicitado, hay que tener en cuenta que las especificaciones técnicas deben ser descritas de manera genérica por lo que no se puede dar valores puntuales. De modo a evitar direccionamiento hacia alguna marca específica, sugerimos que la descripción sea de la siguiente manera: Foco pequeño: 0,6 x 0,6 mm o menor - Foco grande: 1,25 x 1,25 mm o menor

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA Nº 26.

Consulta 654 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice 1 (Un) Procesador HD.
Favor aclarar suficientemente que la tecnología solicitada del Videoprocesador corresponda a última tecnología, tecnología en modelo que no superen 5 años de lanzamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA Nº 26.

Consulta 655 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice 1 (Un) Procesador HD
Se solicita a la convocante que el Videoprocesador de alta complejidad, sea capaz de ser compatible con endosonografía

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA Nº 26.

Consulta 656 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Donde dice 1 (Un) Procesador HD Videoprocador compatible con endoscopios de diferentes especialidades, incluyendo cirugía laparoscópicas. Se solicita a la Convocante que se tenga en cuenta estos procedimientos que sean compatibles para que dichas funciones puedan ser realizadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 657 - ítem 27 Equipo Esterilizador de Plasma Por peróxido de Hidrogeno

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En el punto donde se solicita Normas de Calidad FDA, CE, JIS o ISO 13485 Al menos alguna de ellas 2, Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con normas de calidad del MERCOSUR para permitir mayor participación , no tiene sentido que no habiliten a empresas del MERCOSUR que para su fabricación no precisan de estas normas de calidad, Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF, otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 658 - ítem 27 Equipo Esterilizador de Plasma Por peróxido de Hidrogeno

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En el punto donde se solicita tamaño de la cámara 60 litros o mayor, Sugerimos amablemente a la convocante solicitar Tamaño de la cámara de 100 Litros o mayor considerando al tamaño y la envergadura del Hospital solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 659 - ítem 27 Equipo Esterilizador de Plasma Por peróxido de Hidrogeno

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En el punto donde dice al menos 30 rollos de papel para la impresora, Sugerimos eliminar este ítem o bien sustituir por Solución acuosa al 50% de peróxido de hidrógeno para poder así no tener gastos inmediatos para la utilización del equipo y que es imprescindible la solicitud de al menos 15 botellas de solución de 150 ML. Por lo expresado la recomendación es que el ítem pueda quedar de la siguiente manera, Al menos 15 botellas de solución acuosa de 150 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 660 - En el item 28 Equipo de Oxido Etileno

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En esta solicitud del equipo sugerimos a la convocante poder cambiar este equipo por Esterilizador a Vapor y Formaldehido, debido al que el equipo Oxido Etileno ya está desfasado con los parámetros y estándares normativas internacionales, considerando lo expuesto solicitamos es el cambio de pedido equipo teniendo en cuenta la complejidad y la envergadura del hospital a ser destinado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 661 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
1.8 Donde dice: Función cromoendoscopia electrónica Se solicita a la Convocante que dicha Función cromoendoscopia pueda ser de tecnología óptica o similar, según tecnología del fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 662 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
2. Fuente de luz Favor aclarar suficientemente que la tecnología solicitada de la Fuente de luz corresponda a última tecnología, tecnología en modelo que no superen 5 años de lanzamiento del equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 663 - ITEM 13 – Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

2.3 Donde dice: Cromoendoscopia electrónica.....
 Se solicita a la Convocante que la función Cromoendoscopia pueda ser óptica o similar según tecnología del fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 664 - En el ítem 35 LAMPARA CIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto del requerimiento donde dice, Normas de Calidad específicas FDA, CE o JIS al menos una de ellas. Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con NORMAS DE CALIDAD DEL MERCOSUR para permitir mayor participación, no tiene sentido que no habiliten a empresas del MERCOSUR que para su fabricación no precisan de estas normas de calidad, Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF, otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 665 - ITEM 13 – Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

3 Videogastroscopio. Donde dice
 3.1 Cantidad: 1 unidad Solicitar a la convocante que se mantenga la oferta inicial de un Videogastroscopio debido a que no hubo un aumento el precio referencial inicial, y teniendo en cuenta la fluctuación en alza de la moneda extranjera (dolar americano) hace que dicho aumento en el ítem sea inviable

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 666 - ITEM 13 – Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

3.2 Donde dice: CCD.... Como cromosendoscopia electrónica...
 Se solicita a la Convocante que se pueda ofertar equipo con tecnología CCD de alta resolución y con cromosendoscopia óptica o similar... teniendo en cuenta el principio de Igualdad y libre competencia

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 667 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Estación de adquisición Integrada al equipo. - Con capacidad de almacenamiento de al menos 3,000 imágenes o 100 Gb o mayor. SOLICITAMOS que la convocante aumente la capacidad de almacenamiento teniendo en cuenta que los tamaños de los discos duros actualmente son de al menos 320 Gb con lo que se logra almacenar mas de 25000 imágenes. Esto permitirá que todos los posibles oferentes puedan participar en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 668 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
4 Videocolonoscopio 4.2 Donde dice: CCD.... Como cromoendoscopia electrónica... Se solicita a la Convocante que se pueda ofertar equipo con tecnología CCD de alta resolución y con cromoendoscopia óptica o similar, teniendo en cuenta el principio de igualdad y libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 669 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
7 Electrobisturi bipolar 7.2 Donde dice: Modo monopolar de corte puro, coagulación y al menos (2) mezclas Se solicita a la Convocante se pueda ofertar equipo con tecnología Modo monopolar de corte puro y coagulación, de acuerdo a la tecnología del fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 670 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
11 Videoduodenoscopio. Donde dice 11.1 Cantidad: 1 unidad...Solicitar a la convocante que se mantenga la oferta inicial de un videoduodenoscopio debido a que no hubo un aumento el precio referencial inicial y teniendo en cuenta la fluctuación de la duba de la moneda extranjera (dólar americano) hace que dicho incremento de unidades para dicho ítem resulte inviable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 671 - ítem 35 LAMPARA CIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>En el punto donde solicitan Columna fija al techo con tres cabezales (principal y dos satélites); Solicitamos amablemente a la convocante no direccionar a una sola marca y esto Contradice a los estipulado por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su Art 4 Inciso B) Igualdad y libre competencia, Por lo expuesto solicitamos este ítem pueda quedar de la siguiente manera, Columna fija al techo con 2 cabezales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 672 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12 Insumos a incluir para CPRE. 12.1 Donde se menciona este punto, se solicita a la Convocante modificar dicho requisito debido a que el producto solicitado solamente la marca COOK tiene y va totalmente dirigido a Salumax. Se debe de tener en cuenta el principio de igualdad y libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 673 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.2 Donde dice: Alambres guías biliare para endoscopia digestiva N° 0.035/480cm de largo..... Se solicita a la Convocante Alambres guías biliare para endoscopia digestiva N° 0.035/450cm de largo, aplicar un rango de variación de + - 30 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 674 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.3 Donde dice: Catéter de 6 a 7FR punta distal. 200cm Se consulta a la Convocante si se puede ofertar el producto Catéter de 4.5Fr. 190cm o más, aplicando un rango de variación de +- 10 cm, de acuerdo a la tecnología del fabricante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 675 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.3 Donde dice: Mismo balón permite inflar 8.5/10/12/15mm Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1mm en cada medida u ofertar insumos de acuerdo a tecnología del fabricante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 676 - ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS – Dice: Software para OxyCardioRespirograma Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Software para OxyCardioRespirograma (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 677 - ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS,

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS, dice: Ancho de Banda: Diagnostico 0.05 a 150 Hz Monitor 0.5 a 40Hz Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Ancho de Banda: Diagnostico 0.05 a 100 Hz (minimo) Monitor 0.5 a 40Hz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 678 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Estación de adquisición Integrada al equipo. - Peso máximo de 3.5 Kgs o menor SOLICITAMOS que la convocante aclare a que se refiere que peso sea de 3.5kg o menor, hay que tener en cuenta que este parámetro no es relevante para la estación de adquisición, lo único que buscaría este parámetro es limitar la cantidad de participante. Además, no influye en la calidad del equipo o en la calidad de la imagen obtenida, es decir, es medicamente y técnicamente irrelevante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 679 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
SOLICITAMOS a la convocante que aclare el peso del detector inalámbrico, sugerimos que dicho parámetro sea de al menos 5kg o menos, ya que el mismo debe incluir las baterías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 680 - ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS, dice: Distintos tonos de alarma según la gravedad de la misma. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Distintos niveles de alarma según la gravedad de la misma: Alta, Media, Baja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 681 - ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 14 – MONITOR MULTIPARAMETRICOS PARA PACIENTE ADULTOS, dice: Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Velocidad de barrido: 12.5; 25 y 50 mm/s mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 682 - ÍTEM 17 - EQUIPO ESTUFA PARA CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ÍTEM 17 - EQUIPO ESTUFA PARA CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS, dice: Homogeneidad: 3% Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Homogeneidad: 3% (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 683 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Estación de adquisición Integrada al equipo. - Peso máximo de 3.5 Kgs o menor SOLICITAMOS que la convocante aclare a que refiere que el peso sea de 3.5kg o menor, si el mismo se refiere al peso del detector hay que tener en cuenta que el peso NO PUEDE ser menos a 5 Kg YA QUE DEBE INCLUIR LAS BATERIAS YA QUE EL DETECTOR ES INALAMBRICO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 684 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>En relación al Punto 4 de la Adenda 21 en la cual se esgrime: "...Autorización del Fabricante: i) Carta Poder otorgada por el Fabricante, debidamente consularizado y legalizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado, inscrita en la Dirección General de Registros Publico (sic)". En este sentido solicitamos a la Convocante se sirva en analizar la posibilidad de que el requerimiento relacionado a la inscripción en el Registro Publico de Comercio sea modificado, solicitando que dicha formalidad sea tenida en cuenta para la firma del contrato , ya que debido a la Pandemia del Covid 19, los tramites en la citada institución publica demoran de 2 a 3 meses, sumado esta situación a que la misma también genera una erogación para los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 685 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.4 Donde dice: Catéter de 6 a 7FR punta distal. 200cm Se solicita a la Convocante ofertar insumos de acuerdo a tecnología del fabricante, Catéter de 4.5Fr. 190cm o más, aplicando un rango de variación de + - 10cm. Tener en cuenta principio de igualdad y libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 686 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.4 Donde dice: Mismo balón permite inflar 12/15/18/20mm Se solicita a la Convocante poder ofertar insumos de 15/18/20mm. De acuerdo a la tecnología del fabricante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 687 - ÍTEM 04: BAÑO MARIA PARA LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ÍTEM 04: BAÑO MARIA PARA LABORATORIO, dice: Volumen de 40 litros o mayor. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Volumen de 10 litros o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Se aclara que la modificación solicitada corresponde al ÍTEM 37 - BAÑO MARIA; Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 688 - ITEM N° 38: AUTOCLAVE A VAPOR TIPO CHAMBERLAIN

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 38: AUTOCLAVE A VAPOR TIPO CHAMBERLAIN, dice: Por lo menos tres temperaturas de trabajo seleccionables, temperaturas de trabajo en el rango de 100° o menos y 143° o mas. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Temperatura de trabajo seleccionable, temperatura de trabajo en el rango de 100° o menos y 125°C o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 689 - ITEM N° 42 - AUTOCLAVE DE VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 42 - AUTOCLAVE DE VAPOR, dice: Capacidad de 40 a 60 litros Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Capacidad mínima de 20 litros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 690 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.4 Donde dice: Mismo balón permite inflar 12/15/18/20mm Se solicita a la Convocante poder Ofertar insumos de 15/18/20mm, de acuerdo a tecnología del fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 691 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.6 Se consulta a la Convocante si el catéter de dilatación se refiere a balón de dilatación biliar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 692 - ITEM N° 26- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
DONDE DICE: Se deberán incluir 3 juegos de baterías para el funcionamiento sin cables del panel. SOLICITAMOS que se pueda ofertar equipos con UN DETECTOR y DOS BATERIAS y UN CARGADOR, ya que mientras una batería esta en uso otra puede estar siendo cargada, no se justifica pedir mas de dos baterías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 693 - ITEM N° 42 - AUTOCLAVE DE VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS ITEM N° 42 - AUTOCLAVE DE VAPOR, dice: Incluir en la oferta un sistema de prefiltrado y filtración del agua de suministro, de acuerdo al consumo de la autoclave y su respectiva Instalación. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Incluir en la oferta un sistema de prefiltrado y filtración del agua de suministro, de acuerdo al consumo del autoclave y su respectiva Instalación (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 694 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.6 Donde dice 10Fr, Se consulta a la Convocante si se puede ofertar cateter de 6 a 10FR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 695 - Ítem N° 33 "Equipo de Auto refractómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Precio Referencial - Ítem N° 33 "Equipo de Auto refractómetro" Respetuosamente solicitamos a la Convocante aumentar el Precio Referencial para este Ítem, porque está muy por debajo de los precios de mercado. El precio mínimo debería de Gs. 50.000.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
Ajustarse al Dictamen DOC N° 177/2020.		

Consulta 696 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.10 Donde dice: Alambre de corte de 4mm. Catéter doble lumen 5Fr. 200cm Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1mm en el Alambre de corte de 4 a 5mm. Así mismo aplicar un rango de variación de + - 30 cm en el largor del catéter pudiendo ser este de doble o Triple lumen 5Fr, de acuerdo a la tecnología del fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 697 - ITEM N° 25- EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar mesa con ancho de 75 cm o mayor, ya que la reducción de 5cm en el ancho de la mesa no afecta el funcionamiento del equipo, ni tampoco repercute en los estudios que se puedan realizar. Por otro lado, no se justifica una mesa cuyo ancho sea mayor a 75 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 698 - En el ítem 35 LAMPARA CIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En el punto donde dice Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin; Solicitamos a la convocante no limitar a una sola marca y permita cotizar Temperatura de color en el rango de 3500K a 5000K		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 699 - ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL Donde dice: Peso: hasta 8 kg (incluyendo pantalla y batería interna) Solicitamos a la convocante permita: Peso: 8 kg +/- 1 kg. (incluyendo pantalla y batería interna).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 700 - ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL Donde dice: Modos de Imagen. Modos operativos. Eco Estrés Solicitamos a la convocante permita: Modos de Imagen. Modos operativos. Eco Estrés. (A futuro u OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 701 - ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL Donde dice: Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima Solicitamos a la convocante permita: Soportado por batería interna de al menos 45 minutos de duración a carga máxima o UPS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 701 - ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL Donde dice: Módulo para adquisición de señales de ECG integrado en en equipo Solicitamos a la convocante permita: Módulo para adquisición de señales de ECG integrado en en equipo. (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 702 - ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 21 EQUIPO ECOCARDIOGRAFO PORTATIL Donde dice: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 12 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo Solicitamos a la convocante permita cotizar: Transductor para aplicaciones cardiológicas Phase array neonatal con ancho de banda de 4 a 8 MHz. Cantidad mínima: 01 (una) unidad por cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 703 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.11 Donde dice: Vaina de 7Fr. Se consulta a la Convocante si se puede Ofertar Vaina de 4.5Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 704 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
12.12 Donde dice: Canastilla de 2x4cm con alambre Se solicita a la Convocante poder oferta canastilla de 2cm, rotable de 7Fr y 190cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 705 - 24 Período de Validez de la Garantía de los Bienes”

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
En la Página Número 10, del PBC se indica: “El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: GARANTÍA DEL BIEN ADQUIRIDO (Equipos) El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso. El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay. La garantía permanecerá vigente durante 24 meses posteriores al Acta de Recepción del bien.” Solicitamos a la Convocante aclarar si la garantía debe incluir los repuestos consumibles, considerando que estos casos no son tomados como “defectos de fábrica”, si no que la sustitución se refiere a los casos de desgaste y o consumo de dichas piezas, como ejemplo el Tubo de Rayos X. La importancia de la aclaración obedece a que incluyéndose estos puntos se aumentaría el precio del Equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 706 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>En la Página 23, del Pliego de Bases y Condiciones se indica: "...//...(En ese momento) se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota se Recepción correspondiente en la Dependencia receptora, el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del MSPBS."</p> <p>Solicitamos a la Convocante agregar que: "En ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota se Recepción, pudiendo la suscripción de la misma extenderse hasta el plazo máximo de 1 día hábil, en la Dependencia receptora, el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del MSPBS." El pedido obedece a que tras experiencias anteriores surgen inconvenientes como el que no todos los responsables de suscribirla se encuentran al momento de la entrega y elaboración del mismo.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 21.		

Consulta 707 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Página 23, del Pliego de Bases y Condiciones se indica: En ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota se Recepción correspondiente en (la Dependencia receptora), el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del MSPBS.</p> <p>Solicitamos aclarar los responsables de firmar el Acta de Recepción Definitiva y las Notas de Recepción.- La importancia de lo consultado obedece a que dichos documentos garantizan la ejecución del contrato y habilitan a solicitar el pago.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: se aclara que la firma es de los jefes de las dependencias afectadas.		

Consulta 708 - Plan de Entrega (Bienes) - Garantía de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>En la Página 24 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: "Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación."</p> <p>Solicitamos a la Convocante excluir el punto mencionando, y aplicar al caso lo establecido para la reposición de bienes (15 días hábiles)-</p> <p>Lo solicitado obedece a que ya que resultaría imposible poder contemplar dicha situación, considerando que para contar con un Equipo de reemplazo, debe existir una sala con las mismas condiciones (espacio físico, sistema de refrigeración, protecciones radiológicas, adecuaciones edilicias), y así también los plazos de entrega de los mismos no podrían ajustarse a lo requerido, considerando los tiempos de fabricación, fletes, instalaciones y puesta en marcha, y no dejando mencionar además el gran impacto que tendría incluir estos costos en el llamado, duplicando hasta triplicando los precios, teniendo en cuenta que ya está contemplado en el PBC la reposición de bienes de repuestos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 21.		

Consulta 709 - ITEM N° 25- EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Solicitamos amablemente que la convocante modifique el parámetro de altura de la mesa, a por los menos 75cm o menor teniendo en cuenta que entre mas alta es la mesa, mas difícil es que el paciente pueda subirse. Además, los pacientes tendrán que utilizar escaleras para poder subir sobre la mesa lo que podría ocasionar accidentes al momento de realizarse los estudios. Por otro lado, la reducción de este parámetro no afecta la calidad de la adquisición imagen o la cantidad de estudios que puede realizarse.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 710 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.13 Donde dice: Canastilla de 1.5x3.5cm con alambre..... Se solicita a la Convocante si se puede ofertar canastilla de 2.2cm, rotable de 7Fr y 190cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 711 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>12.14 Donde dice: Canastilla de 3x6cm con alambre..... Se solicita a la Convocante poder ofertar canastilla de 2.2cm, rotable de 7Fr y 190cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 712 - Item 21 / Eco cardiógrafo EETTS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Donde dice "(dos) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables." solicitamos a la convocante "(un) puerto activo, como mínimo, para conexión de transductores." debido a que se trata de un equipo portátil y no se utilizaría los transductores solicitados en forma simultanea por lo que un puerto activo es suficiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 713 - ITEM 13 - Equipo Torre de Endoscopia de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
<p>Donde dice Plazo de Entrega Se solicita a la Convocante aplicar Plazo de entrega de 120 días contados a partir de la recepción de la Orden de compra por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.</p>		

Consulta 714 - ITEM 9 – Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice prolongadores laterales para pacientes bariátricos
Se solicitar a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional, debido a que según estudios no contamos con una población con las características mencionadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 715 - ITEM 9 – Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice mesa auxiliar para operaciones de brazo
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea opcional, o de acuerdo a tecnología del fabricante, tener en cuenta el Principio de igualdad y libre competencia

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 716 - ITEM 46 – Camilla de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Precio referencial
Se solicita a la Convocante ajustar el precio referencial a Gs. 18.000.000, esto teniendo en cuenta la variación de la moneda extranjera (dólar americano), los altos costos de importación debido a la disminución de buques y el precio peso volumen en caso de ser aéreo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Dictamen DOC N° 177/2020.

Consulta 717 - ITEM N°25 - Equipo de Rayos X Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

Apartado Bucky Mural.
Donde se solicita Rango de recorrido de 150 cm o más, se solicita asignar 140 o más. Este valor es estándar de los equipos del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 718 - ITEM N° 25- EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Tubo de Rayos X - Capacidad de almacenamiento de calor de ánodo de 320 KHU como mínimo.
SOLICITAMOS que dicho parámetro sea modificado a 300KHU o mayor, ya que el valor estándar para este tipo de ánodo con los datos de potencia solicitado debe ser de al menos 300KHU, este valor es acorde a la potencia del tubo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.

Consulta 719 - ITEM - 46 CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
ITEM - 46 CAMILLA DE TRANSPORTE Donde dice: Colchón de 10 cm de espesor como mínimo Solicitamos a la convocante permita: Colchón de 6 cm de espesor como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		

Consulta 720 - ITEM N° 25- EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2021
SOLICITAMOS amablemente que la convocante permita ofertar equipos con Bucky mural con altura minima de 45 cm o menos, ya que esto no afecta en la calidad de la imagen adquirida y tampoco limita la cantidad de estudios que puedan ser realizados. Ademas permitira que participen una cantidad mayor de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
DICE LA CONVOCANTE: Favor considerar la ADENDA N° 26.		