

Consultas Realizadas

Licitación 383793 - LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021

Consulta 1 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
Solicitamos amablemente a la convocante reducir la experiencia al 25% para dar oportunidad a mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el Instituto busca garantizar el cumplimiento total de las prestaciones por lo tanto es un elemento sustancial el análisis de la experiencia, tanto financiero como comercial del mismo dentro del marco establecido en los principios consagrados en la ley 2051/03 y sus decretos reglamentarios.-		

Consulta 2 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
Solicitamos amablemente a la convocante permitir el año 2020 en la experiencia y así dar oportunidad a mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5.		

Consulta 3 - Cantidades por Item

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
Solicitamos a la convocante especificar las cantidades mínimas y máximas de cada item dentro de los lotes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5.		

Consulta 4 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos la modificación del Sistema de Adjudicación de lote a ítems, para de esa manera obtener así la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse al Sistema de Adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que, la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 5 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 1, separando las diferentes áreas o dependencias del HOSPITAL DE LUQUE, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRISIS SANGUÍNEA. Lote 3 de INMUNOLOGÍA Lote 4 de URINANÁLISIS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 6 - LOTE 2: CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 2, separando las diferentes areas o dependencias del HOSPITAL DE LA CLINICA, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de Lote 3 de CRASIS SANGUINEA. Lote 4 de INMUNOLOGIA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 7 - LOTE 2: CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 2, separando las diferentes areas o dependencias del HOSPITAL DE LA CLINICA, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 8 - LOTE 3: CLINICA PERIFERICA NANAWA

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 3, separando las diferentes areas o dependencias del HOSPITAL DE LA CLINICA, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA Lote 5 de TIRAS REACTIVAS DE ORINA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 9 - LOTE 4: CLINICA PERIFERICA BOQUERON

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 4, separando las diferentes areas o dependencias del HOSPITAL DE LA CLINICA, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA Esta solicitud es para contar con la mayor participación de oferentes en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación.		

Consulta 10 - LOTE 5: CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 5, separando las diferentes areas o dependencias de la CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA Esta solicitud es para contar con la mayor participación de oferentes en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 11 - LOTE 6: CLINICA PERIFERICA CAMPO VIA

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 6, separando las diferentes areas o dependencias de la CLINICA PERIFERICA CAMPO VIA Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA Esta solicitud es para contar con la mayor participación de oferentes en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 12 - LOTE 7: UNIDAD SANITARIA SAN ANTONIO, VILLET A E YPACARAI

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 7, separando las diferentes areas o dependencias de la UNIDAD SANITARIA SAN ANTONIO, VILLET A E YPACARAI - Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA Lote 3 de QUIMICA Lote 4 de INMUNOLOGIA Esta solicitud es para contar con la mayor participación de oferentes en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 13 - LOTE 1: HOSPITAL DE LUQUE

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
Solicitamos a la Convocante modificar el LOTE 1, separando las diferentes areas o dependencias del HOSPITAL DE LUQUE, en lotes diferentes. Ejemplo: Lote 1 de HEMOGRAMA. Lote 2 de CRASIS SANGUINEA. Lote 3 de INMUNOLOGIA Lote 4 de QUIMICA Lote 5 de URIANALISIS Esta solicitud es para contar con la mayor participación de oferentes en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. El sistema de informático y los insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clinicoa y que aseguran la calidad del servicio.		

Consulta 14 - LOTE 1- 2- 3- 4-5-6 ITEM: 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6 ITEM: 2 REACTIVO TP: Se podría ofertar el reactivo de la línea liquida?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 15 - LOTE 1-2-3-4-5-6 ITEM: 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6 ITEM: 3 REACTIVO TTPA: Se podría ofertar el reactivo de la línea líquida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 16 - LOTE 1-2-3-4-5-6 ITEM: 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6 ITEM: 4 FIBRINOGENO: Se podría ofertar el reactivo de la línea liofilizado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 17 - LOTE 7 ITEM : 63

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM: 63 CALCIO TROMBOPLASTINA: Se podría ofertar el reactivo de la línea líquida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 18 - LOTE 7 ITEM: 64

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM: 64 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA: Se podría ofertar el reactivo de la línea líquida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 19 - LOTE 7 ITEM: 65

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM: 65 REACTIVO DE FIBRINOGENO: Se podría ofertar el reactivo de la línea liofilizado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 20 - LOTE 1-2-3-4-5-6-7 ITEM: 13

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7 ITEM: 13: CPK NAC: Se podría oferta reactivo de la línea líquida de la misma marca que el reactivo CK MB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 21 - LOTE 1-2-3-4-5-6-7 ITEM: 14

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7 ITEM: 14: CK MB: Se podría ofertar reactivo de la línea líquida de la misma marca que el reactivo CPK NAC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 22 - LOTE 7 ITEM: 74 Y 103

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM: 74 Y 103: CPK NAC: Se podría ofertar reactivo de la línea líquida de la misma marca que el reactivo CK MB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 23 - LOTE 7 ITEM: 75 Y 104

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM: 75-104: CK MB: Se podría ofertar reactivo de la línea líquida de la misma marca que el reactivo CPK NAC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 24 - LOTE 1 ITEM 64

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1 ITEM 64:CORTISOL: Se podría ofertar reactivos para procesar por la metodología de Quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 25 - LOTE 7 ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 7 ITEM 54:CORTISOL: Se podría ofertar reactivos para procesar por la metodología de Quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 26 - LOTE 1 ITEM: 57

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1 ITEM 57: TROPONINA ULTRASENSIBLE: se podría aclarar la sensibilidad con la que debería contar el reactivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 27 - CONDICIONES DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7-CONDICIONES DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: se solicita aclara si las calibraciones de los analitos solo se deben realizar si los exceden +- 02 Desviaciones Standard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Esta especificado en el pliego mínimo dos veces por semana, sino exceden el +/- 2 DS, de acuerdo a la necesidad de cada analito Se aclara que este requerimiento es el mínimo establecido para el volumen, especificad y sensibilidad de las reacciones analíticas amparados en los Principios Generales de la Ley 2051/03 y sus decretos reglamentarios.		

Consulta 28 - CONDICIONES DE LOS EQUIPOS PARA LOS LOTES 1-2-3-4-5-6-7

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7-CONDICIONES DE LOS EQUIPOS: favor aclarar los tipos de frascos colectores a ser proveídos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Frascos colectores para el Lote 1 y 3 (orina automatizada). Frascos colectores se refiere a aquellos que se usan para colectar orina Se aclara que los insumos y los reactivos químicos deben ser compatibles con los equipos ofertados.		

Consulta 29 - LOTE 1-2-3-4-5-6-7 TRANSPORTE DE MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7-CONDICIONES DE LOS EQUIPOS: favor aclarar en qué circunstancias la empresa Adjudicada deberá realizar el transporte de muestras en otros laboratorios de la Direccion de Hospitales de Área Central (DHAC) para que sean procesadas en el laboratorio mas cercano dentro de la red de las mismas, siempre dentro de los laboratorios dependientes de la DHAC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Como aclara en el pliego, el oferente que resultare adjudicado, deberá realizar el traslado de las muestras cuyas determinaciones no disponga, al laboratorio más cercano que tenga dichas determinaciones, en su cartera de servicios Se aclara que en virtud a lo establecido en la Constitución Nacional Art 4, y los Principios Generales consagrados en la Lay Nº 2051/03 y sus decretos, es obligación de la convocante articular los procesos administrativos necesarios para salvaguardar el óptimo funcionamiento del servicio, por ende el oferente ya sea por caso fortuito o fuerza mayor deberá proveer el traslado de las muestras en el laboratorio más cercano de la red para su procesamiento.		

Consulta 30 - INSTALACION DE LA INTERFACE Y PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 1-2-3-4-5-6-7- INSTALACION DE LA INTERFACE Y PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE APOYO-BIOQUIMICA CLINICA E INMUNOLGIA INTEGRADA O SEPARADA: favor aclarar si las impresoras de etiquetas para código de barras se ubicarían en sala de extracción o en sala de trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - LOTE 3 ITEM: 67 Y 68

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE 3 ITEM 67-68 : Se podría ofertar reactivos para procesar por la metodología de Inmunoensayo ELISA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 32 - LOTE 3 ITEM;73

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
LOTE3 -ITEM 73: Se podría ofertar reactivos en presentación Líquida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 33 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones, punto 8 Experiencia Requerida, la Convocante solicita: Demostrar la experiencia en la provisión de suministros laboratoriales con equipos en comodato con contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016-2017-2018-2019-2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en mas años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación Como la naturaleza del llamado corresponde solo a la adquisición de REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO, el pedido de demostrar experiencia en la provisión de SUMINISTROS LABORATORIALES con equipos en comodato, no corresponde ya que limita la presentación de distintos oferentes en cada ítem solicitado. En atención a ello solicitamos únicamente demostrar experiencia en la provisión de REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 34 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - PUNTO 8 experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicitamos a la convocante incluir el año 2020 al periodo de años solicitados para demostrar la experiencia. De manera a permitirse contar con mayor participación de potenciales oferentes y no limitando la libre competencia.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicitamos amablemente a la Convocante considere separar los Lotes, estableciendo los ítems por Metodologías Analíticas dedicadas a cada área específica de diagnóstico. De no modificar las condiciones establecidas, se podría entender que la licitación se encuentra direccionada a un solo oferente el cual cumple con todos los ítems solicitados en cada lote, trasgrediendo abiertamente el principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulada en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse al Sistema de Adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se mantiene lo solicitado, se aclara que las mismas condiciones se han dado en licitaciones anteriores, con participación de más de 1 oferente, no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. No puede inferirse transgresión al principio de igualdad, debido a que se observan las especificaciones técnicas por equipo, así como las determinaciones, las cuales se detallan de forma amplia y explicativa en el apartado correspondiente, las que serán evaluadas oportunamente en la etapa correspondiente.		

Consulta 36 - ÍTEMS DE HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicitamos amablemente a la Convocante en los ítems de Hemograma (CONTADOR HEMATOLOGICO) poder considerar dentro de las especificaciones técnicas la dilución semiautomática de las muestras, teniendo en cuenta que dicha especificación no interfiere en la practicidad ni en la velocidad del trabajo, debido a que las probabilidades de necesitar una dilución son mínimas. De persistir en esta condición, la misma restringirá la posibilidad de ofertar equipos con alta tecnología diagnóstica en la presente licitación, limitando la participación de potenciales oferentes y privándose de la oportunidad de contar con equipos de alta gama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - CAPACIDAD TECNICA PUNTO 9.1 inciso f) e inciso g)

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
En ambos incisos solicitan que los equipos en comodato a ser entregados deberán ser NUEVOS y NO RE MANUFACTURADOS, mientras que la antigüedad de fabricación de los mismos es limitada a 3 años para los LOTES DEL 1 AL 6 y a 5 años para el LOTE 7.- Al respecto nos permitimos solicitarles la posibilidad de que los equipos a ser entregados sean reacondicionados ya que los mismos no afectan el óptimo funcionamiento del equipo, más aun que los mismos serán entregados en comodato, además dichos equipos cuentan y seguirán contando con el servicio correctivo y preventivo sin costo para el IPS. Esto permitiría que la convocante cuente con los equipos en el menor tiempo posible, ya que como es sabido, el mercado global aún se encuentra afectada por la pandemia del covid-19, lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a los tiempos de adquisición. Otro punto no menos importante es que la vida útil de estos tipos de equipos son de 10 años. Por lo cual solicitamos sea excluido de los incisos antes mencionados la limitante antigüedad y el requisito de que los equipos hoy solicitados sean NUEVOS y NO RE MANUFACTURADOS y otorgue a los oferentes que cuenten con algunos equipos reacondicionados la posibilidad de participación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que en relación a los equipos en Comodato conforme a la consulta planteada, estos requisitos garantizan el óptimo funcionamiento de los mismo evitando que se resienta el servicio y garantizando lo establecido en la Constitución Nacional Art 4 Derecho a la vida, teniendo en cuenta el objeto del presente llamado.		

Consulta 38 - lotes 1 al 7 item 4 Fibrinogen

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Con el proposito de dar mayor participacion, se solicita a la Convocante la posibilidad de ofrecer forma Liofilizada, al igual que los items 2 y 3 del Grupo Crasis Sanguinea. Ponemos a conocimiento de la Convocante que solo la marca Stago ofrece en Fibrinogeno en forma liquido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 39 - lotes 1 al 7 items 13 CPKNAC / item 14 CKMB liofilizado

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Con el proposito de dar mayor participacion se solicita permitir ofrecer en formato liquido. O en su defecto eliminar la condicion: Kit liofilizado. Esta peticion se halla en directa relacion al hecho que hoy dia los kits de equipos totalmente automatizados vienen en formato liquido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 40 - lotes 1 al 7 CK MB

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se solicita a la convocante la permita ofrecer este analito por metodo Quimioluminiscencia, considerando que forma parte de un perfil cardiaco (troponin, mioglobina y CkMB) que actualmente se dosa por el metodo mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 41 - lotes 1 al 7 ítem 15 Fosforo

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permitirá ofrecer en presentación diferente a 100 a 200 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 42 - ítem 40 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permitirá ofertar un reactivo con especificidad superior a 99,6% requerida en las EETT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 43 - Lote 1 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Consulta: Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 56; 57; 60; 64; 65; 67. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta a interpretaciones conflictivas al momento de la evaluación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 44 - Lote 2 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 54; 55; 58; 62; 63. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta a interpretaciones conflictivas al momento de la evaluación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 45 - Lote 3 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 57; 58; 59; 62; 65; 67; 68; 72; 73. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta dificultades posteriores tanto en la evaluación como en la adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 46 - lote 4 ítem 65 CCP

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se encuentra una discrepancia en este ítem, las EETT de los equipos Bioquímica Clínica e Inmunología, no menciona la metodología ELISA. Se solicita a la convocante confirmar para este ítem corresponde la metodología quimioluminiscencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 47 - Lote 4 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 52; 53; 54. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta dificultades posteriores tanto en la evaluación como en la adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 48 - Lote 5 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 52; 53; 54; 59. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta dificultades posteriores tanto en la evaluación como en la adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 49 - Lote 6 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 47; 49; 56. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta dificultades posteriores tanto en la evaluación como en la adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 50 - Lote 7 Grupo Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Ítems 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 51; 53; 54; 56; 59. Favor aclarar la metodología requerida para estos analitos, visto en las EETT de Equipos para Química e Inmunología indica en forma muy genérica y ambigua Metodologías: Quimioluminiscencia, Fotométrico, Potenciómetro y Turbidimétrico que se presta dificultades posteriores tanto en la evaluación como en la adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 51 - Lote 01 al 07 Reactivos e Insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Para los lotes 1 al 7 se solicita: Cantidad de equipos Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología o, Dos (02) equipos automatizados por separado para bioquímica clínica e inmunología, se podrá ofertar por separado en el caso de que un solo equipo no realice todas las determinaciones en el Lote. Vista la diversidad de determinaciones Inmunológicas solicitadas en cada uno de los lotes mencionados, solicitamos ampliar la cantidad de equipos para inmunología hasta dos (02) Equipos totalmente automatizados para Analisis Inmunologico. Caso contrario se restringirán la posibilidad de ofertar, condicionando al oferente a contar con todos los ítems en un solo Instrumento , afectando los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que conforme al objeto del presente llamado es aplicable teniendo en cuenta que los reactivos deben ser compatibles al equipo ofertado., es decir, se podrán ofertar otros equipos adicionales, en caso que el ofertado no pueda realizar todas las determinaciones solicitadas.		

Consulta 52 - lote 1 al 7 REACTIVOS E INSUMOS PARA BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS. Solicita reactivos listos para su uso, que no requieran hidratación. Sin embargo los ítem 13 y 14 solicita liofilizados y estos así requieren hidratación. Se solicita a la convocante verificar las especificaciones técnicas de la determinación requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEMS 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicita FOSFORO: Adquirir en presentaciones de 100 y 200 determinaciones. La presentación solicitada no da lugar porque la Convocante paga por determinación validada/efectiva/informada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT: adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1:

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
ITEMS: 31/32/33/43/44/45/52/53/54/55/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68 en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLIMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 56 - Lote 1 al 7 REACTIVOS E INSUMOS PARA BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Las especificaciones solo hacen referencia a equipo de Bioquímica, no se visualizan las características mínimas del equipo de inmunología Ej velocidad de procesamiento acorde a un equipo de inmunología, metodología discriminada para ensayos inmunológicos, cantidad de reactivos abordo, cantidad de carga de muestras, y otros característicos de un equipo de ensayo inmunológico. Pues al permitir la posibilidad de ofrecer equipos separados de química clínica e inmunología hace necesario establecer los parámetros básicos para equipos de ambas especialidades, a fin de evitar ambigüedades al momento de la evaluación de los instrumentos ofrecidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que conforme al objeto del presente llamado las características del equipo de ensayo inmunológico dependerán de equipo ofertado.		

Consulta 57 - LOTE 1 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus IgG (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 58 - Lote 1 al 6 ítem 40 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permite ofertar kit con especificidad superior a 99,6%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 59 - Lote 3 ítem 72 Sifilis

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permitiría ofertar kit con especificidad igual o superior a 99,% y sensibilidad 99,%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 60 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
PUNTO 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO inciso f) y g): Solicitamos a fin de que haya mayores oferentes y que el precio no sea más elevado en beneficio de la convocante: Poder ofertar equipos nuevos y/o re manufacturados con una antigüedad máxima de 5 años?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que, en relación a los equipos en Comodato conforme a la consulta planteada, estos requisitos garantizan el óptimo funcionamiento de los mismo evitando que se resienta el servicio y garantizando lo establecido en la Constitución Nacional Art 4 Derecho a la vida, teniendo en cuenta el objeto del presente llamado.		

Consulta 61 - Lote 3 ítem 65 CCP

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permite ofertar kit con especificidad superior a 95% y sensibilidad 95% , Metodología Quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 62 - LOTE 2 ITEM 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 63 - Lote 3 Ítem 73 Dimero D

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Se permite cotizar kit por quimioluminiscencia con mayor especificidad y sensibilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 64 - LOTE 2 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
ITEMS: 31/32/33/41/42/43/50/51/52/53/56/57/59/60/61/64: en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLIMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO POR MEDIO DE UNA ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 66 - lote 1 al 7 Equipo Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicita hasta 200ul de sangre para sistemas cerrados como minimo Consulta: Se puede ofrecer Equipo totalmente automatizado con volumen de sangre de 110ul menor al minimo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 67 - LOTE 2 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus IgG (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 68 - LOTE 2 ITEM 55

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicitamos a la Convocante aclaración con respecto a la sensibilidad del ensayo: DEBE SER ULTRASENCIBLE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 69 - LOTE 3 ITEM 14 Y 15:

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 70 - lote 1 y Lote 7 Cortisol

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
Solicita EETT kit RIA cortisol CAC. Se puede ofertar Quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 71 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 3 ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
ITEMS: 32/33/34/44/45/46/53/54/55/56/60/61/62/63/64/69/70/71: en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLUMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO POR MEDIO DE UNA ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 73 - LOTE 3 ITEM 40

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus Igg (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 74 - LOTE 3 ITEM 58

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La descripción del reactivo TROPONINA debe ser ULTRA SENCIBLE? como se solicita en el lote 1? Favor aclarar la sensibilidad del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 75 - LOTE 4 ITEM 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 76 - LOTE 4 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
ITEMS: 31/32/33/41/48/49/50/51: en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLIMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 78 - LOTE 4 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus IgG (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 79 - LOTE 4 ITEM 52

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos a la convocante aclaración con respecto a la sensibilidad del ensayo de Troponina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 80 - LOTE 5 ITEMS 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 81 - LOTE 5 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 82 - LOTE 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
ITEMS: 31/32/33/41/48/49/50/51/55/56/57/58/60/61: en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLIMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 83 - LOTE 5 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus IgG (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 84 - LOTE 6 ITEM 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 85 - LOTE 6 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 86 - LOTE 6 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
EN LOS ITEMS 31/32/33/41/43/44/45/46/48/50/51/52/53/54/55: en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLUMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 87 - LOTE 6 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus Igg (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 88 - LOTE 6 ITEM 47

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos a la convocante aclaración con respecto a la sensibilidad del ensayo de Troponina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 89 - LOTE 7 ITEM 13 Y 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Sorprende que la convocante solicite para Química reactivos liofilizados teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores como ejemplo podemos nombrar la LPN SBE 64/18 ID 345638 donde se solicitó ya reactivos listos para usar, teniendo en cuenta que es mejor contar con esos reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR ya que no existe margen de error en el manipuleo como con los reactivos liofilizados que deben ser preparados antes de su utilización, en ese caso podríamos ofertar lo mejor para la convocante Reactivos LIQUIDOS LISTOS PARA USAR?, teniendo en cuenta que los precios referenciales de ésta licitación corresponde a reactivos de última generación como lo son los REACTIVOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR. Solicitamos a la convocante modificar esta especificación técnica que es mejor para los Servicios, teniendo en cuenta que la Institución debe pagar por servicios óptimos y no por productos que puedan tener errores en los preparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 90 - LOTE 7 ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
La presentación solicitada no da lugar porque la convocante paga por determinación validada, no se paga de acuerdo a la presentación sino por determinación, solicitamos ELIMINAR la EETT adquirir en presentación de 100 a 200 determinaciones. Teniendo en cuenta que este requisito limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 91 - LOTE 7 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
ITEMS 31/32/33/40/42/46/47/48/49/50/52/55/57/58/60/61 en las Especificaciones Técnicas de los reactivos solicitan: METODO QUIMIOLUMINISCENCIA-MEIA-RIA, sin embargo en las Especificaciones técnicas de los equipos en la página 26 Solicita Método QUIMIOLUMINISCENCIA que es el método utilizado actualmente y el cual se solicitó en la última licitación LPN 64/18 ID 345638, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 92 - LOTE 7 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la especificación técnica del reactivo solicitan: debe ser de la misma procedencia que el reactivo Citomegalovirus Igg (Codigo 6166), pero en la columna "codigos" ese reactivo figura con el código 4105, favor ACLARAR por medio de una ADENDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 93 - LOTE 7 ITEM 41

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos a la convocante aclaración con respecto a la sensibilidad del ensayo de Troponina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en las especificaciones técnicas de los equipos para hemograma, el recuento de reticulocitos debe ser realizado por el instrumento de hemograma? O requerirán reactivos manuales de reticulocitos para el 4% del total de determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en las especificaciones técnicas de los equipos de crisis sanguínea, se podrá aceptar otra metodología como principio de funcionamiento, además de las citadas en el PBC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 96 - Documentos Legales Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Certificado o Constancia de Registro y Habilitación Vigente del Servicio Técnico de Mantenimiento de Dispositivos Médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y/o expedido por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública (Resolución Ministerial N° 232/1999, Resolución del Mercosur GMC N° 21/98 internalizada al ordenamiento jurídico Nacional por el Decreto N° 2885/99 del 10/05/99).- Es necesario este certificado del Servicio Técnico de Mantenimiento, siendo que no son dispositivos médicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que teniendo en cuenta que son equipos biomédicos en comodato por normativa corresponde lo solicitado.		

Consulta 97 - Documentos Legales Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
- Constancia de inscripción vigente de productos para Diagnostico de uso in vitro expedido por la Dirección de Registro, Habilitación y control. Esta inscripción debe realizarse para cada producto a ofertar, o por marca? En otro llamados tanto del IPS mismo como del Ministerio de Salud no se solicita dicho documento, basta con la certificación y habilitación de la empresa. Favor reconsiderar esta solicitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 98 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos respetuosamente a la Convocante modificar el sistema de adjudicación de Lote a Ítems, a fin de dar mayor posibilidad a los oferentes de ofertar los productos con que cuentan cada uno, siendo que sería en el sistema en el que se encuentra actualmente si no se cuenta con un ítem del lote ya no se puede participar de la licitación, por lo que se vuelve una restricción el sistema de adjudicación actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que, la modificación sugerida no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor por cada Determinación, en razón de aplicar mayor necesidad de logística, de espacio físico lo que presupondrá a su vez mayor gasto para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación.		

Consulta 99 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Se solicita a la convocante modificar el siguiente requisito a: Demostrar la experiencia en la provisión de REACTIVOS O INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO con contratos y/o facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016-2017-2018-2019-2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Este pedido obedece a que el presente llamado es realizado con el fin de adquirir REACTIVOS o INSUMOS con equipos en comodato, tal y como la misma convocante ya lo solicitó en licitaciones anteriores como en la LPN SBE N° 69/19 ID 365484.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 100 - PUNTO 8 EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Favor aclarar si la experiencia solicitada en SUMINISTROS LABORATORIALES se refiere a REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 101 - ITEM N° 69 del LOTE 1 e ITEM N° 74 del LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Se solicita a la Convocante que considere separar el Ítem N° 69 del LOTE 1, como el ítem 74 del LOTE 3, considerando que éstos ítems (ORINA AUTOMATIZADA) no guardan relación de metodologías analíticas con los demás estudios diagnósticos. De persistir en estas condiciones, la misma restringirá la posibilidad de ofertar, condicionando al oferente a contar indefectiblemente con todos los ítems, no relacionados metodológicamente, que han sido solicitados en los mencionados Lotes de la presente Licitación, afectando los principios básicos de igualdad y libre competencia establecidas para las Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 102 - CAPACIDAD TECNICA LOTE 1 AL 7 equipos en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Se solicita a la convocante que para los lotes N° 1 al 7, permita la participación de oferentes que cuenten con equipos en comodato re manufacturados o reacondicionados, ya que este factor no influye en el funcionamiento adecuado y óptimo de los equipos. Cabe resaltar que dichos equipos cuentan con una antigüedad de 9 a 10 años. En razón a ello solicitamos a la convocante que el requisito a ser solicitado para los equipos en comodato para todos los lotes sea de la siguiente manera: PARA LOS LOTES 1 AL 7: Declaración Jurada del oferente en el cual declara que los equipos son nuevos o reacondicionados, especificando el año de fabricación de los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que, en relación a los equipos en Comodato conforme a la consulta planteada, estos requisitos garantizan el óptimo funcionamiento de los mismo evitando que se resienta el servicio y garantizando lo establecido en la Constitución Nacional Art 4 Derecho a la vida, teniendo en cuenta el objeto del presente llamado.		

Consulta 103 - Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección de Porcentaje de Multas, la Convocante declara que el valor de la multa será: 0,1% por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Solicitamos a la convocante reducir las penalidades por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso en el bien en demora. Ya que la tasa actual 0,1% supera ampliamente la tasa usuraria indicada por el BCP.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que teniendo en cuenta que son servicios imprescindibles que involucran la vida esta estructurados jurídicamente en base a una series de Requisitos (PBC, CONTRATOS, ACTAS ENTRE OTROS), hechos facticos subsumen al tipo penal de usura.		

Consulta 104 - Especificaciones técnicas Equipo de Crasis Sanguinea Lote 1 al 7

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicita Capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los Reactivos: Considerando que solo requiere 3 diferentes Analitos TP, TTPA, Fibrinogeno, por lo que necesitara solo 3 posiciones para reactivos a lo que se sumaria tampón y cebado, solicitamos amablemente a la Convocante reconsiderar y reducir esta condición a un minimo de 5 o 10 posiciones refrigeradas para los reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 105 - Especificaciones técnicas Equipo de Quimica Sanguinea lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicita con cubetas autolavables. Amablemente solicitamos dejar a criterio del Oferente el tipo de cubetas que requiera el equipo ya que en definitiva la Calidad y Provision continua de dicho consumible se encuentra entre las condiciones del servicio, además hoy día existen equipos que toma la muestra desde el tubo primario, en consecuencia sea autoclavable o no en definitiva ya queda sin relevancia. Además cada fabricante establece la calidad óptica de los consumibles según las especificaciones de reacción del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 106 - lote 1 al 7 Equipo para pruebas inmunologicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Con el proposito de permitir una mayor participacion, solicitamos a la Convocante permita ofertar un equipo adicional de inmunologia totalmente automatizado con la metodologia quimioluminiscencia en caso que un solo equipo no realice la totalidad de las determinaciones inmunologicas incluidas en cada uno de los lotes mencionados,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 107 - Lote 7 Especificaciones tecnicas del equipo Quimica Sanguinea y Equipo de Inmunologia

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Se solicita a la convocante definir una metodologia de analisis sugeridas para ambos equipos, especialmente para el equipo de inmunologia, considerando que esta rama es la que cuenta con tales como Quimioluminiscencia, MEIA, Elisa. Con el proposito de permitir la igualdad en la competencia de precios, basado en los principios de la Ley 2051/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 108 - CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SER CUMPLIDOS A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
2. Los reactivos con las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo al método solicitado y al equipo ofertado, Sin embargo algunos ítems del Grupo Inmunología no mencionan el método solicitado, solo dice líquido. Como se daría cumplimiento a las Condiciones Generales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 109 - lote 1 item 57 Troponina ultrasensible

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Se solicita a la convocante definir Ultrasensible, atribuido al Analito Solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 110 - Experiencia Requerida. Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
No se observa como requerimiento "Constancia de Habilitacion de Servicio tecnico emitido por la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPYBS. Considerando la complejidad de los instrumento requerido con comodato y la envergadura del servicio solicitado constituye un requisito fundamental que debe tener el perfil del oferente que presenta la propuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 111 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicita Planilla de Datos Garantizados del Producto ofertado. Exactamente a que se refiere con Producto? Solo afecta a los reactivos ofertados para el Servicio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 112 - CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SER CUMPLIDOS A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Vencimiento de los reactivos Se observa punto 2 de la Condiciones generales lo siguiente: "2. Los reactivos con las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo al método solicitado y al equipo ofertado, con vencimiento no menor de seis meses de la fecha de entrega para su utilización". Sin embargo en la Planilla de Datos Garantizados dice "vencimiento minimo un año". Favor aclarar. Ademas dejamos constancia que los productos inmunologicos por su naturaleza son fabricados en general con un vencimiento exFabrica de 6 a 8 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 113 - EXPERIENCIA DE PROVISION

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos a la convocante que amplíe la experiencia requerida, según se detalla: Demostrar la experiencia en la provisión de suministros laboratoriales, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016 2017 2018 2019 - 2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Este pedido lo hacemos a fin de otorgar posibilidad de participación a oferentes que cuenten con experiencia en la provisión de reactivos e insumos, además de esta manera la convocante no estaría limitando innecesariamente la participación a los muchos oferentes que cuenten con este tipo de experiencia y capacidad de provisión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5		

Consulta 114 - Urianálisis

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Favor aclarar que se entiende por "El equipo podrá tener la capacidad de analizar otros fluidos corporales". Será que la convocante necesita que el instrumento sea capaz de realizar un análisis de diferentes fluidos corporales?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos.		

Consulta 115 - Urianálisis

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Favor aclarar que se entiende por "El equipo podrá tener la capacidad de analizar otros fluidos corporales".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos.		

Consulta 116 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos a la convocante la inclusión de venta de equipos de Diagnóstico In Vitro en la experiencia requerida ya que en la venta de dichos equipos está sujeto la provisión de los insumos laboratoriales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos.		