

## Consultas Realizadas

# Licitación 384433 - Adquisición de Cabinas de Bioseguridad para el Laboratorio de Biología Molecular.

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
Las dimensiones mínimas requeridas en las especificaciones técnicas son internas o externas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Las dimensiones mínimas requeridas son externas. Ver Adenda N°1		

### Consulta 2 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
Se solicita aumentar el plazo de entrega a 30 días, el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de contar con las Cabinas de bioseguridad para el Laboratorio de Biología Molecular		