

Consultas Realizadas

Licitación 384466 - Adquisición de Silla de ruedas a personas de escasos recursos con capacidades diferentes

Consulta 1 - Especificación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Favor consultar si el respaldero y la sentadera pueden ser de otro material que no sea nylon, por ejemplo cuerina.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, optamos por el material nylon, ya que el material de cuerina es menos resistente y muy caliente e incómodo en temporada de calor		

Consulta 2 - Especificación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Se podría cotizar sillas que no tengan las ruedas traseras inflables, sino que sean macizas de goma.?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, optamos por la rueda inflable, teniendo en cuenta que las sillas serán destinadas a personas de escasos recursos y por la factibilidad del mantenimiento y puesta en funcionamiento de la misma, optamos en mantener las ruedas inflables, ya que la cámara y cubierta pueden ser adquiridas en cualquier casa de repuesto en caso de que sufra algún desperfecto.		

Consulta 3 - PBC - Experiencia Requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Con respecto a la experiencia requerida ""Demostrar la experiencia en Provisión de sillas de ruedas solicitados en este proceso con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo..."" Solicitamos amablemente, pueda ser aceptada como experiencia, la provisión de equipos médicos y/o equipos biomédicos, atendiendo a que las empresas que se dedican al rubro, tiene la capacidad técnica y documental para participar en el presente proceso. Esto también, permitirá mayor participación a potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas. Ya que solicitamos solo un ítem		

Consulta 4 - EETT - Respaldo y Asiento

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Consultamos amablemente si se podrán cotizar sillas de rueda con respaldo y asiento hechos en material tipo cuerina de PVC. El mismo también es un material lavable y resistente. Gracias,		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 5 - Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Solicitamos amablemente a la convocante, pueda incluir entre los documentos solicitados para capacidad técnica, la inclusión del certificado emitido por el MSPBS que habilita como importador de equipos médicos. Esto brindará a la convocante, garantía de que los potenciales oferentes, sean realmente empresas del rubro médico, capaces de responder ante cualquier situación que se pueda presentar con el suministro de los equipos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas. No solicitamos dicho documento, porque solo tenemos un ítem y no otros equipos médicos, y de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes		