

Consultas Realizadas

Licitación 385030 - Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para 18 USF

Consulta 1 - Adjudicacion por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Solicitamos a la convocante hacer la solicitud de compra por ítems , y no por lote . Al hacer la adjudicación por ITEMS , va a beneficiarse la convocante, ya que va a permitir mas la participacion de mas oferentes . Sin lugar a dudas al analizar el lote 1, son productos utilizados para distintos procedimientos y el lote 2 no todos los productos son de origen nacional, solicitamos a la convocante hacer la evaluación por ítems, de tal forma que permita aumentar el numero de oferentes y no limitar.		

Consulta 2 - LOTE 1 - DETECTOR FETAL ULTRASONICO

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Solicito a la convocante aclarar a que se refiere con similar en la frecuencia del transductor de 2Mhz, para tener en cuenta si en este punto se puede cotizar un equipo con frecuencia de 3Mhz?.		

Consulta 3 - planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
no se adjunta la planilla de precios. favor verificar		

Consulta 4 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
conforme verificado pbc no encontramos plazo de entrega		

Consulta 5 - LOTE 1 - ITEM N° 8: DETECTOR FETAL ULTRASONICO

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
LOTE 1 - ITEM N° 8: DETECTOR FETAL ULTRASONICO. En las Especificaciones técnicas donde dice: "Conexión interfase de salida para registro externo." Solicitamos al Convocante permitir: Conexión interfase de salida para registro externo (OPCIONAL)		

Consulta 6 - ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU.

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2021
ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU. Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 cms para los instrumentales.		

Consulta 7 - ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU.

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2021
ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU. En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "1 espéculo de Graves tamaño grande" Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: "1 espéculo de Graves, Cusco o Collin tamaño grande"		

Consulta 8 - ÍTEM 23 - Caja para cuello.

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2021
ÍTEM 23 - Caja para cuello. "En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "1 caja para Instrumental de acero inoxidable c/ tapa c/ mango". Con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las especificaciones técnicas y dejarlos de la siguiente manera: 1 (una) Caja para Instrumentales de acero inoxidable c/ tapa, c/mango o c/asas"		

Consulta 9 - ÍTEM 23 - Caja para cuello.

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2021
ÍTEM 23 - Caja para cuello. "En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "1 caja para Instrumental de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm". Con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las especificaciones técnicas y dejarlos de la siguiente manera: 1 (una) Caja para Instrumentales de acero inoxidable c/ tapa, c/mango, medidas aprox.: 30 x 12 x 06cm. Debido a que la caja solicitada sería muy grande para la cantidad de instrumentales solicitados"		

Consulta 10 - Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. GCC 27.1.

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. GCC 27.1. El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 2,5 % por semana El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 % (página 71 del PBC). El valor de la multa que se pretende aplicar en el caso de eventuales atrasos en la provisión de bienes es muy elevado, por lo expuesto solicitamos reducir al 0,01% por día. Este valor porcentual sugerido, es el que utiliza el Ministerio de Salud y Bienestar Social para sus licitaciones llevadas a cabo actualmente, por lo que consideramos que se debería también aplicar en la presente Licitación.		

Consulta 11 - Lote 1. Ítem N° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil.

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil. En una parte de las especificaciones dice: Frasco colector lavable y esterilizable. Capacidad de succión de al menos 2 litros. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Frasco colector lavable y esterilizable. Capacidad de succión de al menos 1 litro.		

Consulta 12 - Lote 1. Ítem N° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil.

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil. A fin de que la Convocante adquiera un producto acorde a sus necesidades, respetuosamente sugerimos agregar estas Especificaciones Técnicas mínimas: Fuerza de succión 0 - 563 mmHg (+- 10 mmHg); Desplazamiento de 15 a 45 litros (+- 5 litros); Alto vacío: flujo bajo Flujo de aire: 16 l / min; Nivel de vacío ajustable: 0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa) (+- 0.10 bar); Nivel de ruido: 65 dBA (+- 5dBA); Accesorios: Cánula estéril desechable; Regulador de flujo manual estéril; Juego de tubos de silicona esterilizables atóxicos; regulador manual desechable; Bolsa desechable 1000ml.		

Consulta 13 - Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Capacidad mínima de 80 litros. Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Capacidad mínima de 55 litros.		

Consulta 14 - Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Volumen de la cámara de esterilización de al menos 80 litros. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Volumen de la cámara de esterilización de al menos 57 litros.		

Consulta 15 - Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Potencia de 500 watts aproximado Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Potencia de 500 watts o mayor.		

Consulta 16 - Lote 1. Ítem N° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio) En una parte de las Especificaciones dice: Fuente de luz LED Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Fuente de luz LED o Halógena.		

Consulta 17 - Lote 1. Ítem N° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 1. Ítem N° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio) En una parte de las Especificaciones dice: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio. Habida cuenta que entre los accesorios se solicitan "Pilas alcalinas de repuesto de tamaño estándar existentes en el mercado local" y a fin aclarar para una correcta presentación de oferta, respetuosamente solicitamos al Convocante que permita cotizar con: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio o con Pilas alcalinas de tamaño estándar existentes en el mercado local.		

Consulta 18 - Lote 2. Ítem N° 8: Linterna para examen médico

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 2. Ítem N° 8: Linterna para examen médico En una parte de las Especificaciones dice: Tipo de Lámpara LED Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Tipo de Lámpara LED o Halógena.		

Consulta 19 - Lote 2. Ítem N° 11: Estetoscopio para Adultos

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
Lote 2. Ítem N° 11: Estetoscopio para Adultos En una parte de las Especificaciones dice: Longitud del estetoscopio no menor a 77 cm. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Longitud del estetoscopio no menor a 55 cm.		

Consulta 20 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2021
PLAN DE ENTREGAS, dice: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor. Como es de público conocimiento, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la Siguiente manera: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 90 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor.		

Consulta 21 - Sistema de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante realizar la adjudicacion por items y de esa manera permitir la libre competencia. con este sistema de adjudicacion favorece solo a unos proveedores.		

Consulta 22 - Lote 1 item 15 Set de instrumental para inserción de DIU

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Donde dice * Histerómetro de Sims de 32 cm aclarar si necesitan MALEABLE O RIGIDO * pinza Hemostática Pean Recta 18 cm , si se puede cotizar pinza Hemostática ROCHESTER-PEAN Pean		

Consulta 23 - Lote 1 item 15 Set de instrumental para inserción de DIU

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 item 15 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio referencial definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos minimo Gs. 4.500.000 para el precio referencial.		

Consulta 24 - Lote 1 item 16

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 item 16 , sugerimos minimo Gs. 200.000 para el precio referencial. llevar en cuanta la cotizacion del dolar y los tramites de las importaciones por la situacion de la pandemia		

Consulta 25 - Lote 1 item 19 Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 item 19 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio referencial definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos minimo Gs. 7.500.000 para el precio referencial. Tambien llevar en cuanta el cambio del dolar y los tramites de importaciones estan muy altos por la situacion de la pandemia		

Consulta 26 - Lote 1 item 20 Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 item 19 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio referencial definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos minimo Gs. 2.500.000 para el precio referencial. Tambien llevar en cuanta el cambio del dolar y los tramites de importaciones estan muy altos por la situacion de la pandemia		

Consulta 27 - Lote 1 ítem 20 Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 20 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio referencial definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos mínimo Gs. 2.500.000 para el precio referencial. También llevar en cuenta el cambio del dólar y los trámites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia		

Consulta 28 - LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete con alarma visual y sonora." Solicitamos al Convocante permitir: Cada DEA deberá contar con su propio gabinete con alarma visual y/o sonora.		

Consulta 29 - LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo." Sugerimos amablemente al Convocante declarar este punto (OPCIONAL), considerando que el bien con esta característica lleva a superar ampliamente el precio referencial establecido.		

Consulta 30 - LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
LOTE 1 - ÍTEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "Software en su última versión disponible y actualizable, con disponibilidad de actualizaciones durante la vida útil del equipo y servicio de atención telefónica post venta durante la garantía" Solicitamos al Convocante permita que este punto sea (OPCIONAL)		

Consulta 31 - Lote 1 ítem 21 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 21, sugerimos mínimo Gs. 2.000.000 para el precio referencial. También llevar en cuenta el cambio del dólar y los trámites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia.		

Consulta 32 - Lote 1 ítem 23 Caja de cuello - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 23 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio referencial definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos mínimo Gs. 6.500.000 para el precio referencial. También llevar en cuenta el cambio del dólar y los trámites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia		

Consulta 33 - Lote 2 ítem 14 - Oxímetro de Pulso - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 2 ítem 14, la misma no se adecua al precio del mercado.		

Consulta 34 - Lote 1 ítem 8 - Detector fetal - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, la misma no se adecua al precio del mercado.		

Consulta 35 - Lote 1 ítem 15 Set de instrumental para inserción de DIU

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar la caja de instrumental de aluminio o acero inoxidable de alta calidad con las siguientes medidas 46x5 x 28x10 cm. para permitir mayor cantidad de participacion de oferentes.		

Consulta 36 - Lote 1 ítem 18 - Especulo vaginal pequeño

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con medidas aproximadas, se puede ofertar espejos de 75x 20 mm ?		

Consulta 37 - Lote 1 ítem 19 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante aclarar las medidas de los siguientes ítems Pinza hemostática mosquito curvo Pinza hemostática mosquito curvo con diente o sin diente,		

Consulta 38 - Lote 1 ítem 19 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
1 Tijera Metzenbaum Recta 16-18 cm aprox. aclarar si es con punta aguda, romo o agudo -romos		

Consulta 39 - Lote 1 ítem 19 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales.		

Consulta 40 - Lote 1 ítem 21 - Precio de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia , la misma no se adecua al precio del mercado.		

Consulta 41 - lote 1 ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Aclarar si el espejo vaginal Collins es P,M o G.		

Consulta 42 - lote 1 ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Solicitamos a la convocante aceptar caja para instrumental de acero inoxidable o de aluminio medidas 46,5x28x10cm. para permitir mayor cantidad de oferentes.		

Consulta 43 - lote 1 ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Curetas: N° 1, 2, 3, 4 y 5. aclarar SI ES CORTANTE O ROMO Y MALEABLE O RIGIDO		

Consulta 44 - lote 1 ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
Aclar si es Histerómetro es MALEABLE O RIGIDO		

Consulta 45 - LOTE 1 - ITEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
LOTE 1 - ITEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 250 shocks continuos o alternados." Solicitamos al Convocante permitir: 2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 200 shocks continuos o alternados.		

Consulta 46 - LOTE 1 - ITEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
LOTE 1 - ITEM N° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "Barrera de protección para insuflación." Solicitamos al Convocante permitir: Barrera de protección para insuflación. (OPCIONAL)		

Consulta 47 - LISTA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
La lista de precio no se comprende siendo que se encuentra detallado por artículo y el listado de bienes requeridos es por lotes. Favor aclarar cuál es el criterio para elaborar la lista de precios. ¿Por lote completo o por ítem de acuerdo a la procedencia?		

Consulta 48 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
En la página 37 del PBC se indica el modelo de Garantía de Mantenimiento de Ofertas, ¿La Garantía de Mantenimiento de Ofertas se puede presentar en forma de Declaración Jurada? ¿No es necesario hacerlo por Póliza de Seguro?		

Consulta 49 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
En el Lote 2 se solicitan equipos médicos de fabricación nacional, pero no se aclara cuáles son los equipos que solicitan sea de fabricación nacional, si bien hay ciertos productos de equipamiento hospitalario que se pueden fabricar de forma local, en el mismo lote hay equipos médicos que no se fabrican en Paraguay. Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuáles son los equipos médicos o equipamiento hospitalarios que requieren sean de fabricación nacional.		

Consulta 50 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
En la Sección II - Datos de la Licitación, Punto C. Preparación de las ofertas, (iii) se solicita presentar experiencia en la provisión de bienes similares (equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos didácticos, equipamiento de sala de juegos), sin embargo, en ninguno de los ítems de ninguno de los Lotes se solicita juegos didácticos ni equipamiento de salas de juego. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bienes requeridos son equipos médicos, solicitamos amablemente a la convocante modifique este requerimiento, dejando la experiencia de la siguiente forma: "El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato o acta de recepción final, que acrediten tener experiencia en la provisión de los bienes similares equipamiento médico correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que en promedio total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta".		

Consulta 51 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
En la Sección II - Datos de la Licitación, Punto C. Preparación de las ofertas, (iii) se solicita presentar experiencia en la provisión de bienes similares (equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos didácticos, equipamiento de sala de juegos), sin embargo, en ninguno de los ítems de ninguno de los Lotes se solicita juegos didácticos ni equipamiento de salas de juego. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bienes requeridos son equipos médicos, solicitamos amablemente a la convocante modifique este requerimiento, dejando la experiencia de la siguiente forma: favor considerar ampliar experiencia de los ultimos 10 anhos		

Consulta 52 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
en relacion al lote 3 muebles y electrodomesticos. favor considerar separar en un cuarto lote los electrodomesticos		

Consulta 53 - heladera vertical

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2021
conformr experiencia el precio previsto como referencial esta muy por debajo precio de mercado. favor reconsiderar		

Consulta 54 - Lote 1 - Item 8 - Doppler fetal ultrasónico

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
Donde se solicita: Conexión interfase de salida para registro externo, al tratarse de un equipo básico y de prestaciones muy limitadas y con un valor referencial bajo, solicitamos que este punto sea considerado opcional.		

Consulta 55 - Lote 1 – Item 10 - Desfibrilador externo automático

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
En el punto donde solicitan: El equipo ofertado deberá incluir un dispositivo de retroalimentación audiovisual durante la RCP que permita optimizar en tiempo real el rendimiento/resultados de la RCP para garantizar la calidad de la misma, según las recomendaciones 2015 de la AHA, como estas especificaciones son propias de una marca en particular, solicitamos se incluya como opcional, siempre y cuando el desfibrilador cuente con ayuda de voz para realizar la RCP. Donde dice: Dispositivo con protección IP 55 o superior, como en el punto anterior, esta característica es de una marca en particular, solicitamos se puedan cotizar equipos con la categoría IP con la que cuente la marca a ser cotizada. Auto chequeo automático programable, diario/semanal/mensual de buen funcionamiento, como en este punto solicitan que el auto chequeo sea automático, los desfibriladores vienen preprogramados de fábrica para realizar los mismos, por lo que solicitamos se elimine la palabra programable. En donde dice: Deberá incluir su instalación dentro del edificio, medidas 44 cm x 44 cm x 22 cm, material melamina, nuevamente esta especificación limita la participación a una sola marca, por lo que solicitamos se puedan cotizar gabinetes con medidas adecuadas al desfibrilador de melamina o metálicos con pintura resistente a la corrosión.		

Consulta 56 - Lote 1 - Item 12 - Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
Donde dice: Carcasa hermética a prueba de polvo IP 55 o superior, solicitamos se puedan cotizar con la categoría IP con que cuente cada fabricante En un punto se solicita: MANGO: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio y más adelante pilas alcalinas, por favor aceptar pilas alcalinas que son de uso frecuente en estos equipos.		

Consulta 57 - Ítems de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
En los ítems donde solicitan instrumentales: Set de instrumental para inserción de DIU, espéculos vaginales, caja de cirugía menor, caja de curación, caja de cuello, solicitamos a la convocante ampliar los precios referenciales, puesto que los mismos están muy por debajo de los instrumentales presentes en el mercado.		

Consulta 58 - Lote 2 – Item 14 - Oxímetro de pulso:

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
Por favor considerar el peso del equipo solicitado, solicitan 28 grs, este valor es muy reducido para las características técnicas solicitadas. Donde dice: 6 modos de visualización, considerando que se trata de una especificación de una marca en particular y que se trata de un equipo con monitoreo de un sólo parámetro, por favor eliminar esta especificación o considerar opcional.		

Consulta 59 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
LAN DE ENTREGAS, dice: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor. Como es de público conocimiento, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la Siguierte manera: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 120 (ciento) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor.		

Consulta 60 - planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
la planilla de precios no fue adjunta al sicp favor anexar		

Consulta 61 - formulario de oferta y planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2021
formulario de oferta y planilla de precios no fueron anexas favor anexar		