

Consultas Realizadas

Licitación 385457 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-COVID-19

Consulta 1 - ITEM 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Consultamos a la Convocante si Aceptaran equipo PCR en tiempo real con mínimo de 4 canales óptico para multiplex, a fin de garantizar un numero mayor de oferentes en detrimento a lo establecido en el Art. 4º de la Ley de Contrataciones Publicas.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SI SE PODRA ACEPTAR HASTA UN MINIMO DE 4 (CUATRO) CANALES.		

Consulta 2 - ITEM 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se podrá ofertar software del equipamiento en ingles? Observación: Sera provisto el manual de usuario en español?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SI, SE PODRÁ OFERTAR TAMBIEÑ EQUIPOS CON SOFTWARE EN INGLES Y LA PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO EN ESPAÑOL; INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL IDIOMA DE SOFTWARE DEL EQUIPO SEA EN INGLES O EN ESPAÑOL.		

Consulta 3 - CRONOGRAMA DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Cual será la cantidad de pruebas requeridas para el cronograma de entrega en las: 1ra, 2da y 3ra entrega?? Favor detallar, para todos los items.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SE SOLICITA AJUSTARSE A LA ADENDA N° 2.		

Consulta 4 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
El precio referencial del Item 1 se encuentra muy por debajo del promedio para las características solicitadas. Es correcto el precio indicado de 129.000 Gs por determinación? Favor averiguar con los precios actuales del mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
CONFORME AL ANALISIS DE PRECIO REALIZADO EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE PAC ES CORRECTO EL PRECIO INDICADO. PARA EL MISMO SE HA CONSIDERADO LAS ULTIMAS COMPRAS REALIZADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.		

Consulta 5 - FIRMA DE CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Donde dice: La firma de Contratos por parte del proveedor se realizará dentro de las 72 horas de la notificación de adjudicación conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19, Art. 81. El decreto N° 2992/19 - Art. 81 menciona que "El oferente adjudicado o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del plazo señalado en la ley" La ley 2051/03 dice claramente en el Art. 36 de plazo para formalización de contratos: " Toda adjudicación obligara a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación. Solicitamos modificar este punto.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
LA NATURALEZA DEL LLAMADO RADICA EN LA URGENCIA IMPOSTERGABLE FUNDAMENTADO EN EL DICTAMEN QUE ACREDITA LA EXCEPCIÓN POR LO CUAL SE SOLICITA LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE UNA VEZ ADJUDICADO. QUE SENTIDO TENDRIA REALIZAR UN PROCESO POR EXCEPCIÓN INVOCANDO UNA URGENCIA Y QUE EL CONTRATO SE FIRME A LOS 20 DIAS HABILES DE SER ADJUDICADO. ANTE ESTO PREVALECE EL INTERES SUPERIOR Y SE SOLICITA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 6 - Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Donde dice: 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación - 5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) Exigimos a la Convocante modificar esta solicitud de Constancia a DOCUMENTO SUSTANCIAL (*) teniendo en cuenta lo que sigue: Claramente la circular DNCP N.º 12/2020 dice así: Las Convocantes deberán solicitar en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen los procedimientos de Contrataciones Pùblicas, la remisión de la Constancia que acredita la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, al momento de la presentación de sus ofertas. Teniendo en cuenta también los siguientes puntos de la Nota CGR N.º 1426 - Ref.: Respuesta a la Nota DNCP N.º 157/20 s/solicitud de dictamen: a que origina la expedición de la Constancia por su presentación, convirtiéndose esta en requisito indispensable para la participación del oferente en un proceso licitatorio y la consideración de su oferta		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SE SOLICITA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 7 - precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
El precio referencial del Item 1 se encuentra muy por debajo del promedio para las características solicitadas. Es correcto el precio indicado de 129.000 Gs por determinación efectiva? Notese el referencial de 420.000Gs en la CVE 80/2020 ID 384369 Test para COVID-19 (servicio de análisis) el cual aplica con características similares al presente llamado, tengase presente que los demás llamados cuyos antecedentes mencionan referian a precio por rendimiento del kit, y ademas no requerian interface a un LIS, lo cual implica un costo adicional al oferente.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
LA CONSULTA FUE RESPONDIDA EN LA CONSULTA N° 4. SE SOLICITA AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 8 - facturacion

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Para el ítem 1 y 2: Que parámetro de aplicara para la facturación de las determinaciones efectivas? No se visualiza ningún criterio al respecto, únicamente Indicadores de cumplimiento de contratos. Favor aclarar. Téngase en cuenta que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en este caso el Hospital Nacional de Itaugua - Centro Medico Nacional emite órdenes de compra a priori a la utilización efectiva del kit de producto		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Entiéndase como determinaciones efectivas: son todas las determinaciones utilizadas efectivamente para pacientes, por lo cual las determinaciones utilizadas caso de realizar calibraciones y en la frecuencia recomendada por el fabricante y cuando sea necesario. Controles por corridas y en el número de niveles solicitados, así como repeticiones por falla del equipo, que será comunicado a la empresa inmediatamente ocurrida el hecho, las cantidades de esas determinaciones deberán ser repuestos por el proveedor al final de la utilización de cada orden de compra y que serán computados en presencia de un representante del Laboratorio y de la empresa proveedora.		

Consulta 9 - tipo de prueba

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se aceptara pruebas multiplex?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La determinación para Sars-CoV-2 deberá ser individual, sin embargo la detección de los dos genes y el control endógeno pueden ser multiplex. En caso de que los dos genes no sean múltiplex la corrida de ambos genes se considerara como una sola determinación.		

Consulta 10 - Software en español

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Favor aclarar si el software al cual refiere en el punto 5 de las EETT refiere al reporte de los resultados de los pacientes, o sea un Software de Gestión de Laboratorio		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se refiere al reporte de los resultados de los pacientes emitido desde el software del equipo en comodato.		

Consulta 11 - EETT Y NORMAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
En los insumos solicitados, específicamente las PIPETAS, favor aclarar si la la unidad de medida de las mismas seria uL o ML		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se aclara que las unidades de medidas deben ser todas en uL .		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podría ofertar kits de reactivos para pruebas in vitro de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para la detección de al menos 2 genes del virus SARS COV incluyendo control positivos y control endógeno sin incluir al control negativo.?	03-11-2020	

Consulta	Fecha de Consulta	
SE SOLICITA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	05-11-2020	

Consulta 13 - Especificación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos aclaración: sobre el sistema informático para laboratorio utilizado?	03-11-2020	

Consulta	Fecha de Consulta	
Actualmente el Dpto. de Laboratorio utiliza como Sistema Informático de Laboratorio, el Nextlab Professional.	05-11-2020	

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podría ofertar una cabina de bioseguridad tipo II de 80x100x156,8 cm?	03-11-2020	

Consulta	Fecha de Consulta	
SE SOLICITA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	05-11-2020	

Consulta 15 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	
La primera entrega de los productos se podría realizar dentro de los 30 días corridos luego de la recepción de la orden de compra.?	03-11-2020	

Consulta	Fecha de Consulta	
SE SOLICITA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	05-11-2020	

Consulta 16 - certificacion

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 1 y 2: No se visualiza en las EETT si la convocante exigira certificacion FDA o CE-IDV para los reactivos requeridos	03-11-2020	

Consulta	Fecha de Consulta	
SI. SERA REQUERIDO.	05-11-2020	

Consulta 17 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
ITEM 1 y 2: Favor aclarar que parámetros serán utilizados para la facturación de las determinaciones efectivas ya que no se visualiza ningún criterio al respecto, únicamente Indicadores de cumplimiento del contrato.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SI. SERA REQUERIDO.		

Consulta 18 - EETT item 1 punto 1 equipo de extraccion universal

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Favor aclarar si los equipos de extraccion universal deben poseer luz UV que permita la descontaminación del mismo		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se aclara que no es exigencia del equipo solicitado, pero tampoco se rechazara si el equipo ofertado posee luz UV.		

Consulta 19 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se solicita amablemente a la convocante permitir presentar experiencia (contrato o facturas) en ventas de equipos biomédicos y/o insumos médicos, cabinas de bioseguridad, campana de flujo laminar, para garantizar una mayor cantidad de participantes y que el llamado sea más competitivo y económico para el Estado paraguayo		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Considerando la naturaleza del llamado se solicita ajustar a las condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - item 2 Kits de virus respiratorios

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Favor aclarar pues solicita en el punto 2 que los equipos en comodato sean compatibles con los solicitados en lote 1 item1 y el presente llamado es por item, no por lote		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2.		

Consulta 21 - vencimiento de los reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
No se observa ningun procedimiento en caso que por la naturaleza del producto o por necesidad de la convocante no se pueda cumplir con este requisito, y acepte reactivos con vencimiento menores a los requeridos en el PBC		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 22 - vigencia del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La vigencia del contrato seria modificada? pues es hasta 31 de Diciembre del 2020, y la fecha de apertura es 9 de Noviembre, tomando estos parametros, el cronograma de entrega deberia ser modificado, pues entre la primer entrega y la tercer entrega dan 25 dias corridos.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
En caso de ser necesario, se solicitara una adenda de extensión de la vigencia del contrato.		

Consulta 23 - Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
FAvor aclarar si cuales serian las cantidades previstas en la primer, segunda y tercer entrega, y cual corresponde a la minima y cual a la maxima		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se solicita ajustarse a la Adenda N° 2.		

Consulta 24 - planilla de datos garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se puede omitir la Planilla de Datos Garantizados y que se solicita tambien Declaracion Jurada de especificaciones tecnicas?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Ajustarse a lo establecido en los requisitos del PBC.		

Consulta 25 - autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La convocante requerida que la Autorizacion del FAbricante y/o de distribuicion este convenientemente legalizada por consulado paraguayo o apostillada e inscripta en el registro publico de comercio		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La Autorización del Fabricante y/o distribuidor debe de estar legalizado por el consulado paraguayo o apostillado y traducido al idioma español por un traductor público matriculado.		

Consulta 26 - autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La convocante requeriaa la Autorización del fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado o apostillada , para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
La Autorización del Fabricante y/o distribuidor debe de estar legalizado por el consulado paraguayo o apostillado y traducido al idioma español por un traductor público matriculado.		

Consulta 27 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se requerira muestra para el item 3?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SI. SE REQUIERE Y ESTA ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 28 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Se requerida Certificacion CE-IDV o FDA para el item 3?		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
SI. SERA REQUERIDO.		

Consulta 29 - CONSULTA 2 – PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Solicitamos a la convocante aclarar el porcentaje de ejecución para la Primera, segunda y tercera entrega de las cantidades mínimas.-		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 2.		

Consulta 30 - CONSULTA PLAN DE ENTREGA (BIENES).

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
Solicitamos a la convocante la modificación en los plazos de la Primera, segunda y tercera entrega de las cantidades adjudicadas de acuerdo al detalle más abajo:		
Primera Entrega: 20% de la cantidad mínima deberá ser entregada dentro de los 20 días corridos luego de la recepción de la orden de compra.		
Segunda Entrega: 30% de la cantidad mínima deberá ser entregada dentro de los 30 días corridos luego de la recepción de la orden de compra.		
Tercera Entrega: el saldo restante da la cantidad mínima será de acuerdo a la necesidad del servicio debiendo ser entregada dentro de los 30 días corridos luego de la recepción de la orden de compra.		
Este pedido obedece a que por motivos de la pandemia COVID-19 lo cual es de público conocimiento, las importaciones de productos se ven afectados por las normativas legales y sanitarias de cada país, además de que los productos solicitados en este llamado son de alta demanda, motivos suficientes por cual la liberación de las cargas y su posterior entrega al país de destino se ven retrasadas aprox. 30 a 40 días de la fecha marcada de recepción. De no modificarse los plazos, la convocante correría el riesgo de contar con una cantidad reducida de oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2020
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS DEL PBC.		