

Consultas Realizadas

Licitación 385576 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIO CIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE-MSPYBS-COVID-19

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Lote 25 Los productos solicitados en un mismo lote, no corresponde, ya que el catéter guía es un catéter utilizado para tratamiento, y los catéter diagnóstico son utilizados para diagnóstico como su propio lo indica, son productos utilizados para distintos procedimientos Solicitamos a la convocante hacer la evaluación por ítems, y o separar el catéter guía del catéter diagnóstico, de tal forma que permita aumentar el número de oferentes y no limitar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Se acepta la sugerencia realizada, por lo tanto, solicitamos la exclusión del catéter, guía terapéutico del lote N° 25, quedando el mismo establecido en un solo lote individual y por separado. Se modificará en una Adenda al PBC.		

Consulta 2 - FORMATO DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Solicitamos a la convocante hacer la solicitud de compra por ítems, y no por lotes. Al hacer la adjudicación por ÍTEMS, va a beneficiarse la convocante, ya que va a permitir más oferentes. Sin lugar a dudas al analizar el PBC, podemos demostrar que solo los lotes 8 - 22- 25-24 tienen más de dos insumos Sin embargo el resto de los lotes tienen 1 solo ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Sobre stent medicado del LOTE 9 al 20, dice el PBC stent con fármaco antiproliferativo, solicitamos aclarar fármaco antiproliferativo que corresponde a fármacos sirolimus o limus y derivados. Favor aclarar este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
En base a las recomendaciones realizadas por la DNCP a través de la NOTA DNC N° 21031/2020, mantenemos el término "con fármaco antiproliferativo", ya que esto permite dar mayor participación a los potenciales oferentes, aclarando a la vez que podrán ofertarse fármacos como Sirolimus y similares.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
<p>Lote 8 Catéter balón, para ítems 1-2-3 solicitan medidas 2 x 10, 2.5 x 10 , 3 x 10 , 3.5 x 10</p> <p>Solicitamos a la convocante ampliar el largo de 10 + 2 mm.</p> <p>De tal forma que pueda permitir más oferentes, y no limitar la participación</p> <p>Un dato importante, en los stent amplía el número de + 2 mm de largo, sin embargo en balón colocan un solo rango de largo 10 mm, con esto se demuestra que no existe impedimento técnico médico, también en estos 12 meses se están utilizando balones de 12 , 15 , 20 mm de largo.</p> <p>Solicitamos la ampliación de balón</p> <p>2 x 10 a 12mm</p> <p>2.5 x 10 a 12 mm o 15 mm</p> <p>3.0 x 10 a 12 mm o 15 mm</p> <p>3.5 x 10 a 12 mm o 15 mm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Aceptamos la sugerencia realizada de dar mayor margen a los balones solicitados. Por lo tanto, solicitamos un rango de variación de longitud de + - 2 a los balones de 10 mm. Se solicitara la modificación en una Adenda al PBC.</p>		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
<p>Lote 5, solicitan kit introductor femoral de 6 fr, x 10 cms largo,</p> <p>Solicitamos a la convocante ampliar el rango de longitud de 6 fr x 10 a 11 cms</p> <p>En el Historial de compras del Hospital San Jorge, ha utilizado introductor de 6 fr x 11 cms,</p> <p>Entonces no hay impedimento legal , ni medico.</p> <p>Favor ampliar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Aceptamos la sugerencia de aumentar el largo del introductor de 6 Fr solicitado. Por lo tanto, solicitamos un rango de variación de longitud al introductor de 10 a 11 cm. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.</p>		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
<p>Lote 21, solicitan kit introductor femoral de 7 fr, x 10 cms largo, solicitamos a la convocante ampliar el rango de longitud de 7 fr x 10 a 11 cms</p> <p>En el Historial de compras el Hospital San Jorge, ha comprado introductor de 7 fr a 11 cms, entonces no existe un impedimento legal , ni técnico medico</p> <p>Al no ampliar el rango , puede limitar la participación de mas oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Aceptamos la sugerencia de ampliar el rango de longitud de 7 Fr x 10 a 11 cms de tal forma a dar mayor participación a los oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.</p>		

Consulta 7 - VENCIMIENTO PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
----------	-------------------	------------

Como son productos de alta rotación, y el sistema de compras tiene previsto solicitar los cambios antes de su vencimiento, solicitamos a la convocante reducir el vencimiento de los productos a 12 meses, además del compromiso de cambio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
----------	-------------------	------------

Lote 3 Manifold, solicitan certificado FDA

Solicitamos a la convocante ampliar a certificado FDA o CE, ya que cualquiera de los dos certificados garantizan calidad y seguridad.

Ademas en los demas items , que son insumos aclaran que puede ser FDA o CE, entonces solicitamos ampliar a FDA o CE

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Aclaramos que aceptamos la sugerencia realizada, de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Por lo tanto, aceptamos la Certificación FDA y/ CE para el lote solicitado.

Consulta 9 - Presentación de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

En relación al lote 42, solicitamos eliminar la necesidad de presentación de muestra teniendo en cuenta que resulta imposible por los costos de los mismos y los vencimientos contar con muestra disponible.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 10 - Vigencia de contrato

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Según indica pag. 12 será al 31 de diciembre 2020. Se solicita aclarar si en caso de ser adjudicados se deberá entregar la mercadería antes de esa fecha.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC. Las entregas de los bienes se harán conforme se detalla en el Plan de Entrega y de ser necesario se prorrogara la vigencia del contrato por una Adenda de modificación de la vigencia.

Consulta 11 - Certificado de cumplimiento de seguridad social

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si se refiere al documento emitido por IPS

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Aclaramos que SI se refiere al documento emitido por IPS.

Consulta 12 - Certificado de buenas prácticas del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
En caso que el oferente no sea el fabricante deberá presentar Certificado de buenas prácticas del fabricante. Se solicita eliminar este documento ya que se exige Registro Sanitario de DINAVISA Paraguay y dichos documentos ya fueron presentados para la obtención del Registro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 13 - Copia Autenticada de Certificado de aprobación en la práctica clínica FDA, CE, INVIMA

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita eliminar este documento ya que se exige Registro Sanitario de DINAVISA Paraguay y dichos documentos ya fueron presentados para la obtención del Registro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 14 - Lote 6. Alambre Guia

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita aclarar si las guías deben tener 2cm de punta radiopaca con 2 marcadores radiopacos para mejor visibilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aclaremos que las guías no necesariamente deben tener 2 cm de punta radiopaca, pero SI deberán tener 2 marcadores radiopacos para mejor visibilidad.		

Consulta 15 - Lote 8. Catéter Balón

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita aclarar perfil de entrada a la lesión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Se aclara que el perfil de entrada deberá poseer recubrimiento hidrofílico.		

Consulta 16 - Lote 9. Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Teniendo en cuenta que la medida de stent 2.0 se utiliza en arterias de difícil navegabilidad, se sugiere que la fabricación sea con tecnología de 1 sola hebra de alambre central.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Se acepta la sugerencia debido a que el STENT de 2.0 es el menor tamaño, se utiliza en arterias muy pequeñas, donde la navegabilidad debe ser lo más facilitada posible para evitar complicaciones de trombosis.		

Consulta 17 - Lote 11. Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita ampliar rango de longitud (+ - 4mm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación de + - 4 mm de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda.

Consulta 18 - Lote 14. Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita ampliar rango de longitud (38 a 60mm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación del rango de longitud de 38 a 60 mm de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda.

Consulta 19 - Lote 17. Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita ampliar rango de longitud (38 a 60mm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación del rango de longitud de 38 a 60 mm de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda.

Consulta 20 - Lote 20. Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita ampliar rango de longitud (38 a 60mm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación del rango de longitud de 38 a 60 mm de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.

Consulta 21 - Lote 22.item 1 item 2 e item 3 Cateter guía

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si el rango (+ - 1) corresponde al largo del catéter.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Aclaremos que el rango + - 1 corresponde a la longitud y no al diámetro.

Consulta 22 - Lote 25

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita separar el catéter guía de los diagnósticos ya que son diferentes productos.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia realizada, por lo tanto solicitamos la exclusión del catéter guía terapéutico del lote N° 25, quedando el mismo, solicitado en un solo lote individual y por separado. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.

Consulta 23 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Copia de la Carta Poder otorgada por el fabricante al oferente, debidamente legalizada y consularizada o apostillada, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la carta poder del fabricante a favor del representante o distribuidor en el país.

Solicitamos respetuosamente a la convocante poder presentar la Carta Poder otorgada por el fabricante al oferente, debidamente legalizada y consularizada o apostillada para la firma del contrato en caso de que el oferente resulte adjudicado. esta solicitud obedece a que los tramites de legalizaciones y apostillas en el exterior estan muy lentas y en otros casos se encuentran cerradas por la situacion de la pandemia. y de esa manera poder dar cumplimiento a la libre participacion a oferentes calificados que representan marcas con certificaciones internaciones. Solicitamos a la convocante tolerancia con relacion a los documntos del exterios por la situacion vivida actualmente por la pandemia, que muchas veces escapa de las manos del oferente para conseguir documentos legalizados o apostillados cuando se trata de una renovacion de un documento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 24 - Certificado de BBPPAA

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Certificado de BBPPAA:

Solicitamos a la convocante aceptar mesa de entrada de solicitud y/o de renovación de dicho documento ya que nos encontramos esperando dicho documento por parte de DINAVISA, los tiempos son excesivamente largos en este tiempo ya que trabajan por cuadrillas e inclusive algunos departamentos cerraron por completo por cuarentena al dar positivo uno de los funcionarios. Se podría acompañar el mismo con una DDJJ de presentar dicho certificado a más tardar para la firma del contato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 25 - Precios referenciales:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Para los lotes 14, 17 y 20 solicitamos a la convocante ajustar los precios referenciales ya que estas medidas no son convencionales y las mismas cuestan en origen más caro que las medidas convencionales, el mecanismo utilizado para el cálculo de precios referenciales no es correcto para éstas medidas ya que nunca fueron solicitadas anteriormente. Así también aclaramos que los precios de licitaciones pasadas son más bajas de las actuales ya que el dólar a sufrido un incremento considerable que tiene que ser tomado en cuenta con el fin de que la licitación pueda ser correctamente adjudicada sin riesgo de que los ítems sean declarados desiertos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 26 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Registro sanitario:</p> <p>En concordancia con la resolución DNVS DG N° 012/2020 donde la DINAVISA otorga autorización de importación con la mesa de entrada correspondiente al producto a ser importado solicitamos a la convocante aceptar copia de dichas solicitudes de registro en el caso de los productos que aún no cuenten con registro sanitario, ya que la provisión está asegurada con la resolución mencionada. o en su defecto, presentar una constancia emitida por DINAVISA de que los productos cotizados se encuentran en tramite de registro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 27 - Plazo de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Solicitamos a la convocante otorgar mayor tiempo en los plazos establecidos para la entrega, considerando que las cantidades solicitadas son altas y debido a la pandemia los fabricantes han reducido su capacidad de producción provocando esto un mayor tiempo en la importación del producto. Tampoco vemos la posibilidad de ofertar ítems con los que contamos en stock ya que el vencimiento solicitado es de 18 (diez y ocho) meses. Creemos que el plazo debería ser de 30 días para la primera entrega.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Aclaramos que no se podrá otorgar más plazo de lo establecido para la entrega, debido a la extrema necesidad de contar con estos productos en el Instituto Nacional de Cardiología, considerando que a la fecha nos encontramos con stock cero del 100 % de los productos solicitados en el presente llamado. Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 28 - Carta de autorización:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Carta de autorización:</p> <p>Solicitamos a la convocante aceptar dicho documento sin el registro en la sección de poderes ya que los mismos están tomando mucho más tiempo de lo normal, con el compromiso de ser presentado una vez que los mismos sean entregados por parte del Registro Público de Comercio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 29 - Vencimiento de productos

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Solicitamos a la convocante aceptar validez de 12 meses de los productos solicitados con carta compromiso de canje, considerando que muchos de los productos por su naturaleza no llegan a tener 18 meses de vencimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
LOTE 20 SOLICITAN STENT MEDICADO 3.5 X 60 MM SOLICITAMOS AMPLIAR LA MEDIDA A 3.5 X 40 A 60 MM DE TAL FORMA QUE PERMITA AMPLIAR NUMERO DE OFERENTES EN EL HISTORIAL NO FIGURA ESTA MEDIDA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Solicitamos ampliar la medida de 3.5 x 38 a 60, de tal manera de dar mayor posibilidad de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
LOTE 17 SOLICITAN STENT MEDICADO MEDIDA DE 3.0 X 60 SOLICITAMOS AMPLIAR A 3.0 X 40 A 60 MM , O 3.0 X HASTA 60 MM QUE PERMITA AMPLIAR EL NUMERO DE OFERENTES NO FIGURA EN EL HISTORIAL DE COMPRAS DEL HOSPITAL SAN JORGE ESTAS MEDIDAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Solicitamos ampliar la medida de 3.0 x 38 a 60, de tal manera de dar mayor posibilidad de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda.		

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
IOTE 14 SOLICITAN STENT MEDICADO 2.75 X 60 SOLICITAMOS AMPLIAR DESDE 2.75 X 40 A 60 MM DE TAL FORMA QUE PERMITA AMPLIAR EL NUMERO DE OFERENTES EN EL HISTORIAL DEL SAN JORGE NO FIGURA ESTAS MEDIDAS Y PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Solicitamos ampliar la medida de 2.75 x 38 a 60, de tal forma de dar mayor posibilidad de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
LOTE 11 SOLICITAN STENT MEDICADO 2.25 X 42 SOLICITAMOS AMPLIAR A 2.25 X 32 A 42 IMPORTANTE ACLARAR QUE SON MEDIDAS QUE EN EL HISTORIAL DEL HOSPITAL SAN JORGE NO SE FIGURA EN LAS COMPRAS PARA QUE PUEDAN PERMITIR MAS OFERENTES Y NO LIMITAR AMPLIAR A 2.25 X 32 A 42, O STENT MEDICADO 2.25 X HASTA 42 (INCLUYE DESDE 32 A 42)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
En el lote 11 Stent Medicado 2.25 x 42, ampliamos la longitud del STENT de 2.25 x 42 (+ - 4 mm). dando así un margen mayor de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas Lote N° 3 Llave manifold de 3 vías:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante unificar los criterios en cuanto a las EETT solicitadas, por lo cual solicitamos para este lote se agregue: "CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE FDA O CE" al igual que los lotes de los Stent medicados, a fin de contar con mayores ofertas y por ende mejores precios. Además, se debe tener en cuenta que una Certificación Europea (CE) otorga la misma garantía que una FDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aclaremos que aceptamos la sugerencia realizada, de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Por lo tanto, aceptamos la Certificación FDA y/o CE para el lote solicitado.		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas Lote N° 5 Introdutor Arterial

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante AMPLIAR la longitud de 10 cm (+/- 1 cm), a fin de contar con mayor posibilidad de oferentes y por ende con mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aceptamos la sugerencia de ampliación de 10 cm (+ - 1 cm) de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas Lote N° 6 Alambre Guía

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante AMPLIAR la longitud de 180 cm (+/- 5 cm), a fin de contar con mayor posibilidad de oferentes y por ende con mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aceptamos la sugerencia de ampliación de 180 cm (+ - 5 cm) de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas Lote N° 21 Introdutor Arterial:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante AMPLIAR la longitud de 10 cm (+/- 1 cm), a fin de contar con mayor posibilidad de oferentes y por ende con mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aceptamos la sugerencia de ampliación de 10 cm (+ - 1 cm) de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas Lote N° 24 Alambre Guía

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se consulta a la convocante si se podrá cotizar Alambre Guía 0,035" x 140 a 185 cm de longitud?. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Aclaremos que SI se podrá ofertar Alambre Guía 0.035 "x 140 a 185 cm de longitud de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes.		

Consulta 39 - Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante la exclusión de dicho requisito y que sea suficiente la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución del oferente, Vigente y emitido por la DNVS, ya que el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación de Dispositivos Médicos, se comprueba a través de las inspecciones de las agencias o cuerpos regulatorios internacionales, documentos que ya son solicitadas en el presente llamado los cuales son FDA, CE, ISO, etc. Dicha exclusión se solicita en cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución S.G. N° 669/16: "Disponer que para la obtención del registro sanitario de dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y equipos de protección individual deberá presentar: Inciso D: Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgado por la autoridad sanitaria competente en origen "o" certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la autoridad certificadora en origen".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas Lote N° 8 Catéter balón

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
Se solicita a la convocante AMPLIAR la longitud de 10 mm (+/- 2 mm), a fin de contar con mayor posibilidad de oferentes y por ende con mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Se acepta la sugerencia de ampliación de longitud de 10 mm (+ - 2 mm) de tal forma a dar mayores posibilidades de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.		

Consulta 41 - EETT Lote N° 13 Stent Medicado

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Podría la convocante AMPLIAR la longitud de 26 mm (+/- 3 mm), esta modificación no representa una alteración en la calidad ni eficiencia del producto solicitado sino más bien permitiría a la convocante acceder a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación de longitud de 26 mm (+ - 3 mm) de tal forma a dar mayores posibilidades de participación a los potenciales oferentes. Se solicitará la modificación en una Adenda al PBC.

Consulta 42 - EETT Lote N° 16 Stent Medicado:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Podría la convocante AMPLIAR la longitud de 26 mm (+/- 3 mm), esta modificación no representa una alteración en la calidad ni eficiencia del producto solicitado sino más bien permitiría a la convocante acceder a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación de longitud de 26 mm (+ - 3 mm) de tal forma a dar mayores posibilidades de participación a los potenciales oferentes. Se solicitara la modificación en una Adenda al PBC.

Consulta 43 - EETT Lote N° 19 Stent Medicado:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Podría la convocante AMPLIAR la longitud de 26 mm (+/- 3 mm), esta modificación no representa una alteración en la calidad ni eficiencia del producto solicitado sino más bien permitiría a la convocante acceder a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación de longitud de 26 mm (+ - 3 mm) de tal forma a dar mayores posibilidades de participación a los potenciales oferentes. Se solicitara la modificación en una Adenda al PBC.

Consulta 44 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Primera entrega: Hasta el 40% de la Cantidad Adjudicada. Si se podría modificar de 20 a 25% de la Cantidad Adjudicada.

Donde dice: Segunda Entrega: Hasta el 40% de la Cantidad adjudicada. Si se podría modificar de 20 a 25% de la Cantidad Adjudicada.

Teniendo en cuenta que son productos importados y que a raíz de la pandemia y el reciente cierre de países Europeos conlleva a que los procesos sean más lentos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 45 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Donde dice: Primera entrega: El proveedor tendrá hasta 10 (DIEZ) días corridos para la entrega, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Solicitamos a la convocante modificar este plazo a 30 - 45 días.</p> <p>Donde dice: Segunda Entrega: El proveedor tendrá hasta los 15 (QUINCE) días corridos para la entrega, contados a partir de la recepción de las órdenes de Compra. Solicitamos a la convocante modificar este plazo a 30 - 45 días.</p> <p>Donde dice: Saldo de la Cantidad adjudicada: Solicitamos a la convocante modificar este plazo a 30 - 45 días.</p> <p>Teniendo en cuenta que son productos importados y que a raíz de la pandemia y el reciente cierre de países Europeos conlleva a que los procesos sean más lentos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 46 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Donde dice: 7. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Solicitamos a la convocante defina en el contrato el tiempo exacto de la vigencia del mismo, ya que los contratos se rigen por el código civil y siempre deben mencionar fecha de inicio y termino. Teniendo en cuenta que la entrega de los saldos finales no se encuentra determinada en cuanto a la fecha de emisión de orden de compra, siendo su duración INDETERMINADA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 47 - Precio Referencial Lote N° 21 Introdutor Arterial

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial del lote en cuestión al precio establecido para el Lote N°5 Gs. 177.000, en atención a que en ambos lotes se solicita el mismo tipo de producto con una pequeña diferencia en la dimensión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 48 - Precio Referencial Lote N° 24 Ítem 1 Alambre Guía

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial del ítem 1 del lote en cuestión al precio establecido para el Lote N°6 Gs. 489.938, en atención a que en ambos lotes se solicita el mismo tipo de producto con una pequeña diferencia en la dimensión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 49 - Precio Referencial Lote N° 24 Ítem 2 y 3 Alambre Guía

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial, atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio comercializado en el sector privado, el precio sugerido para cada ítem es de Gs. 275.000 y de esta manera evitar tener que cancelar la adquisición del mismo por sobrepasar el 15% del referencial.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 50 - Precio Referencial Lote N° 7 Manómetro de Presión

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización en el precio referencial del lote N° 9 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado nacional. Por ello el precio sugerido es de Gs. 550.000 por unidad.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 51 - 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación - 5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)
 Exigimos a la Convocante modificar esta solicitud de Constancia a DOCUMENTO SUSTANCIAL (*) teniendo en cuenta lo que sigue: Claramente la circular DNCP N.º 12/2020 dice así: Las Convocantes deberán solicitar en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen los procedimientos de Contrataciones Públicas, la remisión de la Constancia que acredita la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, al momento de la presentación de sus ofertas. Teniendo en cuenta también los siguientes puntos de la Nota CGR N.º 1426 - Ref.: Respuesta a la Nota DNCP N.º 157/20 s/solicitud de dictamen: a que origina la expedición de la Constancia por su presentación, convirtiéndose esta en requisito indispensable para la participación del oferente en un proceso licitatorio y la consideración de su oferta

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 52 - Lote 1 ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>El nombre del Lote 1 ÍTEM 1 del llamado es una droga específica "IOBITRIDOL". Debiendo ser MEDIO DE CONTRASTE, este es un error del PBC que debe ser corregido. En reiteradas ocasiones se manifestó que de la forma en que se presenta el Medio de contraste detallando la droga IOBITRIDOL solo puede ser cumplido por un proveedor bien conocido, por lo que consultamos el motivo por el cual se está solicitando nuevamente de la misma manera que direcciona el llamado. Se sugiere modificar el PBC y en el Lote 1 ítem 1 denominarlo MEDIO DE CONTRASTE y describir las especificaciones técnicas que permita que todos los medios de contraste del mercado puedan competir y mejorar el precio y otras condiciones de contratación. Estamos convencidos que los doctores / jefes de servicios y otros profesionales que manejan los medios de contrastes, pueden expedirse al respecto y ajustar el PBC conforme a lo que efectivamente requiere la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las ofertas alternativas no son aceptadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Un ejemplo lo constituye el Ibuprofeno con Diclofenac, Diclofenac potásico con el Diclofenac sódico y el Ketoprofeno con el Ibuprofeno, aunque son del mismo grupo farmacológico (Antiinflamatorios no esteroideos), todas son drogas/principios activos distintos, existen mínimas diferencias en su prescripción o el riesgo de presentación de reacciones adversas, es decir, poseen estructuras químicas diferentes, por lo tanto en el caso que los principio activo/drogas hubiesen sido requeridos iban a ser solicitados para compra, posterior a las autorizaciones necesarias.</p>		

Consulta 53 - Lote 2 ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>El nombre del Lote 2 ÍTEM 1 del llamado es una droga específica "IOBITRIDOL". Debiendo ser MEDIO DE CONTRASTE, al igual que lo señalado en la consulta para el Lote 1 ítem 1, esto es un error en el PBC que debe ser corregido. Asimismo, se visualiza otro error pues el producto que tiene el principio activo lobitridol - no se comercializa en el mercado en la presentación que exige las EETT por lo que podemos asegurar que ese producto no existe. En reiteradas ocasiones se manifestó que de la forma en que se presenta el Medio de contraste detallando la droga IOBITRIDOL solo puede ser cumplido por un proveedor bien conocido, por lo que consultamos el motivo por el cual se está solicitando nuevamente de la misma manera que direcciona el llamado. Se sugiere modificar el PBC y en el ítem denominarlo MEDIO DE CONTRASTE con las especificaciones técnicas correspondientes para el contraste solicitado. Estamos convencidos que los doctores / jefes de servicios y otros profesionales que manejan los medios de contrastes, pueden expedirse al respecto y ajustar el PBC conforme a lo que efectivamente requiere la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Respondido en la consulta Nº 52.</p>		

Consulta 54 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
<p>Se solicita que el vencimiento de los productos no sea menor a 12 meses debido a que el llamado es de urgencia</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
<p>Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 55 - CONSULTA LOTE N° 8 - ITEM N° 1, 2, 3 y 4:

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante, para una mayor participación de oferentes y mejor transparencia, ampliar el rango de las longitudes de todos los ítems del Lote N° 8. Donde dice "catéter balones ... x 10mm" debe decir: "catéter balones ... x 10mm (+2mm)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Se acepta la sugerencia de ampliación de longitud de 10 mm (+ 2 mm) de tal forma a dar mayores posibilidades de participación a los potenciales oferentes.

Consulta 56 - CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación Fotocopia del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para todos los Lotes. Solicitamos a la Convocante modificar este punto considerando la mesa de entrada de la solicitud del registro o la Constancia de tramite de Registro. Teniendo en cuenta que todos los procesos se encuentran más lentos a raíz de la demanda actual generada por el covid-19.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 57 - FIRMA DE CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: La firma de Contratos por parte del proveedor se realizará dentro de las 72 horas de la notificación de adjudicación conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19, Art. 81.
El decreto N° 2992/19 - Art. 81 menciona que "El oferente adjudicado o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del plazo señalado en la ley" La ley 2051/03 dice claramente en el Art. 36 de plazo para formalización de contratos: " Toda adjudicación obligara a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación. Solicitamos modificar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 58 - CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Copia autenticada del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento según corresponda, vigente emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Solicitamos a la Convocante considerar la Constancia de tramite de GMP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2020
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo establecido en el PBC.