

Consultas Realizadas

Licitación 385612 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD MILITAR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

Consulta 1 - Item N° 32 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2020
podrian aclarar para que uso seria el Ecografo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2020
Buenos días. En relación a su consulta, se aclara que el ecógrafo solicitado será utilizado para ecografías cardiológicas, abdominales y partes blandas. Muchas gracias		

Consulta 2 - Item N° 32 - Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2020
que tipo de transductores solicitan? y cuantos transductores necesitan para el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2020
Buenos días. En relación a su consulta, se aclara que la Convocante requiere 2 (dos) Transductores: Lineal; con aplicación vascular y pequeñas partes. Sectorial; Cardiológica y Abdomen. Muchas gracias.		

Consulta 3 - Item 19 Monitor de Signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
Donde dice: Algoritmo iSEAP especialmente diseñado para pacientes con arritmia. Consulta: Solicitamos a la convocante permitir ofertar con los algoritmos correspondientes a cada equipo ofertado ya que el algoritmo solicitado esta dirigido a una sola marca de Equipo , esto hace que limite la participación de potenciales oferentes que oferten equipos de otras marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2020
Buenos días. En relación a su consulta, la Convocante aclara que aceptará las ofertas con los algoritmos correspondientes a cada equipo ofertado, de manera a dar la mayor participación posible de potenciales oferentes.		

Consulta 4 - ÍTEM 3 - NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM 3 - NEGATOSCOPIO Donde dice: "Estructura metálica en lámina de acero" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Estructura metálica en lámina de acero o aluminio o ABS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 5 - ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA Donde dice: "Cabezal de 18,5 cm de Diámetro" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Cabezal entre 16 a 18,5 cm de Diámetro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 6 - ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA Donde dice: "Control de Brillo de 0 a 100%" Respetuosamente solicitamos al Convocante: Control de Brillo de 0 a 100% (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 7 - ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA Donde dice: "Rango de 360°" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango de 360° o cuello flexible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 8 - ÍTEM11 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM11 - ECOGRAFO Donde dice: "Con sólo 6Kg de peso" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Peso del equipo entre 6Kg y 8kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 9 - ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO Donde dice: "Plataforma: 28,5 x 37 cm.." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Plataforma: 28,5 x 37 cm. Rango de variación de +/- 5 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 10 - ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO Donde dice: "Capacidad hasta 150 kg." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Capacidad hasta 150kg. o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 11 - ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO Donde dice: "Peso total de la balanza 21 kg." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Peso total de la balanza 21 kg. o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 12 - ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM1 - BALANZA PARA PESO CON ALTIMETRO Sugerimos al Convocante solicitar en las especificaciones técnicas: Rango de medición del altímetro: de 75 a 200 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 13 - ÍTEM2 - SILLA DE RUEDA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
ÍTEM2 - SILLA DE RUEDA Donde dice: "Resistencia 125 kg." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Resistencia 100 kg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 14 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2020
ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO Donde dice: "Pantalla • Tipo LED." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Pantalla • Tipo LED, OLED o similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 15 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2020
ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO Donde dice: "Dimensiones • 58 x 32 x 34 mm (Largo x Ancho x Alto)." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Dimensiones • 58 x 32 x 34 mm (Largo x Ancho x Alto). Rango de variación de +/- 3 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 16 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2020
ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO Donde dice: "Peso • 50 gramos, con pilas incluidas" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Peso • entre 50 y 70 gramos, con pilas incluidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE DE MODIFICARAN A TRAVÉS DE UNA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 17 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Plan de Entrega de los Bienes dice: La entrega de los Bienes será de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Respetuosamente solicitamos al Convocante que el Plan de Entrega quede de la siguiente manera: La entrega de los Bienes será de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN EL SICP SE HA MODIFICADO LOS DIAS PARA LA ENTREGA DE BIENES QUE SERA DE 10 DIAS CORRIDOS, SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 18 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Capacidad Técnica: Respetuosamente solicitamos al Convocante que permita presentar el siguiente documento: Habilitación vigente expedida por el M.S.P. y B.S., como importador/ comercializador/ distribuidor de dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIONES SON MINIMAS TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO Nº 4 INCISO b DE LA LEY Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS "IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA". SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 19 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Capacidad Técnica: Respetuosamente solicitamos al Convocante que permita presentar el siguiente documento: Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIONES SON MINIMAS TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO Nº 4 INCISO b DE LA LEY Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS "IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA". SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 20 - ÍTEM 3 – NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 3 – NEGATOSCOPIO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 21 - ÍTEM 4 – CAMILLA CON IMPLEMENTO PARA EXAMEN GINECOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 4 – CAMILLA CON IMPLEMENTO PARA EXAMEN GINECOLOGICO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 22 - ÍTEM 6 - CAMILLA DE INSPECCION SIN RUEDA

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 6 - CAMILLA DE INSPECCION SIN RUEDA Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 23 - ÍTEM 10 - CAMILLA SIMPLE

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 10 - CAMILLA SIMPLE Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 24 - ÍTEM 11 - LAMPARA EXAMINADORA

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 11 - LAMPARA EXAMINADORA Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 25 - ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM11 - LAMPARA EXAMINADORA Donde dice: "Rango de 360° o cuello flexible" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango de 360° o cuello flexible o articulado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 26 - ÍTEM 16 – PORTA SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 16 – PORTA SUERO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 27 - ÍTEM 20 – CARRO DE CURACION DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 20 – CARRO DE CURACION DE ACERO INOXIDABLE Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 28 - ÍTEM 21 – CAMA ARTICULADA MANUAL CON COLCHON

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 21 – CAMA ARTICULADA MANUAL CON COLCHON Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 1 de ellos, dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 29 - ÍTEM21 – CAMA ARTICULADA MANUAL CON COLCHON

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM21 – CAMA ARTICULADA MANUAL CON COLCHON Donde dice: “Ajuste de Altura máxima: 70 cm, Altura mínima: 40 cm.” Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Ajuste de Altura máxima: 70 cm, Altura mínima: 40 cm. (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC .		

Consulta 30 - ÍTEM 32 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
ÍTEM 32 - ECOGRAFO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 2 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 31 - ÍTEM 5 - OTOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Sin tornillos para evitar roturas de la lente" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Con tornillos o sin tornillos para evitar roturas de la lente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC ESTAN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION		

Consulta 32 - ÍTEM 5 - OTOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Mango Pocket Junior™ - Metálico resistente y a prueba de golpes" Con el fin de permitir la mayor cantidad de Oferentes y sin direccionar a un modelo específico de Mango, respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Mango Metálico resistente y a prueba de golpes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
SOLICITAMOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC ESTAN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION		

Consulta 33 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango de paciente • Adulto o Pediátrico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 34 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Rango frecuencia de pulso • 30 a 235 pulsaciones por minuto" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango frecuencia de pulso • 30 a 240 pulsaciones por minuto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 35 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Dimensiones • 58 x 32 x 34 mm (Largo x Ancho x Alto)." Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Dimensiones • 58 x 32 x 34 mm (Largo x Ancho x Alto). Rango de variación de +/- 8 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 36 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Rango Resolución • % SpO2: $\pm 1\%$ " Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango Resolución • % SpO2: $\pm 3\%$.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 37 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "• Frecuencia de pulso: ± 1 LPM" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: • Frecuencia de pulso: ± 1 LPM o ± 2 LPM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 38 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Rango Exactitud • % SpO2: 80 99%, ±2% 70 79%, ±3% ≤ 70%, no definido" Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización de: Rango Exactitud • % SpO2: entre 70 100% a 80 99% ±3%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 39 - ÍTEM 13 - OXIMETRO DE PULSO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Donde dice: "Ancho de banda de medición • Rojo: 660 cm • Infrarrojo: 940 cm" Respetuosamente solicitamos al Convocante eliminar esta parte, ya que NO APLICAN a las de un Oximetro de Pulso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 40 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Considerando que el equipo debe incluir funciones y accesorios cardiológicos, sugerimos incluir la función de Doppler Tisular Espectral y Color en la configuración, debido a que se trata de una herramienta muy valiosa desde el punto de vista clínico en cardiología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 41 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Sugerimos a la Concovante solicitar que el equipo cotizado cuente con teclado QWERTY incorporado al panel de control, esta característica facilitará el uso y flujo de trabajo del uduario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 42 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Sugerimos a la Convocante incluir las siguientes características que contribuyen a un mejor flujo de trabajo: que el equipo cuente con carro de transporte, bolso de transporte y con soporte para transductores que permita la mantener al menos 4 transductores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 43 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Con relación al punto 1.2 " monitor de pantalla plana de 15 de alta resolución" sugerimos a la Convocante incluir que el monitor sea táctil, considerando que esto facilita considerablemente el flujo de trabajo del médico y hoy en día es un estándar en la industria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 44 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Sugerimos a la Convocante incluir dentro de los requerimientos que el equipo cuente con los siguientes puertos de entrada y salida: Entrada y Salida: HDMI 1,4, Cuatro (4) puertos USB 2.0 en el sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 45 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Con relación al punto 1.4 "Disponible ayuda POR VIA CORREO O VIA TELEFONICA" sugerimos incluir que sea posible contar con servicio técnico vía remota mediante conexiones de red. Esto contribuirá a la disminución de tiempos de paradas de los equipos, aumentando su nivel de operatividad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 46 - Ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Con relación al punto 2.7 "Doppler Continuo (opcional)", sugerimos a la Convocante que dicha característica sea obligatoria, considerando que es una funcionalidad de uso frecuente y disponible en la mayoría de los equipos disponibles en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 47 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Sugerimos a la Convocante incluir dentro de los requerimientos que el equipo cuente con una impresora tipo térmica B/N.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 48 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
En el punto donde se solicita "LOS TRASDUCTORES QUE DEBN ESTAR INCLUIDA PUEDE SER LINEAL O CARDIACO." Solicitamos a la Convocante detallar la cantidad de transductores, para lo que sugerimos la siguiente descripción: - Transductor lineal, con rango de Frecuencias: 4,0 MHz a 12 MHz. Número de Elementos: 128 Para aplicaciones: Partes blandas (mama, testículo, tiroides), Vascular periférico, Cerebrovascular, Músculo-esquelético, medicina de emergencia. Cantidad: al menos 1(unos) por equipo. - Transductor cardiológico, con rango de Frecuencias: 1.3 MHz a 4,4MHz como mínimo. Número de Elementos eliminados: 64 Para aplicaciones: cardiológicas, abdominal, medicina de emergencia."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 49 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Sugerimos a la Convocante incluir que el equipo debe contar con un disco duro sólido con capacidad mínima de 180 GB. Estas características asegurarán un buen desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		

Consulta 50 - Ítem 32 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Solicitamos amablemente a a la Convocante confirmar si se requieren de las siguientes aplicaciones entre las funciones con las que deberá contar el ecógrafo: Abdominal, Renal, Obstetricia, Ginecología, Obstetricia Temprana, Cardíaco, Vascular, Musculoesquelético, Medicina de Emergencias, Eco pediatría y abdomen pediátrico		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
LA CONVOCANTE ACLARA QUE A TRAVES DE UNA ADENDA PUBLICADA EN SICP SE HA MODIFICADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTBLECIDO EN EL PBC Y ADENDA.		