

## Consultas Realizadas

# Licitación 386297 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CÓD. 30

### Consulta 1 - ITEM 4 Microscopio Trinocular:

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2020
Se puede ofertar un equipo con la siguientes características?: - Distancia interpupilar: 48-76 mm - Trinocular a 30° no rotatorio a 360°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2020
Las Especificaciones Técnicas establecidas en la Carta Invitación para el Ítem Nº 4 Microscopio Trinocular son las necesarias por la Institución, debiendo ser el mismo rotatorio, por lo tanto se mantendran las mismas.		