

## Consultas Realizadas

# Licitación 386674 - Adquisición de Equipamiento para Sala de Fisioterapia para 17 Servicios de Intervención Temprana (SIT)

### Consulta 1 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
PLAN DE ENTREGAS, dice: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor. Como es de público conocimiento, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la Siguiete manera: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 90 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 2 - ÍTEM 18 - Cinta caminadora

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 18 - Cinta caminadora Donde dice: Capacidad para 100 kg. Teniendo en cuenta que la caminadora es para niños solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Capacidad para 40 kg o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 3 - ÍTEM 14 - Asiento posicionador

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 14 - Asiento posicionador Donde dice: Altura de Postura del Niño: 91-122 cm. Solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Altura de Postura del Niño: 91-122 cm (+/- 10cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 4 - ÍTEM 13 - Pelota forma maní

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 13 - Pelota forma maní Donde dice: Medida aproximada 90x45 cm. Solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Medida aproximada 90x45 cm (+/- 5cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Se aclara que en el PBC se habla de medidas aproximadas, así que se puede cotizar productos con medidas +/-5 cm.		

## Consulta 5 - ÍTEM 15 - Mesa camastro

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 15 - Mesa camastro Donde dice: Tapizada con espuma densidad 30 y de 8 cms de alto. Solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Tapizada con espuma densidad entre 25 a 30 y de 5 a 8 cms de alto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 6 - ÍTEM 18 - Cinta caminadora

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 18 - Cinta caminadora Donde dice: Cinta caminadora eléctrica para niños, con ajuste de velocidad e inclinación (rampa). Teniendo en cuenta que la caminadora es para niños solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Cinta caminadora eléctrica para niños, con ajuste de velocidad e inclinación (rampa) o Sin motor controlada por el movimiento del niño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 7 - ÍTEM 17 - Arnes de mano

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 17 - Arnes de mano Donde dice: Malla 3D cómoda y transpirable.. Solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Malla cómoda y transpirable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 8 - ÍTEM 12 - Bipedestador

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2020
ÍTEM 12 - Bipedestador Donde dice: Fabricado en madera ecológica 3D traspirable. Solicitamos a la convocante posibilidad de cotizar: Fabricado en madera ecológica 3D traspirable o estructura de acero.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Ajustarse al PBC.		