

Consultas Realizadas

Licitación 387121 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"

Consulta 1 - ITEM: 5

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante expresar la capacidad del equipo en test/hora, ya que al solicitar 50 muestras por hora este valor variaría en base a las determinaciones a realizar a cada muestra, además que la unidad de medida mencionada anteriormente es la norma al solicitar un equipo de estas características. Se puede aclarar la necesidad de procesamiento en test/hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 2 - Plan de entregas

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días, dede la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, considerando la complejidad de los equipos a adquirir

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 3 - ITEM 6: Capacidad de procesar mínimamente 50 muestras por carga

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante aclarar si la capacidad de procesamiento de 50 muestras por carga se refiera a la capacidad de procesamiento de tests por hora.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 4 - Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Dimensión con electrodos de desfibrilación

¿Podrían otorgar un margen de +/-10cm en la medidas solicitadas?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 5 - Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Pantalla

¿Se podría cotizar con pantalla de 8.4"?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 6 - Ítem Nº 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Energía de salida manual.

¿Se podría cotizar hasta 360J?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 7 - Ítem 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

eso

¿Se podría cotizar con peso menor a 7Kg?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 8 - Ítem 11 Mesa quirúrgica

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Inclinación de la placa y apoya piernas ¿Se podría cotizar mayor o igual 10º / 90º?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE CONSIDERA QUE EL GRADO DE INCLINACION QUE SE SOLICITA NO LIMITA LA PARTICIPACION DE LOS OFERENTES QUE PRESENTEN PRODUCTOS QUE TENGAN LA INCLINACION DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN EL PBC. SE INSTA A LOS POSIBLES OFERENTES A SEÑIRSE POR LO EXCLUSIVAMENTE DISPUESTO EN PBC.

Consulta 9 - Ítem 13 Lámpara Cialítica

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Las lámparas halógenas son tecnologías obsoletas, recomendamos solicitar sólo lámparas con tecnología LED

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 10 - Ítem 13 Lámpara Cialítica

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Solicitamos excluir la provisión de las dos lámparas LED, considerando que estos equipos cuentan con una vida útil superior a las 50mil horas y no requieren cambios. Este requisito sólo encarecería el costo del equipo

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 11 - Ítems 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 Cajas de instrumentales

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

¿Podrían otorgar un rango de +/-2cm en las longitudes de los instrumentales y +/-50mm en las medidas de los contendores y cestas?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 12 - Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Pantalla LCD para Control de enfermería solicitamos diga Pantalla LCD para control de enfermería o comandos interconstruidos en el barandal, de manera a dar mayor participación a los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 13 - Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice Control de peso, solicitamos eliminar este punto ya que no se solicita que la cama cuente con balanza

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Favor aclarar si solicitan que camas con Balanza considerando que solicitan Control de Peso pero no hay ninguna otra característica importante que deba cumplir la balanza como son precisión, etc, además los precios de las camas eléctricas con balanza integrada son muy superiores al precio referencial de este ítem

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice RCP eléctrico, a fin de dar mayor participación a los oferentes, solicitamos diga RCP eléctrico o manual

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 16 - Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Parámetros

- Angulo de la sección posterior: 0 80°

- Ángulo de la sección de la pierna: 0 40°

Solicitamos diga: Parámetros

- Angulo de la sección posterior: 0 65°

- Ángulo de la sección de la pierna: 0 28°

Teniendo en cuenta que las articulaciones mas naturales de la sección posterior son de 30° a 45°

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

El criterio de la convocante se mantiene en este punto puesto que no limita la participación de los oferentes que presenten productos con menor rango de inclinación ya que los parámetros establecidos en el pbc ya incluyen las propuestas en esta consulta.

Consulta 17 - Item 26 CAMA FI FCTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Medidas: 215 x 110 x 75cm. Solicitamos diga: Medidas: 215 x 110 x 75cm aproximadamente

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice:

Medidas: 215 x 110 x 75cm.

Solicitamos diga:

Medidas: 215 x 110 x 75cm (+/- 10%)

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 19 - Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Capacidad de carga 250Kg, solicitamos diga: Capacidad de carga 220Kg,

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

31/07/25 16:28 4/39



Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Capacidad de carga 250Kg, De manera a dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga: Capacidad de carga 250Kg (+/- 15%)

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 21 - ITEM 3 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el item 3 en el punto donde dice, Transductor de arreglo lineal de 4 15 Mhz de la frecuencia. Solicitamos a la convocante permita cotizar también transductor de 4 a 12 MHz teniendo en cuenta que no varía la calidad de imagen y la funcionalidad de la frecuencia es la misma para ambos transductores.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 22 - ITEM 3 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 3 en el punto donde dice Transductor Convexo de 2 6 Mhz de la frecuencia. Solicitamos a la convocante permita cotizar también transductor de 2 a 5 MHz teniendo en cuenta que no varía la calidad de imagen y la funcionalidad de la frecuencia es la misma para ambos transductores.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 23 - ITEM 3 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 3 en el punto donde dice; Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M Recomendamos a la convocante también incluya PW, Dúplex y tríplex.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 24 - ITEM 14 - AUTOCLAVE A VAPOR

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

El precio referencial del ítem 14 en descripción Autoclave a vapor está Desfasado, teniendo en cuanta a solo dos oferentes que cotizan pero en tamaños diferentes por lo cual no se puede realzar un promedio por ambas cotizaciones de diferentes tamaños más aun teniendo en cuenta el libraje solicitado por convocante, además en ambas cotizaciones se refiere a solo un año de garantía y la convocante en pliego solicita 3 años de garantía por los años siguientes la convocante no tuvo presente para realizar su pliego de especificaciones. Por lo expresado solicitamos a la convocante pueda analizar de nuevo el precio referencial y el año de garantía.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

La convocante sigue ha realizado todas las prerrogativas legales para la obtención del precio referencial. Resolución 1890/2020 de la DNCP

31/07/25 16:28 5/39



Consulta 25 - Item 26 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice un Colchon de la misma marca de la cama, con dimensiones y secciones adecuadas para la misma, recomendamos diga Colchón de espuma de alta resistencia antiescaras, bacteriostatico, fungiestatico, impermeable y hermético, fácil de limpiar y desinfectar con soluciones a base de cloro de la misma marca de la cama, con dimensiones y secciones adecuadas para la misma

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 26 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el item pide un eqipo portatil, sin embargo en la descripcion menciona un equipo modular. Solicitamos a la covocante aclarar que equipo debe ser ofertado

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 27 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice "Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Modo de operación: B, M, B/B y B/M" considerando que la funcion de 4B no es fundamental para el buen desempeño del equipo ni aporta funcionalidad clínica a los estudios, por lo cual se puede prescindir de dicha característica

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 28 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el punto donde Dice "Transductor de arreglo lineal de 4 15 Mhz de la frecuencia" solicitamos amablemente a la convicante pode ofertar equipos con "Transductor de arreglo lineal de 4,5 11 Mhz de la frecuencia", ya que de esta manera pondrán contar con un transductor para aplicaciones generales, con lo cual se podrá realizar todo tipo de estudios, incluyendo mamas, pequeñas partes, musculo esquelético y vascular.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 29 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el punto donde Dice " Transductor Convexo de 2 6 Mhz de la frecuencia" solicitamos amablemente a la convicante pode ofertar equipos con " Transductor Convexo de 1,4 5 Mhz de la frecuencia", ya que la diferencia es mínima para las aplicaciones solicitadas y no afectará la capacidad de obtener imágenes de alta calidad diagnóstica. Ademas un transductor convexo de menor frecuencia resulta favorable para el diagnóstico en pacientes de IMC alto

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

31/07/25 16:28 6/39



Consulta 30 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el punto "Transductor convexo endocavitario de 4 9 Mhz de la frecuencia y con un ángulo de 145° de visión", solicitamos poder ofertar equipos con "Transductor convexo endocavitario de 4 9 Mhz de la frecuencia y con un ángulo de 130° de visión", ya que la diferencia es mínima para las aplicaciones solicitadas y no afectará la capacidad de obtener imágenes de alta calidad diagnóstica.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 31 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Solicitamos a la convocante aclarar si debe incorporar tablas de mediciones y cálculos de las siguientes aplicaciones: obstetricia, ginecología, abdomen, vascular, vascular periférico, musculoesuqelético

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 32 - Item 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice "Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M", solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Modo de operación: B, M, B/B y B/M" considerando que la función de 4B no seria de utilidad para el tamaño de pantalla solicitado ya que al mostrar 4 imágenes en una pantalla pequeña perdería valor diagnostico

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 33 - Especificaciones Tecnicas Item 27

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice sensor de flujo proximal, solicitamos diga Sensor de flujo proximal o sensor de flujo térmico no proximal de manera a dar mayor participación a los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 34 - Item 27 Ventilador Pulmonar

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Con posibilidad de actualizar en el futuro el servocontrol automático de porcentaje de oxígeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente, solicitamos que este punto sea opcional ya que esta opción es propia de una sola marca por lo que se imposibilitaría la posibilidad de que otras marcas puedan ofertar

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

31/07/25 16:28 7/39



Consulta 35 - Item 27. Ventilador Pulmonar

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice Capacidad de Ventilación con Heliox (compuestos gaseoso Helio (He) y Oxígeno (O2) para pacientes con aumento de la resistencia espiratoria, minimizando presiones máximas, mejorando el intercambio gaseoso y minimizando la posibilidad de baro-traumas Solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 36 - ITEM 27 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), Ntcpl solicitamos diga TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), Ntcpl o tecnología similar ya que esta es una tecnología antigua y exclusiva del ventilador AVEA

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 37 - ITEM 27 - VENTILADOR PULMONAR

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice con sensor de flujo térmico proximal reusable solicitamos diga: Con sensor de flujo térmico proximal o Con sensor de Flujo térmico no proximal reusable

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 38 - Item 27. Ventilador Pulmonar

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Con posibilidad de actualizar en el futuro el servocontrol automático de porcentaje de oxígeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente, solicitamos que este punto sea opcional ya que esta opción es propia de una sola marca por lo que se imposibilitaría la posibilidad de que otras marcas puedan ofertar

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 39 - Item 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.), solicitamos que este punto sea referencial, es decir las medidas, considerando que cada fabricante cuenta con sus propias medidas y no necesariamente en la proporción solicitada, medidas distintas no interfieren de ninguna manera en la funcionalidad del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 40 - Item 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal, se podrán ofertar equipos con velocidad de barrido 25 mm/s + 10%? Este valor es el estándar en todos los equipos del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 41 - Item 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde dice: Batería de ión litio último modelo, con al menos 3 horas de monitorización con una batería incl. Marcapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad, se podrán cotizar equipos que cumplan con la siguiente duración de batería: 2,5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa o; Dos horas en la función de marcapasos (180 ppm a 140 mA con un ancho del pulso de 40 ms) y monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 monitorizados continuamente y PNI medida cada 15 minutos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 42 - Item 9 Cardiodesfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde solicitan: Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG), solicitamos se modifique esta especificación a: Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG), como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 43 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Donde solicitan: Peso: del equipo menor a 4,5 kilos para su utilización en caso de transporte, solicitamos se acepten monitores con peso de hasta 6 kilos para su utilización en caso de transporte.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 44 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Considerando que la frecuencia respiratoria si llega a cero es apnea y para esa circunstancias los monitores cuentan con una alarma en particular, solicitamos se permitan cotizar monitores multiparamétricos con Respiración: curva de respiración. Despliegue numérico de frecuencia. Rango de medición de 3 a 150 RPM.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 9/39



Consulta 45 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Considerando que las temperaturas muy bajas no son compatibles con los signos vitales, solicitamos se puedan cotizar monitores con temperatura: despliegue numérico de al menos dos temperaturas. Medición de la diferencia de la temperatura. Rango de medición de 25 a 45 °C.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

La convocante considera que los parámetros establecidos por EL PBC no limita la participación de los oferentes ya que el rango propuesto en la consulta esTA inmerso dentro de los rangos establecidos en el pbc.

Consulta 46 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la medición de la presión no invasiva, solicitan Resolución de medición de 0 a 210 mmHg, la resolución no puede corresponder al valor total de una medición, solicitamos se reemplace por: Resolución de medición de 1 mmHg

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 47 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

El rango de medición de la presión invasiva solicitada es de: Rango de medición de 50 400 mmHg, solicitamos este rango sea modificado a Rango de medición de - 40 360 mmHg, ya que debería iniciarse en un valor negativo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 48 - Item 10 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución, solicitamos reconsiderar este punto, puesto que se incrementaría el precio a ofertar.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 49 - Item 12 Máguina de anestesia

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En las especificaciones técnicas Trazados: mínimo 6 ondas graficas de signos vitales y donde se pueda realizar la configuración de los parámetros ventilatorios, considerando que la máquina de anestesia cuenta con un ventilador propio indicamos que la exigencia de realizar la configuración de los parámetros ventilatorios en el monitor de signos vitales es innecesaria.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 10/39



Consulta 50 - Item 22 Caja de cirugía menor

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Considerando que cada fabricante, dentro de las medidas estándares tienen sus propias medidas de instrumentales, solicitamos se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 51 - Item 23 Caja de instrumentales para curación

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Considerando que cada fabricante, dentro de las medidas estándares tienen sus propias medidas de instrumentales, solicitamos se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 52 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono.

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar Acero esmaltado con pintura epoxi al horno

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 53 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Capa protectora en PS polietileno termo formado.

Solicitamos amablemente a la convocante Cambiar "Capa" por "Franja", o poner Opcional, mas abajo ya incluye: "paragolpes de goma envolviendo todo el carro"

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 54 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Conexión para equipos con cable de cinco (05) metros y tres (03) tomas tipos Schuko como mínimo, con soporte para cable.

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar cable de 3 metros y 2 tomas schocko como mínimo,

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 11/39



Consulta 55 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie

Solicitamos amablemente a la convocante Corregir 10" a 10cm (4"), o superior: Ruedas de 10" (25,4cm) son muy grandes para este equipo

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 56 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Dimensiones mínimas: Altura 1m incluyendo ruedas, Ancho 0.60m, Profundidad 0,49m

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar Ancho: 90cm, Profundidad: 60cm, para dar mayor amplitud y espacio para el almacenamiento y disposición de los equipos e instrumentos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 57 - ITFM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Cesto porta basura lateral removible, al menos 2 (dos).

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar al menos un cesto porta basura esto posibilita que en el momento de utilizar en una urgencia no moleste los cesto de basura ocupando espacio en procedimiento de vida o muerte.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 58 - ITEM 15 - CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el ítem 15 CARRO DE PARO donde dice Instalación del equipo en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y técnicos correspondientes

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir la ultima parte(detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y técnicos corresponientes, esta obedece a que este tipo de equipo no necesita testeo y calibración para su uso.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 59 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el Ítem 28 Servocuna donde dice 04 ruedas con freno de 5 pulgadas

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar como mínimo 3.8 para dar mayor participación a los demás oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 60 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el Ítem 28 Servocuna donde dice Lecho mesa con ajuste manual de anti trendelenbur- 7 posiciones.

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir esta especificaciones técnicas ya que esta direccionado a un proveedor La casa del Médico, se observa claramente en su página web esta descripción y agregar Movimiento de trendelemburg directo e inverso de al menos +/- 15° para dar mayor participación los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 61 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el Item 28 Servocuna donde dice Panel de gases/ Resucitación Babypuff/ aspiración con: aspirador de columna con vacuómetro integrado en el panel, 01 (un) frasco aspirador con tapa y nivel Babypuff integrado con controles PIP y PEEP, 01 (un) flujómetro de O2, 1 (un) conjunto de 3 tamaños de máscara, con pieza T, pulmón de testes y tubo de 1,5m, 1 (una) manguera para O2 y 1 (una) manguera para aire.

Solicitamos amablemente a la convocante suprimir esta especificaciones técnicas ya que esta direccionado a un proveedor La casa del Médico, se observa claramente en su página web esta descripción y modelo del equipo FANEM modelo AMPLA 2085, y en su reemplazo poder cotizar en forma separada los aspiradores con vacuaometro y el resucitador neumático con los accesorios solicitados, con esto se dara mayor participacion a los oferentes y no dejar para un solo proveedor dicho ítem.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 62 - ITEM 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el Item 29 Equipo de Luminoterapia donde dice Altura regulable 140 cm(Max)

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar con un máximo de 160 cm como máximo, de esta manera poder tener opción de usar con todos los tipos de incubadora o servocunas según corresponda.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 63 - ITEM 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En el Item 29 Equipo de Luminoterapia donde dice Peso aproximado 20 Kg

Solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar equipos con peso minimo de 16 kg y peso máximo de 20 kg, de esta manera ayudaría a la movilidad de la luminoterapia sea más agradable al personal de blanco.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 64 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe adaptar automáticamente el flujo inspiratorio de acuerdo con la mecánica pulmonar del paciente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 65 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA: Por definición la nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador. Porque existen sistemas de nebulización que no son nebulizadores y si salidas con cierto flujo para ser conectadas a un nebulizador externo y que modifican el volumen corriente programado por el intensivista.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 66 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA: Se solicita que la compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal sea opcional, de lo contrario se dirigen las especificaciones al ventilador pulmonar VYAIRE modelo AVEA.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 67 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el ventilador debe poseer control de la relación I:E en los tipos de ventilación.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

31/07/25 16:28 14/39



Consulta 68 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar equipos con una compensación de fugas de 60LPM o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 69 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA En las especificaciones se solicita compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal. Se solicita considerar esta especificación como opcional porque de lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo AVEA lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 70 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA En las especificaciones se solicita que se puede agregar a futura servocontrol automático de porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente. Esta solicitación se llama CliO2 y es marca registrada por VYAIRE y es una opción de los ventiladores modelo AVEA. Se solicita considerar esta especificación como opcional porque de lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo Avea lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 71 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA En las especificaciones se solicita TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), nTCPL y Volumen Garantizado. LA sigla TCPL es utilizada por VYAIRE en sus ventiladores AVEA y no todos los fabricantes usan estas siglas. Se solicita colocar TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), nTCPL y Volumen Garantizado o similar o mejor. De lo contrario solamente el ventilador VYAIRE modelo Avea lo podría cumplir y las especificaciones estarían dirigidas a una sola marca y modelo violando la ley de contrataciones públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 15/39



Consulta 72 - ITEM 27 VENTILADOR PULMONAR DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA Se solicita sensor de flujo térmico proximal reutilizable, no todos los fabricantes utilizan este tipo de sensor, solicitamos modificar por: sensor de flujo térmico proximal reutilizable si el equipo lo requiere para ventilar neonatos o mejor tecnologia.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 73 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante las normas internacionales a ser tenidas en cuenta referentes a la seguridad eléctrica del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 74 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Protección Radiológica acorde a normas.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante las normas de protección radiológica a ser tenidas en cuenta referentes a la seguridad eléctrica del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 75 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Tecnología de microprocesadores con sistema autotest.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Como el equipo estará con garantía por el tiempo solicitado en el pliego, se solicita a la convocante colocar como opcional el presente punto, debido a que debería el mismo soporte técnico el encargado de realizar el test del equipo así como su mantenimiento periódico. Por otro lado, los sistemas de autotest se enfocan más a equipos digitales, donde todo el equipo se encuentra controlado y monitoreado en tiempo real por un sistema computacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 16/39



Consulta 76 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Capacidad calórica del ánodo.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante permitir equipos que presenten capacidades calóricas de ánodo desde 107KHU. Es bien sabido que, para equipos móviles, valores desde los 107KHU acompañados con una buena capacidad calórica de carcasa del tubo, presentan rendimientos iguales e inclusive superiores a aquellos equipos con capacidades de tubo más altas, siendo inclusive más eficientes en términos de calidad de imagen, dosis aplicada al paciente y eficiencia energética.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 77 - Capacitación Equipo de RX Fijo:

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

ítems 1:

Equipo de RX Fijo:

En el punto que especifica Otros requerimientos: Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo, calibración, etc.) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes. Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc.), incluir repuestos. Un manual de operaciones en español y un manual de servicios técnicos en español o en inglés. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios, Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de horas para cumplir con la fase de entrenamiento de los usuarios que le darán uso y operaran el sistema de imágenes, por lo que sugerimos que con 32 horas es más que suficiente para conocer todas las herramientas y tecnología que nos presenta, además instamos a que se establezca como requisito indispensable capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, con el fin de garantizar que los usuarios estén informado de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 78 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Colimador con temporizador.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante permitir equipos con colimador luminoso con control manual de apagado del localizador luminoso. El pedido se fundamenta en que dicho parámetro no hace a la calidad del equipo o afecta a la calidad de imagen de ninguna manera. Por otra parte, la modificación de dicho parámetro permitiría una mayor participación de oferentes en la licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 17/39



Consulta 79 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Brazo porta-tubo.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con brazo porta-tubo contrabalanceado. El pedido se fundamenta que equipos con dicho tipo de brazo presentan un rendimiento igual e incluso superior a los equipos con brazo articulado o telescópico, siendo el brazo contrabalanceado más versátil y fácil de maniobrar, especialmente en espacios reducidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 80 - item 2 Estructura de acero satinada con pintura antiestática secada al horno o similar.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante colocar el presente parámetro como opcional. El pedido obedece a que los materiales utilizados en el equipo corresponden a una característica puramente constructiva y propia de cada fabricante y no hace a la calidad del equipo o afecta al funcionamiento del sistema.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

La convocante sostiene que el motivo de la consulta no limita la participación de los productos ya que solo hace a la mención de la capacidad de soporte de la estructura y agrega la expresión o similar que abre la posibilidad para que los productos objeto de la consulta puedan participar de la presente licitación

Consulta 81 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Rotación en el eje transverso.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante colocar el presente punto como opcional. El pedido se debe a que el rango angular de cada equipo es una característica propia de cada fabricante y de cada modelo de equipo y no hace a la calidad del equipo ni restringe las proyecciones que el mismo podría realizar, puesto que la posición de toma de una imagen se consigue tras una combinación de varios movimientos en conjunto, y no dependiendo solo de un parámetro de rotación aislado. Por otro lado, valores muy extensos de ángulos frontales solo son conseguidos por equipos con brazos articulados, restringiendo totalmente la participación de equipos con brazos contrabalanceados o telescópicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 82 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Rango de mA.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se sugiere a la convocante que de forma a obtener valores óptimos de imagen en pacientes muy robustos, se solicite al menos un rango de mA de 50mA a 250mA. El valor de mA solicitado es muy bajo y no permitiría obtener imágenes con adecuados niveles de resolución.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 83 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Estructura de acero con pintura secada al horno

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante colocar el presente parámetro como opcional. El pedido obedece a que los materiales utilizados en el equipo corresponden a una característica puramente constructiva y propia de cada fabricante y no hace a la calidad del equipo o afecta al funcionamiento del sistema.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

La convocante sostiene que el motivo de la consulta no limita la participación de los productos ya que solo hace a la mención de la capacidad de soporte de la estructura y agrega la expresión o similar que abre la posibilidad para que los productos objeto de la consulta puedan participar de la presente licitación

Consulta 84 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Brazo articulado.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con brazo porta-tubo contrabalanceado. El pedido se fundamenta que equipos con dicho tipo de brazo presentan un rendimiento igual e incluso superior a los equipos con brazo articulado o telescópico, siendo el brazo contrabalanceado más versátil y fácil de maniobrar, especialmente en espacios reducidos, permitiendo además ser adecuado en todas las posiciones y distancias.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 85 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Pantalla de LCD con valores digitales de KV, mA, mAs.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Debido a que los valores configurados para la realización de los estudios son KV y mAs, se solicita a la convocante exigir que solo dichos valores sean obligatorios en la pantalla.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 86 - item 2 - Valores digitales de KV, Ma, mAs en pantalla.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Debido a que los valores configurados para la realización de los estudios son KV y mAs, se solicita a la convocante exigir que solo dichos valores sean obligatorios en la pantalla.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020



Consulta 87 - Item 2 - Equipo Portátil de Rayos X Kv y mA conjugados en intervalos pequeños.

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Como los parámetros que se configuran en los equipos de RX portátiles son KV y mAs, se solicita a la convocante que sean dichos valores los que sean conjugados en intervalos pequeños, no así la combinación de kV y mA.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 88 - ITEM 10 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

CONSULTA En las especificaciones se solicita vista dinámica OxyCRG, se solicita considerar este requierimiento opcional, de lo contrario se dirigen las especificaciones al monitor multiparamétrico fabricado por ADVANCE Instrumentations modelo PM-2000, lo que contradice la Ley de Contrataciones públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 89 - ITEM 2: EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X:

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

ítems 2:

EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X:

En el punto que dice: Otros requerimientos: Certificado de calibración e inspección técnica. Set completo de accesorios (rejillas antidifusora portátiles, enchufes reforzados, etc.) para el funcionamiento básico del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo, calibración, etc.) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes. Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc.), incluir repuestos. Un manual de operaciones en español y un manual de servicios técnicos en español o en inglés. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.

Solicitamos a la convocante especificar la cantidad de horas para cumplir con la fase de entrenamiento de los usuarios en el manejo y uso del equipo de Rayos X portátil, por lo que indicamos que con 8 horas es suficiente para familiarizarse con todas las herramientas y tecnología que presenta, además instamos a que se sume como requisito indispensable capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, con el fin de garantizar que los usuarios estén informado de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 20/39



Consulta 90 - ítems 3: Ecógrafo General Obstétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

ítems 2:

Ecógrafo General Obstétrico

En el punto que dice: El oferente debe proveer toda la información necesaria en idioma español donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. Direcciones web, correo electrónico y nombre de contacto del representante del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal Médico y de Enfermería. La empresa deberá realizar capacitación a los médicos que utilizará el equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante la garantía.

Solicitamos a la convocante adicionar como requisito una capacitación continua a través de una plataforma de educación virtual durante la vigencia de la garantía, esta con el fin de garantizar que los médicos estén informados de las nuevas innovaciones tecnológicas que van surgiendo con el tiempo en los sistemas de ecografía.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 91 - Visita al Sitio de ejecución del Contrato

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 06: Ítem 11. Visita al sitio de ejecución del contrato

Donde dice: La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones.

Se solicita amablemente a la convocante definir la fecha tope, Lugar, Hora, Procedimiento, Nombre del funcionario responsable de guiar la visita y Participación obligatoria

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 92 - Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 11: Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía y que condiciones debe cumplir. Aclarar que La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 21/39



Consulta 93 - Plazo de Reposición de Bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 11: Plazo de Reposición de Bienes

Donde dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 DIAS HABILES

Solicitamos a la Convocante considerar al menos el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de reposición, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 94 - Garantía para Equipo de RX Fijo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 21: Especificaciones Técnicas ITEM 1: Equipo de RX Fijo Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc), incluir repuestos.

Se solicita a la Convocante especificar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE

Consulta 95 - Horario de Asistencias al Equipo de RX Fijo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 21: Especificaciones Técnicas ITEM 1: Equipo de RX Fijo Otros Requerimientos

Donde dice: Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.

Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 22/39



Consulta 96 - Garantía para ITEM 2: Equipo de RX Portátil

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas ITEM 2: Equipo de RX Portátil Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía mínima de 3 años con servicio técnico a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo en la institución. Especificar garantía por separado (tubo generador, consola, etc), incluir repuestos

Se solicita a la Convocante especificar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE.

Consulta 97 - Horario de Asistencias al ITEM 2: Equipo de RX Portátil

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas ITEM 2: Equipo de RX Portátil Otros Requerimientos

Donde dice: Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios

Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 98 - Garantía para ITEM 3: Ecógrafo General Obstétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página N° 22: Especificaciones Técnicas ITEM 3: Ecógrafo General Obstétrico Otros Requerimientos

Donde dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo durante la garantía.

Solicitamos a la Convocante aclarar la garantía en relación con los transductores, especificando que ésta no corresponderá por desgastes, daños causados y/o golpes, especificar que la garantía de recambio aplicará sólo por defectos originales de Fábrica. Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO EXPRESADO EN EL PBC, YA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ASEGURARSE DE PRESENTAR LOS PRODUCTOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA NO CAUSAR DAÑO PATRIMONIAL A LA INSTITUCION. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A CEÑIRSE A LO QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DETERMINE.

EN CUANTO A LA GARANTIA SE RUEGA A LOS OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº 01/2020

31/07/25 16:28 23/39



Consulta 99 - Adecuaciones Edilicias para Instalación del Item 1 Equipo de Rayos X Fijo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Rayos X Fijo (ítem 1).

Para la instalación de dicho equipo, la sala destinada deberá cumplir con ciertos requisitos edilicios y eléctricos. Se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar los trabajos de adecuación de edilicias (pisos, paredes y otros) caso fuera necesario teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA DE RX EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

Consulta 100 - Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Ecógrafo General Obstétrico

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Adecuaciones edilicias para instalación Equipo de Ecógrafo General Obstétrico (ítem 3).

Para la instalación de dicho equipo, la sala destinada deberá estar en condiciones en relación con la parte edilicia y eléctrica. Se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar los trabajos de adecuación de edilicias (pisos, paredes y otros) caso fuera necesario teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

Consulta 101 - Protección Radiológica para Sala del Equipo de Rayos X Fijo

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Datos de protección radiológica en la Sala Nº1

Solicitamos a la convocante aclarar si la sala destinada al Equipo ya contará con la Protección Radiológica necesaria, así como también el responsable de la provisión de dicha información.

¿En el caso de que la Protección Radiológica no este incluida en la sala destinada, quién será el responsable de colocarla?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CUENTA CON UNA SALA DE RX EQUIPADA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ALVERGAR EL EQUIPO OBJETO DE ESTA LICITACION

31/07/25 16:28 24/39



Consulta 102 - Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Página 44 del PBC Dice: 30 (Treinta) DIAS CALENDARIOS A

PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL HORARIO DE 07:00 A 15:00 HS., DE LUNES A VIERNES.

Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores prestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 103 - Reajuste de Precios

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

En la Página 51 Reajuste. El precio del contrato estará sujeto a reajustes, la fórmula se basa en la variación del IPC. El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao)) Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO, ADEMAS DE LOS DECRETOS Y RESOLUIONES RESPECTIVOS

Consulta 104 - Anticipo Financiero

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Solicitud de pago de Anticipo

Página 50 del PBC indica: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: NO APLICA.

Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES REQUISITO PRIMORDIAL DEL PRESENTE LLAMADO QUE LAS EMPRESAS OFERENTES TENGAN LA CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA NECESARIAS PARA LA PROVISION DE LOS EQUIPOS OBJETOS DEL PRESENTE LLAMADO, EN VIRTUD A LA CUAL SE MANTIENE EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PBC.

31/07/25 16:28 25/39



Consulta 105 - Acta de recepción de los Bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Página 44, Solicitamos por favor determinar que el Acta de Recepción de los bienes será emitido por la Contratante en un plazo no mayor a 1 (un) día hábil de entrega de los bienes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL ACTA DE ENTREGA SE EMITIRA EN EL MOMENTO DE LA CONFIRMACION E INSPECCION DE LOS EQUIPOS PROVEIDOS.

Consulta 106 - Reajuste de Precios - PROCEDIMIENTO

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Página 51 del PBC: El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente.

Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

Consulta 107 - Tasa de interés por Mora:

Consulta Fecha de Consulta 26-11-2020

Tasa de interés por Mora:

Página 52 del PBC En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,1 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de la tasa de interés por cada día de atraso sea de 0.01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de atraso en la entrega de los bienes, donde indica que la multa será de 0,5% (cero coma cero cinco porciento) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES QUE SE REMITAN A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

LA CONVOCANTE REALIZARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MARCO REGULADOR DE CONTRATACIONES Y LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

31/07/25 16:28 26/39



Consulta 108 - EETT Item 14 - Autoclave a vapor

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice Potencia mínima 45 kW para reducir tiempo de precalentamiento y calentamiento y ciclos, solicitamos amablemente pueda ser aceptados equipos con capacidad de 20 kW, atendiendo a que la mencionada potencia propuesta es suficiente para para reducir los tiempos de precalentamiento, calentamiento y ciclos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 109 - EETT Item 14 - Autoclave a vapor

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Se puede apreciar que se solicitan las funciones:

- Bomba de alto vacío con sistema de sellado por anillo de agua para las etapas de Pre-vacio y Secado. Protegidas con alarmas de bajo nivel de agua. y,
- Sistema de vació debe ser silencioso tipo Venturi por eyección de agua.

Solicitamos amablemente a la convocante, defina qué tipo de autoclace necesita, atendiendo a que los equipos son adquiridos con una u otra función.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 110 - Medios de Transporte

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Página 17 del PBC dice: Medios de Transporte propios o tercerizados, debidamente habilitados por la autoridad competente de acuerdo al uso, en cantidad suficiente para dar cumplimiento al plazo de entrega y al volumen requerido para el suministro, entrega y descarga en sitio de alimentos.

Solicitamos a la convocante verificar este requerimiento ya que refiere a entrega y descarga de bienes en sitio de alimentos, los bienes licitados no equipamiento médico.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 111 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Solicitamos a la Convocante adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 17 de esta sección del PBC:

Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 27/39



Consulta 112 - EETT Item 14 - Autoclave a vapor

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice Parámetros que deben ser visualizados en la pantalla: la temperatura de la cámara interna, la presión de la cámara interna, la presión de la cámara externa, la presión del generador de vapor y la presión del aire comprimido o vapor de trabamiento de puerta. Los sensores de temperatura deben ser PT100.

Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos que no cuenten con la mencionada función dentro de la pantalla táctil, atendiendo a que mencionados parámetros pueden ser visualizados en los manómetros, función que genera menor costo de adquisición para la convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 113 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Solicitamos a la Convocante adicionar los siguientes documentos exigidos en la página 17 de esta sección del PBC por tratarse de adquisición de Equipos de Emisión de Radiación Ionizante:

- 1- Autorización como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear(ARRN) creada por Ley 5169/2014.
- 2- Autorización de la empresa para realizar Servicio Técnico de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida Categorías 1,2,3,4 y 5 por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONSULTA NO LIMITA LA PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE AL PBC.

Consulta 114 - Requisitos documentales para Evaluación Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de Capacitad Técnica.

Solicitamos a la Convocante adicionar a los requerimientos documentales establecidos la página 17 de esta sección del PBC:

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONSULTA NO LIMITA LA PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE. SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE AL PBC

31/07/25 16:28 28/39



Consulta 115 - EETT Item 14 - Autoclave a vapor

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice: Debe poseer además como mínimo, 50 ciclos adicionales o abiertos que pueden ser configurados según necesidades del servicio de esterilización.

Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptados a partir de 10 ciclos, atendiendo a que en los ciclos configurados, y los programables por normativa no son más de 10.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 116 - EETT Item 14 - Autoclave a vapor

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice; Un (01) sistema pretratamiento y osmosis inversa con reservorio de acuerdo a la capacidad de equipo. Debe contar con Válvula de Bypass en caso de falla. Debe incluir todas las conexiones necesarias.

Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos magnéticos de tratamiento de agua.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL MISMO FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 117 - EETT ítem 4 Digitalizador

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde especifica que silicitan 100 placas por hora. Solicitamos a la convocante 92 placas/hora como minimo. De manera a generar mayor participación a los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 118 - Equipo de Rx Fijo

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice: Descripción y Características Generales: Equipo de Rx Fijo. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Protección radiológica acorde a normas.

Tecnología de microprocesadores con sistema autotest, Watch Dog, diagnóstico de

fallas, alarmas y programas de calibración y servicio.

Se solicita: Descripción y Características Generales: Equipo de Rx Fijo de alta frecuencia. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Protección radiológica acorde a normas.

Tecnología de microprocesadores con sistema autotest, Watch Dog, diagnóstico de

fallas, alarmas y programas de calibración y servicio.

Esto se debe a que los equipos de alta frecuencia son los que actualmente se utilizan.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO



Consulta 119 - Equipo de Rx Fijo

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

DONDE DICE: Tubo de Rx: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 150 Khu. Colimador luminoso multiplano con temporizador electrónico. Foco fino de 0,6 mm o menor y foco grueso de 1,2 mm o mayor. Columna portatubo montada sobre rieles fijados al piso o similar con sistema de frenos. El tubo que poseer desplazamiento longitudinal, transversal y angular. Rotación de 180 grados (para las posiciones) y de 90 grados para exámenes laterales y de tórax. Indicar en la coraza del tubo las dimensiones del punto focal, la posición del punto focal nominal, la filtración inherente y adicional. El tubo y el colimador deben encontrarse alineados en el eje vertical cuando el indicador del ángulo está en cero. Debe tener un indicador de distancia foco superficie de la mesa foco-película. Estructura de acero satinada con pintura antiestática secada al horno o similar.

SE SOLICITA: Tubo de Rx: Ánodo rotativo con poder de absorción calórica mínima de 300 Khu. Equipos de menos capacidad calorífica no aseguran un rendimiento optimo por largos periodos de uso.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 120 - EETT Rayos X fijo

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

DONDE DICE: Generador de Rx: Potencia de salida mínima de 5 Kw. Rango de Ma de 25 a 630 o mejor. Rango de mAs de 0,5 a 500 mAs o mejor. Sistema de alta frecuencia como mínimo sistema multipulso. Función AEC. Protección contra sobrecarga y fluctuaciones de la red.

SE SOLICITA: Generador de Rx: Potencia de salida mínima de 30 Kw como minimo para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 121 - EETT 26 cama eléctrica.

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Solicitamos amablemente pueda ser considerados equipos cumplan con las medidas $215 \times 105 + 5 \times 75$ de manera a ofrecer mayor participación a oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

31/07/25 16:28 30/39



Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 27. VENTILADOR PUI MONAR

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital, solicitamos que este punto sea opcional de manera a dar mayor participación a los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 123 - Item 27. Ventilador Pulmonar

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice con sensor de flujo térmico proximal reusable solicitamos diga: Con sensor de flujo térmico proximal o similar

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 124 - ITEM 3 Ecografo

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Recomendamos incluir Con carro original de fábrica que cuente con al menos 4 ruedas, con al menos dos de ellas con sistema de freno que cuente con lugar para apoyar al menos 3 transductores y el sistema de impresión termica

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 125 - Item 3. Ecografo General

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

Donde dice: Modo de operación: B, M, B/B, 4B y B/M, seleccionable en forma independiente. Recomendamos diga que cuente con al menos los siguientes Modos de operación Modo B, M, Color, Doppler color, Doppler potencia, y Doppler pulsado, Doppler continuo, ya que actualmente estos son los modos minímos necesarios para un correcto diagnóstico

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 126 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA El Baby puff es un resucitador neonatal fabricado por FANEM, solicitamos retirar la palabra Baby Puff de las especificaciones y en su reemplazo utilizar Resucitador neonatal en T.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 31/39



Consulta 127 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer reloj para realización del test de Apgar, con configuraciones de 1,3,5 y 10 minutos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE EL PBC ESTA FUE CONFECCIONADO VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 128 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer un temporizador para procedimiento de RCP (metrónomo para RCP) para neonatos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 129 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si la servocuna debe permitir el acceso por la parte posterior del equipo para acceder a la cabeza del paciente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 130 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si la apertura de paneles laterales debe poseer sistema de amortiguación que evita que estos se golpeen contra la estructura y así evitar daños; así como la generación de ruido que puede alterar al neonato.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 131 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si el elemento calefactor debe emitir radiaciones de infrarrojo lejano, radiación que se absorbe fácil y uniformemente a través de la piel y calienta el núcleo del cuerpo a través de la circulación sanguínea.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

31/07/25 16:28 32/39



Consulta 132 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar servocuna con movimiento de Trendenlenburg mecánico continuo con angulación de $\pm 13^{\circ}$ o mejor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 133 - ITEM 28 SERVOCUNA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si se puede ofertar servocuna con ruedas dobles de 10cm de diametro.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 134 - Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con intensidades de 30 a 40µW/cm2/nm o mejor rango.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 135 - Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar área de superficie efectiva de 30x20cm o mayor superficie.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 136 - Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Favor aclarar si la luminoterapia no debe ninguna fuente de ruido interno, como piezas móviles, como ventiladores que provoquen estrés sonoro al neonato.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

31/07/25 16:28 33/39



Consulta 137 - Item 29 EQUIPO DE LUMINOTERAPIA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA No todos los fabricantes utilizan 600leds para la luminoterapia, esto dirige las especificaciones. Solicitamos considerar este requerimiento opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 138 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros deben ser reutilizables, de silicona, con cable de 4 metros o descartables. Favor definir las cantidades.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 139 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Favor definir las cantidades de lapiz de corte y coagulación descartables.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 140 - item 25

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 141 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 34/39



Consulta 142 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 143 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 144 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 145 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer modos específicos para corte y coagulación monopolar para urología y corte y coagulación bipolar para urología.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO.

Consulta 146 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

31/07/25 16:28 35/39



Consulta 147 - ITEM 25 ELECTROBISTURI

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Favor especificar la potencia en corte monopolar, recomendamos 400W, la potencia en coagulacion monopolar, recomendamos 180W y potencia en corte y coagulacion bipolar, recomendamos 120W como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

Consulta 148 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con ajuste de intensidad de 10% a 100% o mejor rango.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

Consulta 149 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA No todos los fabricantes utilizan un número específico de LEDs, como por ejemplo 60 leds o 54leds. Solicitar estes números dirige las especificaciones tecnicas a un fabricantes. Lo que todos los fabricantes de cialiticas deben cumplir es la Norma IEC 60601.2.41. Favor considerar la cantidad de leds como un requerimiento opcional porque dirige las especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

Consulta 150 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Los leds son muy diferentes en su vida útil con las lamparas halógenas. Nuestros leds tienen un vida útil de 60.000hs, lo cual equivale a 15 años de uso. Solicitar que se provean leds no tiene sentido, en cambio una lampara halógena tiene una vida útil de 1 año. Se solicita que la provisión de leds sea opcional porque su vida útil es muy elevada.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 151 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se solicita que el punto focal sea ajustable con un rango 200mm a 250mm o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 36/39



Consulta 152 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA En las especificaciones no se solicita el Indice de Rendimiento R9 correspondiente al rojo, muy importante para uso en scialiticas. Se recomienda R9=90 o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

Consulta 153 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Favor aclarar si la cialitica debe ser compatible con flujo laminar.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 154 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si la cúpulas deben tener iluminación ambiental las para cirugías laparoscópicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO

Consulta 155 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si la cialitica debe contar con panel de control del tipo touchscreen color, empotrado en la pared de la sala.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

Consulta 156 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si la cialitica debe tener indicador de la carga de la baterías en el panel de control, con una autonomía mínima de 3 horas.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 37/39



Consulta 157 - ITEM 13 LAMPARA CIALITICA

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Para cirugía general, recomendamos una cialitica auxiliar con potencia luminosa de 120.000lux como mínimo. Favor verificar

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE ESTA FUE CONFECCIONADA VIENDO LA NECECIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BENEFICIADO CON EL PRESENTE LLAMADO.

Consulta 158 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con angulacion de seccion posterior de 0 a 70° o mejor rango

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTADO

Consulta 159 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si se puede cotizar cama con angulacion de seccion de pierna de 0 a 35° o mejor rango

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EL CRITERIO DE LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC, YA QUE EL CRITERIO CONSULTADO NO LIMITA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DEL POSIBLE OFERENTE CONSULTADO.

Consulta 160 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se solicita que las Medidas: $215 \times 110 \times 75$ cm sean aproximadas para no dirigir las especificaciones a un solo fabricante.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA Nº01/2020

Consulta 161 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Favor aclarar si las barandillas deben ser del tipo divididas y con los controles de los movimientos empotrados en las barandillas. Un panel de control interno para el usuario y un panel de control externo para el personal de enfermeria. Con un panel de control central para enfermeria para control de todos los movimientos localizado en la piernera.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 38/39



Consulta 162 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener bateria de respaldo.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE RUEGA A LOS POSIBLES OFERENTES REMITIRSE AL PBC

Consulta 163 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA LA cama tiene una carga de trabajo de 250kg, por lo tanto solicitamos que el colchón tenga una carga de trabajo de mínimo de 200kg para que tenga coherencia con la carga de trabajo de la cama

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

EN CASO DE LOS COLCHONES LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN EL CRITERIO DE LO EXPRESADO POR EL PBC, YA QUE DICHO CRITERIO NO IMPIDE LA PARTICIPACION DE POSIBLE OFERENTE CONSULTANTE

Consulta 164 - item 26 cama electrica para paciente

Consulta Fecha de Consulta 27-11-2020

CONSULTA favor aclarar si la cama debe tener balanza electronica incorporada en el panel de control para pesar al paciente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-12-2020

SE SOLICITA A LOS POSIBLES OFERENTES A REMITIRSE A LA ADENDA N°01/2020

31/07/25 16:28 39/39